



PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Mercado Digital nº 204/2020 para a COMPRA REGULAR DE BOLSA PRESSÓRICA 1000ML, FILTRO DE BARREIRA INFANTIL, SONDAS URETRAL E RETAL

DATA: 11/05/2021	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
MARCA: Bolsa Infusora de pressão InfuseIT 1000ml	REF: ZIT-1000 CÓDIGO MV: 336 LOTE: 20200727
FABRICANTE/MARCA: SALTER LABS	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 10289680144

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PRESSORICA 1000 ML CENTRO CIRURGICO. Material: Bolsa Pressórica Reutilizável com Manômetro 1000 ml, confeccionada em material impermeável, acompanhada de Manguito de Silicone, Tubos de Silicone, Pera e Válvula, Conexões em geral e Manômetro.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

SIM NÃO

QUAIS:

Produto com pouca flexibilidade para armazenar soro de 1000 ml. Corte frontal muito rígido.

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO <input checked="" type="checkbox"/>
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Edsiana Araújo Almeida	Enfermeira	
Gabriela Gomes Silva	Téc. Enf.	
Leonilda da Silva	Téc. Enf.	

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS - Área Especial Quadra 101 - CEP: 70.335-900 | Brasília-DF.