

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

Mercado Digital nº 204/2020 para a COMPRA REGULAR DE BOLSA  
PRESSÓRICA 1000ML, FILTRO DE BARREIRA INFANTIL, SONDAS URETRAL E  
RETAL

DATA: 11 / 06 / 2021	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: DMG COMÉRCIO	
MARCA: DIMAVE	REF: Y000P05      CÓDIGO MV: 336      LOTE: JA20200610003
FABRICANTE/MARCA: Med Link Eletronics	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 80415610011

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

BOLSA PRESSORICA 1000 ML CENTRO CIRURGICO. Material: Bolsa Pressórica Reutilizável com Manômetro 1000 ml, confeccionada em material impermeável, acompanhada de Manguito de Silicone, Tubos de Silicone, Pera e Válvula, Conexões em geral e Manômetro.

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO**

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

**HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<b>QUAIS:</b> Material não atende as exigências da empresa. Acabamentos em tecido não viabilizam higienização. A conexão do tubo de silicone e a bolsa apresenta fragilidade.	

**PARECER FINAL**

<b>APROVADO</b> <input type="checkbox"/>	<b>REPROVADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Coláudia Jovian Alves	Téc. Enf. I.C.C	Téc. Radiologia COREN-DF 9723-216
Juliana C. Gomes	chefe de serviços de enf. - CC	Juliana Campos Gomes Chefe de Núcleo Centro Cirúrgico Matrícula 9274
Mosai Gomes de Nascimento	Téc. enf. I.C.C.	Enfermeira COREN-DF