

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Mercado Digital nº 204/2020 para a COMPRA REGULAR DE BOLSA PRESSÓRICA 1000ML, FILTRO DE BARREIRA INFANTIL, SONDAS URETRAL E RETAL

DATA: 23/04/2021	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: CIRURGICA SÃO FELIPE	
MARCA: ASCLÉPIOS – PLUS PRESURE PREMIUM	REF: CÓDIGO MV: 366 LOTE:
FABRICANTE: ASCLÉPIOS	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 81941110002

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PRESSORICA 1000 ML CENTRO CIRURGICO. Material: Bolsa Pressórica Reutilizável com Manômetro 1000 ml, confeccionada em material impermeável, acompanhada de Manguito de Silicone, Tubos de Silicone, Pera e Válvula, Conexões em geral e Manômetro.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01 Bolsa Pressórica Reutilizável com Manômetro 1000 ml	X		
02 Confeccionada em material impermeável, acompanhada de Manguito de Silicone, Tubos de Silicone, Pera e Válvula	X		
03 Conexões em geral e Manômetro	X		
04 A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
05 EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
06 EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA			X



HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
QUAIS:	
- Manometro não fixado;	
- Não tem praticidade;	
- dificuldade na limpeza;	

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO (X)
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Rafhaiane Canvalho Maralino Cardoso	enfermeira	
Luiz Felipe Gomes de Oliveira	enfermeira	
Luciano José Siqueira	enfermeira	