

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

Mercado Digital nº 204/2020 para a COMPRA REGULAR DE BOLSA  
PRESSÓRICA 1000ML, FILTRO DE BARREIRA INFANTIL, SONDAS URETRAL E  
RETAL

DATA: 06/04/2021	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Master Medikal De Comercio E Equipamentos Médicos	
MARCA: MM Bolsa Pressórica reutilizável MM 1000	CÓDIGO MV: 3366 LOTE: 210130-09
FABRICANTE: Master Medikal	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 80602030070

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

BOLSA PRESSORICA 1000 ML CENTRO CIRURGICO. Material: Bolsa Pressórica Reutilizável com Manômetro 1000 ml, confeccionada em material impermeável, acompanhada de Manguito de Silicone, Tubos de Silicone, Pera e Válvula, Conexões em geral e Manômetro.

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO**

ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01 O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02 A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03 EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04 EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

**HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

(X) SIM ( ) NÃO

QUAIS: *Fragil, com facilidade para perfuração*

**PARECER FINAL**

<b>APROVADO ( )</b>	<b>REPROVADO (X)</b>
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<i>Aline Rayhane P. da Silva</i>	<i>Téc Enfermagem</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Murilo Freitas</i>	<i>Residente</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Edsona Araújo Almeida</i>	<i>Enf. CC</i>	<i>[Assinatura]</i>

