

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

Mercado Digital nº 204/2020 para a COMPRA REGULAR DE BOLSA  
PRESSÓRICA 1000ML, FILTRO DE BARREIRA INFANTIL, SONDAS URETRAL E

RETAL

DATA: 09 / 04 / 2021

ITEM: 02

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

MARCA: Filtro Bacteriano HME BeCare – Filtro HMEF III P

CÓDIGO MV: 3851

LOTE: 190916

FABRICANTE: Shandong Zhenfu

Nº DE AMOSTRAS: 01

REGISTRO ANVISA: 80808480040

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

FILTRO BARREIRA HIDRÓFOTO INFANTIL 75ML, ESTÉRIL. Aplicação: para retenção de vírus/bactérias. Características Adicionais: cápsula de plástico rígido transparente, auto-umidificadores para adaptação circuito de traquéia AVPM com boa conectividade ao tubo/cânula; 2 membranas diferenciadas, hidrofóbica e higroscópica. Conexão com capnógrafo. Com conector intermediário extensível (Catéter Mount/traqueinha), conexão universal. Eficiência de Filtração Viral/Bacteriana 99,99%. Descartável. Unidade De Estoque: unidade.

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO**

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	<input checked="" type="checkbox"/>		
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	<input checked="" type="checkbox"/>		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	<input checked="" type="checkbox"/>		

**HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

( ) SIM

(x) NÃO

QUAIS:

**PARECER FINAL**



**APROVADO (x)**

**REPROVADO ( )**

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Walmir Luiz Rodrigues de Jesus	FISIOTERAPEUTA	
mariana mariana soude	FISIOTERAPEUTA	
DANIELLE SILVA CARVALHO MARTINS	FISIOTERAPEUTA	