

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº 177/2021

REGISTRO DE PREÇOS - COMPRA REGULAR DE TUBO CONECTOR/EXTENSOR ESPIRALADO 60" BAIXA PRESSÃO, TERMOMETRO DIGITAL, TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO CURVO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA, TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO RETO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA, FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO BIOLÓGICA, AGULHA ANESTÉSICA PARA ELETROESTIMULAÇÃO

DATA: 10/03/2021

ITEM: 01

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: SANTÉ PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: Grupo Santé

CÓDIGO MV - 3852

Nº DE AMOSTRAS: 02

Registro M.S.: 80252220004

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO CONECTOR/EXTENSOR ESPIRALADO 60" BAIXA PRESSÃO, DE 120 - 150 CM, COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA			X
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE			
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	TUBO CONECTOR/EXTENSOR ESPIRALADO 60"	X		
02	BAIXA PRESSÃO, DE 120 - 150 CM	X		
03	COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

☒ NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO ☒

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/EMPRESA
Andréia Silva de L. Lacerda	Enfermeira	Carla Patrícia N. da Silva
Carla Patrícia Nascimento da Silva	Téc. Enf.	Técnico de Enfermagem
Reyliana Correia	Téc. Enf.	COREN/DF: 001.388.055
		Leydiana Correia
		Téc. Enfermagem
		Córen-DF 1260457 - TE

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

MERCADO DIGITAL N°177/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBO CONECTOR/EXTENSOR ESPIRALADO 60" BAIXA PRESSÃO, TERMOMETRO DIGITAL, TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO CURVO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA, TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO RETO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA, FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO BIOLÓGICA, AGULHA ANESTESICA PARA ELETROESTIMULACAO

DATA: 12 / 03 / 2021	ITEM: 04
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: BIO INFINITY	
MARCA / MODELO: TUBO PARA AMOSTRA DE GASES C/ PONTEIRA LUER LOOK - 2,5 MTS - VENT163P2	LOTE: VC163P2141220923
CÓDIGO MV: 3322	
FABRICANTE: VENTCARE	
Nº DE AMOSTRAS:	REGISTRO ANVISA: 80677040010

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO RETO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA. TUBO DE AMOSTRAGEM COM ENTRADA PARA CONECTOR LUER LOCK, PRODUTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE MONITORIZAÇÃO DA MARCA MINDRAY.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO RETO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA.	X		
02	TUBO DE AMOSTRAGEM COM ENTRADA PARA CONECTOR LUER LOCK	X		
03	PRODUTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE MONITORIZAÇÃO DA MARCA MINDRAY.	X		
04	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	X		
05	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
06	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM	(X) NÃO
QUAIS: O produto é compatível com o aparelho de Anestesia da GE.	

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ()
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
DAISIA G.C. GRACA	GERENTE	
Symaio Rodri	SEAMP - ABDF	
Elida F da Silva	GERCC	



Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS - Área Especial Quadra 101 – CEP: 70.335-900 | Brasília-DF

Gerente de...

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

MERCADO DIGITAL N°177/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBO CONECTOR/EXTENSOR ESPIRALADO 60" BAIXA PRESSÃO, TERMOMETRO DIGITAL, TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO CURVO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA, TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO RETO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA, FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO BIOLÓGICA, AGULHA ANESTESICA PARA ELETROESTIMULACAO

DATA: 12/03/2021

ITEM: 03

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: BIO INFINITY

MARCA / MODELO: TUBO PARA AMOSTRA DE GASES C/ PONTEIRA LUER LOCK – 2,5 MTS – VENT163P2

CÓDIGO MV: 3319

LOTE: VC163P2141220923

FABRICANTE: VENTCARE

Nº DE AMOSTRAS:

REGISTRO ANVISA: 80677040010

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO CURVO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA. TUBO DE AMOSTRAGEM COM ENTRADA PARA CONECTOR LUER LOCK, PRODUTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE MONITORIZAÇÃO DA MARCA MINDRAY.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	TUBO DE AMOSTRAGEM ADULTO CURVO DESCARTÁVEL PARA CAPNOGRAFIA.	X		
02	TUBO DE AMOSTRAGEM COM ENTRADA PARA CONECTOR LUER LOCK	X		
03	PRODUTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE MONITORIZAÇÃO DA MARCA MINDRAY.	X		
04	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	X		
05	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
06	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

(X) NÃO

QUAIS:

Observação: O produto entregue é compatível com aparelho de anestesia da GE.

PARECER FINAL

APROVADO (X)

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Sumayra Pereira do Mota	SEMP - HBDF	13262
Adriana G.C. GRACA	GERCC	SEMP - HBDF/IGESDF
Gláucia F. da Silva		0154.180.9



Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS - Área Especial Quadra 101 - CEP: 70.335-900 | Brasília-D

Ent. 1
Máscara
Definitiva