IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Pedido de Cotação BIONEXO nº 104169256 DATA: 23/06/2020

ITEM Nº: 04
MARCA: COLOPLAST
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
QUANTIDADE DE AMOSTRAS ENVIADAS:
REGISTRO NA ANVISA:
IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL/ DESCRITIVO PADRONIZADO: BOLSA PARA ESTOMIA PROLÁPSO ADULTO TRANSPARENTE ARO 70 MM 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL. MATERIAL: BOLSA PLÁSTICA COM PLACA ADESIVA E PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA, COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA ASSOCIADA À GELATINA E/OU PECTINA. TAMANHO/CAPACIDADE: SACO COLETOR COM COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 30CM E 15 CM RESPECTIVAMENTE, BASE ADESIVA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL DE NO MÍNIMO 10MM E MÁXIMO DE 70 MM, COM FLANGE/ARO COMPATÍVEL COM A BASE ADESIVA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA SISTEMA DE DUAS PEÇAS, PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO. SACO COLETOR TRANSPARENTE E DRENÁVEL, COMPOSTO POR DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS ANTIODOR, ATÓXICA, SILENCIOSAS, MACIAS, HIPOALERGÊNICAS, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO E TELA PROTETORA NÃO ADERENTE, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO, FILTRO ANTIODOR ACOPLADO COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFL

LEGENDA: NA = NÃO SE APLICA

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA				
1	Embalagem contendo nome do fabricante (RDC 185/2011 - Registro de produtos para saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
2	Embalagem informando a quantidade (RDC 185/2011 - Registro de produtos para saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
3	Embalagem contendo a Composição do Material (RDC 185/2011 - Registro de produtos para saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
4	Embalagem contendo a Dimensões do Produto (RDC 185/2011 - Registro de produtos para saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
5	Rótulo contendo informações com a marca e modelo do produto (RDC 185/2011 - Registro de produtos para a saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
6	Rótulo com informação de validade (RDC 185/2011 - Registro de produtos para a saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
7	Embalagem com o descritivo detalhado em português (RDC 185/2011 - Registro de produtos para saúde)	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
8	Selagem íntegra e regular da embalagem	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
9	Permite transferência asséptica	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
10	Descrição do produto atóxico e apirogênico	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
11	Rótulo com informação de validade e método de esterilização	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
12	Rótulo com o número de série	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
13	Rótulo com nome do responsável técnico	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SHMS – ÁREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A CEP: 70.335-900

Digitalizado com Cam

14	Material fornecido individualmente	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
15	Material fornecido em caixa	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				
16	O produto está de acordo com o especificado no Ato Convocatório	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
17	Altera sua coloração após esterilização em autoclave	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
18	Matéria prima é compatível ao solicitado no descritivo	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
19	Material possui flexibilidade adequada	SIM (X)	NÃO ( )	NA ( )
20	Material Estéril	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
21	Suporta temperatura até 121ºC	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
22	Suporta temperatura até 134ºC	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
23	Implante com bom acabamento e sem rebarbas	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
24	Compatibilidade entre arruela e parafuso	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)
25	Compatibilidade entre parafuso e o fio guia	SIM ( )	NÃO ( )	NA (X)

CARACTERÍSTICAS FAVORÁVEIS

Permite a adaptação em irregularidades que precisam de flutuação e para aderência em estomas com hérnia paraestomal.

CARACTERÍSTICAS DESFAVORÁVEIS

CONCLUSÃO

APROVADO (X)	**REPROVADO ( )**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS	
NOME: Alexandra Isabel de Amorim Lino	ASS. Alexandra Isabel de A. Lino Fisioterapeuta COREN/DF 129438
NOME:	ASS.
NOME:	ASS.
NOME:	ASS.
NOME:	ASS.

Digitalizado com Cam

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS -

DATA 25/ 2 /2021	ITEM: **01**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: : COLOPLAST	CÓDIGO MV - 557
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310105

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA PROLÁPSO ADULTO TRANSPARENTE ARO 70 MM 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal. Material: bolsa plástica com placa adesiva e protetora em resina sintética, composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina. Tamanho/Capacidade: saco coletor com comprimento e largura mínima de 30cm e 15 cm respectivamente, base adesiva com diâmetro recortável de no mínimo 10mm e máximo de 70 mm, com flange/aro compatível com a base adesiva. Características Adicionais: bolsa sistema de duas peças, protegida por invólucro plástico silencioso. Saco coletor transparente e drenável, composto por duas películas plásticas antiodor, atóxica, silenciosas, macias, hipoalergênicas, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto, filtro antiodor acoplado com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes, acompanhado de no mínimo 1 clamp para cada 10 bolsas resistente, com pontas que não provoque lesões ao paciente e permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio e higienização da mesma. Apresentação: acondicionadas em caixas com 10 unidades com no mínimo 1 clamp para cada 10 bolsas.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA PROLÁPSO ADULTO TRANSPARENTE ARO 70 MM 2 PEÇAS	X		
02	Drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal	X		
03	Saco coletor com comprimento e largura mínima de 30cm e 15 cm respectivamente	X		
04	Bolsa sistema de duas peças, protegida por invólucro plástico silencioso. Saco coletor transparente e drenável	X		
05	Películas plásticas antiodor, atóxica	X		
06	No mínimo 1 clamp para cada 10 bolsas resistente, com pontas que não provoque lesões ao paciente e permita perfeito fechamento da área de drenagem	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Alexandra I. A. Lino	Enfa / Procto	
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	
Victor Xavier	Médico Resid./Procto	

Alexandra I. de A. Lino
Fisioterapeuta
COFEN/DF 129438

Dr. Victor Xavier
Médico
CRM-DF 24755

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.435

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/ 2 /2021	ITEM: **02**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 559
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: : 10430319062

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA PROLÁPSO ADULTO TRANSPARENTE ARO 90/100 MM 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal. Material: bolsa plástica com placa adesiva e protetora em resina sintética, composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina. Tamanho/Capacidade: saco coletor com comprimento e largura mínima de 30 cm e 15 cm respectivamente, base adesiva com diâmetro recortável de no mínimo de 10 e máximo 100 mm, com flange/aro compatível com a base adesiva. Características Adicionais: bolsa sistema de duas peças, protegida por invólucro plástico silencioso. Saco coletor transparente e drenável, composto por duas películas plásticas, antiodor, atóxica, silenciosas, macias, hipoalergênica, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto, filtro antiodor acoplado com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes, acompanhado de no mínimo 1 clamp para cada 10 bolsas resistente, com pontas que não provoque lesões ao paciente, e permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio e higienização da mesma. Apresentação: acondicionadas em caixas com 10 unidades, com no mínimo 1(um) clamp para cada 10 bolsas.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA PROLÁPSO ADULTO TRANSPARENTE ARO 90/100 MM 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Comprimento e largura mínima de 30 cm e 15 cm respectivamente	X		
03	Bolsa sistema de duas peças, protegida por invólucro plástico silencioso	X		
04	Selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, tela protetora não aderente, resistente	X		
05	Não desprenda facilmente do conjunto, filtro antiodor acoplado com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes	X		
06	no mínimo 1 clamp para cada 10 bolsas resistente	X		
07	Que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio e higienização da mesma	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Alexandra Isabel A. Lino	Enf. / Procto	
Joubert Fernandes Barbosa	Medico / Procto	
Victor Xavier	Res. Medico / Procto	

Alexandra I. de A. Lino
Estomaterapeuta
COREN/DF 129438

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.435

Dr. Victor Xavier
Médico
CRM-DF 24755

Dr. Victor Xavier
Médico
CRM-DF 24755

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA 25/ 2 /2021	ITEM: **03**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 556
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310050

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA RETRAÍDA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal. Material: bolsa plástica com base adesiva e protetora em resina sintética composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina. Tamanho/Capacidade: saco coletor transparente com comprimento e largura mínima de 20 cm e 12 cm respectivamente, base protetora com diâmetro recortável entre 15 mm e 50 mm, convexidade de 1,58mm a 6,35mm. protegida por invólucro plástico silencioso, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto. Características Adicionais: bolsa sistema de uma peça, retraída. Saco coletor transparente e drenável, composto por duas películas plásticas, antiodor, atóxica, silenciosas, macias, hipoalergênica com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto, com filtro antiodor acoplado, com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes, acompanhado de no mínimo 1(um) clamp para cada 10 bolsas, resistente, com pontas que não provoque lesão ao paciente, que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio e higienização da mesma. Apresentação: acondicionadas em caixas com 10 unidades, com no mínimo 1(um) clamp para cada 10 bolsas.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA RETRAÍDA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL	X		
02	drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal	X		
03	Saco coletor transparente com comprimento e largura mínima de 20 cm e 12 cm respectivamente, base protetora com diâmetro recortável entre 15 mm e 50 mm, convexidade de 1,58mm a 6,35mm	X		
04	Protegida por invólucro plástico silencioso, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto	X		
05	Antiodor, atóxica, silenciosas, macias, hipoalergênica	X		
06	Com pontas que não provoque lesão ao paciente, que permita perfeito fechamento da área de drenagem	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Alexandra I. Amorim Lino	Enfª / Procto	
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	
Victor Xavier	Res. Médico / Procto	

Alexandra I. de A. Lino
Estomaterapeuta
COREN/DF 129438

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.445

[redacted] de Base do Distrito Federal
[redacted]MHS - [redacted]ecial Quadra 101 – CEP: 70.335-900 | Brasília-DF.

Dr. Victor Xavier
Médico
CRM-DF 24755

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/ 2 /2021	ITEM: **04**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 573
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: : 10430310052

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA RETRAÍDA/CONVEXA ADULTO 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal. Material: Base adesiva recortável com barreira protetora em resina sintética composta por carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina. Convexidade moderada de 1,58 mm a 6,35 mm. Saco transparente e drenável, composto por duas películas plásticas, atóxica, silenciosas, macias, hipoalergênica com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto. Tamanho/ Capacidade: saco coletor com comprimento e largura mínima de 20 cm e 12 cm respectivamente, com flange/aro compatível com a base adesiva. Base adesiva com diâmetro recortável entre 15 mm e 50 mm com flange/aro. Características Adicionais: Bolsa com sistema de duas peças, convexa, com flange/aro compatível com a base adesiva, acompanhada de disco adesivo, com filtro antiodor acoplado, com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes. Saco coletor transparente e drenável, acompanhada de no mínimo 1(um) clamp para cada 10 bolsas, resistente, com pontas que não provoque lesão ao paciente, que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem o extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio e higienização da mesma, não estéril. Apresentação: Acondicionadas em caixas com 10 unidades.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA RETRAÍDA/CONVEXA ADULTO 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Convexa, com flange/aro compatível com a base adesiva, acompanhada de disco adesivo, com Filtro antiodor acoplado	X		
03	Com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes	X		
04	Saco coletor transparente e drenável, acompanhada de no mínimo 1(um) clamp para cada 10 Bolsas, resistente, com pontas que não provoque lesão ao paciente	X		
05	Que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem o extravasamento de efluentes	X		
06	Favorecendo o manuseio e higienização da mesma	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Alexandra I. Amorim Lino	Enf. / Procto	Alexandra I. de A. Lino Estomaterapeuta COREN/DF 129438
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	Dr. Joubert Fernandes Barbosa Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal Videolaparoscopia / Videocolonoscopia CRM-DF 12.435
Victor Xavier	Res. Médico / Procto	

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/2/2021	ITEM: **05**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 561
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: : 10430310056

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ILEOSTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de fezes para portadores de estomia intestinal. Material: bolsa plástica com base adesiva e protetora em resina sintética composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina. Tamanho/Capacidade: saco coletor com comprimento e largura mínima de 20 cm e 12 cm respectivamente, base adesiva com diâmetro recortável entre 10 e 50 mm, com flange/aro compatível com a base adesiva. Características Adicionais: bolsa plástica sistema de duas peças. Saco coletor transparente e drenável, composto por duas películas plásticas, antiodor, atóxicas, silenciosas, macias, hipoalergênicas, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto, acompanhado de no mínimo 1 clamp para cada 15 bolsas, resistente, com pontas que não provoque lesões ao paciente, e permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio e higienização da mesma. Apresentação: acondicionada em caixa com 15 unidades e no mínimo 1(um) clamp para cada 15 bolsas.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ILEOSTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Coletor transparente e drenável, composto por duas películas plásticas, antiodor, atóxicas	X		
03	Com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto	X		
04	Acompanhado de no mínimo 1 clamp para cada 15 bolsas	X		
05	Resistente, com pontas que não provoque lesões ao paciente, e permita perfeito fechamento da Área de drenagem, sem extravasamento de efluentes	X		
06	Favorece o manuseio e higienização da mesma. Apresentação			

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
Alexandra I. A. Lino	Enfª / Proct.	
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Proct.	
Victor Xavier	Res. Médico / Proct.	

Alexandra I. de A. Lino
Estomaterapeuta
COREN-DF 129438

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.435

Dr. Victor Xavier
Médico
CRM-DF 24755

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/ 02 /2021	ITEM: **06**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 572
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310056

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina para portador de estomia urológica. Material: base adesiva recortável com barreira protetora em resina sintética, composta por carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina, em sua área interna da flange. Saco coletor transparente e drenável, composto de no mínimo duas películas plásticas, silenciosas, macias, atóxicas, hipoalergênicas, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto. Tamanho/Capacidade: saco coletor com capacidade de 300 ml, comprimento e largura mínima de 20 cm e 12 cm respectivamente, flange/aro compatível com base adesiva. Características Adicionais: bolsa com sistema de duas peças, saco coletor transparente e drenável, extremidade inferior arredondada, de tamanho compatível com sistema de drenagem, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, base adesiva com diâmetro recortável entre 10 mm e 60 mm, sistema não estéril. Válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama) e que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem o extravasamento de efluentes. Apresentação: acondicionadas em caixas com 15 unidades.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL	X		
02	extremidade inferior arredondada, de tamanho compatível com sistema de drenagem, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco	X		
03	base adesiva com diâmetro recortável entre 10 mm e 60 mm	X		
04	Válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama)	X		
05	Que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem o extravasamento de efluentes	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
Alexandra Isabel de A. Lino	Enf / Procto	Alexandra I. de A. Lino Estomaterapeuta COREN/DF 129438
Joubert Fernandes Barbosa	Medico / Procto	Dr. Joubert Fernandes Barbosa Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal Videolaparoscopia / Videocolonoscopia CRM-DF 12 435
Victor Xavier	Res Medico / Procto	Dr. Victor Xavier Médico CRM-DF

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25 / 2 /2021	ITEM: **07**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 564
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310092

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL.APLICAÇÃO: drenagem de urina para portadores de estomia urológica. COMPOSIÇÃO: bolsa plástica com base adesiva plana, com ou sem adesivo microporoso, composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina.. TAMANHO: base adesiva com diâmetro recortável mínimo entre 10 e 15 mm e máximo entre 45 e 64 mm e saco coletor com comprimento mínimo de 20 cm e largura mínima de 12 cm e capacidade de 300 mL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: bolsa sistema de uma peça, saco coletor transparente e drenável, composto por uma tela protetora de pele perfurada e não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto e por duas películas plásticas: atóxicas, silenciosas, macias, hipoalergênicas, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, extremidade inferior arredondada de tamanho compatível com o sistema de drenagem. Deve possuir válvula antirrefluxo e válvula adaptadora para drenagem,que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama) e que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem o extravasamento de efluentes. Não estéril.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Saco coletor transparente e drenável, composto por uma tela protetora de pele perfurada e não aderente e resistente	X		
03	Que não desprenda facilmente do conjunto e por duas películas plásticas	X		
04	Atóxicas, silenciosas, macias, hipoalergênicas, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, extremidade inferior arredondada de tamanho compatível com o sistema de drenagem	X		
05	Deve possuir válvula antirrefluxo e válvula adaptadora para drenagem,que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama)	X		
06	Que permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem o extravasamento de efluentes	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Alexandra I. Amorim Lino	Enf / Proct	Alexandra J. de A. Lino Estomaterapeuta COREN-DF 129438
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Proct	Dr. Joubert Fernandes Barbosa Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal Videolaparoscopia / Videocolonoscopia CRM-DF 22.435
Victor Xavier	Res. Médico / Proct	Dr. Victor Xavier Médico CRM-DF 24755

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 23 / 2 /2021	ITEM: **08**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 554
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: : 10430310092

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA UROSTOMIA INFANTIL TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina para portadores de estomia urológica. Material: bolsa plástica com base adesiva e protetora em resina sintética, composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina. Tamanho/Capacidade: saco coletor com comprimrnto e largura máxima de 20cm e 12cm, capacidade de 200 ml e placa protetora com diâmetro recortável entre 08 mm e 35 mm. Características Adicionais: bolsa sistema de uma peça, saco coletor transparente e drenável, composto por duas películas plásticas, antiodor, atóxica, silenciosas, macia e hipoalergênica, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, extremidade inferior arredondada de tamanho compatível com sistema de drenagem e tela protetora não aderente, resistente e que não desprenda facilmente do conjunto. Possuir válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama) e permita perfeito fechamento da área de drenagem, sem extravasamento de efluentes. Apresentação: acondicionadas em caixas com 15 unidades.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA UROSTOMIA INFANTIL TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Drenagem de urina para portadores de estomia urológica	X		
03	Composta de carboximetilcelulose sódica associada à gelatina e/ou pectina	X		
04	Recortável entre 08 mm e 35 mm	X		
05	Composto por duas películas plásticas, antiodor, atóxica, silenciosas, macia e hipoalergênica	X		
06	Hipoalergênica, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, extremidade inferior arredondada de tamanho compatível com sistema de drenagem e tela protetora não aderente	X		
07	Válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
Alexandra I. Amorim Lino	Enfa / Procto	
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	
Victor Xavier	Res. Médico/Procto	

Alexandra I. de A. Lino
Estomaterapeuta
COREN-DF 129438

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.435

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/2/2021	ITEM: **09**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAT DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 584
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310073

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA COLOSTOMIA, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: irrigação e controle da eliminação intestinal. Material: Kit composto de: 1 (uma)Bolsa irrigadora plástica para reservatório líquido. 1(um) Cone/colo tip, anatômico de silicone, compatível com a abertura do estoma, flexível, suave, confortável e removível; 2 (duas) Mangas de Irrigação - Confeccionadas em plástico antiodor, transparente e drenavél; 1 (um) Suporte de cinto - Confeccionado em PVC, flexível, aro compatível com a manga de irrigação. Tamanho/Conteúdo: Bolsa/irrigador com capacidade volumétrica até 2.000 ml com graduação em ml. Mangas de irrigação de comprimento mínimo de 80 cm, flange/aro, uma de 50 mm e uma de 60 mm, 1 (um) Suporte de cinto tamanho da flange/aro compatível com as mangas de irrigação. Características Adicionais: Bolsa/irrigador para líquido graduada em ml, que favoreça a visualização e leitura do nível da água, com alça transparente para fixação de suporte, condutor de fluxo com regulador integrado, suave, de fácil manuseio, que permita controle do fluxo de líquido e entrada de ar. Cone removível e que favoreça a higienização. Manga de Irrigação com abertura na parte inferior com clip incorporado, que possa proporcionar vedação segura e abertura na parte inferior, não estéril. Apresentação: acondicionado em caixa contendo 1 kit completo.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA COLOSTOMIA, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Kit composto de: 1 (uma)Bolsa irrigadora plástica para reservatório líquido. 1(um) Cone/colo tip, anatômico de silicone, compatível com a abertura do estoma	X		
03	Flexível, suave, confortável e removível; 2 (duas) Mangas de Irrigação - Confeccionadas em plástico antiodor, transparente e drenavél; 1 (um) Suporte de cinto - Confeccionado em PVC, flexível,	X		
04	Aro compatível com a manga de irrigação. Tamanho/Conteúdo: Bolsa/irrigador com capacidade volumétrica até 2.000 ml com graduação em ml. Mangas de irrigação de comprimento mínimo de 80 cm, flange/aro, uma de 50 mm e uma de 60 mm, 1 (um) Suporte de cinto tamanho da flange/aro compatível com as mangas de irrigação	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Alexandra I. Amorim Lino	Enf.ª / Procto	Lino
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	
Victor Xavier	Res. Médico/Procto	

Alexandra I. de A. Lino
Estomaterapeuta
COREN/DF 129438

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.435

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/02/2021	ITEM: **10**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 393
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: : 10430310026

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

OBTURADOR DE COLOSTOMIA ADULTO 1 PEÇA COMPRIMENTO 45 MM, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: proteção e oclusão do estoma. Material: oclusor de estoma com base adesiva e protetora de pele em resina sintética, composta de carboximetilcelulose sódica, associada à gelatina e/ou pectina e cilindro de espuma de poliuretano de cerdas abertas comprimidas por película hidrossolúvel. Tamanho/Capacidade: cilindro de espuma com comprimento de 45 mm e diâmetro pré cortado de 45 mm.
Características Adicionais: sistema de uma peça, com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes, cilindro de espuma suave e flexível, com filtro antiodor acoplado. Apresentação: acondicionados em caixa com 10 unidades, embalados individualmente.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	OBTURADOR DE COLOSTOMIA ADULTO 1 PEÇA COMPRIMENTO 45 MM, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Proteção e oclusão do estoma. Material: oclusor de estoma com base adesiva e protetora de pele em resina sintética	X		
03	Composta de carboximetilcelulose sódica, associada à gelatina e/ou pectina e cilindro de espuma de poliuretano de cerdas abertas comprimidas por película hidrossolúvel	X		
04	Tamanho/Capacidade: cilindro de espuma com comprimento de 45 mm e diâmetro pré cortado de 45 mm	X		
05	Proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes, cilindro de espuma suave e flexível, com filtro antiodor acoplado	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA
Alexandra I. Amorim Lino	Enf. / Procto	Alexandra I. de A. Lino Estomaterapeuta COREN/DF 129438
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	
Victor Xavier	Res. Médico / Procto	

Dr. Victor Xavier
Médico
CRM-DF 24755

Dr. Joubert Fernandes Barbosa
Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal
Videolaparoscopia / Videocolonoscopia
CRM-DF 12.435

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO Nº/2021

REGISTRO DE PREÇOS –

DATA: 25/ 2 /2021	ITEM: **11**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 390
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S: : 10430310026

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

OBTURADOR PARA COLOSTOMIA ADULTO 1 PEÇA COMPRIMENTO 35 MM, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: proteção e oclusão do estoma. Material: oclusor de estoma com base adesiva e protetora de pele em resina sintética, composta de carboximetilcelulose sódica, associada à gelatina e/ou pectina e cilindro de espuma de poliuretano de cerdas abertas comprimidas por película hidrossolúvel. Tamanho/Capacidade: cilindro de espuma com comprimento de 35 mm e diâmetro pré cortado de 45 mm.
Características Adicionais: sistema de uma peça, com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes, cilindro de espuma suave e flexível, com filtro antiodor acoplado. Apresentação: acondicionadados em caixa com 10 unidades, embalados individualmente.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			X
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	OBTURADOR PARA COLOSTOMIA ADULTO 1 PEÇA COMPRIMENTO 35 MM, NÃO ESTÉRIL	X		
02	Sistema de uma peça, com proteção que não permita contato com líquidos e/ou efluentes	X		
03	Cilindro de espuma suave e flexível, com filtro antiodor acoplado	X		
04	Proteção e oclusão do estoma	X		
05	Oclusor de estoma com base adesiva e protetora de pele em resina sintética	X		
06	Composta de carboximetilcelulose sódica, associada à gelatina e/ou pectina e cilindro de espuma de poliuretano de cerdas abertas comprimidas por película hidrossolúvel	X		
07	Tamanho/Capacidade: cilindro de espuma com comprimento de 35 mm e diâmetro pré cortado de 45 mm.	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
Alexandra J. Amorim Lino	Enfa / Procto	Alexandra J. de A. Lino Enfermeira COREN/DF 129438
Joubert Fernandes Barbosa	Médico / Procto	Dr. Joubert Fernandes Barbosa Cirurgia Geral / Cirurgia Colorretal Videolaparoscopia / Videocolonoscopia CRM-DF 12.435
Victor Xavier	Res. Medico Procto	Dr. Victor Xavier Médico CRM-DF 24755

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Dispensa de Seleção de Fornecedores nº 122/2020

CLAMP UMBILICAL, COLETOR DE SECREÇÕES, PROTETOR OCULAR NEONATAL, BOLSA PARA ESTOMIA E CATETER UMBILICAL, Com fulcro no Art. 25, inciso I, da RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019

DATA: 18/02/2021	ITEM: 06
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV -566
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL, MATERIAL: BOLSA COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA ASSOCIADA À GELATINA E/OU PECTINA, PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO. SACO COLETOR TRANSPARENTE E DRENÁVEL, COMPOSTO POR DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS, ANTIODOR, ATÓXICA, SILENCIOSAS, MACIAS, HIPOALERGÊNICA COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO E TELA PROTETORA NÃO ADERENTE, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO. TAMANHO/CAPACIDADE: SACO COLETOR COM COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 20 CM E 12 CM RESPECTIVAMENTE. PLACA PROTETORA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL ENTRE 15 MM A 70 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA SISTEMA DE UMA PEÇA, COM FILTRO ANTIODOR ACOPLADO, COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFLUENTES, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 1(UM) CLAMP PARA CADA 10 BOLSAS, RESISTENTE, COM PONTAS QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE, QUE PERMITA PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM, SEM O EXTRAVASAMENTO DE EFLUENTES, FAVORECENDO O MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DA MESMA, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10 UNIDADES E COM NO MÍNIMO 1(UM) CLAMP PARA CADA 10 BOLSAS.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 1 PEÇA DRENAGEM DE FEZES	X		
02	COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA	X		
03	PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO	X		
04	SACO COLETOR COM COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 20 CM E 12 CM RESPECTIVAMENTE	X		
05	COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFLUENTES	X		
06	COM PONTAS QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE, QUE PERMITA PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM ( ) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
Maria Isabel Rocha Pereira	Enf.ª Pediatra/apoio	Pereira 82166
Cintia Sant'Ana Cardoso mat 4273	chefe neonatologia	Cintia S. Cardoso
Alexandra Elaine Monteiro Rondas	Fisio. UTIN	
Ana Carla Mendes Ferreira Mat. 16578597	Enf.ª CCPE HRSM	Ana

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS	
Dispensa de Seleção de Fornecedores nº 122/2020 **CLAMP UMBILICAL, COLETOR DE SECREÇÕES, PROTETOR OCULAR NEONATAL, BOLSA PARA ESTOMIA E CATETER UMBILICAL,** Com fulcro no Art. 25, inciso I, da RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019	
DATA 18/02/2021	ITEM: 09
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV - 570
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BOLSA PARA ESTOMIA INFANTIL TRANSPARENTE 1 PEÇA, NÃO ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL. MATERIAL: BOLSA COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA ASSOCIADA À GELATINA E/OU PECTINA, PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO. SACO COLETOR TRANSPARENTE E DRENÁVEL, COMPOSTO POR DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS, ANTIODOR, ATÓXICA, SILENCIOSAS, MACIAS, HIPOALERGÊNICA COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO E TELA PROTETORA NÃO ADERENTE, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA COM SISTEMA DE UMA PEÇA, COM FILTRO ANTIODOR ACOPLADO, COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFLUENTES, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 1(UM) CLAMP PARA CADA 10 BOLSAS, RESISTENTE, COM PONTAS QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE, QUE PERMITA PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM, SEM O EXTRAVASAMENTO DE EFLUENTES, FAVORECENDO O MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DA MESMA, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO/CAPACIDADE: SACO COLETOR COM COMPRIMENTO E LARGURA MÁXIMA DE 20 CM E 12 CM RESPECTIVAMENTE. PLACA PROTETORA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL DE NO MÍNIMO 10 MM E MÁXIMO 50 MM.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO				
	ANÁLISE DA EMBALAGEM	**CONFORME**	**NÃO CONFORME**	**NÃO SE APLICA**
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA INFANTIL TRANSPARENTE 1 PEÇA	X		
02	BOLSA COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA	X		
03	PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO	X		
04	SACO COLETOR TRANSPARENTE E DRENÁVEL, COMPOSTO POR DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS, ANTIODOR, ATÓXICA, SILENCIOSAS, MACIAS, HIPOALERGÊNICA COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO E TELA PROTETORA NÃO ADERENTE	X		
05	ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 1(UM) CLAMP PARA CADA 10 BOLSAS, RESISTENTE	X		
06	COM PONTAS QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE, QUE PERMITA PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM, SEM O EXTRAVASAMENTO DE EFLUENTES	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?	
( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS:	

PARECER FINAL	
APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS		
NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Maria Izabel Rocha Pereira	Enfª Endomaturaqueta	Pereira 8465
Cintia Santa Ana Cardoso mat 4273	Chefia nutricionista	Cardoso
Claudia Flávia Mavinho Boedaes	Fisioterapeuta/UTIN P	
Ana Carla Mendes Ferreira mat. 1657859-7	Enfermeira CPCPE HRSM	Ana

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Dispensa de Seleção de Fornecedores nº 122/2020

CLAMP UMBILICAL, COLETOR DE SECREÇÕES, PROTETOR OCULAR NEONATAL, BOLSA PARA ESTOMIA E CATETER UMBILICAL, Com fulcro no Art. 25, inciso I, da RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019

DATA: 18/02/2021	ITEM: 08
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV -562
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 2 PEÇAS, NÃO ESTERIL. APLICAÇÃO: DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL. COMPOSIÇÃO: BOLSA PLÁSTICA E BASE ADESIVA, COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA ASSOCIADA À GELATINA E/OU PECTINA. TAMANHO/CAPACIDADE: BASE ADESIVA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL MÍNIMO ENTRE 10 E 15 MM E MÁXIMO ENTRE 57 E 65 MM E SACO COLETOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20CM E LARGURA MÍNIMA DE 12 CM, COM FLANGE/ARO COMPATÍVEL COM A BASE ADESIVA.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA SISTEMA DUAS PEÇAS, BASE ADESIVA COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO E SACO COLETOR TRANSPARENTE DRENÁVEL, COMPOSTO POR UMA TELA PROTETORA DE PELE PERFURADA E NÃO ADERENTE, RESISTENTE E QUE NÃO SE DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO E POR DUAS PELÍCULAS PLÁTICAS: ATÓXICAS, SILENCIOSAS, MACIAS E HIPOALERGÊNIAS, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO. FILTRO ANTIODOR INTEGRADO, COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFLUENTES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO.NÃO ESTÉRIL.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 2 PEÇAS DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL	X		
02	BOLSA PLÁSTICA E BASE ADESIVA	X		
03	BASE ADESIVA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL MÍNIMO ENTRE 10 E 15 MM E MÁXIMO ENTRE 57 E 65 MM E SACO COLETOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20CM E LARGURA MÍNIMA DE 12 CM	X		
04	FLANGE/ARO COMPATÍVEL COM A BASE ADESIVA	X		
05	PELÍCULAS PLÁTICAS: ATÓXICAS, SILENCIOSAS, MACIAS E HIPOALERGÊNIAS, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO	X		
06	FILTRO ANTIODOR INTEGRADO, COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFLUENTES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO INTEGRADO	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
Maria Izabel Rocha Pereira	Enfª Estomaterapeuta	MIPereira 3465
Cintia Sant'Ana Cardoso 4273	Chefe nanutrologia	
Alessandra Elaine Menezinho Rondão	Fisio UTIN	
Ana Carla Mendes Ferreira 16578597	Enfª CPCPE	

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Dispensa de Seleção de Fornecedores nº 122/2020

CLAMP UMBILICAL, COLETOR DE SECREÇÕES, PROTETOR OCULAR NEONATAL, BOLSA PARA ESTOMIA E CATETER UMBILICAL, Com fulcro no Art. 25, inciso I, da RESOLUÇÃO CA/IGESDF Nº 01/2019

DATA: 18/02/2021	ITEM: 07
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA	
MARCA: COLOPLAST	CÓDIGO MV -568
Nº DE AMOSTRAS: 01	Registro M.S.: 10430310100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO OPACA, NÃO ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL. MATERIAL: BOLSA COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA ASSOCIADA À GELATINA E/OU PECTINA, PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO. SACO COLETOR OPACO E DRENÁVEL, COMPOSTO POR DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS, ANTIODOR, ATÓXICA, SILENCIOSAS, MACIAS, HIPOALERGÊNICA COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO SACO E TELA PROTETORA NÃO ADERENTE, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO. TAMANHO/CAPACIDADE: SACO COLETOR COM COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 20 CM E 12 CM RESPECTIVAMENTE E BARREIRA PROTETORA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL ENTRE 15 MM A 70 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOLSA COM SISTEMA DE UMA PEÇA, COM FILTRO ANTIODOR ACOPLADO, COM PROTEÇÃO QUE NÃO PERMITA CONTATO COM LÍQUIDOS E/OU EFLUENTES, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 1(UM) CLAMP PARA CADA 10 BOLSAS, RESISTENTE, COM PONTAS QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE, QUE PERMITA PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM, SEM O EXTRAVASAMENTO DE EFLUENTES, FAVORECENDO O MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DA MESMA, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 10 UNIDADES E COM NO MÍNIMO 1 CLAMP PARA CADA 10 BOLSAS.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE DA EMBALAGEM	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
	ANÁLISE DA AMOSTRA			
01	BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO OPACA COM BARREIRA PROTETORA EM RESINA SINTÉTICA	X		
02	DRENAGEM DE FEZES PARA PORTADORES DE ESTOMIA INTESTINAL	X		
03	PROTEGIDA POR INVÓLUCRO PLÁSTICO SILENCIOSO	X		
04	RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDA FACILMENTE DO CONJUNTO	X		
05	SACO COLETOR OPACO E DRENÁVEL, COMPOSTO POR DUAS PELÍCULAS PLÁSTICAS	X		
06	SACO COLETOR COM COMPRIMENTO E LARGURA MÍNIMA DE 20 CM E 12 CM RESPECTIVAMENTE E BARREIRA PROTETORA COM DIÂMETRO RECORTÁVEL ENTRE 15 MM A 70 MM	X		
07	COM PONTAS QUE NÃO PROVOQUE LESÃO AO PACIENTE, QUE PERMITA PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Maria Izabel Rocha Pereira	Enfª Estomaterapeuta	Pereira 54165
Cintia Sabrina Carlosso 4273	Cintia Carlosso Chefe	
Eliomar Monteiro Cordeiro	Fisio UTIN	
Ana Carla Mendes Ferreira 16579597	Enfª CPCPE HRSM	