

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO 184/2020

REGISTRO DE PREÇOS - Trata-se de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital do objeto de **COMPRA REGULAR DE KIT TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA, FRASCO COLETOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ALGODÃO, CONJUNTO DRENAGEM, CAMPOS OFTÁLMICOS E CAMPO DE ANGIOGRAFIA**

DATA: 13/04/2021 ITEM: 03
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ZAMMI MEDICAL INNOVATION
MARCA: ZAMMI CÓDIGO MV - 3222
Nº DE AMOSTRAS: 02 Registro M.S.: 10216350070

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FRASCO COLETOR, 1000 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE. DESCARTÁVEL. TIPO SISTEMA FECHADO. ACOMPANHA TUBOS EXTENSORES. APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DE VIAS AÉREAS ADAPTÁVEL A REDE CANALIZADA DE VÁCUO, TIPO BEIRA LEITO. COMPOSIÇÃO: FRASCO EM PVC CRISTAL E 2 EXTENSORES EM PVC OU SILICONE ATÓXICO, MEDINDO DE 1,2 M A 2,5 M. TAMANHO/CAPACIDADE: FRASCO DE 1000ML GRADUADO VOLUMETRICAMENTE A CADA 50 OU 100ML; COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCOS COM LAÇAS DE SUSTENTAÇÃO. ACOMPANHADO DAS 02 EXTENSÕES EM PVC OU SILICONE ATÓXICO COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA SECREÇÃO, COM PINÇA/CLAMP CORTA FLUXO E TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL. DO TIPO 02 VIAS, COM CONEXÕES PARA VACUÔMETRO E PACIENTE. SISTEMA FECHADO QUE OFEREÇA SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO E USO EVITANDO TRANSBORDAMENTO DA SECREÇÃO. QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA A REDE DE VÁCUO E PARA OS PROFISSIONAIS. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: NÃO ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES. EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORÇADA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO AO PRODUTO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	FRASCO COLETOR, 1000 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE	X		
02	TIPO SISTEMA FECHADO. ACOMPANHA TUBOS EXTENSORES, PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DE VIAS AÉREAS ADAPTÁVEL A REDE CANALIZADA DE VÁCUO, TIPO BEIRA LEITO	X		
03	FRASCO EM PVC CRISTAL E 2 EXTENSORES EM PVC OU SILICONE ATÓXICO, MEDINDO DE 1,2 M A 2,5 M. TAMANHO/CAPACIDADE: FRASCO DE 1000ML	X		
04	GRADUADO VOLUMETRICAMENTE A CADA 50 OU 100ML; COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ()
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Valine dos Santos Prado	Enfermeira SESAP	
Priscilla P. Pinheiro Silva	Enfermeira SESAP	
Ramona F. A. G. B.	Enfermeira SESAP	

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO 184/2020

REGISTRO DE PREÇOS - Trata-se de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital do objeto de **COMPRA REGULAR DE KIT TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA, FRASCO COLETOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ALGODÃO, CONJUNTO DRENAGEM, CAMPOS OFTÁLMICOS E CAMPO DE ANGIOGRAFIA**

DATA: / /2021

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ZAMMI MEDICAL INNOVATION

ITEM: 02

MARCA: ZAMMI

CÓDIGO MV -3225

Nº DE AMOSTRAS: 02

Registro M.S.: 10216350070

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE. DESCARTÁVEL. TIPO SISTEMA FECHADO. ACOMPANHA TUBOS EXTENSORES. APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DE VIAS AÉREAS ADAPTÁVEL A REDE CANALIZADA DE VÁCUO, TIPO BEIRA LEITO. COMPOSIÇÃO: FRASCO EM PVC CRISTAL E 2 EXTENSORES EM PVC OU SILICONE ATÓXICO, MEDINDO DE 1,2 M A 2,5 M. TAMANHO/CAPACIDADE: FRASCO DE 500 A 600 ML GRADUADO VOLUMETRICAMENTE A CADA 50 OU 100ML; COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCOS COM LAÇAS DE SUSTENTAÇÃO. ACOMPANHADO DAS 02 EXTENSÕES EM PVC OU SILICONE ATÓXICO COM TRANSPARÊNCIA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA SECREÇÃO, COM PINÇA/CLAMP CORTA FLUXO E TAMPA NA EXTREMIDADE PROXIMAL. DO TIPO 02 VIAS, COM CONEXÕES PARA VACUÔMETRO E PACIENTE. SISTEMA FECHADO QUE OFEREÇA SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO E USO EVITANDO TRANSBORDAMENTO DA SECREÇÃO. QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA A REDE DE VÁCUO E PARA OS PROFISSIONAIS. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: NÃO ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES. EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORÇADA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO AO PRODUTO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	EMBALAGEM REFORÇADA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL	X		
02	TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE TIPO SISTEMA FECHADO, CONEXÕES PARA VACUÔMETRO E PACIENTE	X		
03	TAMANHO/CAPACIDADE: FRASCO DE 500 A 600 ML GRADUADO VOLUMETRICAMENTE A CADA 50 OU 100ML	X		
04	FRASCO EM PVC CRISTAL E 2 EXTENSORES EM PVC OU SILICONE ATÓXICO, MEDINDO DE 1,2 M A 2,5 M	X		
05	SISTEMA FECHADO QUE OFEREÇA SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO E USO EVITANDO TRANSBORDAMENTO DA SECREÇÃO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA PARA A REDE DE VÁCUO E PARA OS PROFISSIONAIS.	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

X NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO X

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
<i>Christina Aguiar Costa</i>	T.C.	<i>[Assinatura]</i>
<i>Quelma</i>	ANF	<i>[Assinatura]</i>
<i>Paratunga A. Gê</i>	enf / UTE Trans	<i>[Assinatura]</i>

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO 184/2020

REGISTRO DE PREÇOS - Trata-se de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital do objeto de **COMPRA REGULAR DE KIT TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA, FRASCO COLETOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ALGODÃO, CONJUNTO DRENAGEM, CAMPOS OFTÁLMICOS E CAMPO DE ANGIOGRAFIA**

DATA: 05/04 /2021 ITEM: 07
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Central Comércio de Produtos Hospitalares
MARCA: Ingamed CÓDIGO - 241
Nº DE AMOSTRAS: 02 Registro M.S.: 80086720029

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CAMPO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: CAMPO ADEQUADO PARA COBERTURA DE PACIENTE EM SALA CIRÚRGICA PARA PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS. MATERIAL: CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO EM SMS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, ANTIESTÁTICO, REPELENTE À ÁGUA E ÀLCOOL, COM BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS ISENTO DE LÁTEX, IMPERMEÁVEL, COM BARREIRA ANTIMICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE BFE. TAMANHO/CAPACIDADE: 01 CAMPO CIRÚRGICO COM MEDIDA MÍNIMA DE 110CM X 120CM COM REGIÃO DE REFORÇO ABSORVENTE. FENESTRA ARREDONDADA NO CENTRO DO CAMPO DE NO MÍNIMO 7 CM E NO MÁXIMO 9 CM. COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL COM RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE FAVOREÇA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN), UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE			X
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	CAMPO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO	X		
02	USO ÚNICO EM SMS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, ANTIESTÁTICO, REPELENTE À ÁGUA E ÀLCOOL	X		
03	BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS ISENTO DE LÁTEX, IMPERMEÁVEL, COM BARREIRA ANTIMICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE BFE	X		
04	TAMANHO/CAPACIDADE: 01 CAMPO CIRÚRGICO COM MEDIDA MÍNIMA DE 110CM X 120CM COM REGIÃO DE REFORÇO ABSORVENTE	X		
05	FENESTRA ARREDONDADA NO CENTRO DO CAMPO DE NO MÍNIMO 7 CM E NO MÁXIMO 9 CM	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

(X) NÃO

QUAIS:

Campo aprovado para uso

PARECER FINAL

APROVADO (X)

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<i>Paloma Nicolau Tomaz</i>	<i>Residente</i>	<i>Paloma Nicolau Tomaz</i>
<i>Juliana Silva</i>	<i>Residente</i>	<i>Juliana Silva</i>
<i>Gabriel da Silva</i>	<i>Staff Oftalmologia</i>	<i>Gabriel da Silva</i>

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO 184/2020

REGISTRO DE PREÇOS - Trata-se de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital do objeto de **COMPRA REGULAR DE KIT TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA, FRASCO COLETOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ALGODÃO, CONJUNTO DRENAGEM, CAMPOS OFTÁLMICOS E CAMPO DE ANGIOGRAFIA**

DATA: 06/04/2021

ITEM: 08

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

MARCA: POLAR FIX

CÓDIGO MV - 238

Nº DE AMOSTRAS: 02

Registro M.S.: 8003400026

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CAMPO PARA PARA ANGIOGRAFIA, APLICAÇÃO: USO EM HEMODINÂMICA PARA PROCEDIMENTOS ENDOVASCULARES. CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO DE NO MÍNIMO: 01 CAMPO IMPERMEÁVEL EM NÃO TECIDO (SMS OU LAMINADO MÍNIMO DE 50 G/M²), COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE FIBRAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200 CM X 310 CM), COM 02 FENESTRAS COM FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA AO SEU REDOR MEDINDO APROXIMADAMENTE (9 CM DE DIÂMETRO); COM REFORÇO ABSORVENTE (ALTA ABSORÇÃO) PARA CONTENÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS; COM LATERAL EM LAMINADO PLÁSTICO, TRANSLÚCIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (68 CM X 314 CM), PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS DA MESA DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ ATENDER A NBR 16.064. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO: 3 ANOS. ESTERILIZADOS EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FOLHAS DE NÃO TECIDO SMS EM ENVELOPE DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO, ESTERILIZADOS EM ÓXIDO DE ETILENO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	X		
09	EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM FOLHAS DE NÃO TECIDO SMS EM ENVELOPE DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	X		
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	CAMPO PARA PARA ANGIOGRAFIA ESTÉRIL ATENDE A NBR 16.064	X		
02	01 CAMPO IMPERMEÁVEL EM NÃO TECIDO (SMS OU LAMINADO MÍNIMO DE 50 G/M²)	X		
03	BAIXO DESPRENDIMENTO DE FIBRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (200 CM X 310 CM)	X		
04	02 FENESTRAS COM FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA AO SEU REDOR MEDINDO APROXIMADAMENTE (9 CM DE DIÂMETRO)	X		
05	REFORÇO ABSORVENTE (ALTA ABSORÇÃO) PARA CONTENÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS	X		
06	LATERAL EM LAMINADO PLÁSTICO, TRANSLÚCIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (68 CM X 314 CM)	X		
07	PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS DA MESA DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

(X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA
Luís Carlos Vieira Matar	NEOLOGO / NEFROLOGIA	Dr. Luís Carlos Vieira Matar
Thiago R. Campos	MÉDICO / CIR. VASCULAR	Thiago R. Campos
Eduardo R. Campos	MÉDICO / RADIOL	Eduardo R. Campos

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATÓRIO 184/2020

REGISTRO DE PREÇOS - Trata-se de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital do objeto de **COMPRA REGULAR DE KIT TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA, FRASCO COLETOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ALGODÃO, CONJUNTO DRENAGEM, CAMPOS OFTÁLMICOS E CAMPO DE ANGIOGRAFIA**

DATA: 15/04/2021

ITEM: 05

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ZM MRDICAL ATACADO DA SAUDE

MARCA: NATHALYA

CÓDIGO MV - 539

Nº DE AMOSTRAS: 01

Registro M.S.: 80262590001

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ALGODÃO HIDROFILO BRANCO 20 CM X 100 CM EM ROLO 500 G, TAMANHO: 20 CM X 100 CM, PESO 500 G. APLICAÇÃO: ASSEPSIA DA PELE, CONFECÇÃO DE CHUMAÇOS E OUTROS, MATERIAL: 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANTA UNIFORME QUE FAVOREÇA A SEPARAÇÃO EM CAMADAS EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM SUJIDADE, MACIO, COM BOA ABSORÇÃO, INODORO, COM EMBALAGEM QUE OFEREÇA PROTEÇÃO AO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU CONSUMO, APRESENTAÇÃO: ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. UNIDADE DE ESTOQUE: ROLO (RL).

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	C		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	C		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	C		
04	APRESENTA LOTE	C		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	C		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	C		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	C		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE	C		
09	ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	C		
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	ALGODÃO HIDROFILO BRANCO 20 CM X 100 CM EM ROLO 500 G	C		
02	TAMANHO: 20 CM X 100 CM, PESO 500 G	C		
03	MANTA UNIFORME QUE FAVOREÇA A SEPARAÇÃO EM CAMADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 100% ALGODÃO	C		
04	SEM SUJIDADE, MACIO, COM BOA ABSORÇÃO, INODORO	C		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

(X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Amata América Lima Torres	Dir. U.T.I. 14º	Supervisor U.T.I. 14º
Matheus da Cruz Silva Ramos	Enfermeiro R2/UTI 14º	Matheus da Cruz Silva Ramos
Decinete Marcelino da Silva	Téc. U.T.I. 14º	Decinete Marcelino da Silva