

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Mercado Digital nº 204/2020 para a COMPRA REGULAR DE BOLSA
PRESSÓRICA 1000ML, FILTRO DE BARREIRA INFANTIL, SONDAS URETRAL E
RETAL

DATA: <u>11 / 06 / 2021</u>	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: DMG COMÉRCIO	
MARCA: DIMAVE	REF: Y000P05 CÓDIGO MV: 336 LOTE: JA20200610003
FABRICANTE/MARCA: Med Link Eletronics	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 80415610011

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BOLSA PRESSÓRICA 1000 ML CENTRO CIRURGICO. Material: Bolsa Pressórica Reutilizável com Manômetro 1000 ml, confeccionada em material impermeável, acompanhada de Manguito de Silicone, Tubos de Silicone, Pera e Válvula, Conexões em geral e Manômetro.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

☒ SIM	☐ NÃO
QUAIS: <i>Material não atende as exigências da empresa. Acabamentos em tecido não viabilizam higienização. A conexão do tubo de silicone e a bolsa apresenta fragilidade.</i>	

PARECER FINAL

APROVADO ☐	REPROVADO ☒
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<i>Carlaella Jorion Alves</i>	<i>Téc. Enf. I.C.C</i>	<i>Téc. Enfermagem</i> COREN-DF 972.316
<i>Juliana C. Gomes</i>	<i>chefe de serviços de enf. - CC</i>	<i>Juliana Campos Gomes</i> Chefe do Núcleo Centro Cirúrgico Matrícula 9274
<i>Moseli Gomes de Nascimento</i>	<i>Téc. enf. I.C.C.</i>	<i>Coordenadora de Enfermagem</i> COREN-DF