

**ELEMENTO TÉCNICO - EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO**

Nº 10/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEINL

**ELEMENTO TÉCNICO EMERGENCIAL Nº 010/2020**

**OBJETO**

1. Contratação Emergencial, por dispensa de seleção de fornecedores, com fundamento no disposto no art. 25, inciso I e II do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, para aquisição de Reagente para Dosagens de Hormônios com fornecimento de equipamento totalmente automatizado, em regime de comodato, para atender às necessidades das unidades do IGESDF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento por 180 dias.

**JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO**

Essa aquisição justifica-se pela essencialidade deste Insumo para Laboratório na prestação dos serviços assistenciais e atendimento ao paciente, em situação emergencial devido ao desabastecimento deste insumo em tela no estoque da farmácia do IGESDF,

Considerando que está sendo elaborado processo Regular de compras no Processo SEI 04016-00018080/2020-93 para atender todo o IGESDF, e que será aquisição de reagentes com equipamentos novos e automatizados de Imunoquímica para todas as unidades assistenciais e que os reagentes deste processo serão incorporados no processo para que sejam adquiridos,

Considerando o Memorando 75 (43021563) com a solicitação do Núcleo de Laboratório Clínico do Hospital de Base para a aquisição de reagentes de hormônios devido ao protocolo para acompanhamento dos pacientes com COVID - 19 e que houve aumento considerável de solicitações de Ferritina para esses pacientes e que o estoque está zerado do reagente de Ferritina e outros reagentes de hormônios e marcadores tumorais estão acabando,

Considerando o Consumo Médio Mensal do NULAB-HRSM informado no processo SEI 04016-00076555/2020-66, e que a partir do mês de Novembro/2020 o IGESDF deverá ofertar os exames para todas as unidades assistenciais e que os exames de hormônios hoje realizados no HRSM são fornecidos pela SESDF,

Considerando que foi iniciado o processo de aquisição regular no SEI nº 04016-00018080/2020-93, que está na fase de programação de quantitativos para 12 (doze) meses para todas as unidades do IGESDF.

Considerando que alguns itens já estão zerados e outros com estoque muito baixo, impactando diretamente no abastecimento de Reagentes de Hormônios para o IGESDF, podendo causar prejuízo no atendimento ao paciente;

Este *déficit* compromete sobremaneira a qualidade da assistência e segurança ao atendimento do paciente, além de impactar na viabilização de leitos disponíveis para internação.

As demandas dos serviços e dos usuários do serviço de saúde do IGEDF-DF para cada um destes itens é regular e bastante elevada.

O presente objeto vem disponibilizar testes para atendimento aos pacientes que necessitam de exames em equipamento automatizado de hormônio e proporcionar maior qualidade na execução bem como a padronização da metodologia de realização dos exames em todas as Unidades Laboratoriais do IGESDF.

Disponibilizar aos pacientes do SUS a realização, pelas Unidades Laboratoriais do IGESDF, o diagnóstico laboratorial de exames de hormônios e marcadores tumorais suficientes para avaliação, diagnóstico e acompanhamento clínico laboratorial.

A ausência do insumo deste objeto acarretará prejuízo do atendimento ao usuário do sistema de saúde, redução da produtividade, comprometimento e, até mesmo, suspensão dos procedimentos realizados pela equipe de saúde e risco de óbito dos pacientes que necessitam da realização do exame para serem diagnosticados e acompanhados.

A realização dos exames com os produtos objeto deste Elemento Técnico visa proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes usuários do SUS, mediante a garantia de qualidade, eficiência e confiabilidade dos procedimentos oferecidos. Desta forma, a falta dos insumos supracitados impediria exames para diagnóstico realizados no âmbito das unidades laboratoriais do IGESDF

**ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO**

3.1. Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades do IGESDF pelo período de 180 (cento e oitenta) dias e foram elaborados levando-se em consideração o atual momento de Pandemia mundial do novo coronavírus e a necessidade em diagnosticar profissionais de saúde e pacientes visando a capacidade de atendimento do IGESDF.

Itens	Código SES	Código MV	Descrição	Apresentação	Demanda Mensal	Demanda Solicitada
1.	17644	1645	TESTE DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	KIT	500	3.000
2.	95250	1711	TESTE DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE TIROIDIANA,	KIT	500	3.000
3.	10388	1625	TESTE DETERMINAÇÃO DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO, FRAÇÃO LIVRE (PSAL),	KIT	750	4.500
7	95245	1710	TESTE DETERMINAÇÃO DE PARATORMÔNIO - PTH,	KIT	650	3900
7.	95713	1713	TESTE DETERMINAÇÃO DO HORMÔNIO TÍREOESTIMULANTE (TSH)	KIT	1500	9000
8.	95714	1714	TESTE DETERMINAÇÃO DO HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH).	KIT	450	2700
9.	95715	2435	TESTE DETERMINAÇÃO DO HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	KIT	450	2700
10.	95716	1716	TESTE DETERMINAÇÃO DE ESTRADIOL,	KIT	450	2700
11.	95717	1717	TESTE DETERMINAÇÃO DE PROGESTERONA.	KIT	350	2100
12.	95718	1718	TESTE DETERMINAÇÃO DE PROLACTINA,	KIT	450	2700
13.	95720	1720	TESTE DETERMINAÇÃO DE TESTOSTERONA,	KIT	500	3000
14.	95721	1721	TESTE DETERMINAÇÃO DE CORTISOL	KIT	400	2400
15.	95722	2434	TESTE DETERMINAÇÃO DO HORMÔNIO GONADOTOFINA CONIÔNICA (BETA - HCG).	KIT	850	5100
16.	95723	1723	TESTE DETERMINAÇÃO DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA).	KIT	700	4200
17.	95724	1724	TESTE DETERMINAÇÃO DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA).	KIT	700	4200
18.	95725	1725	TESTE DETERMINAÇÃO DE ALFAFETOPROTEÍNA (AFP)	KIT	450	2700
19.	95726	1726	TESTE DETERMINAÇÃO CA 15. 3	KIT	400	1200
20.	95727	1727	TESTE DETERMINAÇÃO DE ANTÍGENO CARBOHIDRATO 125 (ANTÍGENO DO CÂNCER - CA 125	KIT	700	4200

21.	95728	1728	TESTE DETERMINAÇÃO DE INSULINA	KIT	450	2700
22.	95730	1730	TESTE DETERMINAÇÃO DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE )	KIT	1250	7500
23.	34595	1707	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DA VITAMINA D	KIT	1200	2750
24.	21332	1660	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DA FERRITINA	KIT	1833	11.000
25.	-	4317	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DA CHAGAS AUTOMATIZADO	KIT	250	1500
26.	-	4318	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DE SÍFILIS AUTOMATIZADO	KIT	383	2300
27.	-	1618	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE IGG AUTOMATIZADO	KIT	350	2100
28.	-	1619	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DE TOXOPLASMOSE IGM AUTOMATIZADO	KIT	350	2100
29.	-	1743	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DE CITOMEGALOVÍRUS IGG AUTOMATIZADO	KIT	350	2100
30.	-	1765	CONJUNTO DETERMINAÇÃO DE CITOMEGALOVÍRUS IGM AUTOMATIZADO	KIT	350	2100

- A Validade dos itens fornecidos deverá ter mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.

## PROPOSTA COMERCIAL

4.1. As propostas deverão ter validade não inferior a 90 dias e serão selecionadas pelo critério **MENOR VALOR**.

4.1.1. Preço unitário e valor total expresso em R\$ (Reais);

4.1.2. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como com os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta modalidade;

4.1.3. A proposta deverá ser apresentada com seu valor total, bem como os respectivos valores individuais que compõe o valor global.

4.2. As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados.

4.3. Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Elemento Técnico.

4.4. É indispensável o parecer técnico, para os produtos deste Elemento Técnico, caso necessitem ser testados.

4.5. A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a especificação em conformidade com o solicitado, **contendo descrição clara e detalhada do registro do produto junto à ANVISA**.

4.6. A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) e número de telefone válidos para eventuais comunicações, inclusive notificações financeiras.

4.7. Especificação clara, completa e detalhada do (s) produto(s) ofertado(s), conforme este Elemento Técnico, contendo o número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, detentor do registro, fabricante, procedência e país de origem e o número do registro, devendo ser discriminado em conformidade com as especificações do **item 3**.

## AMOSTRAS E VALIDAÇÃO

5.1. Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar amostra(s) ao fornecedor vencedor, a fim de verificar a adequabilidade e compatibilidade do(s) objeto(s) ofertado(s).

5.1.1. O IGESDF convocará o fornecedor para entregar amostra dos produtos ofertados para teste, devendo estar em embalagem original ou na qual o produto será entregue, desde que contenha as informações gerais do mesmo;

5.1.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o número do Elemento Técnico ou Ato Convocatório, o número de cada lote e do código do produto a que se refere, e o nome da empresa;

5.1.3. As amostras que não estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada para o item;

5.1.4. A apresentação de amostras divergentes das especificações contidas no elemento técnico e seus anexos acarretará a desclassificação da empresa para aquele item;

5.1.5. Para avaliação técnica operacional dos equipamentos apresentados nas propostas será necessária avaliação técnica dos equipamentos pelo período mínimo de 15 dias para que a área técnica possa validar se a operacionalização do equipamento atende às necessidades dos Núcleos de Laboratório Clínico do IGESDF. A validação prévia dos equipamentos pela área técnica é requisito obrigatório para que a proposta ganhadora seja efetivada;

5.1.6. As proponentes que tiverem suas amostras de materiais reprovadas pelo pareceristas serão desclassificadas, devendo ser convocadas para apresentação de amostras as empresas remanescentes, conforme solicitação do IGESDF.

5.2. Caso seja solicitado, a (s) amostra (s) deverá (ao) ser entregue (s) no Núcleo de Compras do IGESDF no endereço: Setor Médico Hospitalar Sul S/N, Área Especial QUADRA 101 BLOCO A, Brasília-DF, CEP 70.335-900 no horário de 09h 00min às 12h 00min e das 14h 00min às 17h 00min.

5.2.1 Durante a vigência do contrato, o local de entrega das amostras poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para entrega das amostras será informado.

5.3. A convocação para a apresentação da amostra poderá ser realizada por e-mail, mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF.

5.4. Sendo a amostra apresentada reprovada, o fornecedor será automaticamente desclassificado.

5.5. As amostras, porventura apresentadas, deverão ser retiradas pelos interessados, no Núcleo de Compras do IGESDF no endereço SHMS - Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília - DF, CEP: 70.335-900, no horário de 09h 00min às 17h 00min em até 07 (sete) dias úteis, após a conclusão da Seleção de Fornecedores (homologação, revogação ou anulação). Decorrido esse prazo, o IGESDF utilizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras.

5.5.1 Durante a vigência do contrato, o local de retirada das amostras poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para retirada das amostras será informado.

## **HABILITAÇÃO TÉCNICA**

6.1. Deverão ser apresentados os seguintes documentos de habilitação técnica:

6.1.1. Contrato Social e, se for o caso, suas alterações, registrados na Junta Comercial ou Estatuto e Ata de Alterações, e respectivas publicações, nos casos de Sociedade Anônima. No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, Carteira de identidade, Registro Profissional ou outro);

6.1.2. Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou público, com poderes para praticar os atos pertinentes ao certame, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, Carteira de identidade, Registro Profissional ou outro);

6.1.3. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

6.1.4. Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

6.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

6.1.6. Caso a empresa possua registro no SICAF e a validade das certidões encontrem-se de acordo, apresentar apenas a Certidão do SICAF

6.1.7. Licença Sanitária Estadual / Municipal / Distrital vigente;

6.1.8. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela ANVISA/MS e/ou por outro órgão competente. (Observação: quando se tratar de aquisição de medicamentos submetidos à Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 344 de 12/05/1998, o estabelecimento participante deve apresentar Autorização Especial de Funcionamento);

6.1.9. Registro do produto junto a ANVISA. A interessada deverá indicar o número do registro do produto junto a ANVISA, preferencialmente com 13 dígitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigência, que será averiguado no site da ANVISA, [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br). Em situações em que o registro exigido não esteja devidamente atualizado no site da ANVISA será solicitado publicação no Diário Oficial da União (identificando o item em questão). Será também aceito, protocolo de revalidação, datado do primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade (RDC nº 250 de 20/10/04), acompanhado dos Formulários de Petição 1 e 2 referentes ao produto;

6.1.10. Cópia da notificação divulgada no site da Anvisa (RDC nº 199, de 26/10/06), caso o item cotado seja um medicamento de notificação simplificada;

6.1.11. Caso o material venha acompanhado de algum dispositivo não contemplado no seu registro original, a empresa deverá fornecer o número de registro na ANVISA, em plena validade.

6.1.12. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria – Geral da União;

6.1.13. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

6.1.14. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

6.1.15. Inscrição Estadual, Distrital ou Municipal.

6.1.16. CBPF - Certificado de Boas Práticas de Fabricação: será obrigatório para os produtos deste termo de referência que sejam classificados como grau de risco Classes III e IV, segundo a RDC nº 15/2014. Não serão aceitos protocolos para solicitação do CBPF.

6.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou os originais da documentação exigida neste elemento técnico.

## CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.1. Os produtos deverão ser entregues ao IGESDF nos seguintes endereços, os quais serão especificados em **cada Ordem de Fornecimento: Hospital de Base - SHMS – Área Especial – Quadra 101 – Bloco A, Brasília-DF, CEP: 70.335-900, na Central de Operação Logística IGESDF - SIA Trecho 17 – Guará, Brasília –DF, 70.297-400 - de segunda-feira à sexta-feira (dias úteis) no horário de 09h 00min às 11h 00min e das 14h 00min às 17h 00min.**

7.1.1. O fornecedor dirigir-se-à ao local da entrega munido da nota fiscal e da ordem de fornecimento;

7.1.2. Durante a vigência do contrato, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

7.2. Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do fornecedor.

7.3. O prazo para entrega dos materiais será de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da ordem de fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior na ordem de fornecimento.

7.4. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

7.4.1. O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:

a. Número da ordem de fornecimento;

b. O nome do material;

c. A marca e o nome comercial;

d. Deverá conter o tipo de instrumento contratual ou número Seleção de Fornecedores;

e. Número do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber;

f. Lote e validade do produto;

7.4.2. O prazo de validade do (s) produto (s), por ocasião de sua entrega no IGESDF, deve ser de no mínimo de 12 meses a contar da data de entrega:

a. Nos casos em que os produtos apresentem validade abaixo de 12 meses a contar da data de entrega, a critério do IGESDF poderão ser aceitos os produtos, mediante a apresentação de carta de comprometimento de troca;

b. Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a substituição no prazo de 3 (três) dias corridos a partir da data da solicitação do IGESDF de troca do material que por ventura vier a vencer;

c. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento Técnico.

7.4.3. O (s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em plena condição de uso dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando o seguinte:

a. A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violação, de acordo com legislação pertinente, e identificadas com as informações: especificação, quantidade, data de fabricação, data de validade, número do lote, número do registro do produto na ANVISA/MS e data de esterilização, quando for o caso;

b. A embalagem deve ser adequada à natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, à forma e às condições de transporte. Além disso, as embalagens externas (secundárias) devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento máximo);

c. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o (s) número (s) do (s) lote (s) fornecido (s);

d. A quantidade correspondente a cada lote;

e. O prazo de validade correspondente a cada lote.

7.5. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no item 15 deste Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

7.6. Os produtos deverão ser entregues de acordo com o cronograma de entrega acordado com a Gerência de Insumos Laboratoriais - GEINL. O cronograma de entrega pode ser alterado de acordo a necessidade da contratante.

## **VIGÊNCIA**

8.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado é de 180( cento e oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas, observadas as justificativas técnicas invocadas e resguardadas as demais condições contratuais originais, desde que a prorrogação seja assegurada pelos instrumentos jurídicos, com suas alterações e eventuais aditamentos, que fundamentam essa contratação.

8.2. O instrumento contratual decorrente do presente elemento técnico, terá vigência a partir da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo fixado no **item 4**.

8.3. A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garantia mínima do(s) equipamento(s), contados a partir da data do termo de recebimento definitivo do objeto.

## **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento.

9.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme descrição do **item 3**.

9.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço eletrônico correspondente ao seu envio.

9.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração.

9.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no **item 7**, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

9.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua qualidade.

9.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso.

9.7. Substituir, após solicitação do Gestor, ou propor a substituição da(s) marca(s)/modelo(s) do(s) produto(s) e/ou equipamento(s) registrado(s), desde que haja autorização do IGESDF, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) fixado(s) neste elemento técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s)/modelo(s) atual(is) não atende(m) mais às especificações exigidas ou se encontra(m) fora da legislação aplicável.

9.7.1. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade dos mesmos.

9.7.2. Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material.

9.7.3. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF.

9.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

9.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

9.10. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências descrito neste instrumento nos **Itens 7**.

9.11. Treinamento: a empresa vencedora deverá ministrar TREINAMENTO DE OPERAÇÃO gratuito às equipes responsáveis pela operação do(s) equipamento(s), que o IGESDF assim determinar nos primeiros 15 (dias) dias subsequentes ao recebimento definitivo do objeto, agendado em comum acordo com o Núcleo de Engenharia Clínica/IGESDF. O treinamento de operação deverá caracterizar o pleno conhecimento das equipes na perfeita operabilidade do(s) equipamento(s) e, sendo necessária, a empresa obrigam-se a retreinar as equipes citadas dentro do período de garantia do(s) equipamento(s).

9.12. AO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO a empresa deverá realizar testes de desempenho mínimo, com emissão de relatório, que atestem que o mesmo seja considerado apto para uso, o qual será validado pela Contratante.

a. OS REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO como espaço físico, condições ambientais, energia elétrica, rede de lógica e outros, devem ser especificadas e formalmente encaminhadas ao Núcleo de Engenharia Clínica do IGESDF;

b. O(s) equipamento(s) cedido(s) em deverá (ão) ser entregue(s) e instalados em perfeita(s) condição(ões) de uso/funcionamento, sem qualquer despesa adicional para a CONTRATANTE, acompanhado(s) de manual de operação, em português;

c. GARANTIA: Apresentar para o(s) equipamento(s), prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, realização de manutenções preventivas, calibrações e avaliação de segurança elétrica quando indicado pelo fabricante, a partir da data do recebimento definitivo. Apresentar na entrega do(s) equipamento(s) o cronograma de manutenção programada (manutenção preventiva, calibração e avaliação de segurança elétrica), se aplicável de acordo com a indicação do fabricante do(s) equipamento(s).

9.13. Responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como as despesas de viagem, estadia e alimentação dos seus agentes de serviço por ocasião das visitas de apoio técnico.

9.14. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos nesta Especificação Técnica. O descumprimento destes sem justificativa aceita pela Contratante, acarretará em aplicação de multa sobre o valor total do Contrato, de acordo com os percentuais estabelecidos no edital, com base na legislação vigente.

9.15. Apresentar declaração, descrevendo a frequência de calibração dos exames, mencionando a quantidade de exames necessários para efetuar a calibração, sendo que os exames utilizados para este fim deverão ser repostos gratuitamente ao IGESDF.

9.16. Realizar treinamento inicial quando da instalação do(s) equipamento(s) em até 15 dias subsequentes ao recebimento definitivo do objeto e retreinamentos, previamente acordados às suas expensas, sendo que o material necessário para a realização dos treinamentos deverá ser fornecido pela empresa contratada sem ônus para o IGESDF.

9.17. A empresa contratada deverá atender as demandas todos os dias da semana, exceto finais de semana e feriados, fornecendo telefones do tipo 0800 ou similar, durante as 24 horas do dia, sem ônus adicional para o IGESDF.

9.18. Entregar todo o material acessório necessário à contratante para a realização do teste/exame no(s) equipamento(s), após a coleta até a liberação impressa do resultado.

9.19. Cumprir serviço de assistência técnica conforme descrito no Item 14 deste Elemento Técnico.

9.20. A empresa contratada deverá indicar preposto aceito pela Contratante, para representá-la na execução do contrato. Os serviços serão executados sob a responsabilidade e comando exclusivo da empresa contratada, cabendo fiscalização à Contratante. As comunicações necessárias serão feitas por intermédio do(s) executor(es) do contrato.

9.21. Entrega Inicial do(s) equipamento(s): o(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Hospital de Base, SHMS - Área Especial QUADRA 101 - BLOCO A, Brasília - DF, CEP: 70.335-900 conforme descrito nos **Itens 7** deste Elemento Técnico.

9.22. Será de total responsabilidade da empresa contratada a assistência técnica preventiva, corretiva e manutenção dos equipamentos e periféricos, bem como suporte na Administração do “Software” de Informatização instalado pela empresa.

9.23. A empresa contratada deverá realizar entrega de no mínimo dois níveis controles de qualidade para verificação dos parâmetros.

## **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

10.1. Emitir “Aceite” do produto a cada entrega, conferindo se o mesmo está de acordo com a especificação exigida no edital.

10.2. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do material objeto desta Especificação Técnica.

10.3. Fiscalizar a entrega e rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa contratada entregar fora das especificações desta Especificação Técnica.

10.4. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que fizerem necessárias à entrega/execução do objeto.

10.5. Aplicar penalidades quando houver descumprimento das regras da Especificação Técnica e deste Elemento Técnico.

10.6. Gerenciar a Ata de Registro de Preço, autorizando as compras e controlando os saldos das contratações pelo registro de preço.

10.7. Conduzir os procedimentos relativos ao acompanhamento de mercado e às revisões de preços e substituições de marcas.

10.8. Publicar nos meios estabelecidos no Regulamento de Compras e Contratações do IGESDF as alterações de preços e marcas.

10.9. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto.

10.10. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança do IGESDF.

10.11. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

10.12. Garantir o contraditório e ampla defesa.

10.13. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas no instrumento contratual.

10.14. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

10.15. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.



## **JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

11.1. O julgamento obedecerá ao critério do menor preço por item.

## **FISCALIZAÇÃO**

13.1. A fiscalização e atesto das Notas Fiscais serão realizados pela Gerência de Insumos Laboratoriais - GEINL – IGESDF, que também será responsável pelo controle do material necessário.

## **MANUTENÇÃO**

### **13.1. ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

- a. A partir da data de início do Contrato, a empresa contratada deverá disponibilizar serviço de registro e acompanhamento de chamados técnicos por intermédio de telefone (0800 ou similar) ou correio eletrônico (e-mail) válido, durante o horário proposto para atendimento. Este serviço compreende uma estrutura de suporte centralizado para o atendimento, registro e acompanhamento de chamados técnicos, bem como o acionamento e controle de deslocamento dos técnicos;
- b. A empresa CONTRATADA deverá prestar assessoria científica por pessoal legalmente habilitado inscrito nos respectivos conselhos de classe (CRF, CRM ou CRBM);
- c. A empresa vencedora deverá fornecer assistência técnica preventiva e corretiva (incluindo peças de reposição), necessários para a sua operacionalização, incluindo assistência técnica e científica no Distrito Federal, 24 horas por dia, sete dias na semana, quanto à avaria do equipamento e acessórios. No caso de necessidade de substituição peças ou acessórios, esta deverá ocorrer num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, caso o problema não seja sanado, o equipamento deverá ser substituído em no máximo 05 (cinco) dias úteis, por outro equipamento igual com condições adequadas para uso;
- d. A suspensão dos testes por um período superior a 24 (vinte e quatro) horas implicará na notificação à administração superior competente para providências legais e administrativas cabíveis;
- e. O IGESDF não oferece seguro pelo equipamento e seus periféricos contra possíveis danos a terceiros produzidos por defeitos de fabricação;
- f. A empresa deverá disponibilizar escritório ou oficina no Distrito Federal para a prestação dos serviços;
- g. A Assistência Técnica deverá ser fornecida durante a vigência do contrato e quando este for renovado, sem ônus adicional para o IGESDF.

### **13.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA**

- a. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a eliminar defeitos decorrentes do uso normal dos equipamentos, recolocando o equipamento defeituoso em perfeitas condições de uso, compreendendo inclusive as necessárias substituições de peças e componentes, ajuste e reparos, testes de calibração, de acordo com manuais e normas técnicas específicas, limpeza e aspiração na parte interna dos equipamentos;
- b. A manutenção corretiva deverá ser realizada nos equipamentos que apresentarem defeitos, mediante abertura de chamado técnico por parte da Contratante, com a finalidade de recolocá-los em perfeitas condições de uso, em conformidade com o estabelecido em Contrato e pelos manuais e normas técnicas específicas;
- c. O prazo para atendimento da chamada técnica é de no máximo 06 (seis) horas a contar do registro da chamada pela Contratante;
- d. O horário coberto deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente;
- e. As peças ou componentes de equipamentos que apresentarem defeitos ou problemas técnicos deverão ser substituídos por materiais novos, mediante a aprovação da Contratante, por intermédio dos executores do contrato;
- f. Caso o defeito não seja solucionado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora do efetivo atendimento, o equipamento deverá ser substituído por um igual de propriedade da empresa contratada, até que o equipamento defeituoso retorne em perfeitas condições de funcionamento;
- g. Após a segunda manutenção no mesmo equipamento sem sucesso, a empresa contratada deverá substituí-lo por outro aparelho igual e em pleno funcionamento;
- h. As peças e componentes necessários à prestação dos serviços, bem como todo material de consumo/suprimentos utilizados na manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, serão fornecidos pela empresa contratada, sem ônus adicional para o IGESDF;

i. A empresa contratada deverá garantir os serviços executados, que incluem substituição de peças e componentes, decorrentes da manutenção, enquanto existirem insumos para realização de testes contidos no objeto;

j. A Manutenção Corretiva deverá ser fornecida durante a vigência do contrato e quando este for renovado, sem ônus adicional para o Hospital de Base.

### 13.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a. Entende-se por manutenção preventiva aquela que tem por finalidade executar qualquer serviço que envolva limpeza, calibração, ajustes, testes e revisões que visem evitar a ocorrência de quebras ou defeitos, bem como garantir o contínuo e perfeito funcionamento com segurança dos equipamentos, dentro das condições operacionais especificadas pelo fabricante dos mesmos;

b. A manutenção preventiva será efetivada mensalmente (ou de acordo com o manual de instruções fornecido pelo fabricante) pela empresa contratada, de segunda a sexta-feira, no horário do expediente da Contratante, conforme cronograma que deverá ser anexado juntamente à proposta. Posteriormente, cópia de documento comprovando a realização da manutenção preventiva deverá ser encaminhada ao corpo gestor do Núcleo de Laboratório Clínico do Hospital de Base;

c. As manutenções preventivas deverão ser realizadas de acordo com orientações constantes no manual do equipamento, e consenso entre a assessoria científica da empresa contratada e responsável pelo Núcleo de Laboratório Clínico do Hospital de Base.

d. A Manutenção Preventiva deverá ser fornecida durante a vigência do contrato e quando este for renovado, sem ônus adicional para Unidades Hospitalares do IGESDF (Hospital de Base).

13.4. Todas as atividades de assistência técnica, manutenção corretiva e preventiva, chamados técnicos, bem como substituição de máquinas, peças e componentes, ajustes, reparos, testes de calibração devem ser executadas pela empresa contratada, nos termos deste **item 14** sem ônus adicional para o IGESDF.

### PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsável pelo recebimento.

14.2. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

### PENALIDADES

15.1. O atraso injustificado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas:

a. 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de participar de novas cotações com este Instituto.

15.2. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, será considerado como inexecução total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

### LOCAL E DATA

Brasília/DF, 17 de Agosto de 2020

**Identificação do Responsável da área técnica:**

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela Superintendência de Administração, APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

**Mailson Veloso de Sousa**

Superintendente Adjunto de Insumos e Logística

Instituto de Gestão Estratégico de Saúde do DF



Documento assinado eletronicamente por **VERÔNICA DA SILVA SOARES - Matr. 0000363-2, Gerente de Insumos Laboratoriais**, em 31/08/2020, às 10:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAILSON VELOSO SOUSA - Matr. 0000383-7, Superintendente Adjunto(a) de Insumos e Logística**, em 01/09/2020, às 15:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0verificador=45449726](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=45449726) código CRC= **5EEFBF0C**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SHMS QUADRA 1 ÁREA ESPECIAL - Bairro ASA Sul - CEP 70335900 - DF  
35508900