

DO OBJETO

O presente Referencial Técnico tem por objeto a aquisição de **macas para transporte**, de acordo com as especificações acostadas no Anexo I, visando subsidiar as atividades das sete UPAS's em construção, quais sejam: Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia, Paranoá, Gama, Ceilândia, Vicente Pires, Riacho Fundo II e Planaltina, para atender às necessidades do IGESDF.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas atividades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

As especificações dos equipamentos e dos materiais utilizados são apresentadas no Anexo I.

PROPOSTA COMERCIAL

A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo:

1. Nome do representante legal da empresa;
2. Detalhamento do objeto;
3. As quantidades;
4. Valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismos;
5. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;
6. Prazo para **entrega dos materiais é imediato, ou seja, em até trinta dias**, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento;
7. Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da mesma;
8. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail;
9. Marca e modelo do objeto (quando couber);
10. Garantia de 12 (doze) meses a contar da entrega do objeto(quando couber); e
11. Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

VIGÊNCIA

O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência a partir da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto.

A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garantia mínima do(s) equipamento(s), contados a partir da data do termo de recebimento definitivo do objeto.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues no IGESDF no endereço **CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO – IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal CNPJ: 28.481.233/0001-72 SIA TRECHO 17 RUA 06 LOTE 115 - Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília DF. CEP: 71.200-216 ou conforme local indicado na ordem de fornecimento.**

O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da (s) Nota Fiscal (is) e da Ordem de Fornecimento;

Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do Fornecedor.

O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) em remessa única, imediatamente, via Ordem de Fornecimento, exceto quando a critério do IGESDF for estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

O fornecedor deverá indicar na (s) nota (s) fiscal (is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:

1. Número da ordem de fornecimento;
2. O nome do material;
3. A marca e o nome comercial;
4. Deverá conter o tipo de instrumento contratual ou número Seleção de Fornecedores;
5. Número do registro do produto na ANVISA/MS e certificação pelo INMETRO, quando couber.

O prazo de garantia do (s) produto (s), por ocasião de sua entrega no IGESDF, deve ser de no mínimo de 12 meses a contar da data de entrega:

Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à substituição no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da solicitação do IGESDF de troca do material que por ventura vier com defeito.

Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observância ao Regulamento de Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

ANEXO I

ITEM	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Qty.
01	7483	<p>MACA PARA TRANSPORTE E LONGA PERMANENCIA - CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLATAFORMA DO COLCHÃO CONSTRUÍDA EM 2 SEÇÕES TOTALMENTE RADIO TRANSPARENTE, MONTADA SOBRE COLUNAS TELESCÓPICAS HIDRÁULICAS CONFECIONADA EM LAMINADO MOLDADO A ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA DE MINIMA DE 8 MILÍMETROS, POSSUIR ESPAÇO SUFICIENTE PARA UTILIZAÇÃO DE ARCO EM C EM TODA A EXTENSÃO DA PLATAFORMA, DEVE POSSUIR SUPORTE DE RX QUE DESLIZE TOTALMENTE ABAIXO DA PLATAFORMA DO COLCHÃO POR TODA SUA EXTENSÃO. MOVIMENTOS MÍNIMOS: TRENDELENBURG E TRENDELENBURG REVERSO DE 12 GRAUS POR PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MACA, ATRAVÉS DE COLUNAS TELESCÓPICAS HIDRÁULICAS, AJUSTE MANUAL DO ENCOSTO DORSAL 0º - 70º ATRAVÉS DE AMORTECEDORES. GRADES LATERAIS REBATÍVEIS PARA PARTE INFERIOR DA MACA, ALTURA DA GRADE 40 CM, COMPRIMENTO DA GRADE 140CM, 4 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 200 MILÍMETROS DE DIÂMETRO, COM TAMPA PLÁSTICA FABRICADA EM POLÍMETRO DE ALTO IMPACTO, SISTEMA DE FREIO COM CONTROLE CENTRAL DE 4 PONTOS, DEVE POSSUIR PEDAIS NOS 4 LADOS DA MACA, 5ª RODA DIRECIONAL, MACA COM NO MÍNIMO 4 CONEXÕES PARA A HASTE DE INFUSÃO OU OUTROS ACESSÓRIOS, HASTE TELESCÓPICA DE INFUSÃO COM NO MÍNIMO 2 GANCHOS, 8 GANCHOS PARA ACESSÓRIOS SOB A ÁREA DA CAMA, POSSUIR EMPUNHADURA RETRÁTIL LOCALIZADA NA EXTREMIDADE DA MACA CABEÇA OU PÉS, SUPORTES DE CILINDRO, SUPORTE DE CHASSIS DE RX, 4 AMORTECEDORES, PORTETORES HORIZONTAIS, 4 PROTETORES DE IMPACTO LATERAIS EM PLÁSTICOS NOS QUATRO CANTOS DA MACA, BANDEJA INFERIOR FABRICADA EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO COM CAPACIDADE E ESPAÇO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO CARGA DE FUNCIONAMENTO SEGURA DE 230 QUILOGRAMAS PESO APROXIMADO DA MACA 120 QUILOGRAMAS, INDICADOR DE ÂNGULO PARA TRENDELENBURG, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 205 X 75.5 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA DO COLCHÃO 192 X 65 CM, AJUSTE APROXIMADO DA ALTURA DA PLATAFORMA DO COLCHÃO 58.5 - 90.5 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO COLCHÃO: LARGURA 61 X COMPRIMENTO 192 X ALTURA 6 CM, CAPA ANTI-ESTÁTICA, HASTE PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTEGRADA NO INTERIOR DO COLCHÃO, PEÇAS METÁLICAS REVESTIDAS EM PINTURA A PÓ (EPÓXI), PAINÉIS E DAS GRADES LATERAIS.</p>	14
02	4872	<p>MACA PARA TRANSPORTE E LONGA PERMANÊNCIA PARA OBESO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLATAFORMA DO COLCHÃO CONSTRUÍDA EM 2 SEÇÕES TOTALMENTE RADIO TRANSPARENTE, MONTADA SOBRE COLUNA(S) TELESCÓPICA(S) HIDRÁULICA(S), CARENAGEM INFERIOR DE MATERIAL TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. SISTEMA DE GAVETA DE RAIOS-X QUE SE MOVIMENTA LIVREMENTE ABAIXO DO LEITO, POSSIBILITANDO RAIOS X EM TODA. MOVIMENTOS MÍNIMOS: ELEVAÇÃO DE ALTURA - ACIONADO POR PEDAIS, TRENDELENBURG E REVERSO TRENDELENBURG. AJUSTE DO ENCOSTO DORSAL ATRAVÉS DE AMORTECEDORES. GRADES LATERAIS REBATÍVEIS PARA PARTE INFERIOR DA MACA, ALTURA DA GRADE MÍNIMA 30 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA GRADE 130 CM, 4 RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 200 MILÍMETROS DE DIÂMETRO, SISTEMA DE FREIO, MACA COM 4 CONEXÕES PARA A HASTE DE INFUSÃO OU OUTROS ACESSÓRIOS, CAVIDADE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. PARA-CHOQUES - PROTEÇÕES DE PAREDE LATERAIS, FRONTAIS ROTATIVOS NOS QUATRO CANTOS DA MACA. CAPACIDADE MÍNIMA 200 KG. ACESSÓRIOS – COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 33, COM NO MÍNIMO 12 CM DE ESPESSURA NAS DIMENSÕES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN E SUPORTE DE SORO.</p>	14