

ANEXO I

ITEM	CÓDIGO EC	CÓDIGO SIGEM	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	408C	2059-3	Centrifuga de Bancada para 08 amostras	<p>Centrífuga (tubos) de bancada</p> <p>Com as seguintes características:</p> <p>Estrutura com proteção interna em chapa de aço e tratamento anticorrosivo;</p> <p>Trava de segurança eletrônica na tampa superior;</p> <p>Dispositivo de abertura automática de tampa em caso de emergência;</p> <p>Possuir sistema de rotação isento de escovas;</p> <p>Deteção automática de desbalanceamento;</p> <p>Controle microprocessado com painel frontal;</p> <p>Timer (temporizador digital): entrada em minutos e segundos com máximo de 99 minutos ou superior;</p> <p>Display LCD deverá indicar rotação em RPM e tempo de operação;</p> <p>Rotação mínima de 500 a 4000 RPM com ajuste de rotação;</p> <p>Base com pés de borracha antiderrapante;</p> <p>Possuir comandos digitais para liga/desliga;</p> <p>Capacidade mínima para 08 amostras;</p> <p>Deve acompanhar 01 (um) rotor tipo horizontal 8x10ml;</p> <p>Deve acompanhar 01 (um) rotor tipo horizontal 8x15ml;</p> <p>Possuir indicação audiovisual de fim de ciclo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve acompanhar manual operacional e técnico; - Entregar o calendário de preventiva durante a garantia; - Deve acompanhar certificado de calibração; 	07

				<ul style="list-style-type: none"> - Prover assistência técnica autorizada no Estado/ Distrito da entrega do produto; - Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; - Tensão de Entrada 220V – 60 Hz, ou bivolt automático. Padrão ABNT NBR 14136. - Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/ Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/cadastro, quando for o caso. 	
2	408D	2059-4	Centrífuga de Bancada para 24 amostras	<p>Centrífuga (tubos) de bancada</p> <p>Com as seguintes características:</p> <p>Estrutura com proteção interna em chapa de aço e tratamento anticorrosivo;</p> <p>Trava de segurança eletrônica na tampa superior;</p> <p>Dispositivo de abertura automática de tampa em caso de emergência;</p> <p>Possuir sistema de rotação isento de escovas;</p> <p>Detecção automática de desbalanceamento;</p> <p>Controle microprocessado com painel frontal;</p> <p>Timer (temporizador digital): entrada em minutos e segundos com máximo de 99 minutos ou superior;</p> <p>Display LCD deverá indicar rotação em RPM e tempo de operação;</p> <p>Rotação mínima de 500 a 4000 RPM com ajuste de rotação;</p> <p>Base com pés de borracha antiderrapante;</p> <p>Possuir comandos digitais para liga/desliga;</p> <p>Capacidade mínima para 24</p>	07

				<p>amostras;</p> <p>Deve acompanhar 01 (um) rotor tipo horizontal 24x5ml;</p> <p>Deve acompanhar 01 (um) rotor tipo horizontal 16x10ml;</p> <p>Possuir indicação audiovisual de fim de ciclo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve acompanhar manual operacional e técnico; - Entregar o calendário de preventiva durante a garantia; - Deve acompanhar certificado de calibração; - Prover assistência técnica autorizada no Estado/ Distrito da entrega do produto; - Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; - Tensão de Entrada 220V – 60 Hz, ou bivolt automático. Padrão ABNT NBR 14136. - Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/ Ministério da Saúde ou comprovação de que o mesmo é isento de registro/cadastro, quando for o caso. 	
--	--	--	--	---	--

PROPOSTA COMERCIAL

A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo:

- a) nome do representante legal da empresa e dados;
- b) detalhamento do objeto, conforme especificação do Anexo I;
- c) as quantidades;
- d) valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;
- e) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;
- f) prazo para entrega do equipamento;
- g) dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da mesma;
- h) CNPJ, telefone, endereço e e-mail;
- i) marca e modelo do objeto;

j) garantia do objeto;

k) número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, fabricante, procedência e o número do registro da ANVISA; e

Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade responsável.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Apresentar o produto novo com a embalagem lacrada, em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas no manual, sendo que todos os dados (catálogo) devem estar em português;

Apresentar os produtos em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual);

O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade;

Deverão ser observadas pela CONTRATADA as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material;

Os equipamentos deverão ser entregues juntamente com os manuais em língua portuguesa;

Os produtos deverão ser entregues no IGESDF nos endereços na tabela abaixo:

	UNIDADE	ENDEREÇO
1	UPA - Brazlândia	Vila São José, Q 37, AE 1, Posto de Saúde, Brazlândia/DF
2	UPA - Paranoá	Paranoá Parque Q ½ Comercial 1 AE 4 EPC, Paranoá/DF
3	UPA - Gama	Setor de Indústria QI 7, Área Reservada 2, Gama/DF
4	UPA - Ceilândia II	Expansão do Setor O, QNO 21, AE D, Ceilândia/DF
5	UPA - Vicente Pires	Rua 10 Qd 4D Chácara 135, Vicente Pires/DF
6	UPA - Riacho Fundo II	QN 31 Conjunto 3 Lote 1, Riacho Fundo II/DF
7	UPA - Planaltina	Setor Habitacional Mestre D'armas, Q 23 MD 2 Lt 1, Planaltina/DF
8	SIA -Unidade de Apoio	SIA Trecho 17 rua 06 lote 115, Brasília/DF, 71200-216

O **prazo para entrega dos produtos será de 30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior.