

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**  
**ELEMENTO TÉCNICO Nº 074/2021 - Seleção de Fornecedores nº 291/2021**

DATA: <u>07 / 10 / 2021</u>	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Capital Medh	
MARCA: TUBIFIX Fixing system REF: 920508	CÓD MV: 482                      LOTE: 25L18
Nº DE AMOSTRAS: 02	REGISTRO ANVISA: 81606090021

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

FIXADOR ADESIVO DE CÂNULA, Sonda e CATETER NASAL ADULTO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: para fixação externa de cânula, sonda e cateter nasal. Material: fita adesiva de material hipoalergênico e livre de látex. Características adicionais: Formato anatômico de fácil aplicação, tamanho adulto, longa permanência e de fácil remoção. Unidade de Estoque: Unidade (UN).

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO**

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA		X	
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

**HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
QUAIS: <i>Produto possui eficácia na fixação. Em teste, houve descolamento espontâneo e perda de sonda com tempo inferior a 3h de uso.</i>	

**PARECER FINAL**

<b>APROVADO ( )</b>	<b>REPROVADO (X)</b>
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<i>Kellen da Silva Costa</i>	<i>82 andal Supervisor de Enf.</i>	<i>Kellen da Silva Costa</i> Supervisora de Enfermagem COREN-DF 412 249 - Mat 405 IGESDF - UNB
<i>Monica Botista Sabino</i>	<i>82 andal</i>	<i>Monica Botista Sabino</i> Enfermeira COREN/DF 120432
<i>Jaqueline Ferreira Costa</i>	<i>82 andal</i>	<i>Jaqueline Ferreira Costa</i>

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**  
**ELEMENTO TÉCNICO Nº 074/2021 - Seleção de Fornecedores nº 291/2021**

DATA: 07 / 10 / 2021	ITEM: 02
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Magna	
MARCA: Magna – modelo traqueolock	CÓD MV: 481                      LOTE: 2510/2020
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 81919410004

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: fixar a cânula de traqueostomia ao pescoço. Material: composto de espuma acolchoada em algodão atóxico. Tamanho: comprimento total variando entre 40 e 60cm. Características Adicionais: composto por duas bandas, confeccionado em tecido de algodão, com forro de malha de algodão atóxico, hipoalergênico e que não provoque lesões. Com velcro dobrável nas duas extremidades para fixação da cânula de traqueostomia, regulável para união das bandas e ajuste aos diferentes tamanhos de pescoço, livre de látex. Apresentação: embalagem plástica individual.

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO**

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA		X	
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

**HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

(X) SIM

( ) NÃO

QUAIS:

Material do produto de baixa qualidade o que compromete o resultado esperado, sobretudo na parte de fixação.

**PARECER FINAL**

APROVADO ( )

REPROVADO (X)

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/SCARIMBO
Kellen da Silva Costa	8º andar Supervisor Enf.	Kellen Supervisora de Enfermagem COREN-DF 412 249 - Mat 405 IGESDF - HB
Daniel Nogueira do Amaral	8º andar Enfermeiro	[Assinatura]
Mara Delac S.M. e. Branco	Enfermeira	[Assinatura]

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**  
**ELEMENTO TÉCNICO Nº 074/2021 - Seleção de Fornecedores nº 291/2021**

DATA: <u>07</u> / <u>10</u> / 2021	ITEM: 07
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Capital Medh	
MARCA: Elastic Plaster – 5cm x 4.5 mt, Pharmaplast	CÓD MV: 444                      LOTE: 15L20
Nº DE AMOSTRAS: 02	REGISTRO ANVISA: 1606090012

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

BANDAGEM ELASTICA NAO ESTERIL. Aplicação: compressão de sítio de punção de cateterismo. Material: algodão e rayon recobertos com adesivo de borracha natural (látex). Tamanho: comprimento total variando de 4 a 5 metros e largura de 4 a 6 cm. Características adicionais: rolo de algodão, viscoso e látex. Embalagem individual

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO**

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	X		
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

**HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS:	

**PARECER FINAL**

<b>APROVADO (X)</b>	<b>REPROVADO ( )</b>
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<i>Kellen da Silva Costa</i>	<i>8º andar Supervisor Enf.</i>	<i>W</i> Supervisora de Enfermagem COREN-DF 412 249 - Mat 405 IGESDF - HB
<i>Januel Neres de Oliveira</i>	<i>3º Andar Enfermeira</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Mara Helen de S. Neres</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>[Assinatura]</i>

**PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**  
**ELEMENTO TÉCNICO Nº 074/2021 - Seleção de Fornecedores nº 291/2021**

DATA: 07 / 10 / 2021	ITEM: 09
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Mecano	
MARCA: Mp Mecano Pack - Lab Álcool sachet	CÓD MV: 795      LOTE:
Nº DE AMOSTRAS: várias	REGISTRO ANVISA:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SWABS-LENCO OU GAZE UMED. C/ALCOOL ISOTROPICO 70% P/ASSEPSIA MED.APROX. 12X13CM ABERTO 4X2,5 DOB.ENV.ACOND. 6,5X5,0CM

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO			
ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01 O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02 A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	X		
03 EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04 EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?	
( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS:	

PARECER FINAL	
APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS		
NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Kellen da Silva Costa	8º andar Supervisor de Inf.	Kellen S. Costa Supervisora de Enfermagem COREN-DF 412.249 - Mat 405 IGESDF - HB
Jaqueline Ferraz Costa	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
Cristina Moura Ferraz	Tec. Enfermagem	[Assinatura]