

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DO ITEM Nº 3 - MV 406 CATÉTER ANGIOGRÁFICO TIPO SIMMONS 1, 5F X 90 A 100 CM, PARA FIO GUIA 0,035'OU 0,038', CONSTITUÍDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, PONTA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.

MARCA/MODELO: RUBY-LINE

LOTE: D212528

FABRICAÇÃO/VALIDADE: 02/2021 01/2024

FABRICANTE: BIOTOQUE CORPORATION

FORNECEDOR: FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

QUANTIDADE DE AMOSTRAS ENVIADAS: 1

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM: CATETER ANGIOGRAFICO SIMMONS 1

1- Avaliações da Embalagem	SIM	NÃO	N/A
Impressão gráfica legível	X		
Possui identificação do Objeto/Quantidade	X		
Possui Identificação do Registro da Anvisa	X		
Possui Data de Fabricação/Validade	X		
Possui identificação do Lote	X		
Possui Identificação do Modelo/Referência	X		
Estéril	X		
Embalagem Individual	X		
Embalagem Íntegra	X		

2- Avaliações do Produto	SIM	NÃO	N/A
Material compatível com o descritivo	X		
Tamanhos compatíveis com o descritivo técnico	X		
Fácil Manuseio	X		
Durante o manuseio, houve identificação de irregularidades.		X	
A qualidade do produto atende ao IGESDF	X		
Foi apresentado dispositivo/produto adicional não previsto no descritivo.		X	

CONCLUSÃO:

APROVADO

A AVALIAÇÃO TÉCNICA ESTÁ DE ACORDO COM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

REPROVADO ()

A AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ABAIXO.

Justificativa: Atende ao descritivo

3- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PARECERISTA:

Setor: _____

Data: ____ / ____ / ____

NOME	ASSINATURA	CARIMBO
CLAUDIO HIDEKI GOTO	<i>Claudio H. Goto</i>	Claudio Hideki Goto Cirurgia Vascular CRM-DF 16.342
VALERIO ALVES	<i>Valerio Alves</i>	Dr. Valério Alves Ferreira Gr. Endovascular Rad. Intervencionista RRL-DF 9403
JOSE H. F. CUNHA	<i>Jose H. F. Cunha</i>	Cunha H. F.