



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência Geral de Logística de Insumos
Gerência de Almoxarifado e Patrimônio

Despacho - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLIN/GEAP

Brasília-DF, 26 de maio de 2022.

Para: Chefia do Núcleo de Compras Diversas - NUCCD.

Em resposta ao Memorando Memorando Nº
1278/2022- IGESDF/UCAD/SUCAD/GCOMP/NUCCD (87058138) sobre Parecer de Avaliação de amostra, informo que a análise das amostras apresentados pela Empresa MEDSALUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO ÚNICO LTDA. foram realizadas pela Comissão de Avaliação composta por 03 (três) colaboradores, conforme Despacho - IGESDF/DIASE/SUPHB/NUCCD/SECME (87205558) e Pareceres de Avaliação de Amostras dos itens 1 - Manta de Polipropileno 50x50cm (87234806), 3 - Manta de Polipropileno 90x90cm (87234950), 4 - Manta de Polipropileno 1000x100cm (87235123) e 5 - Manta de Polipropileno 120x120cm (87235283) da presente demanda enviada.

Diante do exposto encaminho para Núcleo de Compras Diversas, para seguimento do processo.

Atenciosamente,



DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio
Gerência de Almoxarifado e Patrimônio - GEAP



Documento assinado eletronicamente por **DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA - Matr.0000849-9, Gerente de Almoxarifado e Patrimônio**, em 26/05/2022, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE GOMES LIMA DE MEDEIROS - Matr.0001231-7, Analista**, em 26/05/2022, às 16:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **87349600** código CRC= **F9C04CE5**.

04016-00011236/2021-96

Doc. SEI/GDF 87349600

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

AQUISIÇÃO DE MANTAS DE POLIPROPILENO POR MEIO

DE REGISTRO DE PREÇOS - Ato Convocatório nº

055/2021

PROCESSO SEI: 04016-00011236/2021-96

DATA: 24/05/2022	ITEM/LOTE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Botil	CÓDIGO/LOTE: NC 0A7 500175-22
Nº DE AMOSTRAS: 52	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1009 - MANTA DE POLIPROPILENO 50 X 50CM - TAMANHO: 50X50CM (SENDO PERMITIDA VARIAÇÃO DE +- 5 CM). PRODUTO: 100% EM 03(TRÊS) CAMADAS (SMS). GRAMATURA MÍNIMA: 55 G/M². USO: ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA POR 03(TRÊS) CAMADAS (SMS) SOLDADAS TERMICAMENTE, SENDO AS 2(DUAS) CAMADAS EXTERNAS DE SPUNBOND E 1 (UMA) CAMADA INTERNA DE MELTBLOWN, AS CAMADAS DE SPUNBOND DEVERÃO OFERECER HIDRORREPELÊNCIA, MALEABILIDADE, RESISTÊNCIA AO MANUSEIO CONTRA RASGOS E NÃO LIBERAR FIBRAS E PARTÍCULAS, A CAMADA DE MELTBLOWN DEVERÁ OFERECER BARREIRA MICROBIOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSEGURADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE). A MANTA É INDICADA COMO EMBALAGEM PARA ARTIGOS A SEREM SUBMETIDOS E ESTERILIZADOS POR GÁS FORMALDEÍDO OU VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, DEVENDO SER PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES, ATÓXICA, ANTIESTÁTICA E MALEÁVEL PARA PERMITIR O FECHAMENTO ADEQUADO DO PACOTE. COR: AZUL OU VERDE. APRESENTAÇÃO: ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 100 OU 200 UNIDADES.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	manta SMS não apresentou no teste		X	
02	torção para caixas geladas. no teste de			
03	tracção também não apresentou a satisfatório			
04				
05				

HOVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

X NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO ()

REPROVADO (X)

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Denise Martins de Oliveira	Enfermeira	Denise M. O. Reis
Rogério Xavier	enf. CME	Rogério Xavier
Elida Ferreira de Silva	enf. CME	Elida Ferreira de Silva

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

**AQUISIÇÃO DE MANTAS DE POLIPROPILENO POR MEIO
DE REGISTRO DE PREÇOS - Ato Convocatório nº
055/2021**

PROCESSO SEI: 04016-00011236/2021-96

DATA: <u>24/05/2022</u>	ITEM/LOTE: <u>3</u>
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: <u>Medsalus</u>	CÓDIGO/LOTE:
Nº DE AMOSTRAS:	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1012 - MANTA DE POLIPROPILENO 90 X 90CM - TAMANHO: 90X90CM (SENDO PERMITIDA VARIAÇÃO DE +- 5 CM). PRODUTO: 100% EM 03(TRÊS) CAMADAS (SMS). GRAMATURA MÍNIMA: 55 G/M². USO: ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA POR 03(TRÊS) CAMADAS (SMS) SOLDADAS TERMICAMENTE, SENDO AS 2(DUAS) CAMADAS EXTERNAS DE SPUNBOND E 1 (UMA) CAMADA INTERNA DE MELTBLOWN, AS CAMADAS DE SPUNBOND DEVERÃO OFERECER HIDRORREPELÊNCIA, MALEABILIDADE, RESISTÊNCIA AO MANUSEIO CONTRA RASGOS E NÃO LIBERAR FIBRAS E PARTÍCULAS, A CAMADA DE MELTBLOWN DEVERÁ OFERECER BARREIRA MICROBIOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSEGURADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE). A MANTA É INDICADA COMO EMBALAGEM PARA ARTIGOS A SEREM SUBMETIDOS E ESTERILIZADOS POR GÁS FORMALDEÍDO OU VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, DEVENDO SER PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES, ATÓXICA, ANTIESTÁTICA E MALEÁVEL PARA PERMITIR O FECHAMENTO ADEQUADO DO PACOTE. COR: AZUL OU VERDE. APRESENTAÇÃO: ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 100 OU 200 UNIDADES.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	<u>O item nas apresentações satisfatório com caixas pesadas, danificando o SMS, com per- furacões. No teste de tração também nas apresentações satisfatório.</u>		<u>X</u>	
02				
03				
04				
05				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM	(X) NÃO
QUAIS:	

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO (X)
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<u>Rogério Xavier</u>	<u>Enf CME</u>	<u>Rogério Xavier</u> Enfermeiro COREN-DF 185565
<u>Elides Ferreira da Silva</u>	<u>Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
<u>Tania Valeria Silva da Silva</u>	<u>Enf CME</u>	<u>Tania Valeria Silva da Sil.</u> Enfermeira COREN-DF 000.165.997

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

**AQUISIÇÃO DE MANTAS DE POLIPROPILENO POR MEIO
DE REGISTRO DE PREÇOS - Ato Convocatório nº
055/2021**

PROCESSO SEI: 04016-00011236/2021-96

DATA: <u>29/05/2022</u>	ITEM/LOTE: <u>4</u>
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: <u>Medsalus</u>	CÓDIGO/LOTE:
Nº DE AMOSTRAS:	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1014 - MANTA DE POLIPROPILENO 100 X 100CM - TAMANHO: 100X100CM (SENDO PERMITIDA VARIAÇÃO DE +- 5 CM). PRODUTO: 100% EM 03(TRÊS) CAMADAS (SMS). GRAMATURA MÍNIMA: 55 G/M². USO: ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA POR 03(TRÊS) CAMADAS (SMS) SOLDADAS TERMICAMENTE, SENDO AS 2(DUAS) CAMADAS EXTERNAS DE SPUNBOND E 1 (UMA) CAMADA INTERNA DE MELTBLOWN, AS CAMADAS DE SPUNBOND DEVERÃO OFERECER HIDRORREPELÊNCIA, MALEABILIDADE, RESISTÊNCIA AO MANUSEIO CONTRA RASGOS E NÃO LIBERAR FIBRAS E PARTÍCULAS, A CAMADA DE MELTBLOWN DEVERÁ OFERECER BARREIRA MICROBIOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSEGURADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE). A MANTA É INDICADA COMO EMBALAGEM PARA ARTIGOS A SEREM SUBMETIDOS E ESTERILIZADOS POR GÁS FORMALDEÍDO OU VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, DEVENDO SER PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES, ATÓXICA, ANTIESTÁTICA E MALEÁVEL PARA PERMITIR O FECHAMENTO ADEQUADO DO PACOTE. COR: AZUL OU VERDE. APRESENTAÇÃO: ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 100 OU 200 UNIDADES.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	<u>O item não apresentou-se satisfatório com caixa</u>		<u>X</u>	
02	<u>pesadas, identificando o SMS, com peguração no</u>			
03	<u>teste de tração também não apresentou-se satisfá-</u>			
04	<u>tório.</u>			
05				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM	(X) NÃO
QUAIS:	

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO (X)
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<u>Rogério Xavier</u>	<u>ENF CME</u>	<u>Rogério Xavier</u> Enfermeiro COREN-DF 185565
<u>Elaine Ferreira da Silva</u>	<u>ENF CME</u>	<u>Elaine Ferreira da Silva</u> Enfermeira COREN-DF 000.100
<u>Tania Valéria Silva da Silva</u>	<u>ENF CME</u>	<u>Tania Valéria Silva da Silva</u> Enfermeira COREN-DF 000.100

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

**AQUISIÇÃO DE MANTAS DE POLIPROPILENO POR MEIO
DE REGISTRO DE PREÇOS - Ato Convocatório nº
055/2021**

PROCESSO SEI: 04016-00011236/2021-96

DATA: <u>24/05/2022</u>	ITEM/LOTE: <u>5</u>
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: <u>Medjalus</u>	CÓDIGO/LOTE:
Nº DE AMOSTRAS:	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1015 - MANTA DE POLIPROPILENO 120 X 120CM - TAMANHO: 120 X 120CM (SENDO PERMITIDA VARIAÇÃO DE +- 5 CM). PRODUTO: 100% EM 03(TRÊS) CAMADAS (SMS). GRAMATURA MÍNIMA: 55 G/M². USO: ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA POR 03(TRÊS) CAMADAS (SMS) SOLDADAS TERMICAMENTE, SENDO AS 2(DUAS) CAMADAS EXTERNAS DE SPUNBOND E 1 (UMA) CAMADA INTERNA DE MELTBLOWN, AS CAMADAS DE SPUNBOND DEVERÃO OFERECER HIDRORREPELÊNCIA, MALEABILIDADE, RESISTÊNCIA AO MANUSEIO CONTRA RASGOS E NÃO LIBERAR FIBRAS E PARTÍCULAS, A CAMADA DE MELTBLOWN DEVERÁ OFERECER BARREIRA MICROBIOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSEGURADA POR LAUDO DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE). A MANTA É INDICADA COMO EMBALAGEM PARA ARTIGOS A SEREM SUBMETIDOS E ESTERILIZADOS POR GÁS FORMALDEÍDO OU VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, DEVENDO SER PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES, ATÓXICA, ANTIESTÁTICA E MALEÁVEL PARA PERMITIR O FECHAMENTO ADEQUADO DO PACOTE. COR: AZUL OU VERDE. APRESENTAÇÃO: ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 100 OU 200 UNIDADES.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	<u>O item não apresentou-se satisfatório com</u>		<u>X</u>	
02	<u>caixas pesadas, danificando o JMS com percu-</u>			
03	<u>ração. No teste de tração também não apresen-</u>			
04	<u>tou-se satisfatório</u>			
05				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM	() NÃO
QUAIS:	

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO (X)
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
<u>Rogério Xavier</u>	<u>enf cme</u>	<u>Rogério Xavier</u> Enfermeiro COREN-DF 185565
<u>Elida Ferreira de Silva</u>	<u>enf cme</u>	<u>Elida Ferreira de Silva</u> Enfermeira COREN-DF 000.155.007
<u>Tania Valéria Silva da Silva</u>	<u>enf cme</u>	<u>Tania Valéria Silva da Silva</u> Enfermeira COREN-DF 000.155.007