GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Almoxarifado e Patrimônio

Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio HB

Despacho - IGESDF/UCAD/SUCAD/GEAP/NAPHB

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022.

Ao Núcleo de Compras Diversas.

Senhor(a) Chefe.

Em complemento ao Despacho - IGESDF/UCAD/SUCAD/GEAP/NAPHB (78504634) encaminhamos o presente informando que o item 3 - foi reavaliado e aprovado, conforme Parecer (78569092).

Sinalizamos que permanecem válidos os Pareceres APROVADOS (78505747) e NÃO AVALIADOS (78506095).

Ressaltamos que não foi possível realizar a avaliação dos itens NÃO AVALIADOS (78506095), pois faz-se necessário a disponibilização do **Item 1 - CódMV2610 - CASSETE PARA AMPOLAS DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NÃO ESTÉRIL.**

Atenciosamente,

Douglas dos Santos Vasco
Chefe do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio - HB
douglas.vasco@igesdf.org.br
(+55) 61 3550-9137

Documento assinado eletronicamente por **DOUGLAS DOS SANTOS VASCO - Matr.0000144-5**, **Chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado**, em 25/01/2022, às 16:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **78562854** código CRC= **F1E05F35**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF

335508900

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 21 / 01 / 2022	ITEM/LOTE - 06
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Naxxitest	CÓDIGO/ LOTE: IQ 2500920.6
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 6 - MV: 2839: INTEGRADOR QUÍMICO TIPO EMULADOR (VERIFICADOR DE CICLO) CLASSE 6 - PARA AUTOCLAVE A VAPOR. ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO E METAIS PESADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ABNT 11140-1 E 17665-1, QUE APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR 134°C 5 MIN/ 121°C 15 MIN MUDARÁ DE COR POSSIBILITANDO A LEITURA DOS PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA, QUALIDADE DE PENETRAÇÃO DO VAPOR. POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE BSI, CE OU FDA.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do produto	X		
02	Resistência	X		
03	Fungicida	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS: Sem Intercorrências

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Tania Valeria Silva	Enf: CME	Tania Valeria Silva da S. Enfermeira COREN-DF
Rogerio Xavier	Enf. CME	Rogerio Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	enf cme	Adriana P. Carvalho COREN-DF 341.052

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME'S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 21 / 01 / 2022	ITEM/LOTE - 07
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Green Test	CÓDIGO/ LOTE: 210826
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 7 - MV: 3188: TESTE DESAFIO BIOLÓGICO LEITURA 1H - AMPOLAS DE VIDRO LACRADAS COM MEIO DE CULTURA PÚRPURA, FECHADA POR UMA TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS PARA PENETRAÇÃO DO VAPOR E FILTRO HIDROFÓBICO QUE ATUE COMO BARREIRA BACTERIANA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 1 HORA, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. INDICADO PARA O CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ VÁCUO, QUE OPEREM A 121 / 134º C. POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1 MILHÃO ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA, ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, O MATERIAL DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO EQUIPAMENTO INCUBADORA DE LEITURA COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE E IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE LEITURA EM SISTEMA DE COMODATO PARA A INSTITUIÇÃO. PCD NO FORMATO TUBO ESPIRAL PARA VERIFICAÇÃO ESTERILIDADE MATERIAL CANULADO. CERTIFICAÇÃO BSI, CE OU FDA..

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do Incluto	X		
02	Eficiência	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM (X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Tania Valeria Silva	Enf. CME	Tania Valeria Silva da S... Enfermeira COREN-DF 165...
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogerio Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Wallyson B. D. Aquino	ENF° CME	Wallyson B. D. de Aquino Enfermeiro Instrumentador Cirúrgico COREN-DF 342.822

HOSPITAL DE BASE

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 21/01/2022	ITEM/LOTE - 08
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Test Pack	CÓDIGO/ LOTE: 21.07.31
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 8 - MV: 826: TESTE DESCARTAVEL ' BOWIE & DICK ' - PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES A VAPOR COM PRÉ-VÁCUO, QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. MATERIAL: CONSTITUÍDO FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. TAMANHO: PADRÃO EQUIVALENTE AO PACOTE B&D ISO 11.140. CARACTERÍSTICAS: PACOTE TESTE 'BOWIE & DICK' DESCARTÁVEL, INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2, EMBALADO E FECHADO CONTENDO UM RÓTULO INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR. A FOLHA DE TESTE DEVE ESTAR LOCALIZADA NO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE E POSSUIR UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM COR CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN).

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do Produto	X		
02	Eficiência	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS: Sem intercorrências	

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Tania Valeria Silva	Enf. CME	Tania Valeria Silva Enfermeira COREN-DF
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogerio Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	Enf CME	Adriana Pereira de Carvalho COREN-DF 341.052

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 21/01/2022	ITEM/LOTE - Nº 09
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Metropole Comércio de Produtos Hospitalare	
MARCA: Browne	CÓDIGO/ LOTE:
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 9 - TESTE LIBERADOR DE CARGA SUBSEQUENTE PARA AUTOCLAVE A VAPOR. TESTE DESAFIO PARA CONTROLE E LIBERAÇÃO DE CARGAS. COMPOSTO DE UM SISTEMA DE BARREIRA ASSOCIADO A UM INTEGRADOR QUÍMICO TST CLASSE 6 PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. UTILIZA O MÉTODO "LINE - PICKERILL". DISPOSITIVO QUE AVALIE SIMULTANEAMENTE PARÂMETROS COMO VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇÃO. LEITURA DO RESULTADO POR MUDANÇA DE COR. PARA FACILITAR O REGISTRO EM PRONTUÁRIOS. PARA CICLOS DE 134°C 5 MIN/ 121°C 15 MINUTOS. CERTIFICADO BSI, CE OU FDA.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do produto	X		
02	Eficiência	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS: Sem intercorrências	

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Tania Valeria Silva	Enf: CME	Tania Valeria Silva Enfermeira COREN-DF 000.105.00
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogério Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	enf cme	Adriana Pereira de Carvalho COREN-DF 341.052

Digitalizada com CamScanner

VERIFY Ultrasonic Indicator LOT: 13027885

IGES DF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 28/02/2022	ITEM/LOTE - 3027885
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Goiania Medica Prod. Hosp.	
MARCA: VERIFY ULTRASSONIC	CÓDIGO/ LOTE: N/A
Nº DE AMOSTRAS: 10	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 10 - TESTE PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMATIZADAS - INDICADOR PARA AVALIAÇÃO DE SUPERFÍCIE OU LÚMEN DOS PRODUTOS DE SAÚDE PASSÍVEIS DE PROCESSAMENTO. LÂMINA METÁLICA INDIVIDUALIZADA COM SIMULAÇÃO DE IMPREGNAÇÃO DE SANGUE HUMANO DE CARACTERÍSTICAS ATÓXICA DE ACORDO COM A NORMA ISO 15.883; DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E LEITURA IMEDIATA. PERMITE REPRODUTIBILIDADE QUE ACOMPANHE O GUIA DE RESULTADO – FALHO E ACEITO.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do produto	X		
02	Eficiência	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO

QUAIS: Sem intercorrências

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Wallysson B. O. de Aquino	ENFº CME	Instrumentador Cirúrgico COREN-DF 342.822
Rogério Xavier	Enf CME	Rogério Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	enf cme	Adriana Pereira de Carvalho COREN-DF 341.052

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA 21 / 01 / 2022	ITEM/LOTE - Nº 11
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Seal Test	CÓDIGO/ LOTE: 160721
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 11 - TIRA INDICATIVA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE SELAGEM - QUE SERVE PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS DE VALIDAÇÃO DE SELAGEM E TAMBÉM PARA USO COMO ROTINA OPERACIONAL. PERMITE MONITORAMENTO DA SELAGEM: TEMPO, TEMPERATURA E PRESSÃO; FÁCIL LEITURA, COM INTERPRETAÇÃO IMEDIATA; POSSIBILITA REGISTRO; CONFORMIDADE : EN-ISO 11607-2 2006; ATÓXICO E LÁTEX FREE.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do Produto	X		
02	Eficiência	X		
03	Flatiaidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

X SIM ☐ NÃO

QUAIS: Sem intercorrências

PARECER FINAL

APROVADO X	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Tania Valeria Silva	Enf CME	Tania
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogério Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	Enf CME	Adriana Pereira de Carvalho Enfermeira COREN-DF 341.052

HOSPITAL DE BASE

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA 21/01/2022	ITEM/LOTE - 21 1023
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Masterfix	CÓDIGO/ LOTE:
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 12 - FITA PARA AUTOCLAVE - MATERIAL: CONFECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL CREPADO TRATADO, COM IMPRESSÃO DE SINALIZADOR VISUAL QUE INDIQUE PASSAGEM PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (LISTAS NA DIAGONAL) E A OUTRA FACE EM ADESIVO ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, TAMANHO/CAPACIDADE: 17 A 20MM X 30M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: ROLO COM 17A 20MM X 30M, PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: ROLO (RL), CÓDIGO SES: 076695, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 17A 20MM X 30M.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do produto	X		
02	Eficiência	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS: Sem Intercorrências	

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Maria Valeria Silva	Enfª Terapia	Maria Valeria Silva ... Enfermeira
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogerio Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. carvalho	enf cme	Adriana ... de Carvalho ...DF 341.052

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME'S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 22/03/ 2022	ITEM/LOTE -
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:	
MARCA: Tech steri/Soluntest	CÓDIGO/ LOTE:
Nº DE AMOSTRAS: 05	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 13 – MV 2851 AMPOLAS DE VIDRO CONTENDO MATERIAL REAGENTE - COM MINI PÉROLAS DE VIDRO CAPAZES DE REAGIR E MUDAR COLORAÇÃO DO LÍQUIDO INTERNO, POR LIBERAÇÃO DE MOLÉCULAS DE ÁCIDO CLORÍDRICO CONFORME A ENERGIA ULTRASSÔNICA É LIBERADA PELO PROCESSO DE LIMPEZA NA LAVADORA ULTRASSÔNICA. CAPAZ DE ATESTAR O PROCESSO DE CAVITAÇÃO DA LAVADORA.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do produto	X		
02	EFICÁCIA	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

(X) SIM	( ) NÃO

QUAIS: Possível defeito no equipamento testado e não no teste.

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA **NÃO** RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
WALTSSON B. O. de Aquino	ENFº CME	Wallusson B. O. de Aquino Instrumentador Cirúrgico COREN-DF 342.822
Rogério Xavier	Enf CME	Rogério Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	Enf CME	Adriana Pereira de Carvalho Enfermeira COREN-DF 341.852

HOSPITAL DE BASE

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME'S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 22/01/2022	ITEM/LOTE - Nº 34
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Metropole Comercio de produtos Hosp.	CÓDIGO/ LOTE: N/A
MARCA: PANASURE	
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 14 – MV 2849 MANGUEIRA DISPOSITIVO PARA LÚMENS - INDICADO PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO DESEMPENHO DE LIMPEZA DE CANULADOS DA LAVADORA. INCLUI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS. PONTA COM ROSCA LUER LOCK, MEDIDA 15CM X 0,5CM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 01 UNIDADE

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do teste	X		
02	EFICÁCIA	X		
03	PRATICIDADE	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

(X) SIM ( ) NÃO

QUAIS: Porem acredito que seja por parte do equipamento e NÃO do teste.

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
WALLYSSON B. O. de Aquino	ENF. CME	Wallysson B. O. de Aquino Instrumentador Cirúrgico COREN-DF 342.822
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogério Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P. Carvalho	Enf CME	Adriana Pereira de Carvalho Enfermeira COREN-DF 341.052

HOSPITAL DE BASE

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 001/2021 – AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 25/01/2022	ITEM/LOTE - Nº 15
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Metrópole Com. de Produtos Hosp.	CÓDIGO/ LOTE: N/A
MARCA: PANASUPLE	
Nº DE AMOSTRAS: 01	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 15 – MV 2853 MINI CESTO EM AÇO INOX 7CMX6CMX1,5CM - DIMENSÕES 7CMX6CMX1,5CM, PERFURADO EM TODAS AS FACES PARA PERMITIR ENTRADA DE ÁGUA DA LAVAGEM E DETERGENTES, COM UMA MOLA INTERNA QUE PERMITA O PRENDIMENTO DO TESTE DE SUJIDADE E/OU TEMPERATURA. REUTILIZÁVEL E QUE RESISTA À TEMPERATURA DE 93°C.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO RODUTO

	ANÁLISE DESCREVER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TÉCNICO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade do produto	X		
02	EFICIÊNCIA	X		
03	PRATICIDADE	X		
04				
05				
06				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM | (X) NÃO

QUAIS: Sem intercorrências

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
WALLYSSON S. O. de Aquino	ENFº CME	Wallysson S. O. de Aquino Enfermeiro Instrumentador Cirúrgico COREN-DF 342.822
Rogerio Xavier	Enf CME	Rogerio Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Adriana P Carvalho	enf cme	Adriana Pereira de Carvalho Enfermeira COREN-DF 341.052

Digitalizada com CamScanner

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME´S

PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA: 23 / 01 /2022	ITEM/LOTE: 275757-08
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Goiânia médica	
MARCA: Temp. A. Sure	CÓDIGO/ LOTE:
Nº DE AMOSTRAS: 10	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM 3 - MV: 2852 - INDICADOR QUÍMIICO PARA TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇAO - INDICADOR QUÍMICO DESENVOLVIDO PARA MONITORAR A TEMPERATURA E O TEMPO DE EXPOSIÇÃO NA FASE DE TERMODESINFECÇÃO DOS CICLOS DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS OU OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS. CONSISTE NUMA TIRA DE MATERIAL TERMO-RESISTENTE E CAPAZ DE AVALIAR AS TEMPERATURAS ENTRE 70ºC A 90ºC, ASSINALANDO A TEMPERATURA DA TERMODESINFECÇÃO. LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE COR DOS CÍRCULOS DE TEMPERATURA PARA UM TOM PRATEADO, INDICANDO QUE A TEMPERATURA IDEAL PARA TERMODESINFECÇÃO FOI ATINGIDA. DEVE ESTAR DE ACORDO COM ISO 15883-5

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

	ANÁLISE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Integridade	X		
02	Eficiencia	X		
03	Praticidade	X		
04				
05				

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

( ) SIM	(X) NÃO
QUAIS:	

PARECER FINAL

APROVADO (X)	REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Rogerio xavier	enf cme	Rogério Xavier Enfermeiro COREN-DF 185565
Elida Ferreira da silva	enf. cme	Elida F. da Silva Mat.: 00001795 Gerente CC-HBDF
Adriana P. carvalho	enf cme	Adriana Pereira de Carvalho Enfermeira COREN-DF 347.052

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Sia Trecho 17 Rua 06 Lote 115, Zona Industrial Guará, Brasília - DF
CEP: 71.200-216. Fone: (61) 3550-8900. CNPJ: 28.481.233/0001-72.
www.igesdf.org.br

HOSPITAL DE BASE

Digitalizada com CamScanner