



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico e CME
Serviço de Enfermagem do CME

Despacho - IGESDF/DIASE/SUPHB/NUECC/SECME

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2021.

A Gerência de Almoxarifado e Patrimônio

Com vistas a Chefe de Núcleo de Enfermagem de Centro Cirúrgico e CME

Trata-se de processo de Seleção de Fornecedores, na modalidade **Mercado Digital nº 001/2021**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO** para a **AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME'S**, sendo 01 para INDICADOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO PARA GÁS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO STERRAD e 02 para BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ VÁCUO, QUE OPEREM A 121 / 134º C, para atender a demanda do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, cujas especificações, quantidades e demais condições estão dispostas no **ELEMENTO TÉCNICO Nº 25/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEALM (47463796)**.

Em resposta ao despacho 76793780 quanto as tratativas referentes a Goiânia Médica e Metrópole Hospitalar, damos por **satisfatório os argumentos**, **mas continuamos a solicitar os testes in loco para testagem dos mesmos, salientando que não se pode aprovar um teste somente por informação técnica, pois temos que ter a certeza de que nossos equipamentos estarão aptos a recebê-los e aprová-los.**

Diante desse argumento, creio não restar dúvidas quanto a necessidade dos testes in loco.

Atenciosamente,

Rogério Xavier

Enfermeiro Rotineiro - CME

Matrícula 10061

Richênia Bento Fernandes

Chefe de Serviço de Enfermagem - CME

Matrícula 000897



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO XAVIER - Matr.0001006-1, Enfermeiro**, em 28/12/2021, às 10:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **RICHENIA BENTO FERNANDES - Matr.0000089-7**,



Chefe do Serviço de Enfermagem do CME, em 28/12/2021, às 10:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **76938401** código CRC= **F937FBB6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro asa sul - CEP 70335900 - DF

35508900

04016-00068968/2020-77

Doc. SEI/GDF 76938401



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Gerência de Compras
Núcleo de Compras Diversas

Memorando Nº 2566/2021 - IGESDF/UCAD/SUCAD/GCOMP/NUCCD

Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021.

À Chefia do Núcleo de Compras Diversas,

Trata-se de processo de Seleção de Fornecedores, na modalidade **Mercado Digital nº 001/2021**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO** para a **AQUISIÇÃO DE INTEGRADORES QUÍMICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS) INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLÓGICOS para as CME'S**, sendo 01 para INDICADOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO PARA GÁS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO STERRAD e 02 para BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ VÁCUO, QUE OPEREM A 121 / 134º C, para atender a demanda do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, cujas especificações, quantidades e demais condições estão dispostas no **ELEMENTO TÉCNICO Nº 25/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEALM (47463796)**.

Tendo em vista a emissão de parecer técnico através do Despacho - IGESDF/DIASE/SUPHB/NUECC/SECME (75803533), foi aberta diligência quanto as tratativas feitas referente a Empresa GOIANIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA e Empresa METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, o qual aquelas empresa emitiram notas de esclarecimentos abaixo:

1) GOIANIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

**ESCLARECIMENTO**

REF.: Parecer técnico I Despacho - IGESDF/DIASE/SUPHB/NUECC/SECME (Doc. SEI/GDF 75803533)

Questionamento:

O item 10= ele atende apenas superfície? Atende apenas lúmen? Ou atende superfície e lúmen?

Resposta: Indicador Verify Ultrassônico é utilizado para superfície em lavadoras ultrassônicas.

Aparecida de Goiânia/GO, 15 de dezembro de 2021.

NARCELIO ALVES
MENEZES:09888
500104

Assinado de forma
digital por NARCELIO
ALVES
MENEZES:09888500104
Dados: 2021.12.15
11:00:35 -03'00'

Goiânia Médica Produtos Hospitalares Ltda.
CNPJ 01.468.098/0001-79
Narcélio Alves Menezes
CPF 098.885.001-04

2) METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP



Bras lia-DF 15 de Dezembro de 2021

INFORMA  O

Ato Convocatrio n  001/2021
Item 09

Prezados (as)

Com rela  o ao Item 09 a informa  o na proposta   que nosso produto vem com 400 unidades dentro da caixa, essa informa  o   para que o  rg o possa adequar a quantidade do produto ao emitir a ordem de compra. Entendemos que o  rg o licitou 8.200 unidades, ou seja, ser o 20 caixas e os 200 unidades. Para a quantidade remanescente (200 unidades) enviaremos caixa aberta.

Exemplo na ordem de compra: 400 unidades, ou 800 unidades, ou 1200 unidades... etc (m ltiplo de 400)

Atenciosamente



METR POLE COM RCIO DE PROD. HOSP. LTDA-EPP
RODRYNEI DARELLA RAMOS
RG. 398.819 SSP/DF

A fim de complementar a habilita  o t cnica do certame, solicitamos pr stimos de envio   Ger ncia de Almoxarifado e Patrim nio para an lise das tratativas supracitadas, sendo que na condi  o de reprova  o na avalia  o, solicitamos pr stimos de parecer t cnico minucioso indicando as informa  es e motivos da tomada de decis o daquela  rea t cnica.

No oportuno, o que se trata no Despacho - IGESDF/DIASE/SUPHB/NUECC/SECME (75803533) referente ao item 01 - CASSETE PARA AMPOLAS DE PER XIDO DE HIDROG NIO N O EST RIL que seguiu DESERTA, **a sugest o apresentada pela  rea demandante n o poder  ser contemplada neste certame**, sendo necess rio abertura de novo processo de compras para o objeto.

Reitero a solicita  o de informa  o da  rea demandante, **se os cat logos enviados pelas empresas classificadas para os respectivos objetos (75099326, 75100980, 75105205, 75110460, 75117726, 75120376 e 75123646) s o suficientes para an lise aprova  o de habilita  o t cnica, ou se ser o necess rios envios de amostras f sicas dos materiais para posterior an lise presencial**, lembrando que ser o abertos prazo de 5 (cinco) dias  teis para as empresas classificadas cumprir os envios das mesmas.

Atenciosamente,

	JOSÉ MOACYR PEREIRA FILHO Especialista em Compras e Contratos
---	---

De acordo,

Encaminha-se os autos à Gerência de Almoxarifado e Patrimônio - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLIN/GEAP, para providências.

	SAMIR RICARDO DOS SANTOS LOPES Chefe do Núcleo de Compras Diversas
---	--



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MOACYR PEREIRA FILHO - Matr.0000871-7, Especialista em Compras e Contratos**, em 15/12/2021, às 12:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SAMIR RICARDO DOS SANTOS LOPES - Matr.0000066-3, Chefe do Núcleo de Compras Diversas**, em 15/12/2021, às 13:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **76242734** código CRC= **1F59B84D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro asa sul - CEP 70335900 - DF

35508900