

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Trata-se de processo de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital nº 158/2021, cujo o objeto é a aquisição de **fita cardíaca estéril e fios cirúrgicos**.

DATA: 01/02/2022	ITEM: 01
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ZM Medical Atacado da Saúde Ltda	
MARCA: SHALON	CÓDIGO MV - 3557
Nº DE AMOSTRAS: 03	Registro M.S: 10243410016

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FIO DE SUTURA POLIESTER Nº 2-0 COM TEFLON, AGULHAS 2,0 CM, FIO DE 75 CM PCT INDIVIDUAL, CAIXA COM 24 UNIDADES

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE			X
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	FIO DE SUTURA POLIESTER Nº 2-0	X		
02	COM TEFLON	X		
03	AGULHAS 2,0 CM	X		
04	FIO DE 75 CM	X		
05	PCT INDIVIDUAL	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?




() SIM ☒ NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO ☒	REPROVADO ()
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
ALEXANDRE JORGE	COORDENADOR	
Ronaldo do Carmo Costa	COORDENADOR	
Romeu de Mello Neto	COORDENADOR	

Dr. Romeu de Mello Neto
Cirurgião Cardiovascular
CRM-DF 10780

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Trata-se de processo de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital nº 158/2021, cujo o objeto é a aquisição de **fita cardíaca estéril e fios cirúrgicos**.

DATA: 01/02/2022

ITEM: 02

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: MH Farmácia Eireli

MARCA: SHALON MEDICAL

CÓDIGO MV - 634

Nº DE AMOSTRAS: 03

Registro M.S: 10243410013

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FIO DE SUTURA. MATERIAL: SEDA TRANÇADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO 3-0, COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, COM 1 AGULHA, TIPO AGULHA PONTA CILÍNDRICA, CORPO CILÍNDRICO, 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO DA AGULHA 3,0 CM, ESTÉRIL. FORMA DE APRESENTAÇÃO: 1 FIO POR ENVELOPE, COM IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE IMPRESSOS EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENVELOPE E NA CAIXA. DEVERÁ SEGUIR A NORMA DO INMETRO ABNT 13904/2003.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE			X
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	FIO DE SUTURA SEDA TRANÇADA 3-0, com 45 CM	X		
02	COMPRIMENTO DA AGULHA 3,0 CM	X		
03	AGULHA PONTA CILÍNDRICA, CORPO CILÍNDRICO	X		
04	1/2 CÍRCULO	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

(X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA / CARIMBO
ALEXANDRE JORGIE	COORDENADOR	Alexandre Jorge
Rosário de Paiva Coelho	Chefe SEOCB	Rosário de Paiva Coelho
Yonatan de Mello Neto	CRFEB MICA	Yonatan de Mello Neto

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Trata-se de processo de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital nº 158/2021, cujo objeto é a aquisição de **fita cardíaca estéril e fios cirúrgicos**.

DATA: **01/02/2022** ITEM: **04**
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: **Metrópole Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-EPP**
MARCA: **ATRAMAT** CÓDIGO MV - **656**
Nº DE AMOSTRAS: **03** Registro M.S: **80160840024**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FIO SUTURA SINTÉTICO Nº ZERO ABSORVIVEL POR VOLTA DE 70 DIAS TRANÇADO COMPRIMENTO DE 70 CM COM AGULHA 3,5 OU 3,7 CM 1/2 CIRCULO PONTA CILINDRICA FECH/OBST/GINEC.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA	X		
04	APRESENTA LOTE	X		
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO	X		
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE	X		
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA	X		
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE			X
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	FIO SUTURA SINTÉTICO Nº ZERO ABSORVIVEL	X		
02	TRANÇADO COMPRIMENTO DE 70 CM	X		
03	AGULHA 3,5 OU 3,7	X		
04	1/2 CIRCULO	X		
05	PONTA CILINDRICA	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

(X) NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO (X)

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/CARIMBO
<i>Alexandre Jorge</i>	<i>COORDENADOR</i>	<i>Alexandre Jorge</i> CRM-DF 7502 MML: 1342932
<i>Roberto Pedro Belo</i>	<i>chefe SECEB</i>	<i>[Carimbo]</i> MML 41522
<i>Romário dos Santos Neto</i>	<i>chefe NUCEM</i>	<i>Romário dos Santos Neto</i> Cirurgião Cardiovascular CRM-DF 10780

NÃO VEIO A ANVISA

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Trata-se de processo de Seleção de Fornecedores, na modalidade de Mercado Digital nº 158/2021, cujo o objeto é a aquisição de **fita cardíaca estéril e fios cirúrgicos**.

DATA: 01/02/2022	ITEM: 03
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ZM Medical Atacado da Saúde Ltda	
MARCA: SHALON	CÓDIGO MV - 281
Nº DE AMOSTRAS: 03	Registro M.S: 10243410023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FIO DE SUTURA. APLICAÇÃO: SUTURA VÍDEOLAPAROSCOPIA E CIRURGIA CARDÍACA, FIO DE SUTURA DE POLIÉSTER REVESTIDO TRANÇADO 2-0, 75CM, COM 02 AGULHAS DE 1,5 A 2,0 CM PONTA E CORPO CILÍNDRICOS 1/2 CÍRCULO MATERIAL: POLIÉSTER REVESTIDO COM POLIBUTILATO TRANÇADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIO 2-0, COLORIDO, COMPRIMENTO 75 CM, COM 1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO, TIPO AGULHA PONTA CILÍNDRICA, CORPO CILÍNDRICO, 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO DA AGULHA 1,5 A 2,0CM, ESTÉRIL. FORMA DE APRESENTAÇÃO: 1 FIO POR ENVELOPE, COM IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE IMPRESSOS EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENVELOPE E NA CAIXA. DEVERÁ SEGUIR A NORMA DO INMETRO ABNT 13904/2003.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE DA EMBALAGEM		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO			
02	CONSTA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA			
03	PROPORCIONA ABERTURA ADEQUADA EM TÉCNICA ASSÉPTICA			
04	APRESENTA LOTE			
05	APRESENTA DATA DE FABRICAÇÃO			
06	APRESENTA DATA DE VALIDADE			
07	APRESENTA REGISTRO NA ANVISA			
08	APRESENTA ALGUM DESVIO DE QUALIDADE			
ANÁLISE DA AMOSTRA				
01	FIO DE SUTURA POLIÉSTER REVESTIDO COM POLIBUTILATO TRANÇADO 2-0 com 75CM			
02	COM 02 AGULHAS DE 1,5 A 2,0 CM			
03	COM 1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO			
04	TIPO AGULHA PONTA CILÍNDRICA, CORPO CILÍNDRICO			
05	1/2 CÍRCULO			

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

() SIM

() NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO ()

REPROVADO ()

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO