

****PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ATO CONVOCATÓRIO - 219/2021 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA****

Trevizan, Juliana <juliana.trevizan@medtronic.com>

Seg, 03/01/2022 08:51

Para: CX - COMPRAS SERVICOS <compras.servicos@igesdf.org.br>

Cc: Cruz, Silvia <silvia.f.cruz@medtronic.com>; Andrade, Wendel <>wendel.m.andrade@medtronic.com>

A Medtronic Comercial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.772.798/0006-67, com endereço no município de Osasco, estado de São Paulo, Praça Agrícola La Paz Tristante, 121/131 parte 10, Bairro Industrial Anhanguera, CEP 06276-035 apresenta os seguintes esclarecimentos relativos ao Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 219/2021.

Pelo presente, tem-se que a R. Administração, em seu edital, especificamente no que se refere às especificações técnicas do ITEM 3, presentes em Termo de Referência, define a composição de pericárdio:

ITEM 3 - CONJUNTO DE PRÓTESE VALVAR CARDÍACA MITRAL, TIPO BIOLÓGICA DE **PERICÁRDIO BOVINO** COM TRATAMENTO ANTICALCIFICAÇÃO, BAIXO PERFIL, POSIÇÃO MITRAL, NUMERAÇÃO DE 21 A 33, TIPO PERFIL BAIXO, FLUXO CENTRAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Há no mercado diversos tipos de válvulas com composições diferentes de pericárdio, tendo algumas válvulas com apresentação de pericárdio bovino ou porcino.

Assim solicitamos esclarecer se no ITEM 3, se esta R. ADM. aceitará proposta apenas com válvula de pericárdio bovino?

Obrigada

Juliana Trevizan Oliveira

Analista de Licitação | Captação | Bid &Tenders

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil

Escritório 55 11 2187 6379

juliana.trevizan@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)

Medtronic

Engineering the extraordinary

Esta mensagem foi marcada como Controlada pela Medtronic

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>