

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Seleção de Fornecedores nº 528/2021
REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA REGULAR DE FAIXA DE ESMARCHE, CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO, MALHA TUBULAR, CATETER TIPO ÓCULOS, MÁSCARA TRAQUEOSTOMIA, COMPRESSA OCULAR (04016-00114213/2021-32)

DATA: 31/03/2022	ITEM: 03
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Macro Cirurgica Produtos Medicos E Hospitalares Eireli	
MARCA/MODELO: Micronebulizador AD.02 c/Ext.1,5M - Cód. 004481	CÓDIGO MV: 698
FABRICANTE: Protec	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 80435140012

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: terapia por inalação, Material: polietileno e polipropileno atóxico. Características Adicionais: Conjunto composto por máscara compatível com tamanho adulto, maleável, anatômica, que não exale odor desagradável. Copo nebulizador com capacidade 15ml, resistente, transparente, adaptável a máscara em sistema de encaixe. Tubo extensor com comprimento aproximado de 1,5m, flexível, adaptável em uma das extremidades ao copo nebulizador e outra extremidade ao ponto de oxigênio, que permita perfeita adaptação. Apresentação: embalagem individual acondicionado em caixas.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	X		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF		X	
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

SIM NÃO

QUAIS: *O kit não possui elástico. Caso o paciente seja inconsciente o laborador terá que ficar segurando a máscara até o término da medicação.*
O material é rígido, não trazendo conforto anatômico para o paciente.

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO <input checked="" type="checkbox"/>
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Rosiléia Nunes R. Alves	Farmacêutica	Rosiléia Alves Farmacêutica
Carolina Pimenta Alves	Farmacêutica	Carolina Pimenta Neves Farmacêutica CRF/DF 4424
Letícia Pereira de Jesus	Farmacêutica	Letícia P.

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Seleção de Fornecedores nº 528/2021
REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA REGULAR DE FAIXA DE ESMARCHE, CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO, MALHA TUBULAR, CATETER TIPO ÓCULOS, MÁSCARA TRAQUEOSTOMIA, COMPRESSA OCULAR (04016-00114213/2021-32)

DATA: 02/10/2022	ITEM: 689
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Macro Cirurgica Produtos Medicos E Hospitalares Eireli	
MARCA/MODELO: Mascara traqueostomia infantil - RO1082	CÓDIGO MV: 05
FABRICANTE: Romed	
Nº DE AMOSTRAS: 01	REGISTRO ANVISA: 81284390009

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA. Aplicação: máscara para oxigenoterapia adaptável à cânula de traqueostomia. Material: confeccionada em vinil macio e transparente, acoplada a uma cúpula em acrílico. Características Adicionais: elástico para ajuste e fixação de aproximadamente 20cm, cúpula em acrílico transparente com orifício circular de 1cm e conector na via de entrada do ar em plástico atóxico que permite ângulo giratório de até 360º, permite a adaptação de circuito de médio padrão. Apresentação: embalagem individual.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	<input checked="" type="checkbox"/>		
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	<input checked="" type="checkbox"/>		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA		<input checked="" type="checkbox"/>	

HOUVE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?




() SIM NÃO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO <input checked="" type="checkbox"/>	REPROVADO ()
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
Roma Lima Ferrera Rodrigues	Fisioterapeuta	
Rosilene Alves	Farmacêutica	 Rosilene Alves Farmacêutica CRÉDF 8523
Carolina Pimenta Neves	Farmacêutica	 Carolina Pimenta Neves Farmacêutica CRÉ/DF 4424

PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Seleção de Fornecedores nº 528/2021
REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA REGULAR DE FAIXA DE ESMARCHE, CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO, MALHA TUBULAR, CATETER TIPO ÓCULOS, MÁSCARA TRAQEOSTOMIA, COMPRESSA OCULAR (04016-00114213/2021-32)

DATA: 01/04/2022 ITEM: 682

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Macro Cirurgica Produtos Medicos E Hospitalares Eireli

MARCA/MODELO: Micronebulizador INF.02 c/Ext.1,5M CÓDIGO MV: 04
- Cód. 004484

FABRICANTE: Protec

Nº DE AMOSTRAS: 01 REGISTRO ANVISA: 80435140012

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: terapia por inalação. Material: polietileno e polipropileno atóxico. Características Adicionais: Conjunto composto por máscara compatível com tamanho infantil maleável, anatômica, que não exale odor desagradável. Copo nebulizador com capacidade 15ml, resistente, transparente, adaptável a máscara em sistema de encaixe. Tubo extensor com comprimento de 1,5m, transparente, flexível, adaptável em uma das extremidades ao copo nebulizador e a outra extremidade ao ponto de oxigênio, permitindo perfeita adaptação. Apresentação: embalagem individual acondicionado em caixas.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO ACIMA		X	
02	A QUALIDADE DO PRODUTO ATENDE AO IGESDF	X		
03	EMBALAGEM OFERECE PROTEÇÃO AO PRODUTO	X		
04	EMBALAGEM POSSUI IDENTIFICAÇÃO COMPLETA	X		

HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?

(X) SIM () NÃO

QUAIS:

O kit não possui o elástico fixador (responsável por auxiliar a fixação da máscara a face do paciente). Em crianças esse elástico fixador é importante.

A máscara é de material rígido, sem conforto anatômico para as crianças, podendo lesionar a face.

PARECER FINAL

APROVADO ()	REPROVADO (X)
A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.	A EQUIPE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO RECOMENDA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA E CARIMBO
Luayana da Silva Lopes	Enfermeira - chefe de serviços de Enfermagem do Pronto Socorro Infantil	Carla de Senac de Enfermagem - PSI Carimbo: D.F.491/49-ENF
Rosilvia Alves	Farmacêutica	Rosilvia Alves Farmacêutica CRF/DF
Carolina Pimenta Neves	Farmacêutica	Carolina Pimenta Neves Farmacêutica CRF/DF 4424