

RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MEDTRONIC Comercial Ltda - ATO CONVOCATÓRIO 068/2021 IGESDF

CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>

Qui, 03/02/2022 15:29

Para: Marinho, Karina <karina.b.marinho@medtronic.com>

Boa tarde Sr. Karina,

Conforme entendimento do Núcleo de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica do IGESDF, responsável pela demanda, **Não há** por parte de impedimento para que a referida empresa concorra com introdutores de diâmetros de 7,8,9 e 11 Fr.

No oportuno, informamos que o pregão está previsto para abertura dia 04/02/2022 às 10:00hs.

Solicitamos acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

**JOSÉ MOACYR PEREIRA FILHO**

Especialista em Compras e Contratos

Gerência de Compras

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

jose.moacyr@igesdf.org.br

☎ 61 3550-8900 R 9109

De: Marinho, Karina <karina.b.marinho@medtronic.com>**Enviado:** quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 21:29**Para:** CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>**Cc:** Cardoso, Jociane <jociane.s.cardoso@medtronic.com>; Trevizan, Juliana <juliana.trevizan@medtronic.com>; Marinho, Karina <karina.b.marinho@medtronic.com>**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MEDTRONIC Comercial Ltda - ATO CONVOCATÓRIO 068/2021 IGESDF

Prezados senhores, boa noite!

A Medtronic Comercial Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.772.798/0006-67, apresenta o seguinte esclarecimento:

Analizando o Elemento Técnico 224/2021 – Ato Convocatório 068/2021 – IGESDF, e com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os itens abaixo mencionados:

Ato Convocatório 068/2021

5	27157	3418	Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F e 11F , composto por: uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha tipo "peel-away" (PTFE).
---	-------	------	--

- Solicitamos esclarecimento da possibilidade de participação no Pregão com Introdutores de diâmetro: 7Fr, 8Fr, 9Fr e 11Fr. Importante ressaltar que este diâmetro, não alterar o procedimento bem como o desempenho do produto, não prejudicando o paciente. Obs. O produto selecionado para ofertarmos nesse processo, é utilizado por essa Instituição.

Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração.

Atenciosamente,

Karina Braga

Analista de Licitação | Captação | Bid &Tenders

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 11º andar | São Paulo, SP, 04576-010 | Brasil

Escritório 55 11 2187-6406 | Fax 55 11 2187-6373

karina.b.marinho@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)

Medtronic

Engineering the extraordinary

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>