

Pedido de esclarecimento feito em 25/05/22 A s 12:50

Empresa: Dabasons Importação Exportação E Comercio Ltda **CNPJ:** 61.519.955/0001-44 **ME/EPP:** Não

Nome: Victor Dabbah **Email:** licitacoes@dabasons.com.br **Telefone:** (11) 3371-1544

Descrição: AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Gerência de Compras - Núcleo de Compras Diversas ATO CONVOCATÓRIO Nº 149/2021 /2021 AS 10H15MIN DATA: 30/05/2022 AS 10:00H OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OPME PARA PROCEDIMENTOS DE NEUROCIRURGIA (CATETERINTRACRANIANO E DVE) DO IGESDF a serem fornecidos POR DEMANDA, para atender a demanda do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, cujas especificações, quantidades e demais condições estão dispostas no ELEMENTO TÉCNICO Nº 90/2021 - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLIN/GEIFO, ANEXO I deste Ato Convocatório. A empresa DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua Peixoto Gomide, nº 515 – 2º e 3º andares – Jd. Paulista – São Paulo / SP – CEP: 01409-001, inscrita no CNPJ sob o nº 61.519.955/0001-44, vem a presença de V.Sas., solicitar esclarecimento abaixo. No Anexo I – Elemento Técnico nº 90/2021 – Insumos a serem fornecidos por entrega conforme demanda (Ordem de Fornecimento) - são solicitados nos itens 2,3 e 4 – Kits para medida de Pressão Intracraniana – que são utilizados com Monitores De Pressão Intracraniana. Contudo, no edital não há informação exata referente a quantidade de Monitores que deverão ser disponibilizados em comodato pela empresa vencedora do certame. Sendo assim, perguntamos: Quantos monitores deverão ser disponibilizados em comodato pelo vencedor de cada item citado acima? Os esclarecimentos das questões acima elencadas são de extrema necessidade para a formulação de nossa Proposta de Preços. Assim, peço a gentileza de retornar o quanto antes com os devidos apontamentos. O envio da resposta poderá ser efetuada através do e-mail: licitacoes@dabasons.com.br . Obrigado.

Resposta do pregoeiro em 27/06/22 À s 15:29

Em atenção a manifestação Gerência de Insumos Farmacêuticos e OPME, área técnica do IGESDF, informa que o quantitativo de monitores a serem fornecidos são de 8 (oito) unidades, e esclareço que, faz-se necessário o fornecimento do monitores e não apenas do cabo para o monitor. (Resposta extraída do Doc. SEI/GDF 89508518)