



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Gerência de Compras

Núcleo de Compras de Insumos

Termo de Ajuste n.º 2/2023 - IGESDF/UCAD/SUCAD/GCOMP/NCOIN

Brasília-DF, 18 de julho de 2023.

ERRATA

Trata-se do **CHAMAMENTO Nº 060/2023** proveniente do processo *SEI Nº 04016-00041044/2023-76*, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO REGULAR DE INSUMOS DE OPME PARA O SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA**, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes no Edital nº 060/2023 ([Edital](#)), a fim de atender às necessidades deste Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.

Verifica-se que houve erro material na [Ata Final de Resumo de Compras \(Itens Remanescentes\)](#), no descritivo dos **itens 15 e 16**, informados nos quadros do **Resultado da Negociação**, e do **Resultado Final**.

Portanto, segue a correção abaixo:

Onde se lê:

"(...) ITEM 15 – (MV 360) ~~ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, TIPO OVAL, SEM GARRAS, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 230 CM. LAÇO COM DIÂMETRO EM TORNO DE 25 MM. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. (Quantidade: 105 unidades)~~".

Leia-se:

"(...) ITEM 15 – (MV 360) BALÃO PARA DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA DE DIÂMETROS PROGRESSIVOS, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, PARA FIO GUIA 0.035", COMPRIMENTO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 240 CM, CAPAZ DE DILATAR EM TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DE 8, 9 E 10 MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE NO MÍNIMO 3,0 CM E COMPRIMENTO DO ACESSÓRIO DE 240 CM. PODE OU NÃO CONTER MARCADORES RADIOPACOS. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM (Quantidade: 105 unidades)".

Onde se lê:

"(...) ITEM 16 – (MV 2248) ~~ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, TIPO OVAL, SEM GARRAS, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 230 CM. LAÇO COM DIÂMETRO EM TORNO DE 25 MM. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. (Quantidade: 50 unidades)~~".

Leia-se:

"(...) ITEM 16 – (MV 2248) BALÃO PARA DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA DE ESOFAGO COM 12 MM DE DIÂMETRO E 8 CM DE COMPRIMENTO COM 180 CM DE BAIXA

COMPLACÊNCIA, COM ESTÁGIOS PROGRESSIVOS DE DILATAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, POLIETILENO, TEREFITALATO E LOCTIT. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. (Quantidade: 50 unidades)".


Posto isto, feita a correção, publique-se no site ([Site IGESDF](#)).

Atenciosamente,



De acordo.

Pelo exposto, retifique.



Documento assinado eletronicamente por **THALES MARINHO TEIXEIRA - Matr.0000467-0, Chefe do Núcleo de Compras de Insumos interino(a)**, em 20/07/2023, às 10:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIA VIVIAN RODRIGUES ZARDINI CUNHA - Matr.0000985-8, Analista de Compras**, em 20/07/2023, às 10:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=117836488 código CRC= **A015D17A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro asa sul - CEP 72.502-100 - DF

35508746