

**ANEXO VI**
**PLANILHA DE EQUIPAMENTOS**

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADES		
		LOTE 01	LOTE 02	
		Hospital de Base	Hospital de Santa Maria	
1	<b>CARRINHO DE COLETA</b>	TIPO CARRO BASCULANTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPA SUJA, COM CAPACIDADE PARA CARGA PESADA DE APROXIMADAMENTE 600 LITROS OU 400 KG COMPOSTO DE MATERIAL RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 96x160x75 (AxLxP), 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PODENDO HAVER 2 FIXOS, COM 6" DE DIÂMETRO APROXIMADAS. DEVERÁ POSSUIR TAMPA, PREFERENCIALMENTE ARTICULADA, E DRENO PARA ESCOAMENTO. DEVRÁ POSSUI PUXADOR EM PELO MENOS UM DOS LADOS.	10	12
2	<b>BALANÇA DIGITAL</b>	TIPO PLATAFORMA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS QUE PERMITAM A AFERIÇÃO DOS PESOS DE GAIOLAS E CARRINHOS. DEVERÁ POSSUI LAUDO DE AFERIÇÃO A CADA SEMESTRE	2	2
3	<b>CARROS TIPO ESTANTE</b>	CARRINHO PARA SERVIÇOS HOTELEIROS, CONSTITUIDO DE 3 PRATELEIRAS, COM FECHAMENTO POR MEIO DE PORTA, PUXADORES E TRANCA. DEVERÁ SER COMPOSTO DE MATERIAL QUE PERMITA A DEVIDA HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 6" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS 140X50X100 CM (CxLxA). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM PORTA SACO EM VINIL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 LITROS. COR: DE ACORDO COM AMBIENTAÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR A IDENTIFICAÇÃO CONFORME DEFINIDO PELA ÁREA TÉCNICA.	8	6
4	<b>RADIO COMUNICADOR</b>	PORTÁTIL, COM ALCANCE MÍNIMO DE 3 KM, E BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 12 H	8	4
5	<b>SELADORA</b>	CONJUGADA EM L, MANUAL, COM SISTEMA SELA E CORTA COM SUPORTE PARA FILME PLÁSTICO CORRESPONDENTE. PÉS FIXOS OU	1	1

		COM RODÍZIOS.																
6	<b>CARRO TIPO CONTAINER</b>	PARA ACONDICIONAMENTO/ TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS. CONSTITUIDO DE MATERIAL RESISTENTE, QUE PERMITA A APLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LIMPEZA, COM CAPACIDADE DE 600 LITROS. DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PODENDO HAVER 2 FIXOS, DE 6" DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. TAMPA ARTICULÁVEL E DRENO DE ESCOAMENTO. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO (ROUPA LIMPA) COM MATERIAL INDELÉVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA																<b>10</b>

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	LOTE 03											
		UPA Sobradinho	UPA São Sebastião	UPA Núcleo Bandeirante	UPA Paranoá	UPA Vicente Pires	UPA Planaltina	UPA Ceilândia I	UPA Ceilândia II	UPA Brazlândia	UPA Riacho Fundo II	UPA Samambaia	UPA Recanto das Emas
1	<b>CARRINHO DE COLETA</b>	TIPO CARRO BASCULANTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPA SUJA, COM CAPACIDADE PARA CARGA PESADA DE APROXIMADAMENTE 600 LITROS OU 400 KG COMPOSTO DE MATERIAL RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 96x160x75 (AxLxP), 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PODENDO HAVER 2 FIXOS, COM 6" DE DIÂMETRO APROXIMADAS. DEVERÁ POSSUIR TAMPA, PREFERENCIALMENTE ARTICULADA, E DRENO PARA ESCOAMENTO. DEVRÁ POSSUI PUXADOR EM PELO MENOS UM DOS LADOS.											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	<b>BALANÇA DIGITAL</b>	TIPO PLATAFORMA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS QUE PERMITAM A AFERIÇADOS PESOS DE GAIOLAS E CARRINHOS.DEVERÁ POSSUI LAUDO DE AFERIÇÃO A CADA SEMESTRE											
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	<b>CARROS TIPO ESTANTE</b>	CARRINHO PARA SERVIÇOS HOTELEIROS, CONSTITUIDO DE 3 PRATELEIRAS, COM FECHAMENTO POR MEIO DE PORTA, PUXADORES E TRANCA. DEVERÁ SER COMPOSTO DE MATERIAL QUE PERMITA A DEVIDA HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO6" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS 140X50X100 CM (CxLxA). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMUM PORTA SACO EM VINIL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 LITROS. COR: DE ACORDO COM AMBIENTAÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ POSSUIR A IDENTIFICAÇÃO CONFORME DEFINIDO PELA ÁREA TÉCNICA.											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4	<b>RADIO COMUNICADOR</b>	PORTÁTIL, COM ALCANCE MÍNIMO DE 3 KM, E BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 12 H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>SELADORA</b>	CONJUGADA EM L, MANUAL, COM SISTEMA SELA E CORTA COM SUPORTE PARA FILME PLÁSTICO CORRESPONDENTE. PÉS FIXOS OU RODÍZIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>CARRO TIPO CONTEINER</b>	PARA ACONDICIONAMENTO/ TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS. CONSTITUIDO DE MATERIAL RESISTENTE, QUE PERMITA A APLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LIMPEZA, COM CAPACIDADE DE 600 LITROS. DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PODENDO HAVER 2 FIXOS, DE 6" DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. TAMPA ARTICULÁVEL E DRENO DE ESCOAMENTO. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO (ROUPA LIMPA) COM MATERIAL INDELÉVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1