

ESPECIFICAÇÃO DO COMODATO

MV: 3435

INSUMO: LÂMINA DE TRICOTOMIA

- O fornecedor das lâminas descartáveis para aparelho tricotomizador deverá fornecer aparelho compatível com as lâminas.

- O APARELHO TRICOTOMIZADOR deverá ter:
 - Eixo móvel, a fim de promover maior segurança aos pacientes;
 - Operar com ou sem cabo elétrico, servir para cortar todos os tipos de pelo, secos ou molhados;
 - Ter bateria com durabilidade de aproximadamente 45 minutos após recarga.

- A cada 100 lâminas adquiridas, o fornecedor das lâminas deverá fornecer também um aparelho tricotomizador. Sendo necessários a entrega de 10 aparelhos imediatos e os demais de acordo com a demanda que será sinalizada pelo IGESDF.

- Em caso de defeitos no tricotomizador, o fornecedor será responsável pela troca ou manutenção.