

ID: 941712 Criado em: 22/03/2024 14:57

Nº do Processo: 04016-00022078/2024-42

Status Atual: encerrada

SOLICITAÇÃO Nº 1106/2024 - AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED 02 Título:

CÚPULAS DE NO MÍN. 160.000 LUX

Justificativa: SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO (Descrição)

> A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS

MÉDICO-HOSPITALARES À PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO N.º 955271/2023, SENDO DESTINADO AO:* HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA:07 FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO-> PRAZO DE ENTREGA: EM NO MÁXIMO 60 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENVIO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ENTREGA DAS 9H ÀS 16H;->A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO

PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO Observação:

CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇES, A CRITÉRIO DO IGESDF. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO PARA ENTREGA CONSTARÁ NAORDEM DE FORNECIMENTO.-> A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/ FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARACONFIRMAÇES DOS REQUISITOS

SOLICITADOS

CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. Condições:

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 22/03/2024 às 17:27 Limite do Acolhimento das Propostas: 02/04/2024 às 23:55 Data da Abertura das Propostas: 02/04/2024 às 23:55

Item do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	9303	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED	7	0,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.836.248/0001-12 (54) 2628-8806 licitar@barrfab.com.br	R\$ 5.000,00	60 dias	02/07/2024	30 ddl	CIF	

2	DI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18.552.169/0001-10 (21) 96767-3816 c.viana@dihospitalar.com.br	R\$ 0,00	60 dias	02/07/2024	30 ddl	CIF	MARCA: COMENMODELO: Luz Cirúrgica LED L6SCB+L6SCBFA BRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD.PROCEDÊNC IA: ÇHINA, REPÜBLICA POPULARREGIST RO ANVISA: 80047300825
3	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.743.288/0001-08 (62) 3241-5555 comercial@hospcom.net	R\$ 900,00	60 dias	31/05/2024	30 ddl	CIF	
4	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 79.805.263/0001-28 (41) 3382-2066 licitacao@grupokss.com.br	R\$ 79.500,00	30 dias	05/09/2024	A vista	CIF	FOCO TETO 160.000/160.000 LUX, PREPARACAO PARA CAMERA HD, GARANTIA 24 MESES, SISTEMA DE EMERGENCIA, CONTROLE REMOTO, AJUSTE ELETRONICO
5	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA 04.078.043/0003-02 (51) 3094-5862 lucas.lucas@mahospitalar.com.br	R\$ 600,00	60 dias	28/06/2024	30 ddl	CIF	
6	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.583.026/0001-69 (44) 3354-2553 olimpioequipamentos@gmail.com	R\$ 1.000,00	30 dias	02/07/2024	30 ddl	CIF	
7	SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP 20.102.529/0001-23 (41) 3138-5900 licitacao@salkmedical.com.br	R\$ 1.000,00	60 dias	02/07/2024	30 ddl	CIF	
8	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA 01.987.265/0001-98 (41) 3665-5704 franciele.soares@vallitech.com.br	R\$ 645.000,00	60 dias	02/07/2024	Ato/30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	54
Fornecedores que cadastraram propostas	8
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	2
Fornecedores avisados	5181

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	1
Itens com propostas cadastradas	1
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

Produto Respostas

	descrição do produto				respostas			
1	Coalgo: 9303	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 7.0 UND Marcas Padronizadas:	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 56.791,00	R\$ 397.537,00	INPROMED / INP 4X4F-	unidade c/ 1		
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	EIRELI			MASTER			
	Preço Ref.: 0,00	VALLITECH INDUSTRIA E						
	JUSTIFICATIVA	COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	R\$ 64.500,00	R\$ 451.500,00	VALLITECH	embalagem c/ 1	OL9570/70	
		BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 69.000,00	R\$ 483.000,00	BARRFAB	caixa c/ 1		
		KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	R\$ 79.500,00	R\$ 556.500,00	KSS	caixa c/ 1	10242640034	10242640034
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 80.000,00	R\$ 560.000,00	MINDRAY	caixa c/ 1	00040597	
		SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	R\$ 101.000,00	R\$ 707.000,00	MENDEL MEDICAL	caixa c/ 1		
		MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 111.824,90	R\$ 782.774,30	VR MEDICAL	unidade c/ 1		
		DI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 126.160,81	R\$ 883.125,67	SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD	unidade c/ 1	LUZ CIRÚRGICA LED 6SCB+L6SCB	REGISTRO ANVISA: 80047300825

As seguintes propostas foram desclassificadas:

Produto				Respostas	6		
descrição do produto				respostas			
1 FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referên	cia comentário
Quantidade: 7.0 UND Marcas Padronizadas: INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Preço Ref.: 0,00	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 56.791,00	R\$ 397.537,00	INPROMED / INP 4X4F- MASTER	unidade c/ 1		Fornecedor não apresentou a documentação: Declaração de Assistência Técnica. Data: 08/04/2024 12:01 Usuário: FERNANDO BISPO
JUSTIFICATIVA	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	R\$ 64.500,00	R\$ 451.500,00	VALLITECH	embalagem c/ 1	OL9570/70	A empresa supracitada ofertou o equipamento da marca Heyer, Modelo Purelit OL9500 e após análise dos autos constatou-se que o produto não atende os requisitos tecnicos solicitados no E11106/2024 nos seguintes dens: PANEN E DEVEM SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O painel de controle do equipamento de trado de membranan-ENROIA MAXIMO 3,7MW/M. LUX POR CUPULA; A energia radiante do produto ofertante excede o máximo solicitado, pois é de declado de membranan-Environan-Envi
	BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMÊNTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 69.000,00	R\$ 483.000,00	BARRFAB	caixa c/ 1		A empresa supracitada ofertou o modelo BFH2 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende a seguinte característica POSSUR TEMPERATURA DE COR AUBSTÁVEL, EM NO MINIMO 03 (TRES) NÍVEIS, ENTRE 3,600K A 5,600K, PARA CADA CUPULA. O produto ofertado possui temperatura de cor de no máximo 5000K. Data: 10/04/2024 fic.48 Usuáno: Eduardo
	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	R\$ 79.500,00	R\$ 556.500,00	KSS	caixa c/ 1	10242640034	A empresa supracitada ofertou o modelo SKYLED 1604-160 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINEL TOUCHSCREEN E DEVEM SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; O painel deste objeto é constituído de teclado de membrana. Data: 10/04/2024 17:35 Usuário: Eduardo

MONTEIRO
ANTUNES INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA

R\$ 111.824,90

R\$ 782.774,30

VR MEDICAL

unidade c/1

Unidade c/1

Unidade c/1

SHENZHEN

COMEN

MEDICOS LTDA

A empresa supracitada ofertou o equipamento da BAXTER, Modelo Trulight
3300 e após analíse dos au
a empresa ráo atendeu o requisito de habilitação tecnica: Comprovação de Assistência Técnica no Distrito Federal ou Estado de Goiás, que poderá ser a relação de assistências técnicas autorizadas o de Goiás, que poderá ser a relação de assistências técnicas autorizadas o de Goiás, que poderá ser a relação do fabricante informando o atendimento na região de instalação do equipamento. A empresa possui apenas uma filial comercia na região.

Dia: 10/04/2024 17.51

Usuáno: Eduardo

A empresa supracitada ofertou equipamento da marca COMEN Modelo LED LECE-MENGO POSSUIR

TEMPERATURA DE COR AUSTAVEL, EM NO MINIMO 30 (TRES) NIVEIS, ENTRE 3,600K A 5,600K, PARA CADA CUPULA; O produto ofertado está na faixa de Soutero Compresa não de relações de recurso de constituio de que o podruto de constituio de participamento da marca COMEN Modelo LED LECE-MENGO POSSUIR

TEMPERATURA DE COR AUSTAVEL, EM NO MINIMO 30 (TRES) NIVEIS, ENTRE 3,600K A 5,600K, PARA CADA CUPULA; O produto ofertado está na faixa de Soutero Compresa não participamento da marca COMEN MODELO COMEN DO CUPULA; O produto ofertado está na faixa de Soutero Compresa n

Justificativa / Motivo

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303									
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA									
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração						
10/04/2024 17:51	Eduardo Coura Assis	A empresa supracitada ofertou o equipamento da BAXTER, Modelo Trulight 3300 e após análise dos autos constatou-se que a empresa não atendeu o requisito de habilitação técnica: Comprovação de Assistência Técnica no Distrito Federal ou Estado de Goiás, que poderá ser a relação de assistências técnicas autorizadas emitida pelo fabricante ou declaração do fabricante informando o atendimento na região de instalação do equipamento. A empresa possui apenas uma filial comercial na região.	Desclassificado						
	FOCO CIR	ÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303							
	KSS COMERCIO	E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA							
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração						
10/04/2024 17:35	Eduardo Coura Assis	A empresa supracitada ofertou o modelo SKYLED 160+160 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito:PAINEL TOUCHSCREEN E DEVEM SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;O painel deste objeto é constituído de teclado de membrana.	Desclassificado						
	FOCO CIR	ÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303							
	DI COME	RCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA							
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração						
10/04/2024 16:51	Eduardo Coura Assis	A empresa supracitada ofertou equipamento da marca COMEN Modelo LED L65CB+L65CB e após análise dos autos constatou-se que o produto não atende o quesito:POSSUIR TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL, EM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) NÍVEIS, ENTRE 3.600K A 5.600K, PARA CADA CÚPULA; O produto ofertado está na faixa de 3800K até 5500K.	Desclassificado						
	FOCO CIR	ÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303							
	OLIMPIC	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI							
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração						
08/04/2024 12:01	FERNANDO BISPO PESSOA	Fornecedor não apresentou a documentação: Declaração de Assistência Técnica.	Desclassificado						
	FOCO CIR	ÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303							
	VALLITECH INDUST	RIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LT	DA						
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração						

A empresa supracitada ofertou o equipamento da marca Heyer, Modelo Purelit OL9500 e após análise dos autos constatou-se que o produto não atende os requisitos técnicos solicitados no ET1106/2024 nos seguintes itens:PAINEL TOUCHSCREEN E DEVEM SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O painel de controle do equipamento ofertado é de teclado de membrana.-- ENERGIA RADIANTE DE NO MÁXIMO 3,7MW/M. LUX POR CÚPULA; A energia radiante do produto ofertante excede o máximo solicitado, pois é de 4,9mw/m2.

BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração					
10/04/2024 16·48	Eduardo Coura Assis	A empresa supracitada ofertou o modelo BFH2 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende a seguinte característica: POSSUIR TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL EM NO MÍNIMO	Desclassificado					

03 (TRÊS) NÍVEIS, ENTRE 3.600K A 5.600K, PARA CADA CÚPULA. O produto ofertado possui temperatura de cor de no máximo 5000K.

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:									
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação			
			Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

		Código				
01		FOCO	CIRÚRGICO DE TETO	O LED		9303
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
FERNANDO BISPO PESSOA	08/04/202 4 12:37	Solicitamos analise técnica dos itens ofertados pelos fornecedores, favor avaliar.	Eduardo Coura Assis	A empresa SALK ofertou o produto da marca MENDEL, modelo LED TRIPLEX 4LE que atendeu o Elemento Técnico n.1106/2024 e também apresentou documentação de habilitação técnica em conformidade. A empresa HOSPCOM ofertou o produto da marca MINDRAY, modelo HYLED C5/C5 que atendeu o Elemento Técnico n.1106/2024 e também apresentou documentação de habilitação técnica em conformidade.	Aprovad	do 11/04/2024 10:18

Negociações:

SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP					
Dados do fornecedor					
CNPJ:	20.102.529/0001-23	I.E.:			
Telefone:	(41) 3138-5900	Email:	licitacao@salkmedical.com.br		
Responsável:	Fabiula Maria Da Siva	Telefone Responsável:	(41) 3138-5900		
	Dados da	a cotação			
Validade da proposta:	02/07/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação		
Faturamento mínimo:	R\$ 1.000,00	Condições de pagamento:	30 ddl		
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.					
liberado em 15/04/2024 09:18:49 por: FERNANDO.BISPO - bloqueado em 17/04/2024 08:33:04 por: FERNANDO.BISPO					

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED Quantidade: 7 UNDS - cód: 9303					
Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração		
Resposta Original	R\$ 101000,0000	02/04/2024 10:46:01	GISELE FORVILE DE ANDRADE (licitacao@salkmedical.com.br)		
Alteração 1	R\$ 79800,0000	16/04/2024 16:35:13	GISELE FORVILE DE ANDRADE (licitacao@salkmedical.com.br)		
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	R\$ 21200,0000 (20,99%)			

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total R\$ 21200,0000 (20,99%)

TOTAIS				
Total que seria comprado antes da negociação R\$ 707000,0000				
Total comprado após a negociação de preços	R\$ 558600,0000			
Total Negociado Pedido de Cotação	R\$ 148400,0000 (20,99%)			

Conversas Apoio Zapp:

	BARRFAB INDÚSTR	IA COMÉRCIO IMPORTA HOSPITALA	AÇÃO E EXPORTAÇÃO ARES LTDA	DE EQUIPAMENTOS
		Dados do f	ornecedor	
	CNPJ:	02.836.248/0001-12	I.E.:	
	Telefone:	(54) 2628-8806	Email:	licitar@barrfab.com.br
1	Responsável:	Arion José Barretti	Telefone Responsável:	(54) 2628-8800
		Dados da	ı cotação	
	Validade da proposta:	02/07/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R\$ 5.000,00	Condições de pagamento:	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O forn	necedor é responsável por todos os o	custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024-	04/04/2024 14:00	
CNPJ: 28481233000172	aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).		

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA					
Dados do fornecedor					
CNPJ:	79.805.263/0001-28	I.E.:	10505274-05		
Telefone:	(41) 3382-2066	Email:	licitacao@grupokss.com.br		
Responsável:	Eraldo	Telefone Responsável:	(41) 3382-2066		
	Dados da	ı cotação			
Informações ao comprador:		, PREPARACAO PARA CAMERA H TROLE REMOTO, AJUSTE ELETR			
Validade da proposta:	05/09/2024	Prazo de entrega:	30 dias após a confirmação		
Faturamento mínimo:	R\$ 79.500,00	Condições de pagamento:	A vista		
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O form	necedor é responsável por todos os o	custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:01	05/04/2024 13:31
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou pendente: Declaração de Não Vinculo	04/04/2024 14:02	05/04/2024 13:31
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	O modelo para preenchimento, consta nos anexos.	04/04/2024 14:02	05/04/2024 13:31
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 05/04/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	04/04/2024 14:06	05/04/2024 13:31

	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA			
		Dados do f	ornecedor	
	CNPJ:	04.078.043/0003-02	I.E.:	9063899167
	Telefone:	(51) 3094-5862	Email:	lucas.lucas@mahospitalar.com.br
3	Responsável:	Fabiana Dos Reis Ayres	Telefone Responsável:	(51) 98462-2420
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	28/06/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R\$ 600,00	Condições de pagamento:	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O form	ecedor é responsável por todos os o	custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:03	05/04/2024 16:07

	SALK MEDICAL S	ERVICOS E COMERCIO	DE PRODUTOS PARA S	SAUDE LTDA EPP
		Dados do f	fornecedor	
	CNPJ:	20.102.529/0001-23	I.E.:	
	Telefone:	(41) 3138-5900	Email:	licitacao@salkmedical.com.br
4	Responsável:	Fabiula Maria Da Siva	Telefone Responsável:	(41) 3138-5900
		Dados da	a cotação	
	Validade da proposta:	02/07/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R\$ 1.000,00	Condições de pagamento:	30 ddl
	Frete:	: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:04	11/04/2024 10:43
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - código: 9303	15/04/2024 09:14	15/04/2024 09:27

2

FERNANDO BISPO PESSOA

Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172 Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 13. do Édital. Prazo até o dia 16/04/2024 às 23:59h. O valor de referencia é de R 80.000,00 disponivel em: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024-aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-nomin-160-000-lux/

15/04/2024 09:14

15/04/2024 09:27

	DI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
	Dados do fornecedor				
	CNPJ:	18.552.169/0001-10	I.E.:	206.346.727-110	
	Telefone:	(21) 96767-3816	Email:	c.viana@dihospitalar.com.br	
	Responsável:	Jennifer Calixto	Telefone Responsável:	(11) 96206-9071	
5		Dados da cotação			
	MARCA: COMENMODELO: Luz Cirúrgica LED L6SCB+L6SCBFABRICANTE: SHENZHEN COMEN Informações ao comprador: MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD.PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULARREGISTRO ANVISA: 80047300825				
	Validade da proposta:	02/07/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação	
	Faturamento mínimo:	R\$ 00,00	Condições de pagamento:	30 ddl	
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O forr	necedor é responsável por todos os c	custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:01	11/04/2024 13:58

	НС	SPCOM EQUIPAMENTO	S HOSPITALARES EIRI	ELI
		Dados do f	ornecedor	
	CNPJ:	05.743.288/0001-08	I.E.:	
	Telefone:	(62) 3241-5555	Email:	comercial@hospcom.net
6	Responsável:	Julieth Menino	Telefone Responsável:	(61) 98349-3719
		Dados da	ı cotação	
	Validade da proposta:	31/05/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R\$ 900,00	Condições de pagamento:	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O forn	necedor é responsável por todos os o	custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:01	04/04/2024 14:02
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - código: 9303	15/04/2024 09:14	15/04/2024 09:27
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 13. do Édital. Prazo até o dia 16/04/2024 às 23:59h. O valor de referencia é de R 80.000,00 disponivel em: https://igesdf.org.br/ato/sollicitacao-n-1106-2024-aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-nomin-160-000-lux/	15/04/2024 09:14	15/04/2024 09:27

	O	LIMPIO EQUIPAMENTO:	S HOSPITALARES EIRE	LI
		Dados do f	ornecedor	
	CNPJ:	33.583.026/0001-69	I.E.:	90813847-35
	Telefone:	(44) 3354-2553	Email:	olimpioequipamentos@gmail.com
7	Responsável:	Rene Roberto Olimpio Da Rocha	Telefone Responsável:	(44) 3354-2553
		Dados da	cotação	
	Validade da proposta:	02/07/2024	Prazo de entrega:	30 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R\$ 1.000,00	Condições de pagamento:	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O forn	necedor é responsável por todos os o	custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:03	
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou pendente: Declaração de Assistência Técnica.	04/04/2024 14:03	
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 05/04/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	04/04/2024 14:06	
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), foram feitas tentativas por ligação para informar acerca do prazo para envio da documentação pendente, em todos os números disponíveis, porem sem sucesso. Reforçamos que o Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 05/04/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	05/04/2024 16:19	

	VALLITECH I	NDUSTRIA E COMERCIO	D DE ARTEFATOS META	ALICOS LTDA
		Dados do f	ornecedor	
	CNPJ:	01.987.265/0001-98	I.E.:	9013789832
	Telefone:	(41) 3665-5704	Email:	franciele.soares@vallitech.com.br
8	Responsável:	Franciele Caroline Dias De Souza Sorares	Telefone Responsável:	(41) 99749-3965
		Dados da	ı cotação	
	Validade da proposta:	02/07/2024	Prazo de entrega:	60 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R\$ 645.000,00	Condições de pagamento:	Ato/30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O forn	necedor é responsável por todos os o	custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-1106-2024- aquisicao-de-foco-cirurgico-de-teto-led-02-cupulas-de-no- min-160-000-lux/).	04/04/2024 14:04	04/04/2024 17:44
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou pendente: Proposta Formal; Declaração de Não Vinculo	04/04/2024 14:05	04/04/2024 17:44
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 05/04/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	04/04/2024 14:06	04/04/2024 17:44
MAURICIO JOSÉ PIANARO CAVALLI Empresa: VALLITECH INDUSTRIA CNPJ: 01987265000198	Vamos providenciar	04/04/2024 17:46	05/04/2024 09:33
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - código: 9303	05/04/2024 09:33	05/04/2024 18:06

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

Produto	Respostas						
descrição do produto				respostas			
1 FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Quantidade: 7.0 UND Marcas Padronizadas:	SALK MEDICAL SERVICOS E			MENDEL			
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	COMERCIO DE R\$ 79.800,00 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	R\$ 79.800,00	R\$ 558.600,00	MEDICAL	caixa c/ 1		
Preço Ref.: 0,00 JUSTIFICATIVA	HOSPCOM						
JUSTIFICATIVA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 80.000,00	R\$ 560.000,00	MINDRAY	caixa c/ 1	00040597	

Itens fracassados:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência		
Nenhum resultado encontrado.					

Itens desertos:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência	
Nenhum resultado encontrado.					

Itens cancelados:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência		
Nenhum resultado encontrado.					

Itens selecionados:

Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
9303 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED	SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	7 UNDS	R\$ 79.800,00	R\$ 558.600,00
	Subtotal			R\$ 558.600,00
	Total			R\$ 558.600,00
		9303 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP Subtotal	9303 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP Subtotal	9303 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP Subtotal Ctde. unitário R\$ 79.800,00