

ID: 1003879 **Criado em:** 25/06/2024 15:42

Nº do Processo: 04016-00054808/2023-93

Status Atual: encerrada

Título: SOLICITAÇÃO Nº 2311/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E FOCO CIRÚRGICO DE TETO

Justificativa: (Descrição) SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO.

Observação: A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, RELACIONADO AO USO DO RECURSO PROVENIENTE DAPORTARIA Nº 443 DE 3 DE ABRIL DE 2023 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SENDO DESTINADO:>HOSPITAL DE BASE:04 (QUATRO) APARELHOS DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETRO;> HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA:05 (CINCO) APARELHOS DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETRO;01 (UM) FOCO CIRÚRGICO DE TETO;> PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 90 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENVIO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ENTREGA DAS 9H ÀS 16H->A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES, A CRITÉRIO DO IGESDF. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO PARA ENTREGA CONSTARÁ NA ORDEM DE FORNECIMENTO. > A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/ FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARA CONFIRMAÇÕES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.

Condições: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 26/06/2024 às 11:28

Limite do Acolhimento das Propostas: 10/07/2024 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 10/07/2024 às 23:55

Itens do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	9156	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS	9	0,00
2	9303	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED	1	0,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA 00.838.896/0001-82 (61) 99279-7011 juliana@saobernardodf.com.br	R\$ 200,00	90 dias	03/10/2024	30 ddl	CIF	

2	<p>DRAGER DO BRASIL 61.185.922/0001-05</p> <p>(11) 4989-4900 DLCBR-licitacao.ddb@draeger.com</p>	R\$ 220.111,37	90 dias	03/09/2024	30 ddl	CIF	<p>Gerais:Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de encerramento da cotação.Prazo de Entrega: Em até 90 dias corridos, contados a partir do envio da ordem de fornecimentoLocal de Entrega: IGESDF - endereço será informado na autorização de fornecimento.Pagamento: em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do produto a contento e emissão do documento fiscal válido em nome do IGESDFPrazo de Garantia: O período de garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses.</p>
3	<p>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.743.288/0001-08</p> <p>(62) 3241-5555 comercial@hospcom.net</p>	R\$ 900,00	90 dias	31/10/2024	30 ddl	CIF	
4	<p>INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38.098.716/0001-46</p> <p>(62) 98513-2746 intensimedhospitalar@gmail.com</p>	R\$ 68.900,00	30 dias	01/10/2024	30 ddl	CIF	
5	<p>JPL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 36.371.827/0001-59</p> <p>(11) 99905-7727 jpl_comercial@hotmail.com</p>	R\$ 200,00	90 dias	04/10/2024	30 ddl	CIF	
6	<p>KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 79.805.263/0001-28</p> <p>(41) 3382-2066 licitacao@grupokss.com.br</p>	R\$ 62.000,00	60 dias	04/09/2024	A vista	CIF	
7	<p>MTB TECNOLOGIA LTDA 01.405.834/0001-40</p> <p>(35) 3425-8186 licitacao@mtbtecnologia.com.br</p>	R\$ 500,00	90 dias	30/07/2024	30 ddl	CIF	DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA EM ANEXO
8	<p>OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 47.806.382/0001-09</p> <p>(53) 98113-2336 viniciusbonow@oqtis.com.br</p>	R\$ 1,00	60 dias	03/10/2024	30 ddl	CIF	
9	<p>SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP 20.102.529/0001-23</p> <p>(41) 3138-5900 licitacao@salkmedical.com.br</p>	R\$ 1.000,00	90 dias	02/10/2024	30 ddl	CIF	
10	<p>TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 41.391.411/0001-32</p> <p>(11) 94296-0829 atendimento@tremed.com.br</p>	R\$ 500,00	15 dias	29/11/2024	30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	73
Fornecedores que cadastraram propostas	10
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	5
Fornecedores avisados	5464

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	2
Itens com propostas cadastradas	2
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

Produto		Respostas						
descrição do produto		respostas						
1	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETROS - UND - Código: 9156	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 9.0 UND Marcas Padronizadas:	JPL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 172.000,00	R\$ 1.548.000,00	KTK/PROLIFE	caixa c/ 1		
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Preço Ref.: 0,00							
	JUSTIFICATIVA	DRAGER DO BRASIL	R\$ 220.111,37	R\$ 1.981.002,33	DRÄGER	unidade c/ 1	ATLAN A300 C/VISTA 120	
		MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 261.897,70	R\$ 2.357.079,30	PROLIFE	caixa c/ 1	A360 C150	
		CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	R\$ 302.148,00	R\$ 2.719.332,00	COMEN	caixa c/ 1		
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 446.000,00	R\$ 4.014.000,00	MINDRAY	caixa c/ 1		
		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 560.000,00	R\$ 5.040.000,00	AEON	caixa c/ 1		
2	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 1.0 UND Marcas Padronizadas:	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	KSS	caixa c/ 1	10242640034	
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Preço Ref.: 0,00							
	JUSTIFICATIVA	INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 68.900,00	R\$ 68.900,00	KSS	unidade c/ 1	9303	
		OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	OQTIS	unidade c/ 1	300	
		SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	R\$ 101.000,00	R\$ 101.000,00	MENDEL MEDICAL	caixa c/ 1		
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	MINDRAY	caixa c/ 1		
		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 249.000,00	R\$ 249.000,00	MEDLIGTH	embalagem c/ 1		
		CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	R\$ 115.320.000,00	R\$ 115.320.000,00	COMEN	caixa c/ 1		

As seguintes propostas foram desclassificadas:

Produto	Respostas
---------	-----------

descrição do produto		respostas						
1	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETROS - UND - Código: 9156	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 9,0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Preço Ref.: 0,00							
	JUSTIFICATIVA							
		JPL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 172.000,00	R\$ 1.548.000,00	KTK/PROLIFE	caixa c/ 1		O item ofertado não atende o edital, já que o equipamento não possui monitor integrado conforme o solicitado ademais oferece produtos de marcas distintas. Ademais no quesito habilitação técnica a empresa não declara ou apresenta documentos que comprove item 9.1.3.5 em sua plenitude. Data: 23/07/2024 11:35 Usuário: Patricia
		MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 261.897,70	R\$ 2.357.079,30	PROLIFE	caixa c/ 1	A360 C150	Fornecedor não apresentou: Declaração de Não Vínculo; Alvará Sanitário e Declaração de Assistência Técnica. Data: 19/07/2024 09:33 Usuário: FERNANDO BISPO
		CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	R\$ 302.148,00	R\$ 2.719.332,00	COMEN	caixa c/ 1		O modelo ofertado pela empresa não atende o descritivo técnico apresentado no edital ao que se refere entre outros pontos ao solicitado no subitem - 5.11.VOLUME CORRENTE OU VOLUME MINUTO Data: 23/07/2024 17:18 Usuário: Patricia
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 446.000,00	R\$ 4.014.000,00	MINDRAY	caixa c/ 1		O modelo ofertado pela empresa não atende o descritivo técnico apresentado no edital ao que se refere entre outros pontos ao solicitado no subitem - 5.11.VOLUME CORRENTE OU VOLUME MINUTO Data: 23/07/2024 15:24 Usuário: Patricia
		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 560.000,00	R\$ 5.040.000,00	AEON	caixa c/ 1		Fornecedor não apresentou: Proposta Formal (não desclassificatório) e Registro MS/Anvisa do item (Desclassificatório). Data: 19/07/2024 09:58 Usuário: FERNANDO BISPO

2	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Quantidade: 1.0 UND Marcas Padronizadas:								
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA								
Preço Ref.: 0,00								
JUSTIFICATIVA								
		KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	KSS	caixa c/ 1	10242640034	A empresa supracitada ofertou o modelo SKYLED 160+160 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINEL TOUCH SCREEN,O painel deste objeto é constituído de teclado de membrana. Data: 24/07/2024 16:39 Usuário: Rayane
		INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 68.900,00	R\$ 68.900,00	KSS	unidade c/ 1	9303	A empresa supracitada ofertou o modelo SKYLED 160+160 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINEL TOUCH SCREEN, o painel deste produto é constituído de teclado de membrana. Data: 24/07/2024 16:40 Usuário: Rayane
		OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	OQTIS	unidade c/ 1	300	A empresa supracitada ofertou o modelo SIRUS S2 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINEL TOUCH SCREEN, o painel deste produto é constituído de teclado de membrana. Data: 24/07/2024 17:06 Usuário: Rayane
		SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	R\$ 101.000,00	R\$ 101.000,00	MENDEL MEDICAL	caixa c/ 1		A empresa supracitada ofertou o produto da marca MENDEL, modelo LEDTRIPLEX 4LE-M1LEP e após análise técnica observou-se que o manual de usuário traz na página 29 por meio de uma tabela de potências para cada modelo de cúpula seusvalores, que dependendo da composição ofertada deverão ser somadas. Aosomar a potência das 2 cúpulas resulta em 641VA, equivalente a 416,65W ou208,32W para cada cúpula, que excede o solicitado que é de 95W por cúpula,portanto não atende ao solicitado no edital. Data: 24/07/2024 16:46 Usuário: Rayane
		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 249.000,00	R\$ 249.000,00	MEDLIGTH	embalagem c/ 1		A empresa em epígrafe o produto de MODELO: FT APOLLO 200 03x04 03x04 BULBOS LED, após análise verifica-se no anexo disponibilizado pela empresa que o produto ofertado não atende a seguinte característica solicitada no edital 8- AMBAS AS CÚPULAS DEVERÁ TER ILUMINÂNCIA DE NO MÍNIMO 160.000 LUX A 1 METRO DE DISTÂNCIA. Data: 24/07/2024 17:13 Usuário: Rayane
		CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	R\$ 115.320.000,00	R\$ 115.320.000,00	COMEN	caixa c/ 1		O produto ofertado não atente o subitem 9.1.3.1. da habilitação técnica em sua integralidade. Data: 24/07/2024 17:28 Usuário: Patricia

Justificativa / Motivo

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303			
OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 17:06	Rayane Sobral	A empresa supracitada ofertou o modelo SIRUS S2 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINEL TOUCH SCREEN, o painel deste produto é constituído de teclado de membrana.	Desclassificado
FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303			
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 17:28	Patricia Oliveira de Andrade	O produto ofertado não atente o subitem 9.1.3.1. da habilitação técnica em sua integralidade	Desclassificado
APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - Código: 9156			
CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/07/2024 17:18	Patricia Oliveira de Andrade	O modelo ofertado pela empresa não atende o descritivo técnico apresentado no edital ao que se refere entre outros pontos ao solicitado no subitem - 5.11.VOLUME CORRENTE OU VOLUME MINUTO	Desclassificado
FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303			

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:39	Rayane Sobral	A empresa supracitada ofertou o modelo SKYLED 160+160 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINELTOUCH SCREEN;O painel deste objeto é constituído de teclado de membrana.	Desclassificado

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - Código: 9156**JPL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/07/2024 11:35	Patrícia Oliveira de Andrade	O item ofertado não atende o edital, já que o equipamento não possui monitor integrado conforme o solicitado ademais oferece produtos de marcas distintas. Ademais no quesito habilitação técnica a empresa não declara ou apresenta documentos que comprove item 9.1.3.5 em sua plenitude.	Desclassificado

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - Código: 9156**MTB TECNOLOGIA LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
19/07/2024 09:33	FERNANDO BISPO PESSOA	Fornecedor não apresentou: Declaração de Não Vinculo; Alvará Sanitário e Declaração de Assistência Técnica.	Desclassificado

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 17:13	Rayane Sobral	A empresa em epígrafe o produto de MODELO: FT APOLLO 200 03x04 03x04 BULBOS LED, após análise verifica-se no anexo disponibilizado pela empresa que o produto ofertado não atende a seguinte característica solicitada no edital 8- AMBAS AS CÚPULAS DEVERÁ TER ILUMINÂNCIA DE NO MÍNIMO 160.000 LUX A 1 METRO DE DISTÂNCIA.	Desclassificado

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303**SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:46	Rayane Sobral	A empresa supracitada ofertou o produto da marca MENDEL, modelo LEDTRIPLEX 4LE-M1LEP e após análise técnica observou-se que o manual de usuário traz na página 29 por meio de uma tabela de potências para cada modelo de cúpula seusvalores, que dependendo da composição ofertada deverão ser somadas. Aosomar a potência das 2 cúpulas resulta em 641VA, equivalente a 416,65W ou208,32W para cada cúpula, que excede o solicitado que é de 95W por cúpula,portanto não atende ao solicitado no edital.	Desclassificado

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - Código: 9156**HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
23/07/2024 15:24	Patrícia Oliveira de Andrade	O modelo ofertado pela empresa não atende o descritivo técnico apresentado no edital ao que se refere entre outros pontos ao solicitado no subitem - 5.11.VOLUME CORRENTE OU VOLUME MINUTO	Desclassificado

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - Código: 9156**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
19/07/2024 09:58	FERNANDO BISPO PESSOA	Fornecedor não apresentou: Proposta Formal (não desclassificatório) e Registro MS/Anvisa do item I (Desclassificatório).	Desclassificado

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303**INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
24/07/2024 16:40	Rayane Sobral	A empresa supracitada ofertou o modelo SKYLED 160+160 e após análise dos autos constatou-se que o objeto ofertado não atende o seguinte requisito: PAINEL TOUCH SCREEN, o painel deste produto é constituído de teclado de membrana.	Desclassificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:						
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

	Produto					Código
01	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS					9156
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
FERNANDO BISPO PESSOA	19/07/2024 11:32	Encaminho propostas apresentadas pelos concorrentes, para emissão de Parecer Técnico.	Patrícia Oliveira de Andrade	Esta Gerência infirma que a proposta apresentada pela empresa DRAGER DO BRASIL atende ao descritivo do edital e portanto está apta	Aprovado	24/07/2024 11:47

	Produto					Código
02	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED					9303
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
FERNANDO BISPO PESSOA	19/07/2024 11:32	Encaminho propostas apresentadas pelos concorrentes, para emissão de Parecer Técnico.	Patrícia Oliveira de Andrade	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela empresa HOSPCOM atende as características técnicas solicitada neste edital.	Aprovado	25/07/2024 09:38

Negociações:

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 05.743.288/0001-08	I.E.:
Telefone: (62) 3241-5555	Email: comercial@hospcom.net
Responsável: Julieth Menino	Telefone Responsável: (61) 98349-3719
Dados da cotação	
Informações ao comprador:	
Validade da proposta: 31/10/2024	Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 900,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	
liberado em 31/07/2024 11:43:43 por: FERNANDO.BISPO - bloqueado em 02/08/2024 09:27:32 por: FERNANDO.BISPO	

FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED Quantidade: 1 UND - cód: 9303			
Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R\$ 121000,0000	03/07/2024 18:36:48	Julieth (julieth.menino@hospcom.net)
Alteração 1	R\$ 69999,0000	01/08/2024 12:10:10	Julieth (julieth.menino@hospcom.net)

TOTAL NEGOCIADO PRODUTO R\$ 51001,0000 (42,15%)

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total R\$ 51001,0000 (42,15%)

DRAGER DO BRASIL

Dados do fornecedor

CNPJ: 61.185.922/0001-05

I.E.: 206.545.845.117

Telefone: (11) 4989-4900

Email: DLCBR-licitacao.ddb@draeger.com

Responsável: Claudia Lima

Telefone Responsável: (11) 4689-4429

Dados da cotação

Condições Gerais: Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de encerramento da cotação. Prazo de entrega: 90 dias corridos, contados a partir do envio da ordem de fornecimento Local de Entrega: IGESDF - endereço será informado na autorização de fornecimento. Pagamento: em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do produto a contento e emissão do documento fiscal válido em nome do IGESDF. Prazo de Garantia: O período de garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses.

Informações ao comprador:

Validade da proposta: 03/09/2024

Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação

Faturamento mínimo: R\$ 220.111,37

Condições de pagamento: 30 dd

Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete: O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.

liberado em 31/07/2024 11:45:06 por: FERNANDO.BISPO - bloqueado em 02/08/2024 09:27:26 por: FERNANDO.BISPO

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS Quantidade: 9 UNDS - cód: 9156

Histórico	Preço unitário	Data de alteração	Usuário de alteração
Resposta Original	R\$ 220111,3700	03/07/2024 15:29:04	PAULO (DLCBR-licitacao.ddb@draeger.com)
Alteração 1	R\$ 217661,3700	01/08/2024 14:58:17	PAULO (DLCBR-licitacao.ddb@draeger.com)
Alteração 2	R\$ 217661,0700	01/08/2024 15:02:33	PAULO (DLCBR-licitacao.ddb@draeger.com)
TOTAL NEGOCIADO PRODUTO		R\$ 2450,3000 (1,11%)	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR

Total R\$ 2450,3000 (1,11%)

TOTAIS

Total que seria comprado antes da negociação R\$ 2102002,3300

Total comprado após a negociação de preços R\$ 2028948,6300

Total Negociado Pedido de Cotação R\$ 73053,7000 (3,48%)

Conversas Apoio Zapp:

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 79.805.263/0001-28	I.E.: 10505274-05
Telefone: (41) 3382-2066	Email: licitacao@grupokss.com.br
Responsável: Yasminn	Telefone Responsável: (41) 3382-2066
Dados da cotação	
Informações ao comprador:	
Validade da proposta: 04/09/2024	Prazo de entrega: 60 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 62.000,00	Condições de pagamento: A vista
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete: O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome

Mensagem

Data envio

Data visualização

FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	25/07/2024 11:34
--	---	------------------	------------------

2	SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		
	Dados do fornecedor		
	CNPJ: 20.102.529/0001-23	I.E.:	
	Telefone: (41) 3138-5900	Email: licitacao@salkmedical.com.br	
	Responsável: Fabiula Maria	Telefone Responsável: (41) 3138-5900	
	Dados da cotação		
	Informações ao comprador:		
Validade da proposta: 02/10/2024	Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação		
Faturamento mínimo: R\$ 1.000,00	Condições de pagamento: 30 ddl		
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	23/07/2024 08:45

3	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
	Dados do fornecedor		
	CNPJ: 05.743.288/0001-08	I.E.:	
	Telefone: (62) 3241-5555	Email: comercial@hospcom.net	
	Responsável: Julieth Menino	Telefone Responsável: (61) 98349-3719	
	Dados da cotação		
	Informações ao comprador:		
Validade da proposta: 31/10/2024	Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação		
Faturamento mínimo: R\$ 900,00	Condições de pagamento: 30 ddl		
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	17/07/2024 14:55
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - código: 9303	31/07/2024 11:43	31/07/2024 11:44
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 13. do Edital. O valor de referência do item FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED é de R 115.000,00 disponível em: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/ Prazo até o dia 01/08/2024 às 23:59h, o campo para alteração de preço está liberado.	31/07/2024 11:43	31/07/2024 11:44

4		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
Dados do fornecedor			
CNPJ: 41.391.411/0001-32		I.E.: 0040104550007	
Telefone: (11) 94296-0829		Email: atendimento@tremed.com.br	
Responsável: Luis		Telefone Responsável: (32) 99159-9098	
Dados da cotação			
Informações ao comprador:			
Validade da proposta: 29/11/2024		Prazo de entrega: 15 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 500,00		Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	18/07/2024 11:13
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou pendente: Proposta Formal e Registro MS/Anvisa do item I.	17/07/2024 14:17	18/07/2024 11:13
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 18/07/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	17/07/2024 14:17	18/07/2024 11:13

5		CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	
Dados do fornecedor			
CNPJ: 00.838.896/0001-82		I.E.: 0731322300171	
Telefone: (61) 99279-7011		Email: juliana@saobernardodf.com.br	
Responsável: Juliana Ester		Telefone Responsável: (61) 99342-5335	
Dados da cotação			
Informações ao comprador:			
Validade da proposta: 03/10/2024		Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 200,00		Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:09	17/07/2024 16:20
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou Pendente: Alvará Sanitário (atualizado ou protocolo); AFE Anvisa.	17/07/2024 14:11	17/07/2024 16:20
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 18/07/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	17/07/2024 14:12	17/07/2024 16:20
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	CORRIGINDO: Desconsiderar a informação de Pendencia, os documentos estão corretos e atualizados. Grato.	17/07/2024 14:15	17/07/2024 16:20

MTB TECNOLOGIA LTDA	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 01.405.834/0001-40	I.E.: 7079818390009
Telefone: (35) 3425-8186	Email: licitacao@mtbtecnologia.com.br
Responsável: Sandra Passaro	Telefone Responsável: (11) 5091-7190
Dados da cotação	
Informações ao comprador: DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA EM ANEXO	
Validade da proposta: 30/07/2024	Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 500,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	22/07/2024 09:50
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou pendente: Declaração de Não Vinculo; Alvará Sanitário e Declaração de Assistência Técnica.	17/07/2024 14:13	22/07/2024 09:50
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 18/07/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	17/07/2024 14:13	22/07/2024 09:50
Deise Cristina Muller Empresa: MTB TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 01405834000140	Fernando, bom dia!! Por favor poderia reabrir o campo para anexar os documentos solicitados, obrigada!	22/07/2024 09:53	22/07/2024 10:07
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - código: 9156	22/07/2024 10:07	22/07/2024 10:09

JPL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Dados do fornecedor	
CNPJ: 36.371.827/0001-59	I.E.: 636410950113
Telefone: (11) 99905-7727	Email: jpl_comercial@hotmail.com
Responsável: Andréia	Telefone Responsável: (11) 5984-0719
Dados da cotação	
Informações ao comprador:	
Validade da proposta: 04/10/2024	Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 200,00	Condições de pagamento: 30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Ficou Pendente: Alvará Sanitário (atualizado ou protocolo); AFE Anvisa.	17/07/2024 14:15	
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para envio ou atualização dos documentos até: 18/07/2024 às 23:59h, os campos para envio estão liberados.	17/07/2024 14:16	

8		OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Dados do fornecedor			
CNPJ: 47.806.382/0001-09		I.E.:	
Telefone: (53) 98113-2336		Email: viniciusbonow@oqtis.com.br	
Responsável: Joel Nardi Chiele		Telefone Responsável: (53) 98113-2336	
Dados da cotação			
Informações ao comprador:			
Validade da proposta: 03/10/2024		Prazo de entrega: 60 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 01,00		Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	25/07/2024 15:00

9		DRAGER DO BRASIL	
Dados do fornecedor			
CNPJ: 61.185.922/0001-05		I.E.: 206.545.845.117	
Telefone: (11) 4989-4900		Email: DLCBR-licitacao.ddb@draeger.com	
Responsável: Claudia Lima		Telefone Responsável: (11) 4689-4429	
Dados da cotação			
Informações ao comprador:			
Condições Gerais:Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de encor cotação.Prazo de Entrega: Em até 90 dias corridos, contados a parti r do envio da ordem de fornecimento.Local de Entrega: IGESDF - endereço será informado na autorização de fornecimento.Pagamento: em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do produto a contento e emissão do documento fiscal válido em nome do IGESDFPrazo de Garantia: O período de garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses.			
Validade da proposta: 03/09/2024		Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação	
Faturamento mínimo: R\$ 220.111,37		Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	22/07/2024 15:06
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - código: 9156	31/07/2024 11:44	31/07/2024 16:21
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 13. do Edital. O valor de referencia do item APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS é de R 220.111,37 disponível em: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/ Prazo até o dia 01/08/2024 às 23:59h, o campo para alteração de preço está liberado.	31/07/2024 11:44	31/07/2024 16:21

INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ: 38.098.716/0001-46

I.E.: 10.807.721-7

Telefone: (62) 98513-2746

Email: intensimedhospitalar@gmail.com

Responsável: Jairo Lindoso Diniz Campos

Telefone Responsável: (62) 99192-5365

Dados da cotação

Informações ao comprador:

Validade da proposta: 01/10/2024

Prazo de entrega: 30 dias após a confirmação

Faturamento mínimo: R\$ 68.900,00

Condições de pagamento: 30 ddl

Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.

10

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
FERNANDO BISPO PESSOA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-2311-2024-aquisicao-de-aparelho-de-anestesia-e-foco-cirurgico-de-teto/).	17/07/2024 14:10	

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

Produto	Respostas														
<p>descrição do produto</p> <p>1 APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS - UND - Código: 9156</p> <p>Quantidade: 9.0 UND</p> <p>Marcas Padronizadas:</p> <p>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</p> <p>Preço Ref.: 0,00</p> <p>JUSTIFICATIVA</p>	<p>respostas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DRAGER DO BRASIL</td> <td>R\$ 217.661,07</td> <td>R\$ 1.958.949,63</td> <td>DRÄGER</td> <td>unidade c/ 1</td> <td>ATLAN A300 CVISTA 120</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	DRAGER DO BRASIL	R\$ 217.661,07	R\$ 1.958.949,63	DRÄGER	unidade c/ 1	ATLAN A300 CVISTA 120	
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário									
DRAGER DO BRASIL	R\$ 217.661,07	R\$ 1.958.949,63	DRÄGER	unidade c/ 1	ATLAN A300 CVISTA 120										
<p>2 FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - UND - Código: 9303</p> <p>Quantidade: 1.0 UND</p> <p>Marcas Padronizadas:</p> <p>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</p> <p>Preço Ref.: 0,00</p> <p>JUSTIFICATIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</td> <td>R\$ 69.999,00</td> <td>R\$ 69.999,00</td> <td>MINDRAY</td> <td>caixa c/ 1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 69.999,00	R\$ 69.999,00	MINDRAY	caixa c/ 1		
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário									
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 69.999,00	R\$ 69.999,00	MINDRAY	caixa c/ 1											

Itens fracassados:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
	Nenhum resultado encontrado.		

Itens desertos:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
	Nenhum resultado encontrado.		

Itens cancelados:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
	Nenhum resultado encontrado.		

Itens selecionados:

	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
1	9156 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS	DRAGER DO BRASIL	9 UNDS	R\$ 217.661,07	R\$ 1.958.949,63
Subtotal					R\$ 1.958.949,63
2	9303 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1 UND	R\$ 69.999,00	R\$ 69.999,00
Subtotal					R\$ 69.999,00
Total					R\$ 2.028.948,63