

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE COMPRAS
NÚCLEO DE COMPRAS DE INSUMOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
LOTE 1	ÂNCORA PARA REPARO DE INSTABILIDADES, BIOABSORVÍVEL, COM TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 3.0 MM, COMPOSTA POR: 01 INSERTOR DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO E 01 (OU DOIS) FIO DE SUTURA TRANÇADO EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA EM EMBALAGEM ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UNIDADE	10
	CÂNULA COM OBTURADOR 7MM A 8,5MM X 110MM	UNIDADE	10
	EQUIPO PARA PUMP (BOMBA DE INFUSAO) ARTROSCOPICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, ESTERILIZADO E EMBALADO SEPARADAMENTE. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CASSETE DE CONEXAO A BOMBA DE INFUSAO QUE INTERAJA COM O EQUIPAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DE PRESSAO E FLUXO, COM DUAS VIAS DE CONEXAO AO SORO, COM PRESILHAS DE TRAVAMENTO OU SIMILAR.	UNIDADE	20
	FIO DE NITINOL 12MM X 45 CM	UNIDADE	10
	LÂMINA DE SHAVER 5MM (PODE VARIAR ENTRE 4,5 A 5,5MM) PARA REMOÇÃO DE TECIDOS MOLES OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNIDADE	27
	LÂMINA DE SHAVER PARTES MOLES RETA E CURVA DE 4MM A 5,5MM - 19CM	UNIDADE	20

	PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – ASPIRADOR E ABLADOR DE 3MM A 5MM VARIANDO DE 30° A 90°	UNIDADE	10
--	--	---------	----

OBSERVAÇÕES:

- A AQUISIÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR LOTE, COM REGIME DE ENTREGA POR AGENDAMENTO E EM CONSIGNAÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE SANTA MARIA.
- O FATURAMENTO SERÁ CONFORME UTILIZAÇÃO DO MATERIAL E POR SE TRATAR DE UM CONSIGNADO, O CONTRATO NÃO DEVERÁ TER A OBRIGATORIEDADE TOTAL DO SALDO DO CONTRATO.
- A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ ENCAMINHAR, OBRIGATORIAMENTE, TODO O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E USO DOS OPMS. TODOS OS ITENS DEVEM SER COMPATÍVEIS (OS INSTRUMENTAIS, PEÇAS DE MÃO, PUMP E RADIOFREQUÊNCIA) COM O CONSOLE DE ARTROSCOPIA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 220V - 60 HZ, OU SER BIVOLT AUTOMÁTICO, CONFORME O PADRÃO ABNT NBR 14136. EM CASO DE INDISPONIBILIDADE, A EMPRESA DEVERÁ FORNECER UM NOBREAK.
- DEVEM SER ENTREGUES, JUNTO COM OS EQUIPAMENTOS, TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO DE ARTROSCOPIA OFERTADO. TORRE DE VÍDEO PARA ARTROSCOPIA, ÓPTICAS, TODOS OS CONJUNTOS DE CABOS, CONSOLE DE ARTROSCOPIA, BOMBA PRESSURIZADORA PUMP, VÍDEO MONITOR E CAIXAS DE INSTRUMENTAIS.
- É IMPORTANTE DESTACAR A OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO INSTRUMENTADOR DA EMPRESA NO MOMENTO DA CIRURGIA.
- OPME SOLICITADO PODE SER ENTREGA EM REGIME DE AGENDAMENTO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE FICAR CAUTELADO NO HOSPITAL.