

RE: Esclarecimento - Edital Chamamento N° 600/2024 (IGES / DF)

JENNIFER SOUSA SANTOS <jennifer.santos@igesdf.org.br>

Sex, 30/08/2024 11:45

Para: Mayara Rodrigues <mayara.rodrigues@hospcom.net>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Cc: Ana Fagundes <ana.fagundes@hospcom.net>; Manuel de Santana Neto <manuel.neto@hospcom.net>; Julieth Menino <julieth.menino@hospcom.net>; Paula Costa <paula.costa@hospcom.net>

Bom dia,

Segue resposta referente ao pedido de esclarecimento:

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento da empresa HOSPCOM.

Item 1 - Mesa Cirúrgica Elétrica**1° Ponto - “MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.”**

"Após análise detalhada do edital em questão, observamos que há uma exigência para que a mesa cirúrgica seja do tipo elétrica. Gostaríamos de solicitar esclarecimento quanto a essa especificação, considerando que mesas cirúrgicas eletrohidráulica são amplamente reconhecidas por sua superioridade técnica em comparação às mesas elétricas.

As mesas eletrohidráulicas oferecem maior capacidade de carga, permitindo o posicionamento seguro de pacientes de diferentes pesos e tamanhos, além de oferecer ajustes mais precisos e suaves de posicionamento, o que é crucial para procedimentos cirúrgicos complexos. Além disso, esses tipos de mesas possuem maior durabilidade e confiabilidade operacional, de modo especial em procedimentos que exigem mudanças frequentes de posição do paciente.

Considerando o ponto descrito, acreditamos que a especificação de uma mesa cirúrgica apenas do tipo eletrohidráulica seria o suficiente para atender às necessidades descritas no edital, sem a inclusão da opção elétrica, que pode não oferecer a mesma robustez e precisão exigidas em ambientes cirúrgicos avançados. Gostaríamos de saber se essa especificação pode ser revisada ou, se possível, receber um esclarecimento sobre o motivo da inclusão da opção elétrica, dado que a eletrohidráulica já atende de forma superior às exigências técnicas"

Resposta da GEENG: Essa Gerência informa que no Edital nº 600/2024 não há nenhuma restrição para mesas eletrohidráulicas, pois não há nenhuma exigência de que a mesa seja somente elétrica.

2° Ponto - “OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO”

Após a análise detalhada do edital em questão, observamos que há uma exigência para que a mesa cirúrgica tenha movimentos motorizados acionados por um painel de controle localizado na coluna da mesa.

Considerando essa especificação descrita, gostaríamos de solicitar esclarecimento se o painel de controle pode ser localizado na base da mesa. Ressaltamos que a localização na base é tecnicamente muito próxima da coluna, oferecendo funcionalidade semelhante.

Resposta da GEENG: Essa Gerência informa que o painel de controle pode ser localizado na base da mesa, desde que o controle remoto com fio também esteja presente e dentro dos parâmetros exigidos no edital.

Atenciosamente,

	<p>Jennifer Sousa Assessora Técnica - GCOMP Contato: (61) 3550-8900 Ramal: 9112</p>
--	---

De: Mayara Rodrigues <mayara.rodrigues@hospcom.net>

Enviado: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 17:43

Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Cc: Ana Fagundes <ana.fagundes@hospcom.net>; Manuel de Santana Neto <manuel.neto@hospcom.net>; Julieth Menino <julieth.menino@hospcom.net>; Paula Costa <paula.costa@hospcom.net>

Assunto: Esclarecimento - Edital Chamamento Nº 600/2024 (IGES / DF)

Boa tarde!

Prezados (as);

A Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ: 05.743.288/0001-08, com sede na Rua 104, Nº74, Setor Sul, Goiânia-GO, por seu representante legal ao final assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa senhoria, com fundamento nas disposições do Ato de convocação e nas leis que regem o processo, dentro do prazo legal, oferecer ESCLARECIMENTO ao edital pelas razões de fato e de direito que passa a expor em anexo.

Certos de vosso entendimento, aguardo breve retorno.

Favor, acusar recebimento.

Grata.

Atenciosamente;



MAYARA RAFAELA VIEIRA RODRIGUES
Operadora de Licitações

www.hospcom.net (62) 3241-5555





#portfólioHOSPCOM


Hospcom Hospitalar


hospcom


@hospcom


/hospcom