

Relação - IGESDF/DALOG/SALOG/GCOIN/NCOIN

**SOLICITAÇÃO Nº 3418/2024 – - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

**RESULTADO PRELIMINAR**

SEQ	CÓD MV	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MENOR VLR PARCIAL / VLR ESTIMADO
3	120	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,2 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂNULA EM AÇO POLIDO, CANHÃO EM POLIPROPILENO COR PADRÃO (ROSA). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZA, COM LÚMEN LIMPO, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS. CANHÃO QUE PROPORCIONE ENCAIXE PERFEITO ÀS SERINGAS, CATETERES, ESCALPES, ETC. QUE A JUNÇÃO CANHÃO CÂNULA NÃO SE DESPRENDA COM O USO E O MANUSEIO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE FÁCIL ATIVAÇÃO, QUE NÃO INTERFIRA NO DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA E QUE OFEREÇA SEGURANÇA AO PROFISISONAL DE SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM CAIXA.	<b>R\$ 0,22</b>
4	542	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS NAO ESTERIL PACOTE COM 500 UND. APLICACAO: COMPOSICAO DE BANDEJAS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CLINICOS E ODONTOLOGICOS. MATERIAL: 100% ALGODAO. CARACTERIST	<b>R\$ 20,00</b>
1	234	FRONHA DE MAYO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ? APLICAÇÃO: CAMPO ADEQUADO PARA COBERTURA DE MESA DE MAYO. MATERIAL: CONFECCIONADO EM SMS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, 100% POLIPROPILENO: COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS DE SPUNBOND E UMA INTERNA DE MELTBLOWN: IMPERMEÁVEL; COM BARREIRA ANTIMICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE BFE, TAMANHO/CAPACIDADE: KIT COMPOSTO DE: 01 CAMPO DE MESA MAYO, COM CAMADA DE NÃO TECIDO DE ALTA ABSORÇÃO NA PARTE SUPERIOR E LAMINADA COM FILME PLÁSTICO, COM MEDIDA MÍNIMA 55 CM X 135 CM. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL COM RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAMPO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE FAVOREÇA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN), UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	<b>R\$ 5,80</b>

2	5232	SDS CTP SPK – KIT COM 02 SERINGAS DE 200 ML, UM CONECTOR ESPIRALADO E DOIS PERFURADORES E UM TUBO DE ESCORVA. O KIT DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - PET-CT MODELO MEDRAD STELLAND D DUAL DE PEDESTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM O KIT ACONDICIONADO EM CAIXA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE	R\$ 115,00
5	30	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: DILUIÇÃO DE DROGAS QUIMIOTERÁPICAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM MATERIAL COMPATÍVEL COM QUIMIOTERÁPICOS A FIM DE EVITAR A AGREGAÇÃO DE PARTÍCULAS DA DROGA NO CORPO DA SERINGA, ISENTA DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO; NO ESPAÇO DESTINADO AO FLUÍDO NÃO PODE HAVER SUJIDADE, MANCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS; O CILINDRO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ACABAMENTO PERFEITO E QUE PERMITA O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, DEVE APRESENTAR ANEL DE RETENÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL QUE IMPEÇA A SAÍDA LIVRE DO ÊMBOLO, A FLANGE DEVE TER FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DEVE IMPEDIR QUE A SERINGA ROLE QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE INCLINADA; O PISTÃO DEVE AJUSTAR-SE COM PRECISÃO NO INTERIOR DO CILINDRO DE MODO A PERMITIR ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO COM MOVIMENTO SUAVE EM TODO PERCURSO E NÃO DEVE SEPARAR-SE DA HASTE, DEVE TER BICO LUER-LOCK QUE FAVOREÇA BOA FIXAÇÃO EM AGULHA, COM ESCALA DE MILILITRO VISÍVEL E QUE GARANTA PRECISÃO DE DOSAGENS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU USO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADO EM CAIXA.	0,45

Considerando os itens 4.1 e 4.2 do EDITAL N° 2786, bem como o Art. 57 e 58 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF vigente.

**Item 4.1** Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 1 (um) dia para negociação com todas as empresas

**Item 4.2** Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, no qual todas as concorrentes poderão manifestar interesse em reduzir o valor ofertado para patamar inferior ao vencedor provisório, devendo apresentar, no mesmo prazo, a proposta negociada.

**Subitem 4.2.1** Não será admitida proposta apresentada intempestivamente.

**Art 57:** No prazo previsto em Edital, a Gerência de Compras efetivará a publicação, no sítio institucional do IGESDF, do resultado preliminar do certame.

**Art. 58:** Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 1 (um) dia para negociação com todas as empresas.



Documento assinado eletronicamente por **THALLYS CORREIA CARVALHO - Matr.0001303-4, Chefe de Núcleo**, em 30/10/2024, às 12:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR RODRIGUES NUNES - Matr.0001688-9, Agente Administrativo**, em 30/10/2024, às 14:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=154796146)  
verificador= **154796146** código CRC= **2A5B9F1E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul - Bairro Asa Sul - CEP 70330-150 -  
Telefone(s):  
Site - [igesdf.org.br](http://igesdf.org.br)