

ID: 1092500 **Criado em:** 01/11/2024 14:07
Nº do Processo: 04016-00114959/2024-99
Status Atual: encerrada
Título: SOLICITAÇÃO Nº 3942 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Justificativa: (Descrição): SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO
Observação: ENTREGA: SOB DEMANDA E COM O PRAZO DE ATÉ 30 DIAS CORRIDOS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA.
Condições: CONFORME EDITAL EM ANEXO.

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:
Início do Acolhimento das Propostas: 01/11/2024 às 14:13
Limite do Acolhimento das Propostas: 08/11/2024 às 23:55
Data da Abertura das Propostas: 08/11/2024 às 23:55

Itens do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	5497	CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP	60	85,00
2	713	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER	200	95,00
3	700	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER	350	95,00
4	702	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI	400	95,00
5	704	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI	450	95,00
6	706	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI	350	77,00
7	707	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI	350	95,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 03.864.631/0001-47 (61) 3361-3455 fabio@astembsb.com	R\$ 400,00	30 dias	01/01/2025	30 ddl	CIF	
2	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA 49.180.390/0001-18 (61) 3686-7618 atendimento@dtudoutilidades.com.br	R\$ 500,00	20 dias	31/01/2025	28 ddl	CIF	

3	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 41.391.411/0001-32 (11) 94296-0829 atendimento@tremed.com.br	R\$ 500,00	10 dias	16/01/2025	30 ddl	CIF	
---	---	------------	---------	------------	--------	-----	--

Relatório de participação de fornecedores		Total
Fornecedores que acessaram o processo		116
Fornecedores que cadastraram propostas		3
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP		3
Fornecedores avisados		8164

Relatório de respostas dos itens		Total
Total de itens do processo		7
Itens com propostas cadastradas		7
Itens desertos		0
Itens cancelados		0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

Produto		Respostas																																	
descrição do produto 1 CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSITIVA N00 NAO ESTE CP - UND - Código: 5497 Quantidade: 60.0 UND Marcas Padronizadas: INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Preço Ref.: 85,00 JUSTIFICATIVA VALOR ESTIMADO: 120		respostas <table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA</td> <td>R\$ 93,50</td> <td>R\$ 5.610,00</td> <td>VENTCARE</td> <td>unidade c/ 1</td> <td>130010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>R\$ 10.800,00</td> <td>BLENTA</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>R\$ 15.000,00</td> <td>FANEM</td> <td>caixa c/ 1</td> <td>150058600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 5.610,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130010		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00	BLENTA	embalagem c/ 1			ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150058600	
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário																													
D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 5.610,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130010																														
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00	BLENTA	embalagem c/ 1																															
ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150058600																														
descrição do produto 2 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - Código: 713 Quantidade: 200.0 UND Marcas Padronizadas: VENTCARE INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00 JUSTIFICATIVA VALOR ESTIMADO: 247,30		<table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA</td> <td>R\$ 93,50</td> <td>R\$ 18.700,00</td> <td>VENTCARE</td> <td>unidade c/ 1</td> <td>130011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>R\$ 36.000,00</td> <td>BLENTA</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>R\$ 50.000,00</td> <td>FANEM</td> <td>caixa c/ 1</td> <td>150053600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 18.700,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130011		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1			ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 50.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150053600	
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário																													
D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 18.700,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130011																														
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1																															
ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 50.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150053600																														
descrição do produto 3 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER - UND - Código: 700 Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas: INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00 JUSTIFICATIVA VALOR ESTIMADO: 136,25		<table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA</td> <td>R\$ 93,50</td> <td>R\$ 32.725,00</td> <td>VENTCARE</td> <td>unidade c/ 1</td> <td>130012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>R\$ 63.000,00</td> <td>BLENTA</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</td> <td>R\$ 250,00</td> <td>R\$ 87.500,00</td> <td>FANEM</td> <td>caixa c/ 1</td> <td>150054600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130012		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1			ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 87.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150054600	
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário																													
D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130012																														
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1																															
ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 87.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150054600																														

4	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI - UND - Código: 702	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 400.0 UND Marcas Padronizadas:	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 37.400,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130013	
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 72.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		
	Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 100.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150055600	
	JUSTIFICATIVA							
	VALOR ESTIMADO: 163,14							
5	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - Código: 704	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 450.0 UND Marcas Padronizadas:	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 42.075,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130014	
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 81.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		
	Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 112.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150056600	
	JUSTIFICATIVA							
	VALOR ESTIMADO: 215,04							
6	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI - UND - Código: 706	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130015	
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		
	Preço Ref.: 77,00	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 87.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150057600	
	JUSTIFICATIVA							
	VALOR ESTIMADO: 200							
7	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI - UND - Código: 707	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130016	
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		
	Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00							
	JUSTIFICATIVA							
	VALOR ESTIMADO 180							

Produtos com justificativa:

Código do Produto	Descrição	Marca	Qtd	Preço unit.	Valor total	Fornecedor	Justificativa
5497	CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP	VENTCARE	60	93,5000	5.610,0000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:14 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
5497	CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP	BLENTA	60	120,0000	7.200,0000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:32:00 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
5497	CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP	FANEM	60	160,0000	9.600,0000	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 20/12/2024 10:07:31 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
713	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER	VENTCARE	200	93,5000	18.700,0000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:20 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)

713	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER	BLENTA	200	180,00 000	36.000,00 000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:32:17 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
713	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER	FANEM	200	160,00 000	32.000,00 000	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 20/12/2024 10:07:51 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
700	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER	VENTCARE	350	93,500 00	32.725,00 000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:26 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
700	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER	BLENTA	350	136,25 000	47.687,50 000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:32:24 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
700	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER	FANEM	350	160,00 000	56.000,00 000	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 20/12/2024 10:08:09 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
702	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI	VENTCARE	400	93,500 00	37.400,00 000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:31 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
702	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI	BLENTA	400	163,00 000	65.200,00 000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:32:58 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
702	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI	FANEM	400	160,00 000	64.000,00 000	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 20/12/2024 10:08:25 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
704	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI	VENTCARE	450	93,500 00	42.075,00 000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:37 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
704	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI	BLENTA	450	180,00 000	81.000,00 000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:33:59 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
704	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI	FANEM	450	160,00 000	72.000,00 000	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 20/12/2024 10:08:40 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
706	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI	VENTCARE	350	93,500 00	32.725,00 000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:42 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
706	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI	BLENTA	350	180,00 000	63.000,00 000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:36:20 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
706	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI	FANEM	350	160,00 000	56.000,00 000	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 20/12/2024 10:08:54 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
707	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI	VENTCARE	350	93,500 00	32.725,00 000	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 13/11/2024 15:22:50 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)

707	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI	BLENTA	350	180,00 000	63.000,00 000	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Produto não aprovado pelo solicitante (Última alteração em: 10/02/2025 11:36:13 Usuário responsável:THAYSE SILVA FERNANDES)
-----	--	--------	-----	---------------	------------------	---	---

As seguintes propostas foram desclassificadas:

Produto		Respostas						
descrição do produto		respostas						
1	CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSITIVA N00 NAO ESTE CP - UND - Código: 5497	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 60.0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 5.610,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130010	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 13:44 Usuário: THAYSE
	Preço Ref.: 85,00							
	JUSTIFICATIVA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:31 Usuário: THAYSE
	VALOR ESTIMADO: 120	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150058600	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço. Data: 20/12/2024 10:07 Usuário: THAYSE
2	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - Código: 713	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 200.0 UND Marcas Padronizadas: VENTCARE							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 18.700,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130011	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 13:45 Usuário: THAYSE
	Data: 27/03/2024							
	Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 36.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:32 Usuário: THAYSE
	Fabricante: VENTCARE							
	Preço: 95,00	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 50.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150053600	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço. Data: 20/12/2024 10:07 Usuário: THAYSE
	JUSTIFICATIVA							
	VALOR ESTIMADO: 247,30							
3	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER - UND - Código: 700	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130012	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 15:20 Usuário: THAYSE
	Data: 27/03/2024							
	Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:32 Usuário: THAYSE
	Fabricante: VENTCARE							
	Preço: 95,00	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 87.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150054600	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço. Data: 20/12/2024 10:08 Usuário: THAYSE
	JUSTIFICATIVA							
	VALOR ESTIMADO: 136,25							

4	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI - UND - Código: 702	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 400.0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 37.400,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130013	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 15:20 Usuário: THAYSE
	JUSTIFICATIVA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 72.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:32 Usuário: THAYSE
	VALOR ESTIMADO: 163,14	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 100.000,00	FANEM	caixa c/ 1	150055600	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço. Data: 20/12/2024 10:08 Usuário: THAYSE
5	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - Código: 704	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 450.0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 42.075,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130014	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 15:21 Usuário: THAYSE
	JUSTIFICATIVA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 81.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:33 Usuário: THAYSE
	VALOR ESTIMADO: 215,04	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 112.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150056600	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço. Data: 20/12/2024 10:08 Usuário: THAYSE
6	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI - UND - Código: 706	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Preço Ref.: 77,00	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130015	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 15:21 Usuário: THAYSE
	JUSTIFICATIVA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:33 Usuário: THAYSE
	VALOR ESTIMADO: 200	ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 250,00	R\$ 87.500,00	FANEM	caixa c/ 1	150057600	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço. Data: 20/12/2024 10:08 Usuário: THAYSE
7	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI - UND - Código: 707	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:							
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	R\$ 93,50	R\$ 32.725,00	VENTCARE	unidade c/ 1	130016	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente. Data: 13/11/2024 15:21 Usuário: THAYSE
	JUSTIFICATIVA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 63.000,00	BLENTA	embalagem c/ 1		Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar. Data: 10/02/2025 11:33 Usuário: THAYSE
	VALOR ESTIMADO 180							

Justificativa / Motivo

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER - UND - Código: 700**ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
20/12/2024 10:08	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER - UND - Código: 700**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:32	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI - UND - Código: 706**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:33	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI - UND - Código: 707**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:33	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - Código: 713**D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 13:45	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado

CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - Código: 5497**D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 13:44	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI - UND - Código: 706**ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
20/12/2024 10:08	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI - UND - Código: 702**TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:32	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - Código: 704**ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA**

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
-------------------	---------	------------	-----------

20/12/2024 10:08	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - Código: 704			
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:33	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI - UND - Código: 702			
ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
20/12/2024 10:08	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - Código: 704			
D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 15:21	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI - UND - Código: 702			
D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 15:20	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado
CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - Código: 5497			
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:31	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - Código: 713			
ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
20/12/2024 10:07	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI - UND - Código: 706			
D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 15:21	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado
MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - Código: 713			
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
10/02/2025 11:32	THAYSE SILVA FERNANDES	Amostra reprovada através do documento SEI 162104357, por cânula maleável e reta ao inserir na narina do bebê se curva cortando o fluxo de ar.	Desclassificado

CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - Código: 5497

ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
20/12/2024 10:07	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada pela área assistencial através do documento SEI 159167221, por apresentar uma pronga rígida e curva, o que é anatômico, porém possui um tamanho maior que o padrão, sendo necessário cortar, o que pode lesionar o paciente. Devido a isso, não é adequado para o serviço	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI - UND - Código: 707

D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 15:21	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado

MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER - UND - Código: 700

D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
13/11/2024 15:20	THAYSE SILVA FERNANDES	Marca reprovada anteriormente pela equipe assistencial, segundo documento SEI 149233589, por pronga nasal ser reta e muito maleável não se adaptando a narina do paciente.	Desclassificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

		Produto				Código
01		CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP				5497
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40

		Produto				Código
02		MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER				713
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação

IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40
----------------------	------------------	---	------------------------	---	----------	------------------

Produto					Código	
03 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER					700	
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40

Produto					Código	
04 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI					702	
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40

Produto					Código	
05 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI					704	
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40

Produto					Código	
06 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI					706	
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação

IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40
----------------------	------------------	---	------------------------	---	----------	------------------

		Produto			Código	
07		MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI			707	
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
IGOR RODRIGUES NUNES	13/11/2024 08:48	Solicito parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação na avaliação, solicitamos apresentação das informações e motivos da decisão.	THAYSE SILVA FERNANDES	Parecer favorável quanto aos descritivos e quantitativos apresentados. Por gentileza, solicitar amostra de todas as empresas que forem vencedoras do certame.	Aprovado	14/11/2024 09:40

Negociações:

Nenhum registro.

Conversas Apoio Zapp:

1		ASTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	
Dados do fornecedor			
CNPJ:	03.864.631/0001-47	I.E.:	07.411.102/001-11
Telefone:	(61) 3361-3455	Email:	fabio@astembsb.com
Responsável:	Fábio Soares	Telefone Responsável:	(61) 99223-2377
Dados da cotação			
Validade da proposta:	01/01/2025	Prazo de entrega:	30 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R\$ 400,00	Condições de pagamento:	30 ddl
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.			

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informo que não consta a Autorização Especial (AE), emitida pela ANVISA., documentos obrigatório para prosseguimento do processo. Terá o prazo de 01 (um) dia útil , para atualizar ou complementar os documentos de habilitação exigidos neste Edital.	11/11/2024 10:53	11/11/2024 15:33
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 05: MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - código: 704	11/11/2024 16:13	12/11/2024 14:43
Lewander Francisco Pedrosa Empresa: ASTEM LTDA CNPJ: 03864631000147	Boa tarde Igor.	12/11/2024 16:10	13/11/2024 08:34
Lewander Francisco Pedrosa Empresa: ASTEM LTDA CNPJ: 03864631000147	Anexei um novo documento ao processo.	12/11/2024 16:10	13/11/2024 08:34
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - código: 5497	13/11/2024 08:34	13/11/2024 17:04
THAYSE SILVA FERNANDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Boa tarde, por gentileza anexar catálogo/prospecto no prazo de um dia útil, conforme item 2.4.2.1. do edital.	13/11/2024 15:24	13/11/2024 17:04

Lewander Francisco Pedrosa Empresa: ASTEM LTDA CNPJ: 03864631000147	Boa tarde.	13/11/2024 17:27	14/11/2024 09:34
Lewander Francisco Pedrosa Empresa: ASTEM LTDA CNPJ: 03864631000147	Catálogos anexados.	13/11/2024 17:27	14/11/2024 09:34
THAYSE SILVA FERNANDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - código: 713	14/11/2024 09:34	14/11/2024 16:00
THAYSE SILVA FERNANDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Bom dia. Obrigada	14/11/2024 09:34	14/11/2024 16:00
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 4.2. do Edital. Prazo até o dia 21/11/2024 às 23h55min. Os valores de referência estão disponíveis no site do IGESDF, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-3942-aquisicao-de-materiais/	19/11/2024 13:51	21/11/2024 09:46
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados (as), a pedido do setor técnico, solicito amostra dos ITEM 02/ ITEM 04 / ITEM 05 / ITEM 06- em conformidade com o item 2.4. do Edital. Estamos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas através deste bem como contato telefônico: (61) 3550-8900 R:9113.	22/11/2024 09:49	22/11/2024 10:24
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - código: 5497	22/11/2024 09:54	22/11/2024 10:24
Lewander Francisco Pedrosa Empresa: ASTEM LTDA CNPJ: 03864631000147	Bom dia.	25/11/2024 08:45	25/11/2024 10:45
Lewander Francisco Pedrosa Empresa: ASTEM LTDA CNPJ: 03864631000147	Já estamos providenciando o envio das amostras.	25/11/2024 08:45	25/11/2024 10:45
EMERSON DA SILVA ARAUJO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - código: 713	10/12/2024 09:23	11/12/2024 10:24

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
2	Dados do fornecedor
	CNPJ: 41.391.411/0001-32 I.E.: 0040104550007
	Telefone: (11) 94296-0829 Email: atendimento@tremed.com.br
	Responsável: Luis Telefone Responsável: (32) 99159-9098
	Dados da cotação
	Validade da proposta: 16/01/2025 Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 500,00 Condições de pagamento: 30 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.	

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informo a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-3942-aquisicao-de-materiais/).	11/11/2024 10:52	11/11/2024 11:22
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 4.2. do Edital. Prazo até o dia 21/11/2024 às 23h55min. Os valores de referência estão disponíveis no site do IGESDF, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-no-3942-aquisicao-de-materiais/	19/11/2024 13:51	21/11/2024 00:22
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - código: 5497	22/11/2024 09:40	22/11/2024 11:49
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados (as), a pedido do setor técnico, solicito amostra dos ITEM 01/ ITEM 03 / ITEM 07- em conformidade com o item 2.4. do Edital. Estamos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas através deste bem como contato telefônico: (61) 3550-8900 R:9113.	22/11/2024 09:49	22/11/2024 11:49
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 05: MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - código: 704	03/12/2024 08:57	03/12/2024 09:22
Gleberison Luis Leopoldino Bertante Empresa: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 41391411000132	prezados, bom dia!! Venho por meio deste solicitar prorrogação de prazo, pois tivemos problemas no transporte do nosso fornecedor para nós.	03/12/2024 09:23	03/12/2024 18:42

TANIA APARECIDA ISIDIO SANTOS Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 07: MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI - UND - código: 707	16/01/2025 15:49	20/01/2025 13:50
--	---	------------------	------------------

3	D TUDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	
	Dados do fornecedor	
	CNPJ: 49.180.390/0001-18	I.E.: 0818955900143
	Telefone: (61) 3686-7618	Email: atendimento@dtudoutilidades.com.br
	Responsável: Amilton	Telefone Responsável: (61) 3686-4038
	Dados da cotação	
	Validade da proposta: 31/01/2025	Prazo de entrega: 20 dias após a confirmação
Faturamento mínimo: R\$ 500,00	Condições de pagamento: 28 ddl	
Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informo que não consta a Licença de Funcionamento ou Alvará de Localização, documentos obrigatório para prosseguimento do processo. Terá o prazo de 01 (um) dia útil , para atualizar ou complementar os documentos de habilitação exigidos neste Edital.	11/11/2024 10:53	13/11/2024 22:39
IGOR RODRIGUES NUNES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - código: 713	11/11/2024 16:13	13/11/2024 22:39
Amilton A Empresa: D TUDO UTILIDADES CNPJ: 49180390000118	Bom dia. Documentos foram anexados.	13/11/2024 22:40	14/11/2024 09:27
Amilton A Empresa: D TUDO UTILIDADES CNPJ: 49180390000118	Dia 08/11. favor conferir na plataforma, por favor.	13/11/2024 22:52	14/11/2024 09:27
TANIA APARECIDA ISIDIO SANTOS Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - código: 5497	16/01/2025 15:49	16/01/2025 19:03
Amilton A Empresa: D TUDO UTILIDADES CNPJ: 49180390000118	nÃO ENTENDEMOS ESSA MENSAGEM	16/01/2025 19:03	

Temos como valores finais apresentados:

Produto		Respostas					
descrição do produto	respostas						
	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
1 CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP - UND - Código: 5497 Quantidade: 60.0 UND Marcas Padronizadas: INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Preço Ref.: 85,00 JUSTIFICATIVA VALOR ESTIMADO: 120	Não houve resposta para este produto						
2 MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER - UND - Código: 713 Quantidade: 200.0 UND Marcas Padronizadas: VENTCARE INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00 JUSTIFICATIVA VALOR ESTIMADO: 247,30	Não houve resposta para este produto						

3	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER - UND - Código: 700	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:	forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Não houve resposta para este produto									
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA									
Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00									
JUSTIFICATIVA									
VALOR ESTIMADO: 136,25									
4	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI - UND - Código: 702	Quantidade: 400.0 UND Marcas Padronizadas:	forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Não houve resposta para este produto									
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA									
Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00									
JUSTIFICATIVA									
VALOR ESTIMADO: 163,14									
5	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI - UND - Código: 704	Quantidade: 450.0 UND Marcas Padronizadas:	forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Não houve resposta para este produto									
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA									
Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00									
JUSTIFICATIVA									
VALOR ESTIMADO: 215,04									
6	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI - UND - Código: 706	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:	forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Não houve resposta para este produto									
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA									
Preço Ref.: 77,00									
JUSTIFICATIVA									
VALOR ESTIMADO: 200									
7	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI - UND - Código: 707	Quantidade: 350.0 UND Marcas Padronizadas:	forneecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Não houve resposta para este produto									
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA									
Data: 27/03/2024 Fornecedor: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fabricante: VENTCARE Preço: 95,00									
JUSTIFICATIVA									
VALOR ESTIMADO 180									

Itens fracassados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	5497	CONJUNTO P/ FORNECER PRESSAO AEREA POSISTIVA N00 NAO ESTE CP	60	85,00
2	713	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER	200	95,00
3	700	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER	350	95,00
4	702	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI	400	95,00
5	704	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI	450	95,00
6	706	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N4 NAO ESTERI	350	77,00
7	707	MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI	350	95,00

Itens desertos:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.			

Itens cancelados:

Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.			

Itens selecionados:

Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
Nenhum resultado encontrado.				