



Governo do Distrito Federal
 Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
 Gerência de Compras de Insumos
 Núcleo de Compras de Insumos

Relação - IGESDF/DALOG/SALOG/GCOIN/NCOIN

SOLICITAÇÃO Nº 4415 /2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

RESULTADO PRELIMINAR

SEQ	CÓD MV	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MENOR VALOR UNITÁRIO OFERTADO	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL
1	803	<p>SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 08. APLICAÇÃO: DRENAGEM E CONTROLE DA DIURESE. MATERIAL: 100% SILICONE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 VIAS ESTÉRIL, SILICONE ATÓXICO E TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE ADEQUADA E MALEABILIDADE AO FIM A QUE SE DESTINA, COM ESPESSURA UNIFORME, ISENTA DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS, COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA, APRESENTADO 02 ORIFÍCIOS OVAIS, PRÓXIMOS À PONTA, SITUADOS EM LADOS OPOSTOS, DELIMITADOS E PROPORCIONAIS AO DIÂMETRO DO CALIBRE, ISENTO DE REBARBAS E OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, COM BALÃO COM CAPACIDADE DE 1,5 A 5,0ML E BOA DISTENSIBILIDADE, COM VÁLVULA DO BALÃO FIXA EM UMA DAS VIAS E QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM SERINGAS, COM DUPLA EMBALAGEM, SENDO A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E A INTERNA EM POLIETILENO PICOTADO DE MODO QUE FAVOREÇA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 10 UNIDADES. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE</p>	R\$ 7,84	R\$ 27,90
2	838	<p>SONDA RETAL Nº 20. APLICAÇÃO: LAVAGEM INTESTINAL BAIXA. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR (PRESA OU SOLTA), COM</p>	R\$ 0,99	R\$ 2,63

		EXTREMIDADE DISTAL ABERTA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA, DELIMITADO E PROPORCIONAL AO CALIBRE E DIÂMETRO DA SONDA, ISENTAS DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA, DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ISENTA DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS. EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS, ACONDICIONADAS EM CAIXA. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE.		
3	844	SONDA RETAL Nº 30. APLICAÇÃO: LAVAGEM INTESTINAL BAIXA. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, TUBO DE LÁTEX, ETC., COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR (PRESA OU SOLTA), COM EXTREMIDADE DISTAL ABERTA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO À PONTA, DELIMITADO E PROPORCIONAL AO CALIBRE E DIÂMETRO DA SONDA, ISENTAS DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA, DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS. EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS, ACONDICIONADAS EM CAIXA. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE	R\$ 1,20	R\$ 2,53
4	850	SONDA URETRAL Nº 12. APLICAÇÃO: SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR (PRESA OU SOLTA), COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIOS OVAIS, DELIMITADOS E PROPORCIONAIS AO DIÂMETRO DA SONDA, ISENTOS DE REBARBAS OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA, COM ESPESSURA UNIFORME, ISENTA DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADA EM CAIXA. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE.	R\$ 0,59	R\$ 0,96
5	854	SONDA URETRAL Nº 20. APLICAÇÃO: SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR (PRESA OU SOLTA), COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIOS OVAIS,	R\$ 0,99	R\$ 0,89

DELIMITADOS E PROPORCIONAIS AO DIÂMETRO DA SONDA, ISENTOS DE REBARBAS OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA, COM ESPESSURA UNIFORME, ISENTA DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADA EM CAIXA. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE.

Considerando os itens 4.1 e 4.2 do EDITAL N° 4415/2024, bem como o Art. 57 e 58 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF vigente.


Item 4.1 Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 1 (um) dia para negociação com todas as empresas

Item 4.2 Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, no qual todas as concorrentes poderão manifestar interesse em reduzir o valor ofertado para patamar inferior ao vencedor provisório, devendo apresentar, no mesmo prazo, a proposta negociada.

Subitem 4.2.1 Não será admitida proposta apresentada intempestivamente.

Art 57: No prazo previsto em Edital, a Gerência de Compras efetivará a publicação, no sítio institucional do IGESDF, do resultado preliminar do certame.

Art. 58: Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 1 (um) dia para negociação com todas as empresas.



Documento assinado eletronicamente por **THALLYS CORREIA CARVALHO - Matr.0001303-4, Chefe de Núcleo**, em 04/12/2024, às 14:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR RODRIGUES NUNES - Matr.0001688-9, Agente Administrativo**, em 04/12/2024, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **157702336** código CRC= **52074548**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHS - Área Especial, Q. 101 - Asa Sul - Bairro Asa Sul - CEP 70330-150 -
Telefone(s):
Sítio - igesdf.org.br

04016-00123525/2024-80

Doc. SEI/GDF 157702336