



RE: IGESDF - Cotação 1122937 - 2783/2024 - Diligência: Contrarrazões

De Vicente Junior <vicente.junior@celer.ind.br>

Data Qua, 2025-03-12 13:41

Para CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

 1 anexo (256 KB)

RESPOSTAS QUESTIONAMENTOS KLEMMEN.pdf;

De: Vicente Junior <vicente.junior@celer.ind.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de março de 2025 13:06

Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Assunto: RE: IGESDF - Cotação 1122937 - 2783/2024 - Diligência: Contrarrazões

Prezados, boa tarde, tudo bem ?

Segue resposta da empresa Celer Biotecnologia.

Nos mantemos à disposição para quaisquer solicitações.

At.te,

Vicente Junior  [RESPOSTAS QUESTIONAMENTOS KLEMMEN.pdf](#)

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Enviado: sexta-feira, 7 de março de 2025 17:38

Cc: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Assunto: IGESDF - Cotação 1122937 - 2783/2024 - Diligência: Contrarrazões

[E-MAIL EXTERNO]: NÃO CLIQUE em links e anexos de remetentes desconhecidos. Quaisquer dúvidas entre em contato com TI/IDN

Prezado (a),

CELER BIOTECNOLOGIA S.A,

Informamos, por meio deste, a interposição de recurso administrativo pela concorrente KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.

Anexo o recurso administrativo interposto pela empresa concorrente **KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA** do certame em questão, para análise e emissão de contrarrazões.

Abaixo, segue também o pedido de esclarecimentos da nossa **área técnica**:

1. A especificação de tempo de análise fora do intervalo 65 a 999 segundos pode comprometer a aplicação dos resultados dos exames feitos pelo equipamento nos procedimentos que necessitam da administração dos anticoagulantes, tais

como: cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, hemodiálise, hemodinâmica, terapias de distúrbios tromboembólicos e trombólise?

2. Todos os itens necessários para o uso pretendido e funcionamento imediato do equipamento serão fornecidos nessa aquisição?

Pontuamos, que o prazo para apresentação de contrarrazões é de **3 (dois) dias úteis**.

Atenciosamente,



Roberto W. S. Lima
Núcleo de Compras de
Equipamentos e Imobilizado
Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 Ramal 9109



AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTADÍSTICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL/ IGESDF
COTAÇÃO:1122937 - 2783/2024

A empresa Celer Biotecnologia S/A, registrada sob o CNPJ 04.846.613/0001-03, com sede na Rua Padre Eustáquio,1133, Carlos Prates, Belo Horizonte, CEP 30.170-580, Minas Gerais, Brasil, representada por seu diretor, ROBERTO ALVES DE SOUZA, registrado sob o RG MG14703762 e CPF 092.247.176-24, vem por meio deste, responder os questionamentos enviados pela empresa Klemmen Importações LTDA e pela área técnica do IGESDF

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

Sobre os questionamentos da empresa Klemmen, vale ressaltar que a empresa Celer Biotecnologia enviará junto com cada equipamento de Coagulação, uma pipeta para execução do exame.

Além disto, esta empresa, em conformidade com a solicitação do IGESDF, nas compras de Reagentes para realização dos exames pretendidos por esta administração, a empresa encaminhará a quantidade de tubos e ponteiros, para que se possam ter todos os aparatos necessários. Então se houver compra de 120 testes, esta empresa irá enviar 120 ponteiros e 120 tubos de citrato, para realização do exame. Neste caso tendo o fator de segurança como primordial, pois apenas um tubo e uma ponteira, pode se atender o mesmo paciente.

Não obstante, vale ressaltar que não há necessidade de tubos capilar, apenas tubo de citrato que irá ser fornecido pela empresa Celer Biotecnologia.

Sobre os questionamentos técnicos –

1 - A especificação de tempo de análise fora do intervalo 65 a 999 segundos pode comprometer a aplicação dos resultados dos exames feitos pelo equipamento nos procedimentos que necessitam da administração dos anticoagulantes, tais como: cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, hemodiálise, hemodinâmica, terapias de distúrbios tromboembólicos e trombólise?



R- O equipamento ofertado pela empresa Celer faz o teste em tempo inferior a 999 segundos, e também, o tubo que será enviado junto ao equipamento, é anticoagulante, pois se trata de citrato.

2- Todos os itens necessários para o uso pretendido funcionamento imediato do equipamento serão fornecidos nessa aquisição?

R: Perfeitamente, tudo que é ofertado, capacitará o uso imediato do equipamento, necessitando apenas dos Reagentes/Testes para realização. Explicado acima.

Belo Horizonte, 12 de março de 2025

ROBERTO ALVES DE SOUZA
MG 14703762/ CPF 092.247.176-24