



ENC: N° cotação 1122937 - EDITAL N° 2783/2024

Roberto, boa tarde.

A proposta foi atualizada no portal apoio e o equipamento e insumos e marca seguem anexos, conforme solicitação.

Atenciosamente,

Klemmen Importações LTDA.
CNPJ: 96.441.704/0001-79

A tecnologia + próxima de você



Prezados, boa tarde.

Informamos que a quantidade solicitada de insumos diante da aquisição dos equipamentos no valor de referência de R\$ 9900,00 cada não está incluso os insumos, haja vista que o valor em si do equipamento já está até defasado diante de sua comercialização no mercado. Sendo assim, o que podemos fornecer juntamente com cada equipamento será 1 KIT MCA 2000 com 24 tubos, totalizando em 4 Kits com 96 tubos. Primordial. Estamos na expectativa do pagamento por parte da entidade contratante de ser realizada na data ora acordada de 30 dias após entrega, visando não impactar nos custos do que será empenhado para que não inviabilize o que para o momento acordamos.

Segue o descritivo técnico anexo do KIT MCA 2000, conforme solicitação.

Atenciosamente,

Klemmen Importações LTDA.
CNPJ: 96.441.704/0001-79

A tecnologia + próxima de você



Prezados,

Boa tarde.

A área técnica informa:

Para garantir a aquisição adequada dos insumos, o Serviço de Hemodinâmica informou uma demanda média mensal de 150 exames, considerando a abertura de novas salas. Diante disso, recomenda-se a solicitação de 900 tubos, correspondentes a seis meses de consumo (150 exames/mês × 6 meses). Como cada kit contém 24 tubos, a aquisição ideal seria de 9 kits por equipamento. Caso não seja viável, sugere-se a aquisição mínima de 300 tubos, equivalentes a aproximadamente 3 kits por equipamento, o que seria suficiente para dois meses.

Além disso, recomenda-se a solicitação do catálogo de tubos compatíveis com o equipamento, a fim de encaminhá-lo ao Núcleo de Planejamento de Insumos (NUPIN) para o início do processo de aquisição regular.

Atenciosamente,



Roberto W. S. Lima
Núcleo de Compras de
Equipamentos e Imobilizado
Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 Ramal 9109

Roberto, bom dia.

Conforme conversamos por telefone, aguardamos o retorno do setor demandante quanto ao pedido de esclarecimento para darmos continuidade nesta negociação solicitada.

Atenciosamente

Klemmen Importações LTDA.
CNPJ: 96.441.704/0001-79

A tecnologia + próxima de você



Prezados, bom dia.

Roberto, conforme conversamos por telefone, gostaríamos de esclarecimento quanto ao quantitativo de insumos que deverá ser entregue para o pleno funcionamento dos equipamentos.

Vale ressaltar que o Kit MCA 2000 é fabricado e embalado em caixa com 24 tubos.

Atenciosamente,

Klemmen Importações LTDA.
CNPJ: 96.441.704/0001-79

A tecnologia + próxima de você



Prezados,

Bom dia,

A Gerência de Engenharia Clínica manifesta-se favoravelmente ao recurso da empresa KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA, desclassificando a proposta da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S.A. por não atendimento à especificação técnica.

Atenciosamente,



Roberto W. S. Lima

**Núcleo de Compras de
Equipamentos e Imobilizado**

Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal

emendas.propostas@igesdf.org.br

(61) 3550-8900 Ramal 9109

Prezados senhores, boa tarde.
referente a cotação N° cotação 1122937 - EDITAL N° 2783/2024 seguem anexos o pedido de interposição de recurso e documentação.

Atenciosamente.

Klemmen Importações LTDA.
CNPJ: 96.441.704/0001-79

A tecnologia + próxima de você

