Outlook

RE: Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

Prezados (as),

Segue retorno do recurso administrativo interposto:

Parecer Técnico

Trata-se do processo de Aquisição de **APARELHO DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL** de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes no Elemento Técnico **n° 3112/2024** (147935055) e no Plano de Trabalho para aquisição de 13 máquinas de Osmose Reversa Portátil - Equipamentos para a Nefrologia do Hospital Regional de Santa Maria (SENEF/HRSM), (130866593) para atender as necessidades do IGESDF.

Em atenção ao Memorando n.º 170/2025 - IGESDF/SUCON/GGADM/GCOMP/NCMOB (166757095), segue análise técnica do **Recurso Administrativo via e-mail** (166747252) da empresa **VEXER**.

Após análise minuciosa e fundamentada do Recurso Administrativo da empresa (166747252), apresenta-se o quadro resumo abaixo.

DADOS GERAIS DA ANÁLISE TÉCNICA.

Edital de Chamamento nº	Edital 2234/2025 (158861811)
Objeto	**Aquisição de Aparelho de Osmose Reversa Portátil**
Processo SEI	04016-00003486/2024-03
Nº Cotação Apoio	1147876
Criado em	24/01/2025
Lançado em	24/01/2025
Vencimento	07/02/2025
Data da análise	10/03/2025

ANÁLISE TÉCNICA

Dados da Proposta

Empresa	VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	09.051.083/0001-12
Valor Proposta Unitário	R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Quantidade	13 (treze)
Valor Proposta Total	R$ 520.000,00
Prazo de entrega	60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento

Itens analisados - referente ao Produto ofertado

Registro na ANVISA	**80615510001**
Marca	**VEXER**
Modelo	**VOP00100**
PRESSÃO: 1,5 A 6,0 BAR;	**NÃO ATENDE,** conforme página 38 (trinta e oito) do Recurso Administrativo - VEXER (166747252), item 7.3 (Parâmetros e ajustes e funcionamento), conforme citado na confirmação ponto a ponto, a pressão da bomba (500 a 1000 kPa (72 a 145 psi). Ou seja, o equipamento apresenta pressão aproximada, após conversão, de 4,92 a 10 Bar.
ALARME E SINALIZADORES VISUAIS E SONOROS	
CONTRAPRESSÃO;	**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.
FALTA DE PRODUTO QUÍMICO	**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.
MÁQUINA DE HEMODIÁLISE CONECTADA (DURANTE LAVAGEM QUÍMICA)	**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.
MÁQUINA DE HEMODIÁLISE CONECTADA (DURANTE DESINFECÇÃO)	**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.
LUZ DE STATUS: ALARME;	**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252). Item 5 citado na confirmação ponto a ponto, não consta tal informação.
LUZ DE STATUS: NORMAL / PRONTO;	**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252). Não localizado no manual do equipamento.

SINAL LUMINOSO E ALARME SONORO INTERMITENTE: NECESSÁRIA A PRESENÇA DO OPERADOR.

NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252). Item 5 citado na confirmação ponto a ponto, não consta tal informação.

Diante do exposto, informamos que, com fundamento exclusivo na documentação constante nos autos do processo SEI em referência, verifica-se que a empresa VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **não atende** integralmente aos requisitos técnicos exigidos.

Ademais, reforçamos que as condições exigidas pela empresa para a prestação da manutenção preventiva **não atendem** às necessidades do IGESDF, pois a empresa solicita que a manutenção seja realizada de forma remota, conforme apresentado na página 60 (sessenta) da Habilitação Jurídica e Técnica - VEXER (164674145).

Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fernando Pessoa
Chefe de Núcleo - NCMOB
Contato: (61) 3550-8900 Ramal: 9109

Boa Tarde Prezados,

Algum retorno sobre o julgamento do RECURSO ADMINISTRATIVO que apresentamos?

SOLICITAÇÃO N° 3112/2025 – AQUISIÇÃO DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL – IGESDF Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas
Enviadas: Quinta-feira, 27 de Março de 2025 10:38

Cc: CX - Emendas Parlamentares e Propostas
Assunto: RE: Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

Bom dia,
Confirmamos o recebimento do recurso e seguiremos com os trâmites internos referente à análise.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
emendas.propostas@igesdf.org.br
((61) 3550-8900 R 9109

Assunto: Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

Prezados(as),

Encaminhamos, por meio deste, o **Recurso Administrativo** interposto pela empresa **VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.051.083/0001-12, em face da decisão de desclassificação no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 3112/2025**, cotação nº 1147876, processo nº 04016-00003486/2024-03, promovido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.

Anexamos ao presente e-mail os seguintes documentos que compõem o recurso:

1. Recurso Administrativo assinado;
2. Contrato Social da empresa (9ª Alteração);
3. Documento de representação;
4. Proposta comercial;
5. Manual técnico do equipamento (Osmose Reversa Portátil);
6. Confirmação ponto a ponto de atendimento ao Termo de Referência;
7. Ficha técnica do equipamento;
8. Registro Anvisa – Osmose;
9. Registro Anvisa – Vexer;
10. Planilha de Confirmação ponto a ponto (arquivo em Excel).

Solicitamos, gentilmente, confirmação de recebimento deste recurso e dos documentos anexos.

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,