



RE: Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

De CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>  
Data Sex, 2025-05-02 09:24  
Para sabrina@licitatio.com.br <sabrina@licitatio.com.br>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; 'Sonia Mara Bschi' <sonia@licitatio.com.br>; Luciano@vexer.com.br <luciano@vexer.com.br>; 'Vera vera' <vera@vexer.com.br>; coordenacaocomercial@vexer.com.br <coordenacaocomercial@vexer.com.br>

Prezados (as),

Segue retorno do recurso administrativo interposto:

Parecer Técnico

Trata-se do processo de Aquisição de **APARELHO DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL** de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes no Elemento Técnico nº **3112/2024** (147935055) e no Plano de Trabalho para aquisição de 13 máquinas de Osmose Reversa Portátil - Equipamentos para a Nefrologia do Hospital Regional de Santa Maria (SENEF/HRSM), (130866593) para atender as necessidades do IGESDF.

Em atenção ao Memorando n.º 170/2025 - IGESDF/SUCON/GGADM/GCOMP/NCMOB (166757095), segue análise técnica do **Recurso Administrativo via e-mail** (166747252) da empresa **VEXER**.

Após análise minuciosa e fundamentada do Recurso Administrativo da empresa (166747252), apresenta-se o quadro resumo abaixo.

DADOS GERAIS DA ANÁLISE TÉCNICA.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Edital de Chamamento | Edital 2234/2025 (158861811)                     |
| nº                   |                                                  |
| Objeto               | Aquisição de Aparelho de Osmose Reversa Portátil |
| Processo SEI         | 04016-00003486/2024-03                           |
| Nº Cotação Apoio     | 1147876                                          |
| Criado em            | 24/01/2025                                       |
| Lançado em           | 24/01/2025                                       |
| Vencimento           | 07/02/2025                                       |
| Data da análise      | 10/03/2025                                       |

ANÁLISE TÉCNICA

Dados da Proposta

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                 | VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                  |
| CNPJ                    | 09.051.083/0001-12                                                               |
| Valor Proposta Unitário | R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)                                               |
| Quantidade              | 13 (treze)                                                                       |
| Valor Proposta Total    | R\$ 520.000,00                                                                   |
| Prazo de entrega        | 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento |

Itens analisados - referente ao Produto ofertado

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro na ANVISA                                         | 80615510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marca                                                      | VEXER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modelo                                                     | VOP00100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRESSÃO: 1,5 A 6,0 BAR;                                    | NÃO ATENDE, conforme página 38 (trinta e oito) do Recurso Administrativo - VEXER (166747252), item 7.3 (Parâmetros e ajustes e funcionamento), conforme citado na confirmação ponto a ponto, a pressão da bomba (500 a 1000 kPa (72 a 145 psi). Ou seja, o equipamento apresenta pressão aproximada, após conversão, de 4,92 a 10 Bar. |
|                                                            | ALARME E SINALIZADORES VISUAIS E SONOROS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRAPRESSÃO;                                             | NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.                                                                                                                                                                                                             |
| FALTA DE PRODUTO QUÍMICO                                   | NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.                                                                                                                                                                                                             |
| MÁQUINA DE HEMODIÁLISE CONECTADA (DURANTE LAVAGEM QUÍMICA) | NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.                                                                                                                                                                                                             |
| MÁQUINA DE HEMODIÁLISE CONECTADA (DURANTE DESINFECÇÃO)     | NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252), uma vez que a especificação solicita ALARME.                                                                                                                                                                                                             |
| LUZ DE STATUS: ALARME;                                     | NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252). Item 5 citado na confirmação ponto a ponto, não consta tal informação.                                                                                                                                                                                   |
| LUZ DE STATUS: NORMAL / PRONTO;                            | NÃO ATENDE, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252). Não localizado no manual do equipamento.                                                                                                                                                                                                                 |

SINAL LUMINOSO E ALARME SONORO INTERMITENTE: NECESSÁRIA A PRESENÇA DO OPERADOR.

**NÃO ATENDE**, não foi localizado no Recurso Administrativo - VEXER (166747252). Item 5 citado na confirmação ponto a ponto, não consta tal informação.

Diante do exposto, informamos que, com fundamento exclusivo na documentação constante nos autos do processo SEI em referência, verifica-se que a empresa VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **não atende** integralmente aos requisitos técnicos exigidos.

Ademais, reforçamos que as condições exigidas pela empresa para a prestação da manutenção preventiva **não atendem** às necessidades do IGESDF, pois a empresa solicita que a manutenção seja realizada de forma remota, conforme apresentado na página 60 (sessenta) da Habilitação Jurídica e Técnica - VEXER (164674145).

Agradecemos o contato.

Atenciosamente,



Fernando Pessoa  
Chefe de Núcleo - NCMOB  
Contato: (61) 3550-8900 Ramal: 9109

---

**De:** sabrina@licitatio.com.br <sabrina@licitatio.com.br>

**Enviado:** segunda-feira, 28 de abril de 2025 16:09

**Para:** CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; 'Sonia Mara Bsck' <sonia@licitatio.com.br>; luciano@vexer.com.br <luciano@vexer.com.br>; 'Vera vera' <vera@vexer.com.br>; coordenacaocomercial@vexer.com.br <coordenacaocomercial@vexer.com.br>

**Assunto:** RE: Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

Boa Tarde Prezados,

Algun retorno sobre o julgamento do RECURSO ADMINISTRATIVO que apresentamos?

[SOLICITAÇÃO Nº 3112/2025 – AQUISIÇÃO DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL – IGESDF Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal](#)

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

Sabrina Dias Torini  
Advogada Licitações  
OAB/PR Nº 102.214  
Email: sabrina@licitatio.com.br  
Site: www.licitatio.com.br  
Fone: (41) 9 9882-2816



---

**De:** CX - Emendas Parlamentares e Propostas

**Enviadas:** Quinta-feira, 27 de Março de 2025 10:38

**Para:** sabrina@licitatio.com.br; 'Sonia Mara Bsck'; luciano@vexer.com.br; 'Vera vera'; coordenacaocomercial@vexer.com.br

**Cc:** CX - Emendas Parlamentares e Propostas

**Assunto:** RE: Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

Bom dia, Sabrina Dias Torini.

Confirmamos o recebimento do recurso e seguiremos com os trâmites internos referente à análise.

Atenciosamente,



Rosemary Candida da Silva  
Núcleo de Compras de  
Equipamentos e Imobilizado  
Instituto de Gestão Estratégica de  
Saúde do Distrito Federal  
[emendas.propostas@igesdf.org.br](mailto:emendas.propostas@igesdf.org.br)  
( 61) 3550-8900 R 9109

---

**De:** sabrina@licitatio.com.br <sabrina@licitatio.com.br>

**Enviado:** quarta-feira, 26 de março de 2025 14:24

**Para:** CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; 'Sonia Mara Bschi' <sonia@licitatio.com.br>; luciano@vexer.com.br <luciano@vexer.com.br>; 'Vera vera' <vera@vexer.com.br>; coordenacaocomercial@vexer.com.br <coordenacaocomercial@vexer.com.br>; FERNANDO BISPO PESSOA <fernando.pessoa@igesdf.org.br>

**Cc:** luciano@vexer.com.br <luciano@vexer.com.br>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

**Assunto:** Protocolo de RECURSO ADMINISTRATIVO – Edital nº 3112/2025 – IGESDF - por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

Prezados(as),

Encaminhamos, por meio deste, o **Recurso Administrativo** interposto pela empresa **VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.051.083/0001-12, em face da decisão de desclassificação no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 3112/2025**, cotação nº 1147876, processo nº 04016-00003486/2024-03, promovido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.

Anexamos ao presente e-mail os seguintes documentos que compõem o recurso:

1. **Recurso Administrativo assinado;**
2. **Contrato Social da empresa (9ª Alteração);**
3. **Documento de representação;**
4. **Proposta comercial;**
5. **Manual técnico do equipamento (Osmose Reversa Portátil);**
6. **Confirmação ponto a ponto de atendimento ao Termo de Referência;**
7. **Ficha técnica do equipamento;**
8. **Registro Anvisa – Osmose;**
9. **Registro Anvisa – Vexer;**
10. **Planilha de Confirmação ponto a ponto (arquivo em Excel).**

**Solicitamos, gentilmente, confirmação de recebimento deste recurso e dos documentos anexos.**

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Sabrina Dias Torini  
Advogada Licitações  
OAB/PR Nº 102.214  
Email: [sabrina@licitatio.com.br](mailto:sabrina@licitatio.com.br)  
Site: [www.licitatio.com.br](http://www.licitatio.com.br)  
Fone: (41) 9 9882-2816

