

ID: 1153528 **Criado em:** 31/01/2025 15:42

Nº do Processo: 04016-00103391/2021-38

Status Atual: encerrada

Título: SOLICITAÇÃO N° 3576/2025 - AQUISIÇÃO DE NASOFIBROSCÓPIO PARA TORRE DE VIDEO ENDOGERAIS

Justificativa: (Descrição) SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO

Observação: A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES A PARTIR DA EMENDA PARLAMENTAR DISTRITAL N° 05085.01, SENDO DESTINADO AO: HOSPITAL DE BASE - 01 NASOFIBROSCÓPIO FLEXÍVEL. PRAZO DE ENTREGA: EM NO MÁXIMO 60 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENVIO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ENTREGA: DAS 8H ÀS 16H. A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO PARA ENTREGA CONSTARÁ NA ORDEM DE FORNECIMENTO. A PROPOSTA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS, ORIGINAIS DO FORNECEDOR/ FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARA CONFIRMAÇÕES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.

Condições: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 03/02/2025 às 11:21
 Limite do Acolhimento das Propostas: 17/02/2025 às 23:55
 Data da Abertura das Propostas: 17/02/2025 às 23:55

Item do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	10124	NASOFIBROSCÓPIO	1	0,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01.085.207/0001-79 (61) 3349-7006 licitacao@brakko.com.br	R\$ 600,00	60 dias	17/05/2025	30 ddl	CIF	
2	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 41.391.411/0001-32 (11) 94296-0829 atendimento@tremed.com.br	R\$ 5.000,00	10 dias	30/05/2025	30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	66
Fornecedores que cadastraram propostas	2
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	1
Fornecedores avisados	5993

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	1
Itens com propostas cadastradas	1
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

Produto	Respostas																					
<p>1 NASOFIBROSCÓPIO - UND - Código: 10124</p> <p>Quantidade: 1.0 UND</p> <p>Marcas Padronizadas:</p> <p>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</p> <p>Preço Ref.: 0,00</p> <p>JUSTIFICATIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</td> <td>R\$ 80.747,50</td> <td>R\$ 80.747,50</td> <td>KARL STORZ</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td>11001RDK1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>UROLINE</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 80.747,50	R\$ 80.747,50	KARL STORZ	embalagem c/ 1	11001RDK1		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	UROLINE	embalagem c/ 1		
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário																
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 80.747,50	R\$ 80.747,50	KARL STORZ	embalagem c/ 1	11001RDK1																	
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	UROLINE	embalagem c/ 1																		

As seguintes propostas foram desclassificadas:

Produto	Respostas																					
<p>1 NASOFIBROSCÓPIO - UND - Código: 10124</p> <p>Quantidade: 1.0 UND</p> <p>Marcas Padronizadas:</p> <p>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</p> <p>Preço Ref.: 0,00</p> <p>JUSTIFICATIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>fornecedor</th> <th>valor unitário</th> <th>valor total</th> <th>fabricante</th> <th>embalagem</th> <th>cod. referência</th> <th>comentário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</td> <td>R\$ 80.747,50</td> <td>R\$ 80.747,50</td> <td>KARL STORZ</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td>11001RDK1</td> <td>A empresa BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA foi desclassificada no processo de aquisição do nasofibroscópio para torre de vídeo endogeral por não atender integralmente aos requisitos técnicos exigidos. As principais não conformidades identificadas foram: ausência de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da ANVISA, falta de comprovação do tipo de montagem compatível com a torre da instituição, comprimento total mínimo inadequado. Para mais detalhes processo SEI 04016-00103391/2021-38. Data: 20/03/2025 11:44 Usuário: VITOR OLIVEIRA</td> </tr> <tr> <td>TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>UROLINE</td> <td>embalagem c/ 1</td> <td></td> <td>A empresa TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI não atende integralmente aos requisitos técnicos para a aquisição do nasofibroscópio. Faltam informações sobre garantia do produto, iluminação circular ou em dois pontos, e diâmetro interno do endoscópio. Além disso, o produto não é compatível com a torre de vídeo disponível na instituição, exigindo processador de imagem específico. Para mais detalhes processo sei 04016-00103391/2021-38. Data: 11/03/2025 10:40 Usuário: VITOR OLIVEIRA</td> </tr> </tbody> </table>	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 80.747,50	R\$ 80.747,50	KARL STORZ	embalagem c/ 1	11001RDK1	A empresa BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA foi desclassificada no processo de aquisição do nasofibroscópio para torre de vídeo endogeral por não atender integralmente aos requisitos técnicos exigidos. As principais não conformidades identificadas foram: ausência de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da ANVISA, falta de comprovação do tipo de montagem compatível com a torre da instituição, comprimento total mínimo inadequado. Para mais detalhes processo SEI 04016-00103391/2021-38. Data: 20/03/2025 11:44 Usuário: VITOR OLIVEIRA	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	UROLINE	embalagem c/ 1		A empresa TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI não atende integralmente aos requisitos técnicos para a aquisição do nasofibroscópio. Faltam informações sobre garantia do produto, iluminação circular ou em dois pontos, e diâmetro interno do endoscópio. Além disso, o produto não é compatível com a torre de vídeo disponível na instituição, exigindo processador de imagem específico. Para mais detalhes processo sei 04016-00103391/2021-38. Data: 11/03/2025 10:40 Usuário: VITOR OLIVEIRA
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário																
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 80.747,50	R\$ 80.747,50	KARL STORZ	embalagem c/ 1	11001RDK1	A empresa BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA foi desclassificada no processo de aquisição do nasofibroscópio para torre de vídeo endogeral por não atender integralmente aos requisitos técnicos exigidos. As principais não conformidades identificadas foram: ausência de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da ANVISA, falta de comprovação do tipo de montagem compatível com a torre da instituição, comprimento total mínimo inadequado. Para mais detalhes processo SEI 04016-00103391/2021-38. Data: 20/03/2025 11:44 Usuário: VITOR OLIVEIRA																
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	UROLINE	embalagem c/ 1		A empresa TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI não atende integralmente aos requisitos técnicos para a aquisição do nasofibroscópio. Faltam informações sobre garantia do produto, iluminação circular ou em dois pontos, e diâmetro interno do endoscópio. Além disso, o produto não é compatível com a torre de vídeo disponível na instituição, exigindo processador de imagem específico. Para mais detalhes processo sei 04016-00103391/2021-38. Data: 11/03/2025 10:40 Usuário: VITOR OLIVEIRA																

Justificativa / Motivo

NASOFIBROSCÓPIO - UND - Código: 10124			
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
11/03/2025 10:40	VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	A empresa TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI não atende integralmente aos requisitos técnicos para a aquisição do nasofibroscópio. Faltam informações sobre garantia do produto, iluminação circular ou em dois pontos, e diâmetro interno do endoscópio. Além disso, o produto não é compatível com a torre de vídeo disponível na instituição, exigindo processador de imagem específico. Para mais detalhes processo sei 04016-00103391/2021-38	Desclassificado

NASOFIBROSCÓPIO - UND - Código: 10124			
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
20/03/2025 11:44	VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	A empresa BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA foi desclassificada no processo de aquisição do nasofibroscópio para torre de vídeo endogeral por não atender integralmente aos requisitos técnicos exigidos. As principais não conformidades identificadas foram: ausência de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da ANVISA, falta de comprovação do tipo de montagem compatível com a torre da instituição, comprimento total mínimo inadequado. Para mais detalhes processo SEI 04016-00103391/2021-38.	Desclassificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:						
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

		Produto				Código
01		NASOFIBROSCÓPIO				10124
Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
Rosemary Candida da Silva	19/03/2025 5 17:45	Encaminho a proposta do fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA para elaboração e emissão de parecer técnico.	VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	As empresas não atenderam integralmente aos requisitos estabelecidos no edital.	Reprovado	20/03/2025 11:46

Negociações:

Nenhum registro.

Conversas Apoio Zapp:

BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ: 01.085.207/0001-79

I.E.: 0735965000122

Telefone: (61) 3349-7006

Email: licitacao@brakko.com.br

Responsável: Joély Viana

Telefone Responsável: (61) 3349-7006

Dados da cotação

Validade da proposta: 17/05/2025

Prazo de entrega: 60 dias após a confirmação

Faturamento mínimo: R\$ 600,00

Condições de pagamento: 30 ddl

Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.

1

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-3576-2025-aquisicao-de-nasofibroscopio-para-torre-de-video-endogerais/	20/02/2025 08:54	20/02/2025 09:10
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 5 do Edital para a aquisição do seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE NASOFIBROSCÓPIO PARA TORRE DE VIDEO ENDOGERAIS. Prazo até o dia 21/02/2025 às 23:55h. Os valores de referência estão disponíveis no site do IGESDF, sob o título Resultado Preliminar, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-3576-2025-aquisicao-de-nasofibroscopio-para-torre-de-video-endogerais/	20/02/2025 09:00	20/02/2025 09:10
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos que a empresa encontra-se com pendências documentais: prospecto ou catálogo ou manual em português e comprovação de assistência técnica. Solicitamos que sejam anexadas, impreterivelmente, nesta plataforma até o dia 13/03/2025, às 23:55h.	12/03/2025 11:17	13/03/2025 14:34
KATHERINE GENELHOUD Empresa: BRAKKO CNPJ: 01085207000179	Boa tarde!	13/03/2025 14:35	17/03/2025 15:01
KATHERINE GENELHOUD Empresa: BRAKKO CNPJ: 01085207000179	Iremos providenciar o envio agora	13/03/2025 14:35	17/03/2025 15:01
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: NASOFIBROSCÓPIO - UND - código: 10124	17/03/2025 15:02	19/03/2025 11:26
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), foi aberta diligência técnica referente ao tipo de montagem: endoscópio flexível para conexão com torre de vídeo de mesma marca endogerais disponível na instituição, ao comprimento total mínimo de 530 mm, a profundidade de foco: 03 mm a 50 mm e a iluminação circular ou em 02 (dois) pontos, pois no manual encaminhado não foram localizadas essas informações. Ficamos no aguardo dos esclarecimentos.	20/03/2025 17:07	24/03/2025 10:47
KATHERINE GENELHOUD Empresa: BRAKKO CNPJ: 01085207000179	Prezados, bom dia. Vou encaminhar a solicitação para a equipe comercial para esclarecimentos.	24/03/2025 10:50	24/03/2025 17:49
KATHERINE GENELHOUD Empresa: BRAKKO CNPJ: 01085207000179	assim que receber a informação entrarei em contato.	24/03/2025 10:51	24/03/2025 17:49
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), ficamos no aguardo para seguirmos com os trâmites internos.	24/03/2025 17:51	26/03/2025 12:46
KATHERINE GENELHOUD Empresa: BRAKKO CNPJ: 01085207000179	Boa tarde Rose!	26/03/2025 17:18	27/03/2025 18:38
KATHERINE GENELHOUD Empresa: BRAKKO CNPJ: 01085207000179	Infelizmente nao atendemos a solicitação da diligencia tecnica.	26/03/2025 17:18	27/03/2025 18:38

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

2

Dados do fornecedor

CNPJ: 41.391.411/0001-32

I.E.: 0040104550007

Telefone: (11) 94296-0829

Email: atendimento@tremed.com.br

Responsável: Luis

Telefone Responsável: (32) 99159-9098

Dados da cotação

Validade da proposta: 30/05/2025

Prazo de entrega: 10 dias após a confirmação

Faturamento mínimo: R\$ 5.000,00

Condições de pagamento: 30 ddl

Frete: CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a publicação da Relação Nominal dos Concorrentes no site do IGESDF https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-3576-2025-aquisicao-de-nasofibroscopio-para-torre-de-video-endogerais/	20/02/2025 08:55	20/02/2025 09:20
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos a abertura de negociação de preços, conforme estabelecido no item 5 do Edital para a aquisição do seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE NASOFIBROSCÓPIO PARA TORRE DE VIDEO ENDOGERAIS. Prazo até o dia 21/02/2025 às 23:55h. Os valores de referência estão disponíveis no site do IGESDF, sob o título Resultado Preliminar, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/solicitacao-n-3576-2025-aquisicao-de-nasofibroscopio-para-torre-de-video-endogerais/	20/02/2025 09:00	20/02/2025 09:20
Rosemary Candida da Silva Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informamos que a empresa encontra-se com pendências documentais: proposta formal com modelo do produto e registro ANVISA. Solicitamos que sejam anexadas, impreterivelmente, nesta plataforma até o dia 27/02/2025, às 23:55h.	26/02/2025 15:06	26/02/2025 15:20

Temos como valores finais apresentados:

Produto		Respostas						
descrição do produto		respostas						
1	NASOFIBROSCÓPIO - UND - Código: 10124	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
	Quantidade: 1.0 UND Marcas Padronizadas:	Não houve resposta para este produto						
	INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA							
	Preço Ref.: 0,00							
	JUSTIFICATIVA							

Itens fracassados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	10124	NASOFIBROSCÓPIO	1	0,00

Itens desertos:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens cancelados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens selecionados:

	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
Nenhum resultado encontrado.					