

URGENTE - Cotação 1157830 - SOLICITAÇÃO N 575/2025 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA HOLTER



@astton.com.br

Para:  CX - Emendas Parlamentares e Propostas

Ter, 08/04/2025 09:50



 **Alta prioridade**

 Não é possível verificar se este email veio do remetente, portanto, talvez não seja seguro respondê-lo. [Saiba mais](#)



Esta mensagem está em Português (Brasil)

[Traduzir para o Inglês](#)

[Nunca traduzir do Português \(Brasil\)](#)

Prezados bom dia,

Gostaria de confirmar se, além dos equipamentos de Holter, serão adquiridos 02 computadores e 02 softwares de análise/sistema Holter, ou se será adquirido 01 software de análise e 01 software comum de preparo e transmissão para o software de análise?

A dúvida surgiu após a análise do edital, pois os equipamentos serão destinados ao uso no mesmo local. Portanto, um único sistema de análise atenderia perfeitamente à demanda, visto que é possível laudar uma quantidade ilimitada de equipamentos. Essa abordagem também proporcionaria uma economia significativa, considerando que cada software, com os valores atualizados, custa quase 40 mil reais. Ou seja, o software representa cerca de 66% do valor estimado, o que diminui a margem para a aquisição dos outros itens, como os computadores, os 3 Holvers e os acessórios necessários ao uso (ex.: pilhas, carregadores, leitoras, etc.).

Caso os equipamentos sejam para uso no mesmo local, não seria necessário incluir 02 softwares de análise. Um único software de análise/laudo completo (como o solicitado) atenderia perfeitamente à demanda do órgão. Para o outro computador, seria possível adquirir, por exemplo, um software básico que realizaria a comunicação com o software/central de análise do outro equipamento. Entre as funções desse software básico, temos:

- Programação dos cartões do Holter
- Verificação dos dados coletados durante o exame
- Avaliação da qualidade do sinal gravado para análise
- Arquivo da gravação de Holter no sistema da unidade local
- Envio da gravação via Internet ou Intranet para a Unidade Central de Análise do outro equipamento
- Envio de um e-mail de aviso à Unidade Central de Análise
- Recepção do exame laudado via Internet ou Intranet
- Arquivo do exame no sistema local