



---

**RE: URGENTE - Cotação 1157830 - SOLICITAÇÃO N 575/2025 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA HOLTER**

---

De CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Data Ter, 2025-04-22 17:50

Para [danielle@astton.com.br](mailto:danielle@astton.com.br) <[danielle@astton.com.br](mailto:danielle@astton.com.br)>; CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados (as),

Segue retorno do seu pedido de esclarecimentos:

Após análise da documentação pertinente ao processo de aquisição emergencial de equipamentos de Holter, especialmente no que tange à quantidade e à finalidade dos softwares de análise, apresenta-se o seguinte parecer técnico:

Consta no edital a previsão para aquisição de um (01) computador e um (01) software de análise/sistema Holter, além de três (03) dispositivos de Holter e seus respectivos acessórios (pilhas, carregadores, leitoras, entre outros). Contudo, considerando que os equipamentos serão destinados ao mesmo local de utilização, é tecnicamente desnecessária a aquisição de dois sistemas completos de análise.

Ressalta-se que os softwares de análise/laudo possuem capacidade para processar dados de forma ilimitada, sendo possível emitir laudos a partir de múltiplos dispositivos Holter em uma única estação de trabalho. Dessa forma, a utilização de **um único software de análise plenamente atende** à demanda do órgão, sem prejuízo técnico ou funcional.

Agradecemos o contato.

Atenciosamente,



Fernando Pessoa

Chefe de Núcleo - NCMOB

Contato: (61) 3550-8900 Ramal: 9109

---