

Despacho – IGESDF/DALOG/SUENG/GGENG/GECLI

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

Ao Núcleo de Compras de Equipamento e Imobilizado (NCMOB),

Com vistas

À Gerência Geral de Engenharia (GGENG),

Assunto: Aquisição de Equipo/Cadeira Oftalmológica

1. Trata-se do processo de Aquisição de **Equipo/Cadeira Odontológica** de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes no Elemento Técnico nº 1273/2024 (142004782) e no Plano de Trabalho da Unidade de Odontologia e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital de Base do Distrito Federal (135331343) para atender as necessidades do IGESDF.

2. Em atenção ao Memorando Nº 92/2025 - IGESDF/SUCON/GGADM/GCOMP/NCMOB (163849658) que solicita parecer técnico, pautado em estrita consonância à descrição/conformidade (características/especificações técnicas) e da documentação de habilitação técnica do objeto com relação as exigências contidas no Edital nº 1273 (161667015).

3. Considerando que de acordo com o Memorando Nº 92/2025 - IGESDF/SUCON/GGADM/GCOMP/NCMOB (163849658), foi solicitada a análise para a emissão do **parecer técnico** junto ao portal de compras Apoio Cotações.

4. Considerando que o processo passou pelas fases de Relação Nominal (163490738) e Resultado Preliminar (163490850), cujas publicações ocorreram em 18/02/2025, e que avançou para a fase de negociação (163754725), tendo como primeiro colocado o fornecedor **DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, em 20/02/2025, sem a emissão do Parecer Técnico, essa GECLI analisou apenas a proposta negociada da referida empresa.

5. À saber, o Quadro 1 encontra-se no item 2 do Edital nº 1273 (161667015) e está transcrito abaixo:

"[...]"

Quadro 1 - Quantitativo de equipamentos a serem locados

ITEM	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANT. A SER ADQUIRIDA
		1. EQUIPO/CADEIRA ODONTOLÓGICA 1.1 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, AMBIDESTRA, ACIONADA POR MOTOR E DUTOR DE BAIXA TENSÃO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATÍVEL 90°, PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL COM ACIONAMENTO DO REFLETOR, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, VOLTA A ZERO E POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS		

PELO PROFISSIONAL.

1.2 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICO.

1.3 - REFLETOR COM SISTEMA ÓPTICO COM 5 LEDS: 3 LEDS DE COR BRANCA + 2 LEDS DE COR AMARELA E QUATRO INTENSIDADES DE LUZ - LUZ BRANCA: 15.000, 25.000 E 35.000 LUX E LUZ AMARELA: 6.500 LUX.

1.4 - EQUIPO TIPO CART, CONTENDO:

1.4.1 - 01 SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL,

1.4.2 - 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO E

1.4.3 - 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO.

1.4.4 - PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO.

1.4.5 - MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS;

1.4.6 - SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL;

1.4.7 - TAMPO DE INOX REMOVÍVEL, PUXADOR BILATERAL.

1.4.8 - ESTRUTURA DO CONJUNTO CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV.

1.4.9 - PAINEL DE COMANDOS COM ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES CADEIRA. SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA DAS MANGUEIRAS.

1.5 - UNIDADE DE ÁGUA CONTENDO SENSOR DE PROXIMIDADE;

1.6 - CUBA PROFUNDA REMOVÍVEL COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS;

1.7 - SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA;

1.8 - SUGADOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) E TERMINAL SUGADOR PARA BOMBA DE VÁCUO;

1.9 - UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°;

1.10 - RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE.

2. GARANTIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

->A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES, A CRITÉRIO DO IGESDF. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO

1

8978

UNIDADE

3

PARA ENTREGA CONSTARÁ NA ORDEM DE FORNECIMENTO.

-> A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/ FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARA CONFIRMAÇÕES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.

[...]"

6. Na alçada técnica, também deve ser considerado o Item 3 - DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS, conforme disposto no documento do Edital nº 1273 (161667015):

" [...]

3.19.3.1 Habilitação Técnica:

3.19.3.1 Deverão ser apresentados os seguintes documentos de Habilitação Técnica:

3.19.3.2 Registro ou cadastro dos produtos, ou dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) ou Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

3.19.3.3 Ficará a cargo do Fornecedor, provar que o produto objeto do Ato Convocatório não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária, quando for aplicável.

3.19.3.4 Alvará Sanitário/Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedidos pela Vigilância Sanitária Municipal, Estadual ou Distrital de acordo com a sede do fornecedor.

3.19.3.5 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quando aplicável.

3.19.3.6 Comprovação de Assistência Técnica no Território Nacional, que poderá ser a relação de assistências técnicas autorizadas emitida pelo fabricante ou declaração do fabricante informando o atendimento na região de instalação do equipamento.

[...]"

7. Nestes termos, os documentos técnicos analisados por essa GECLI, extraídos do portal de Compras Apoio Cotações são:

Documentos:	Dental Alta Mogiana Comércio de Podutos Odontológicos LTDA
Habilitação Técnica	163755096
Proposta	163755096
Catálogo/Prospectos	163755874

8. Após análise minuciosa e fundamentada das propostas, apresenta-se em quadro resumo abaixo. Destaca-se que, considerando que a análise foi feita considerando os documentos anexados ao processo SEI.

DADOS GERAIS DA ANÁLISE TÉCNICA

Edital de Chamamento nº	EDITAL N.º 1273 (161667015)
Objeto	Aquisição de Equipo/Cadeira Odontológica
Processo SEI	04016-00027766/2024-07
Nº Cotação Apoio	1153818
Criado em	03/02/2025
Lançado em	03/02/2025
Vencimento	17/02/2025
Data da análise	24/02/2025
ANÁLISE TÉCNICA	
Dados da Proposta	
Empresa	Dental Alta Mogiana - Comércio de Produtos Odontológicos LTDA
CNPJ	05.375.249/0001-03
ITEM 3 - EQUIPO/CADEIRA ODONTOLÓGICA	R\$ 14.591,69 (quatorze mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)
Quantidade	03
Valor total da Proposta	R\$ 43.775,07 (quarenta e três mil setecentos e setenta e cinco reais e sete centavos)
Prazo de entrega	60 dias corridos, contados a partir do envio da ordem de fornecimento
Garantia	24 (vinte e quatro) meses
Itens Analisados - Referente à Habilitação Técnica	
9.1.3.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)	Ok
9.1.3.2 - Alvará Sanitário ou Licença Sanitária / Licença de Funcionamento	Ok
Itens Analisados - Referente à Proposta Negociada	
Proposta	Ok
Registro ANVISA	Ok
Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT)	Ok

9. Deste modo, considerando a **ANÁLISE TÉCNICA** foi realizada de acordo com o descrito no Elemento Técnico nº 1273/2024 - RETIFICADO (142004782), conforme tabela abaixo:

Item	Descritivo Técnico	Análise Técnica
1	Cadeira odontológica com movimentos automáticos	Atende às características técnicas solicitadas
2	Ambidestra	Atende às características técnicas solicitadas
3	Acionada por motorreductor de baixa tensão com baixo nível de ruído	Atende às características técnicas solicitadas
4	Braço de apoio para paciente rebatível em 90°	Atende às características técnicas solicitadas
5	Pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor	Atende às características técnicas solicitadas
6	Estrutura em aço maciço com tratamento anticorrosivo	Atende às características técnicas solicitadas
7	Capas em ABS injetado com proteção anti-UV	Atende às características técnicas solicitadas
8	Movimentação do encosto e assento	Atende às características técnicas solicitadas

9	Volta a zero e posições de trabalho programáveis	Atende às características técnicas solicitadas
10	Tensão de alimentação de 220 V ou bivolt automático	Atende às características técnicas solicitadas
11	Refletor com sistema óptico com 05 LEDs (03 LEDs na cor branca + 02 LEDs na cor amarela) e 04 intensidades de luz (Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX; Luz amarela: 6.500 LUX)	Atende às características técnicas solicitadas
12	Equipo tipo cart	Atende às características técnicas solicitadas
	01 seringa tríplex com bico giratório, removível e autoclavável	Atende às características técnicas solicitadas
	01 terminal sem spray para baixa rotação	Atende às características técnicas solicitadas
	01 terminal sem spray para alta rotação	Atende às características técnicas solicitadas
	Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão	Atende às características técnicas solicitadas
	Mangueiras arredondadas e flexíveis	Atende às características técnicas solicitadas
	Suporte das pontas com acionamento pneumático individual	Atende às características técnicas solicitadas
	Tampo em inox removível	Atende às características técnicas solicitadas
	Puxador bilateral	Atende às características técnicas solicitadas
	Estrutura do conjunto construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV	Atende às características técnicas solicitadas
	Painel de comandos com acionamento das funções da cadeira	Atende às características técnicas solicitadas
13	Sistema de desinfecção interna das mangueiras	Atende às características técnicas solicitadas
	Unidade de água contendo sensor de proximidade	Atende às características técnicas solicitadas
25	Cuba profunda removível com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos	Atende às características técnicas solicitadas
26	Sistema de regulagem da vazão da água	Atende às características técnicas solicitadas
27	Sugador de saliva a ar (sistema venturi) e terminal sugador para bomba de vácuo	Atende às características técnicas solicitadas
28	Unidade de água e cuba rebatível em 90°	Atende às características técnicas solicitadas
29	Reservatórios translúcidos para água das peças de mão e seringa tríplex	Atende às características técnicas solicitadas
30	Garantia de 02 (dois) anos	Atende às características técnicas solicitadas

10. Deste modo, considerando a **ANÁLISE TÉCNICA** apresentada, a empresa Dental Alta Mogiana - Comércio de Produtos Odontológicos LTDA atende a todos os requisitos solicitados no Edital nº 1273

(161667015) e no Elemento Técnico nº 1273/2024 (142004782).

11. Conforme solicitado pelo Núcleo de Contratação de Serviços (NUCSE) no Memorando Nº 92/2025, informamos que a emissão do parecer técnico junto ao portal de compras Apoio Cotações ID: 1153818 foi realizada, conforme Parecer Técnico Cotação nº 1153818 (164102624).

12. Ressalta-se que, considerando que a análise solicitada é de **caráter técnico, limitada às exigências contidas no Elemento Técnico nº 1273/2024 (142004782)**, os documentos referentes à habilitação jurídica, financeira e demais documentos necessários exigidos no Edital nº 1273 (161667015) **não foram analisados por essa GECLI**, devendo ser encaminhados para os setores competentes.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **VITOR OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - Matr.0001637-5, Gerente**, em 25/02/2025, às 13:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA MAYUMI GUEDES FUKUOKA - Matr.0001705-4, Assessor(a) Técnico(a)**, em 25/02/2025, às 13:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **164053872** código CRC= **59C89595**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHS - Área Especial, Q. 101 - Bairro Asa Sul - CEP 70.335-900 -
Telefone(s):
Sítio - igesdf.org.br