

1. OBJETO:

A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS PEDIÁTRICOS (UCIP).

2. ESPECIFICAÇÕES:

- 2.1. PRAZO DE ENTREGA CONTEMPLA O TEMPO NECESSÁRIO PARA FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO OBJETO ATÉ O LOCAL INDICADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 2.2. CASO O FORNECEDOR OPTE POR DISPONIBILIZAR O EQUIPAMENTO BACKUP TERÁ O **PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS**, A CONTAR DA DATA DE SUA INSTALAÇÃO PARA REALIZAR A ENTREGA DEFINITIVA.
- 2.3. ENTREGA DAS 9H ÀS 17H - A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA.
- 2.4. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES, A CRITÉRIO DO IGESDF. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO PARA ENTREGA CONSTARÁ NA ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 2.5. LOCAL DE ENTREGA: **HRSM: ENDEREÇO AC 102, BLOCOS, CONJ. A/B/C, CEP: 72.502-100 – SANTA MARIA -DF.**
- 2.6. A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARA CONFIRMAÇÕES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS:

ITEM	CÓDIGO MV	ESPECIFICAÇÃO ITEM	QTD.
7	15489	FLEBOSCÓPIO AJUSTÁVEL PARA MODO NEO, PEDIÁTRICO E ADULTO 1. ESPECIFICAÇÃO: 1.1 Com localizador de veias; 1.2 Preferível com suporte pedestal; 1.3 No mínimo 03 (três) níveis de profundidade; 1.4 Faixa de profundidade: no mínimo aproximadamente 2mm a 5mm; 1.5 Cores de exibição: no mínimo 02 (duas); 1.6 Tempo de duração da bateria: no mínimo 90 minutos; 1.7 Fonte de alimentação: BIVOLT ou 220 v 60 HZ; 1.8 Manual de instrução e instalação em Português. 2. DEVE ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: 2.1 01 (um) estojo pra transporte; 2.2 01 (um) carregador (caso aplicável); 2.3 No mínimo 01 (uma) bateria sendo preferíveis 02 (duas) baterias.	01 UNID