

1. OBJETO:

A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS PEDIÁTRICOS (UCIP).

2. ESPECIFICAÇÕES:

- 2.1. PRAZO DE ENTREGA CONTEMPLA O TEMPO NECESSÁRIO PARA FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO OBJETO ATÉ O LOCAL INDICADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 2.2. CASO O FORNECEDOR OPTE POR DISPONIBILIZAR O EQUIPAMENTO BACKUP TERÁ O **PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS**, A CONTAR DA DATA DE SUA INSTALAÇÃO PARA REALIZAR A ENTREGA DEFINITIVA.
- 2.3. ENTREGA DAS 9H ÀS 17H - A CRITÉRIO DO IGESDF, PODERÁ SER ESTABELECIDO PRAZO SUPERIOR DE ENTREGA.
- 2.4. DURANTE A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O LOCAL DE ENTREGA PARA FORNECIMENTO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES, A CRITÉRIO DO IGESDF. NESTE CASO, O NOVO ENDEREÇO PARA ENTREGA CONSTARÁ NA ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 2.5. LOCAL DE ENTREGA: **HRSM: ENDEREÇO AC 102, BLOCOS, CONJ. A/B/C, CEP: 72.502-100 – SANTA MARIA - DF.**
- 2.6. A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS PRODUTOS E MANUAL DO USUÁRIO PARA CONFIRMAÇÕES DOS REQUISITOS SOLICITADOS.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS:

ITEM	CÓDIGO MV	ESPECIFICAÇÃO ITEM	QTD.
9	9184	OFTALMOSCÓPIO DIRETO LED. 1. ESPECIFICAÇÃO: 1.1 Oftalmoscópio clínico com iluminação direta e capacidade de visualização do fundo do olho, retina e outras estruturas oculares. 2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2.1 Iluminação a partir lâmpada LED de luz branca e alta intensidade, com vida útil mínimo 20.000 horas; 2.2 Portátil, leve e ergonômico; 2.3 Disco de abertura com no mínimo 05 (cinco) posições, com filtro verde, livre de vermelho, para redução de reflexos da córnea; 2.4 Óptica selada contra infiltração de poeira e mostrador iluminado; 2.5 Lentes de focalização com uma faixa de -20 a +20 dioptrias; 2.6 Acionamento através de botão liga/desliga integrado e regulador de intensidade de luz; 2.7 Alimentação por bateria recarregável; 2.8 Cabo recarregável de material rígido e resistente a impactos; 2.9 Cabeça produzida em material resistente a impactos; 3. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 3.1.1 01 (uma) bateria ou conjunto de baterias recarregável; 3.1.2 01 (uma) lâmpada LED extra; 3.1.3 01 (um) carregador de baterias ("DOCKING STATION") - BIVOLT automático ou 220V – 60 HZ. DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE OU COMPROVAÇÃO DE QUE O MESMO É ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.	01 UNID