Outlook

RE: IGESDF - DILIGÊNCIA ABERTA - EDITAL Nº 67/2025 - APOIO Cotação 1331863

De CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Data Qui, 05/03/2026 17:09
Para Katherine Genelhoud <gestao@brakko.com.br>; licitacao@brakko.com.br <licitacao@brakko.com.br>; contato@brakko.com.br <contato@brakko.com.br>; Anderson Santos <vendasdf5@brakko.com.br>; Marcello - Brakko <marcelochagas@brakko.com.br>; Bruno Silva <ger.comercial2@brakko.com.br>
Cc CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>

Prezados (as),

Segue abaixo, retorno do recurso administrativo emitido pela Gerência Geral de Engenharia:

De acordo com o explicitado no Despacho, a desclassificação da empresa BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA foi motivada pela variação de 2mm no limite inferior de profundidade do foco.

Por se tratar de uma característica relacionada à usabilidade do equipamento, os autos foram encaminhado para a Diretoria d Atenção à Saúde para análise.

Assim, a Diretoria de Atenção à Saúde, se manifestou, a partir do Despacho, informando que a variação não interfere no uso assistencial do equipamento:

> 3. No tocante aos aspectos técnicos assistenciais, o Serviço de Otorrinolaringologia esclarece que o Elemento Técnico foi elaborado com base no descritivo do equipamento Video-Rinolaringoscópio, o qual já possuía descritivo padronizado no âmbito da SES/DF, sob o código SES nº 389503, adotado originalmente com o objetivo de agilizar o processo de aquisição, ainda no ano de 2021.
>
> 4. Destaca-se que tais descritivos padronizados contêm parâmetros aproximados, não se tratando de medidas absolutas, admitindo-se pequenas variações técnicas que, em regra, não comprometem o desempenho funcional do equipamento. Ademais, a evolução tecnológica dos equipamentos médicos faz com que descritivos mais antigos nem sempre reflitam, de forma literal, as especificações de modelos mais modernos, sem que isso implique perda de qualidade assistencial.
>
> 5. Nesse sentido, o Serviço de Otorrinolaringologia informa por meio do Memorando 206, que a diferença de 2 mm na profundidade de foco é tecnicamente desprezível, não comprometendo a qualidade da imagem, a nitidez do exame ou a finalidade diagnóstica do procedimento. Ressalta-se, ainda, que o endocoupler da câmera permite compensações de foco significativamente superiores a essa variação, o que reforça a plena adequação funcional do equipamento ofertado.
>
> 6. O equipamento apresentado foi projetado especificamente para a realização do exame de rinolaringoscopia flexível, que constitui exatamente o objeto da presente aquisição, atendendo, portanto, de forma satisfatória e segura, às necessidades assistenciais do serviço.

7. Registra-se, por fim, que mais de 3.700 crianças encontram-se atualmente na fila de espera para realização do exame de rinolaringoscopia flexível no Hospital de Base do Distrito Federal, situação diretamente relacionada à demora na aquisição do equipamento, com impactos relevantes sobre o diagnóstico, o acompanhamento clínico e a continuidade do cuidado.

8. Diante desse contexto, sob a ótica assistencial, esta Diretoria reafirma que a necessidade permanece, e corrobora com o prosseguimento da compra, entendendo que a medida se mostra necessária, oportuna e alinhada ao interesse público, com vistas a mitigar riscos de desassistência, reduzir a demanda reprimida e restabelecer, em tempo oportuno, a plena oferta do procedimento à população atendida pelo IGESDF.

9. Assim, manifesta-se favoravelmente à adoção das providências cabíveis por essa DILOG, em conjunto com as áreas técnicas competentes, para a continuidade do processo de aquisição, observadas as deliberações administrativas e técnicas pertinentes.

Dessa forma, sanado o esclarecimento pela DIASE, não há pendências na análise que resulte na desclassificação da empresa BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

Informamos que o recurso administrativo foi acolhido e deferido pela área responsável, e que a Ata Final foi publicada no site do IGESDF.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 8857

De: Katherine Genelhoud <gestao@brakko.com.br>
Enviado: quarta-feira, 29 de outubro de 2025 17:50
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: ENC: IGESDF - DILIGÊNCIA ABERTA - EDITAL Nº 67/2025 - APOIO Cotação 1331863

Boa tarde!

Em complementação às tratativas anteriores, informamos que houve uma **demora no envio da carta técnica**
por parte do fabricante Karl Storz, motivo pelo qual o encaminhamento está sendo realizado neste momento.

Conforme o documento anexo, dessa forma, entende-se que o intervalo de 5–50 mm **encontra-se dentro da**
tolerância técnica aceitável, atendendo integralmente à finalidade diagnóstica **sem qualquer prejuízo**
funcional, operacional ou de qualidade de imagem.

Assim, conforme a carta técnica anexa, reforçamos que o produto ofertado **atende plenamente a todos os questionamentos técnicos anteriormente levantados por este Instituto**.

Resumidamente, temos:
Não foram localizadas informações referentes ao comprimento total 500 - 550mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao comprimento do flexível 300mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao diâmetro do flexível de 3,2 - 3,5mm - atende
Não foram localizadas informações referentes ao diâmetro da ponta de 3,2 - 3,5mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de visão 70º - 90º; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de deflexão (cima) 100º - 150º; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de deflexão (baixo) 80º - 140º; - atende
Não foram localizadas informações referentes a profundidade de foco 3-50mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes a iluminação em 2 pontos ou circular. - atende

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Katherine Genelhoud
Supervisora Administrativa
Telefone: 61 3349-7006 – Ramal 2515
Celular: 61 99671-6769
Site: www.brakko.com.br
E-mail: gestao@brakko.com.br

Como está o meu atendimento? Por favor, envie comentários / sugestões / Reclamações para nossa Equipe de Qualidade, através do e:mail: qualidade@brakko.com.br

---

De: Katherine Genelhoud
Enviada em: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 10:18
Para: emendas.propostas@igesdf.org.br
Assunto: ENC: IGESDF - DILIGÊNCIA ABERTA - EDITAL Nº 67/2025 - APOIO Cotação 1331863

Bom dia!

Segue o descritivo do produto 11101RPK2 e em anexo, a instrução de uso.

Rinofaringolaringofibroscópio,
deflexão para cima/para baixo 180°/90°,
direção visual 0°, ângulo de abertura
70°, 3,5 mm de Ø externo, 30 cm de
comprimento útil,

Com isso, ei já consigo afirmar:
Não foram localizadas informações referentes ao comprimento total 500 - 550mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao comprimento do flexível 300mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao diâmetro do flexível de 3,2 - 3,5mm - atende
Não foram localizadas informações referentes ao diâmetro da ponta de 3,2 - 3,5mm; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de visão 70º - 90º; - atende
Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de deflexão (cima) 100º - 150º; - **supera - até 180º - é um problema?**
Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de deflexão (baixo) 80º - 140º; - atende
Não foram localizadas informações referentes a profundidade de foco 3-50mm;
Não foram localizadas informações referentes a iluminação em 2 pontos ou circular.

Estou buscando as duas últimas informações.

Katherine Genelhoud
Supervisora Administrativa
Telefone: 61 3349-7006 – Ramal 2515
Celular: 61 99671-6769
Site: www.brakko.com.br
E-mail: gestao@brakko.com.br

Como está o meu atendimento? Por favor, envie comentários / sugestões / Reclamações para nossa Equipe de Qualidade, através do e:mail: qualidade@brakko.com.br

---

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 1 de outubro de 2025 17:56
Para: Katherine Genelhoud <gestao@brakko.com.br>
Cc: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: IGESDF - DILIGÊNCIA ABERTA - EDITAL Nº 67/2025 - APOIO Cotação 1331863

Prezados (a),
Informamos que foi aberta diligência técnica referente ao processo de aquisição de **NASOFIBROSCÓPIO FLEXÍVEL**.

Considerando as características e informações do equipamento constantes nos documentos comprobatórios da empresa **BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** (182655972), **foram identificadas as seguintes divergências**:

Não foram localizadas informações referentes ao comprimento total 500 - 550mm;

Não foram localizadas informações referentes ao comprimento do flexível 300mm;

Não foram localizadas informações referentes ao diâmetro do flexível de 3,2 - 3,5mm

Não foram localizadas informações referentes ao diâmetro da ponta de 3,2 - 3,5mm;

Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de visão 70º - 90º;

Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de deflexão (cima) 100º - 150º;

Não foram localizadas informações referentes ao ângulo de deflexão (baixo) 80º - 140º;

Não foram localizadas informações referentes a profundidade de foco 3-50mm;

Não foram localizadas informações referentes a iluminação em 2 pontos ou circular.

Diante do exposto, conclui-se que o item ofertado pela empresa **BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA** apresenta inconsistências que demandam a abertura de **DILIGÊNCIA** para obtenção de maiores esclarecimentos.

Ficamos no aguardo dos esclarecimentos e envio dessas informações.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Rosemary Candida da Silva
Analista de Compras
Gerência de Compras de Equipamentos e Imobilizado - GECEI
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB

✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 Ramal 9128