Outlook

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO SOLICITAÇÃO N 7938

De leudi@quality.med.br <leudi@quality.med.br>
Data Qua, 07/01/2026 10:02
Para CX - COMPRAS MATERIAIS <compras.materiais@igesdf.org.br>
Cc Adriana Santana <adriana@quality.med.br>

1 anexo (7 MB)
Catálogo Blenta 2024.pdf;

Prezados, bom dia.

Venho, por meio deste, informar sobre a publicação da Ata de Registro da Cotação nº **1409944**, referente à Solicitação nº **7938 – Máscara CJ para fornecimento de pressão de ar positiva N4, não estéril**.

Informo que a marca vencedora, **BLENTA**, não confecciona esse tamanho. Encaminho, em anexo, o catálogo para conferência, conforme página **22**.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

QUALITY MED

Hospitalar


LEUDIANA FRANÇA

CONSULTORA DE NEGÓCIOS

(62) 2020-8888
(62) 99256-0065

www.quality.med.br

leudi@quality.med.br





Catálogo
2024/25

BLENTA



Respeito a vida e respeito *a quem cuida dela.*

A Blenta Medical está comprometida em oferecer produtos de qualidade e confiáveis, contribuindo para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos e laboratoriais e, principalmente, para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Estamos constantemente buscando a excelência e a satisfação de nossos clientes e parceiros.

Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade durante todo o processo de fabricação, desde a seleção de matérias-primas até o produto final. Utilizamos técnicas avançadas de controle de qualidade, como testes de esterilidade e de segurança, para garantir que nossos produtos sejam seguros e eficazes.

Além disso, cumprimos todas as regulamentações e normas aplicáveis ao setor, tanto nacional quanto internacionalmente, como as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e certificações ISO, entre outras.

BLENTA

Índice

ACESSO VASCULAR 04

VIAS DIGESTIVAS 16


VIAS RESPIRATÓRIAS 21

VIAS URINÁRIAS 23

DRENAGEM 24

CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN

CÓD. 5002



- Mono lúmen poliuretano, grau médico radiopaco;
- Marcações centimetradas por toda sua extensão (4cm a 24cm);
- Extremidade distal aberta e arredondada;
- Extremidade proximal com conexão luer lock;
- Fácil manuseio e deslizamento ao introduzir.

CATETER 100% POLIURETANO

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (mm)
5002.25	2,5	0,80	0,40	305
5002.35	3,5	1,15	0,60	410
5002.40	4,0	1,40	0,78	410
5002.50	5,0	1,60	0,80	410
5002.60	6,0	2,00	1,00	410

REG. ANVISA Nº 81158510008

CATETER UMBILICAL DUPLO LÚMEN

CÓD. 5001



CATETER
100%
POLIURETANO

PRODUTO
ESTÉRIL
PARA USO
ÚNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (mm)
5001.35-2	3,5	1,30	380
5001.50-2	5,0	1,75	380

- Duplo lúmen de poliuretano grau médico radiopaco;
- Marcações centimetradas por toda sua extensão (4cm a 24cm);
- Extremidade distal aberta e arredondada;
- Extremidade proximal com conexão luer lock em cada uma das vias;
- Fácil manuseio e deslizamento ao introduzir;
- As extensões possuem em seu comprimento um clamp para fechamento.

REG. ANVISA Nº 81158510027

CATETER PICC MONO LÚMEN POLIURETANO

CÓD. 5003/5012



A- 1 Cateter mono lúmen em poliuretano, grau médico radiopaco para inserção endovenosa;

B- 1 introdutor peel - off (bipartido), modelo silflash ou standard;

C- 1 conector safety;

D- 1 garrote hemostático em silicone;

E- 1 pinça em aço inoxidável;

F- 1 fita métrica descartável;

G- 1 clamp para fechamento;

- Marcações centimetradas por toda sua extensão.

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

REG. ANVISA Nº 81158510029 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5012)

REG. ANVISA Nº 81158510018 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5003)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


CÓDIGO	Calibre (FR)	Diâmetro Interno x Diâmetro Externo x Comprimento (mm)	LÚMEN	Prime (Vol. Int ml)	Fluxo (ml/min)	INTRODUTOR Cateter (FR) x Agulha (GA)
5003.01.15-1	1	0,20 X 0,40 X 150	1	0,10	2,0	2,0 x 22
5003.01.20-1	1	0,20 x 0,40 x 200	1	0,10	1,5	2,0 x 22
5003.02.15-1	2	0,30 x 0,62 x 150	1	0,15	10,0	2,0 x 22
5003.02.30-1	2	0,30 x 0,62 x 300	1	0,16	6,5	2,0 x 22
5003.03.30-1	3	0,50 x1,00 x 300	1	0,22	16,5	3,0 x 19
5003.03.60-1	3	0,50 x1,00 x 600	1	0,25	9,5	3,0 x 19
5012.04.60-1	4	0,80 x 1,35 x 600	1	0,40	20,0	4,0 x 17
5012.05.60-1	5	1,05 x 1,65 x 600	1	0,70	20,0	5,0 x 15

*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluído e do comprimento do cateter.

CATETER PICC DUPLO LÚMEN POLIURETANO

CÓD. 5010/5013







PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO



- A- 1 Cateter duplo lúmen poliuretano, grau médico radiopaco para inserção endovenosa;
- B- 1 introdutor peel - off (bipartido), modelo silflash ou standard;
- C- 2 conectores safety;
- D- 1 garrote hemostático em silicone;
- E- 1 pinça em aço inoxidável;
- F- 1 fita métrica descartável;
- G- 1 clamp para fechamento em cada via.
  - Marcações centimetradas por toda sua extensão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


Código	Calibre (FR)	Diâmetro Interno x Externo x Comprimento (mm)	Lúmen	Fluxo* (ml/min)	Prime (Vol. Int ml)	INTRODUTOR Cateter (FR) x Agulha (GA)
5010.02.20-2	2	0,20 (x2) x 0,64 x 200	2	2 x 4,0	0,14	2,0 x 22
5010.02.30-2	2	0,20 (x2) x 0,64 x 300	2	2 x 3,0	0,15	2,0 x 22
5010.03.50-2	3	0,30 (x2) x 0,95 x 500	2	2 x 11,0	0,21	4,0 x 17
5013.04.60-2	4	0,40 (x2) x 1,40 x 600	2	2 x 20,0	0,25	5,0 x 15

*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluído e do comprimento do cateter.

REG. ANVISA Nº 81158510028 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5013)
REG. ANVISA Nº 81158510030 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5010)

CATETER PICC MONO LÚMEN SILICONE

CÓD. 5004/5011



A- 1 Cateter mono lúmen em silicone, grau médico radiopaco para inserção endovenosa;

B- 1 introdutor peel - off (bipartido), modelo silflash ou standard;

C- 1 conector safety;

D- 1 garrote hemostático em silicone;

E- 1 pinça metálica;

F- 1 fita métrica descartável;

G- 1 prolongador/extensor com clamp para fechamento.

- Asa de sutura em silicone, de fácil adaptação;
- Marcações centimetradas por toda sua extensão.

CATETER 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

REG. ANVISA Nº 81158510033 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5011)
REG. ANVISA Nº 81158510034 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5004)


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Calibre (FR)	Diâmetro Interno x Externo x Comprimento (mm)	Lúmen	Fluxo* (ml/min)	Prime (Vol. Int ml)	INTRODUTOR Cateter (FR) x Agulha (GA)
5004.19.50-1	1,9	0,28 x 0,60 x 500	1	2,0	0,23	2,0 x 22
5004.02.30-1	2,0	0,30 x 0,62 x 300	1	3,5	0,22	2,0 x 22
5004.03.50-1	3,0	0,50 x1,00 x 500	1	20,0	0,25	3,0 x 19
5011.04.65-1	4,0	0,75 x 1,40 x 650	1	20,0	0,50	4,0 x 17
5011.05.65-1	5,0	0,80 x 1,70 x 650	1	20,0	0,65	5,0 x 15

*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidddae de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluído e do comprimento do cateter.

INTRODUTOR PELL OFF (BIPARTIDO)

CÓD. 5006/5007



A- Agulha introdutora em aço inox com extremo distal em bisel;

B- Cateter em Polietileno de alta densidade radiopaco;

C- Aletas laterais para abertura da bainha (bipartido);

D- Cilindro central de polímero rígido transparente para visualização do refluxo sanguíneo com tampa porosa.

Modelo Silflash: possui orifício lateral que permite visualizar o retorno venoso e cateter transparente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Calibre (FR)	Calibre (GA)	Modelo	Diâmetro Interno x Externo (mm)
5006.02-8	2,0	22	SIFLASH	0,76 x 1,12
5006.03-8	3,0	19	SIFLASH	1,12 x 1,47
5007.04-7	4,0	17	STANDARD	1,52 x 1,88
5007.05-7	5,0	15	STANDARD	1,88 x 2,24


*Velocidade de fluxo por gravidade com água purificada. A velocidade de fluxo pode variar dependendo da viscosidade do fluído e do comprimento do cateter.

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

REG. ANVISA Nº 81158510022 / COM INTRODUTOR STANDARD (COD. 5007)
REG. ANVISA Nº 81158510024 / COM INTRODUTOR SIFLASH (COD. 5006)

CONECTOR SAFETY

CÓD. 7001



- Conector de segurança pressão neutra;
- Válvula em silicone grau médico;
- Compatível com conexões Luer Lock e Luer Slip;
- Volume de priming: 0,06 mL;
- Acesso rápido e seguro de todas as vias e infusão;
- Corpo transparente e resistente.

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Pressão	Resistência máxima a pressão (Kpa)	Volume de armazenamento de líquido (ml)	Velocidade de Fluxo (ml/min)
7001-9	Neutra	150	0.06	≤ 300

REG. ANVISA Nº 81158510019

BLENTAPORT / CATETER IMPLANTÁVEL

CÓD. 6001



CATETER 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

A- 1 câmara (reservatório de titânio, com septo de silicone) de baixo perfil;

B- 1 cateter de silicone grau médico radiopaco;

C- 2 conectores de segurança;

D- 1 agulha introdutora;

E- 1 introdutor Peel Away;

F- 1 fio guia em aço com cobertura em nitinol (mandril tipo J);

G- 1 agulha de huber 90 graus;

H- 1 tunelizador angulado;

I- 1 seringa 10ml.

- Marcações centimetradas por toda sua extensão.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	CÂMARA				CATETER			Conector de Segurança	Agulha Introdutora	Introdutor Peel Away		Agulha Huber 90°	Tunelizador	Seringa
	Diâmetro Base (mm)	Diâmetro Septo (mm)	Altura (mm)	Vol. Int. Câmara (ml)	Calibre (FR)	Diâmetro Interno x Externo (mm)	Comprimento (cm)	(FR)	Tamanho Gauge	(FR)	Mandril	Tamanho Gauge x polegada	FR	Tamanho (volume) (ml)
6001.04.10	19	10	7	0,28	4	0,75 x 1,40	60	8 e 9	20 GA x 04	5	Tipo J	22 GA x 3/4	5	10
6001.05.10	19	10	7	0,28	5	0,80 x 1,70	60	8 e 9	20 GA x 04	6	Tipo J	22 GA x 3/4	5	10
6001.05.20	22	12	8	0,43	5	0,80 x 1,70	60	9 e 15	20 GA x 04	6	Tipo J	22 GA x 3/4	5	10
6001.07.20	22	12	8	0,43	7	1,25 x 2,30	60	9 e 15	18 GA x 07	8	Tipo J	22 GA x 1	7	10
6001.07.30	28	14	10	0,64	7	1,25 x 2,30	60	15 e 16	18 GA x 07	8	Tipo J	22 GA x 1	7	10
6001.09.30	28	14	10	0,64	9	1,50 x 3,00	60	15 e 16	18 GA x 07	10	Tipo J	22 GA x 1	9	10

REG. ANVISA Nº 81158510031

CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)

CÓD. 5016



A- 1 cateter venoso central duplo lúmen em poliuretano, termoplástico e radiopaco;

B- 1 dilatador;

C- 1 seringa de 5ml valvulada (Raulerson);

D- 1 agulha introdutora;

E- 1 fio guia em aço com cobertura em nitinol (mandril tipo J);

F- 2 conectores valvulados de segurança;

G- 2 fixadores tipo borboleta;

H- 1 clamp para fechamento em cada via.

- Cateter flexível, marcações centimetradas por toda sua extensão e ponta arredondada;
- Extremidade proximal com conexão luer lock em cada uma das vias.

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

CATETER 100% POLIURETANO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Calibre (FR)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento Cateter (cm)	Dilatador	Agulha Introdutora (GA)	Fio Guia	Taxa de fluxo médio distral (ml/min)	Taxa de fluxo médio distral (ml/min)
5016.04.13-2	4	1,4	13	5.5F x 6cm	20	0.018" x 50cm	13	13
5016.05.13-2	5	1,7	13	6 F x 7cm	20	0.021" x 50cm	24	22
5016.07.20-2	7	2,4	20	8F x 10cm	18	0.035" x 60cm	77	35
5016.07.30-2	7	2,4	30	8F x 10cm	18	0.035" x 70cm	68	28

Formato de lúmen - Cateter




4 FR 5 FR 7 FR

REG. ANVISA Nº 81158510042

CATETER PARA HEMODIÁLISE DE CURTA PERMANÊNCIA

CÓD. 5015



A- 1 cateter de hemodiálise duplo lúmen em poliuretano com clamp oclusor;

B- 2 dilatadores;

C- 1 fio guia em aço com cobertura em nitinol (mandril tipo J);

D- 1 seringa de 5ml valvulada (Raulerson);

E- 1 agulha introdutora;

F- 1 Bisturi Safety;

G- 1 Gase (adesivo de fixação).

- Cateter flexível, marcações centimetradas por toda sua extensão e ponta arredondada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Calibre (FR)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento Cateter (cm)	Dilatador	Agulha Introdutora (GA)	Fio Guia
5015.115.15-2	11,5	3,8	15	FR 10 X15 FR 12 X15	17	0.038" x 50cm
5015.115.20-2	11,5	3,8	20	FR 10 X15 FR 12 X15	17	0.038" x 50cm
5015.12.15-2	12	4	15	FR 10 X15 FR 12 X15	17	0.038" x 50cm
5015.12.20-2	12	4	20	FR 10 X15 FR 12 X15	17	0.038" x 60cm


PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

CATETER 100% POLIURETANO

REG. ANVISA Nº 81158510035

AGULHA DE HUBER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

CÓD. 5017



O mecanismo de segurança da agulha Huber é ativado manualmente durante a remoção da agulha objetivando a prevenção de acidente com material perfuro cortante durante seu uso.
Linha central com resistência a alta pressão de 325psi.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


Código	Calibre (GA)	Comprimento da agulha	Cor
5017.20.20	20	20mm	Borboleta: Amarela
5017.20.25	20	25mm	Borboleta: Amarela
5017.22.20	22	20mm	Borboleta: Preta
5017.22.25	22	25mm	Borboleta: Preta

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

REG. ANVISA Nº 81158519021

CONJUNTO INTRODUTOR PARA MICRO PUNÇÃO BLENTA

CÓD. 5018



A- 1 Agulha introdutora 21 GA;
B- 1 Fio guia em aço com cobertura em nitinol (mandril tipo J);
C- 1 Micro introdutor Peel Away;
D- 1 Bisturi Safety.

O Conjunto Introdutor para Micro Punção Blenta é indicado para a introdução percutânea de um fio-guia logo após a punção venosa, através de uma agulha, de forma delicada e progressiva. Sendo removida a agulha e mantido o fio-guia posicionado dentro da veia, com posterior dilatação da pele e subcutâneo para, realizar a introdução do cateter.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Descrição	Agulha	Fio Guia (Polegadas X cm)	Dilatador
5018.15.21.55	Kit de Micropunção 15	21 Ga	0,018' X 55	3,5FR
5018.17.21.55	Kit de Micropunção 17	21 Ga	0,018' X 55	4,5FR
5018.19.21.55	Kit de Micropunção 19	21 Ga	0,018' X 55	5,5FR
5018.21.21.70	Kit de Micropunção 21	21 Ga	0,018' X 70	3,5FR
5018.22.21.70	Kit de Micropunção 22	21 Ga	0,018' X 70	4,5FR
5018.23.21.70	Kit de Micropunção 23	21 Ga	0,018' X 70	5,5FR

REG. ANVISA Nº 81158519020

CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA/PEG

CÓD. 2003



A- 1 Sonda 100% de silicone com linha radiopaca e disco de retenção em silicone;

B- 1 Laço flexível multifilamento de fácil utilização;

C- 1 Fio guia metálico e maleável com 150cm;

D- 1 Bisturi Safety;

E- 2 conectores em Y;

F- 1 Clamp de fixação ergonômico;

G- 1 Anel de fixação;

H- 1 Campo cirúrgico estéril e fenestrado;

I- 1 Clamp oclusor de fluxo;

J- 1 Agulha Introdutora 14GA;

K- 1 Alça para polipectomia.

SONDA 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO


REG. ANVISA Nº 81158510015

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	CH/FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (cm)	Agulha Introdutora (GA)
2003.14.70	14	4,70	3,00	70	14
2003.16.60	16	5,30	3,50	60	14
2003.18.60	18	6,00	4,00	60	14
2003.20.60	20	6,70	4,00	60	14
2003.22.90	22	7,30	5,00	90	14
2003.24.60	24	8,00	5,00	60	14

CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA/PEG PLUS

CÓD. 2011



- A- 1 Sonda 100% de silicone com linha radiopaca e disco de retenção em silicone;
- B- 1 Laço flexível multifilamento de fácil utilização;
- C- 1 Fio guia metálico e maleável com 150cm;
- D- 1 Bisturi Safety;
- E- 2 conectores em Y;
- F- 1 Clamp de fixação ergonômico;
- G- 1 Anel de fixação;
- H- 1 Campo cirúrgico estéril e fenestrado;
- I- 1 Agulha Introdutora 14GA;
- J- 1 Agulha 22 GA;
- K- 1 Agulha 26 GA;
- L- 1 Seringa de 10ml;
- M- 1 Clamp oclusor de fluxo;
- N- 1 Tesoura;
- O- 1 Pinça;
- P- 4 Gazes de limpeza;
- Q- 2 Gazes curativo;
- R- 1 Alça para polipectomia.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Diâmetro (FR)	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (cm)
2011.20.60	20	6,70	4,00	60
2011.24.60	24	5,00	5,00	60

REG. ANVISA Nº 81158510026

SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO

CÓD. 2001/2008





GRANDE VARIEDADE DISPONÍVEL DE TAMANHOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Pediátrica				
Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do balão inflado (ml)
2008.12	12	4,00	240	5
2008.14	14	4,70	240	5
2008.16	16	5,30	240	5
2008.18	18	6,00	240	5
2008.20	20	6,70	240	5

Adulto				
Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do balão inflado (ml)
2001.18	18	6,00	240	20
2001.20	20	6,70	240	20
2001.22	22	7,30	240	20
2001.24	24	8,00	240	20


REG. ANVISA Nº 81158510011

TUBO DE EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO E DESCOMPRESSÃO DE BOTÃO GÁSTRICO

CÓD. 2010/ 2012

CÓD: 2010





CÓD: 2012

A- 1 Tubo de extensão para alimentação em bolus com clamp e conector reto;

B- 1 Tubo de extensão para alimentação continua com clamp e conector 90 graus.

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Comp. Tubo de alim. Em bolo (cm)	Comp. Tubo de alim. Continua (cm)	PARA BOTÃO
2010	30	50	2002
2012	30	30	2012

REG. ANVISA Nº 81158510017

BOTÃO GÁSTRICO COM BALÃO

CÓD. 2012



A- 1 Botão Gástrico em silicone com linha radiopaca;

B- 1 Medidor de parede abdominal;

C- 1 Tubo de extensão para alimentação em bolus com clamp e conector reto;

D- 1 Tubo de extensão para alimentação continua com clamp e conector 90 graus;

E- 1 Seringa de 60 ml (60cc) bico cateter;

F- 1 Seringa 5 ml (5cc) bico luer slip.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

BOTÃO 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

Código	Diâmetro (FR)	Comprimento (cm)	Capacidade do Balão			
			Volume do Balão Inflado(ml)	4 ≥ 6	5 ≥ 8	7 ≥ 10
2012	14	1,0/1,2/1,5/1,7/2,0/2,5/2,7/3,0/3,5/4,0	FR.14	X		
2012	16	1,0/1,02/1,5/1,7/2,0	FR.16		X	
2012	18	1,0/1,2/1,5/1,7/2,0/2,5/3,0/4,0	FR.18		X	
2012	20	1,5/1,7/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	FR.20			X
2012	24	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	FR.24			X

REG. ANVISA Nº 81158510038

CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA

CÓD. 1003






SÃO AJUSTÁVEIS E COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NÃO AGRIDE A MUCOSA NASAL

- Cânula 100% silicone translúcida.

CÂNULA 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO



EXTENSÃO EM PVC E CONECTOR DE 150CM COM INTERIOR MOLDADO EM TREVO QUE EVITA SUA FLEXÃO E GARANTE UM FLUXO CONTÍNUO.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento Prolongador (cm)
1003.06	06 (Neonatal)	2,30	1,40	2100
1003.09	09 (Pediátrica)	3,30	2,00	2100

REG. ANVISA Nº 81158510004

SISTEMA CPAP

CÓD. 1002



A- 1 Cânula nasal em 100% Silicone;

B- 2 Tubos corrugados e flexíveis;

C- 1 Tubo de extensor de 40 cm;

D- 1 Fita velcro;

E- 1 Gorro de algodão com ajuste e fixação dos tubos;

F- 5 conectores para variados tipos de equipamentos e ventiladores;

G- 1 Cinta hidrocoloide;

H- 1 Tampa luer lock;

I- 1 Linha de monitoramento de pressão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	FR	TAMANHO	Diâmetro Externo cânulas (orifício nasal) (mm)	Separação entre Cânulas (mm)	Altura Orifício Nasal (mm)	Recomendação segundo peso do paciente
1002.08	08	**00**	2,70	2,70	9,00	Menos de 1000g
1002.10	10	**01**	3,30	2,70	9,00	De 1000 a 1500g
1002.12	12	**02**	4,00	4,00	10,00	De 1500 a 2000g
1002.15	15	**03**	5,00	4,50	12,50	Mais de 2000g


CÂNULA 100% SILICONE

PRODUTO PARA USO ÚNICO

REG. ANVISA Nº 81158510007

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO

CÓD. 4002/4004



BURETA GRADUADA PARA CONTROLE DE DIURESE.

A- Bureta para a medição da urina drenada de 150ml;

B- Conector com ponta de silicone para coleta de amostra e adaptável ao cateter ou sonda;

C- Sonda 100% silicone radiopaco com extremidade fechada, arredondada;

D- Clamp para ocluir ou esvaziar a bureta.

SONDA 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO


INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Volume da Bureta
4002.04	04	1,40	0,75	150 ml
4002.06	06	2,00	1,00	150 ml
4002.08	08	2,70	1,50	150 ml
4004.06	-	-	-	150 ml

REG. ANVISA Nº 81158510009 (CÓD 4002)
REG. ANVISA Nº 81158519001 (CÓD 4004)

CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA | DVE

CÓD. 3004



A- Cateter Ventricular reto;

B- Conector em Y em PVC;

C- Conector intermitente de segurança com válvula em silicone e corpo em policarbonato;

D- Válvula anti-retorno em silicone e corpo em policarbonato;

E- Conector luer lock com tampa;

F- 2 Clamps deslizantes para oclusão;

G- Torneira de 3 vias com porta luer lock fêmea;

H- Bureta de 150 ml equiparada com válvula anti-refluxo;

I- Bolsa coletora graduada com campo para identificação do paciente e capacidade de 800 ml com clamp terminal;

J- Régua graduada em acrílico com escalas de graduação em mmHg e cmH2O;

K- Dispositivo de fixação;

L- Trocarte;

M- Guia (mandril).

CATETER 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS CATETER

Código	Calibre (FR)	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (cm)
3004	9,0	3,00	1,75	30,00

REG. ANVISA Nº 81158510032

DRENAGEM DE CANAL ABERTO E CANAL ABERTO SIMPLES

CÓD. 3001/3005



TUBO IMPLANTADO COM ABSORÇÃO LONGITUDINAL

A- Dreno com extensão de linha radiopaca;

B- Trocarte;

C- Reservatório de 100ml;

D- Tubo extensor;

E- Conector Luer Slip.

- Seção de tubo de Dreno circular (80 cm de comprimento);
- Modelo Canal Aberto composto por: Dreno, trocarte e reservatório;
- Modelo Canal Aberto Simples composto por: Dreno, trocarte, conector luer slip, tubo extensor.

DRENO 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS


Código	FR	Diâmetro Externo do Tubo (mm)	Comprimento Canal Aberto (mm)	Comprimento Total (mm)	Capacidade do Reservatório (cc)	Torcate (FR)
3005.10.100	10	3,30	300	1200	100	10
3001.15.100	15	5,00	300	1200	100	15
3001.19.100	19	6,30	300	1200	100	19
3001.24.100	24	8,00	300	1200	100	24

REG. ANVISA Nº 81158510013 (CÓD. 3001)

REG. ANVISA Nº 81158510016 (CÓD. 3005)

DRENAGEM PLANA

CÓD. 3002



A- Dreno plano com extensão de linha radiopaca;

B- Trocarte;

C- Reservatório.

- Seção plana radiopaca com "multiperfurados";
- Reduz o risco de obstrução por acotovelamento, torção e esmagamento;
- O conjunto inclui drenagem trocarte e reservatório.

DRENO 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Largura do Perfurado (mm)	Comprimento Perfurado (mm)	Comprimento Total (mm)	Reservatório (ml)	Trocarte
3002.07.100	07	150	750	100	15
3002.10.100	10	200	1100	100	15

REG. ANVISA Nº 81158510014

RESERVATÓRIO

CÓD. 3003



ADAPTÁVEL A TODOS OS
TIPOS DE DRENOS

- 100% silicone transparente;
- Com marcação de volume;
- A flexibilidade e resistência do silicone permitem gerar pressão negativa para a aspiração;
- A transparência e a graduação facilitam a avaliação das características do líquido drenado.

PRODUTO 100% SILICONE

PRODUTO ESTÉRIL PARA USO ÚNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / MODELOS

Código	Volume (ml)
3003.100	100
3003.200	200

REG. ANVISA Nº 81158510013

BLENTA

Respeito a **vida** e respeito a
quem **cuida dela**.

/blentamedical

www.blentamedical.com.br

Alameda Mercúrio, 120
American Park Empresarial
Indaiatuba-SP, Brasil

+55 19 3825 3555
sac@blentamedical.com
fale@blentamedical.com