Relação - IGESDF/DILOG/SULOG/GCOIN/NCOIN

SOLICITAÇÃO Nº 7927/2026

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

RESULTADO PRELIMINAR

ITEM	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO	MENOR VALOR OFERTADO
01	10281	**CATETER BALÃO PARA TAMPONAMENTO UTERINO** **Especificação:** CATETER BALÃO PARA TAMPONAMENTO UTERINO. APLICAÇÃO (FINALIDADE): TRATAR HEMORRAGIA PÓS-PARTO (HPP) POR ATONIA UTERINA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL DE SILICONE MACIO RADIOPACO. TAMANHO/CAPACIDADE: VOLUME CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 500 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONTADO EM SONDA DUPLO LÚMEN, COM 2 VIAS, UMA VIA PARA INSUFLAÇÃO DO BALÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, COM O OBJETIVO DE TAMPONAR O ÚTERO E UMA VIA PARA DRENAGEM DE SANGUE INTRAUTERINO E INFUSÃO DE DROGAS. COMPRIMENTO CATETER: 50 CM +/-5%. ACOMPANHADO DE 02 (DUAS) SERINGAS DE 50 ML E UM CONECTOR PERFURANTE PARA BOLSA DE INFUSÃO COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO. APLICAÇÃO: INTRAUTERINO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ESTÉRIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	R$ 1.195,20
02	107	**CATETER TERAP RENAL HEMOD CURT PERM 9FR CATETER DUPLO LUMEN P/ HEMOD 9FR 12 PED** **Especificação:** CATETER PARA TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, MODELO DUPLO LÚMEN, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO 9 FR , COMPRIMENTO CERCA DE 12, TAMANHO PEDIÁTRICO, TIPO FIXAÇÃO ABA PARA SUTURA E FIXAÇÃO, FIO GUIA METÁLICO DEMARCADO COM PONTA 'J', CLAMPS COM CORES DISTINTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	R$ 282,24

Considerando os subitens 4.1, 4.2 e 4.2.1 do EDITAL Nº **7927/2026**:

> ***4.1.*** *Será efetivada a publicação, no sítio institucional do IGESDF, do resultado preliminar do certame, contendo o menor valor para o objeto.*
>
> ***4.2.*** *Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, no qual todas as concorrentes poderão manifestar interesse em reduzir o valor ofertado para patamar inferior ao vencedor provisório, devendo apresentar, no mesmo prazo, a proposta negociada.*
>
> ***4.2.1.*** *Não será admitida proposta apresentada intempestivamente.*

Documento assinado eletronicamente por **THALLYS CORREIA CARVALHO - Matr.0001303-4**, **Chefe de Núcleo**, em 30/01/2026, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS HENRIQUE AMARAL CARVALHO - Matr.0002078-6**, **Analista II**, em 02/02/2026, às 11:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **193534774** código CRC= **F7061037**.