Outlook

RE: Pedido de Revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega - Edital Nº 17/2026 - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF

De KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Data Qui, 09/04/2026 18:13
Para CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>
Cc Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>; Helder TIRADENTES/MT <vendascba2@tiradentessaude.com.br>; Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>; 'Licitacoes' <licitacoes@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>

Prezado Fornecedor,

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Edital nº 17/2026, para aquisição de Raio-X Fixo e Móvel (Elemento Técnico nº 67), informamos que a demanda foi analisada pela área técnica.

Empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

DA TEMPESTIVIDADE:

- *Considerando o edital, informa-se que o pedido de revisão, esclarecimentos e prorrogação do prazo de entrega foi acolhido intempestivamente, datado de 24 de março de 2026, por estar fora do prazo.*
- *Conforme disposto no Edital nº 17/2026 (Doc. SEI n.º 197478523), item 1.5 — "DO PRAZO PARA ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS":*

  'O período de impugnações, questionamentos técnicos ou esclarecimentos será de 03 (três) dias úteis, entre os dias 16/03/2026 e 18/03/2026.'

  A empresa licitante apresentou pedido de revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega em 24 de março de 2026 (Doc. SEI n.º 198413005), fora do prazo editalício.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO:

ITEM 1: APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO:

Característica Técnica:

- *1.1.4. Equipamento deve ser totalmente digital, possuindo um único registro na ANVISA para todo o conjunto;*

  Alegação: Solicitação de alteração para: 1.1.4. Equipamento deve ser totalmente digital, possuindo um único registro na ANVISA para todo o conjunto, desde que comprovadamente compatíveis entre si.

  Julgamento: ***ACEITO PARCIALMENTE.***

  Análise Técnica:

  O argumento de sustentação do pedido não considerou as especificidades do hospital. No entanto, foi reformulado o item no intuito de manter a objetividade e a clareza da exigência.

  Conclusão: *A especificação técnica foi alterada e atenderá à necessidade operacional real da instituição sem prejuízos aos tipos de exames que serão realizados.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação foi* ***ALTERADA para: Equipamento deve ser totalmente digital, possuindo um***

único registro na ANVISA para todo o conjunto ou múltiplos registros para o mesmo CNPJ ou Fabricante.

Característica Técnica:

- *1.1.5. Indicação das funções (kV, mA, mAS) via painel digital.*

  Alegação: Solicitação de remoção do item.

  Julgamento: ***NÃO ACEITO.***

  Análise Técnica:

  O argumento de sustentação do pedido não considerou as especificidades do hospital. No entanto, foi reformulado o item no intuito de manter a objetividade e a clareza da exigência.

  Conclusão: *A especificação técnica foi alterada e atenderá à necessidade operacional real da instituição sem prejuízos aos tipos de exames que serão realizados.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação foi* ***ALTERADA para: Indicação das funções (kV, mA, mAS) via painel digital ou computador do sistema.***

Característica Técnica:

- *1.11.14.9. Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB);*

  Alegação: Solicitação de remoção do item.

  Julgamento: ***NÃO ACEITO.***

  Análise Técnica:

  O argumento de sustentação do pedido não considerou as especificidades do hospital.

  Conclusão: *As especificações técnicas do edital estão fundamentadas em necessidades operacionais reais da instituição.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação* ***MANTÉM-SE INALTERADA em backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB).***

Característica Técnica:

- *1.5.7. Capacidade térmica do cabeçote maior ou igual a 2000 KHU.*

  Alegação: Solicitação de alteração para: 1.5.7. Capacidade térmica do cabeçote maior ou igual a 1250 KHU.

  Julgamento: ***ACEITO.***

  Análise Técnica:

  Os argumentos que fundamentam o julgamento estão dispostos no item 1.2.1.1. deste documento.

  Conclusão: *A especificação técnica foi alterada e atenderá à necessidade operacional real da instituição sem prejuízos aos tipos de exames que serão realizados.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação foi* ***ALTERADA para: capacidade térmica do cabeçote maior ou igual a 1250 KHU.***

Características Técnicas:

- *1.1.7. Acionamento da luz vermelha acima da porta de entrada da sala durante o preparo e exposição de raios x.*
- *1.6.6. Rotação do braço do tubo maior ou igual a 180°.*
- *1.9.12. MTF (Modulation Transfer Function) maior ou igual a 50% em 1 lp/mm.*
- *1.9.16. Caso o detector possua bateria externa, deve ser fornecido 02 (duas) baterias sobressalentes, além das que estiverem em uso.*
- *1.10.1.5. Exposição em andamento (luz vermelha na sala).*

- *1.11.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior, monocromático e recalcitrável.*
- *1.11.3. Disco rígido maior ou igual a 1 TB.*
- *1.11.6. Unidade leitora e gravadora de CD/DVD ou tecnologia superior.*
- *1.11.14.11. Eliminação das linhas de grade.*
- *1.12.7. 01 (um) Indicador luminoso (luz vermelha) instalada acima da porta de entrada da sala para indicação durante o preparo e exposição de raios x.*

Alegações do licitante:

Solicitação de alteração dos seguintes itens para:

- *Item 1.1.7.: Permitir acionamento da luz vermelha acima da porta de entrada da sala durante o preparo e exposição de raios x.*
- *Item 1.6.6.: Rotação do tubo maior ou igual a 180°.*
- *Item 1.9.12.: MTF (Modulation Transfer Function) maior ou igual a 50% em 1 lp/mm ou valor equivalente comprovado em outra frequência espacial, conforme especificação do fabricante.*
- *Item 1.9.16.: Caso o detector possua bateria externa, deve ser fornecido 01 (uma) bateria sobressalente, além das que estiverem em uso.*
- *Item 1.10.1.5.: Permitir exposição em andamento (luz vermelha na sala).*
- *Item 1.11.1.: Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior, e colorido.*
- *Item 1.11.3.: Disco rígido maior ou igual a 256 GB.*
- *Item 1.11.6.: Unidade leitora e gravadora de pendrive ou tecnologia superior.*
- *Item 1.11.14.11. Eliminação das linhas de grade ou suspensão de linhas de grade.*

Julgamento: ***NÃO ACEITO.***

Análise Técnica:

Os argumentos de sustentação dos pedidos não consideraram as especificidades do hospital, além de, em alguns casos, diminuir a capacidade tecnológica do produto.

Conclusão: *As especificações técnicas do edital estão fundamentadas em necessidades operacionais reais da instituição.* ***PEDIDOS INTEMPESTIVOS ESCLARECIDOS****. As especificações* ***MANTÉM-SE INALTERADAS em:***

- *Item 1.1.7.* ***- Acionamento da luz vermelha acima da porta de entrada da sala durante o preparo e exposição de raios x.***
- *Item 1.6.6. -* ***Rotação do braço do tubo maior ou igual a 180°.***
- *Item 1.9.12. -* ***MTF (Modulation Transfer Function) maior ou igual a 50% em 1 lp/mm.***
- *Item 1.9.16. -* ***Caso o detector possua bateria externa, deve ser fornecido 02 (duas) baterias sobressalentes, além das que estiverem em uso.***
- *Item 1.10.1.5. -* ***Exposição em andamento (luz vermelha na sala).***
- *Item 1.11.1. -* ***Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior, monocromático e recalcitrável.***
- *Item 1.11.3. -* ***Disco rígido maior ou igual a 1 TB.***

- *Item 1.11.6. -* ***Unidade leitora e gravadora de CD/DVD ou tecnologia superior.***
- *Item 1.11.14.11. -* ***Eliminação das linhas de grade.***
- *Item 1.12.7. -* ***01 (um) Indicador luminoso (luz vermelha) instalada acima da porta de entrada da sala para indicação durante o preparo e exposição de raios x.***

Características Técnicas:

- *1.6. Características Gerais da Coluna de Raios-X*
  - *1.6.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.*
- *1.7. Características Gerais da Mesa de Exames*
  - *1.7.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.*
- *1.8. Características Gerais do Bucky Mural*
  - *1.8.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.*

Alegações do licitante:

Solicitação de alteração dos seguintes itens para:

- *Item 1.6.: Características Gerais da Coluna de Raios-X*
  - *1.6.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou equivalente.*
- *Item 1.7.: Características Gerais da Mesa de Exames*
  - *1.7.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou equivalente.*
- *Item 1.8.: Características Gerais do Bucky Mural*
  - *1.8.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou equivalente.*

Julgamento: ***ACEITO.***

Análise Técnica:

Os argumentos de sustentação dos pedidos são pertinentes por não trazer dano às especificidades do hospital.

Conclusão: *As especificações técnicas foram alteradas e atenderão às necessidades operacionais reais da instituição sem prejuízos aos tipos de exames que serão realizados.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. As especificações* ***FORAM ALTERADAS para:***

- *Item 1.6. -* ***Características Gerais da Coluna de Raios-X***
  - ***1.6.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou equivalente.***
- *Item 1.7. -* ***Características Gerais da Mesa de Exames***
  - ***1.7.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou equivalente.***
- *Item 1.8. -* ***Características Gerais do Bucky Mural***
  - ***1.8.1. Estrutura em aço ou alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou equivalente.***

Características Técnicas:

- *1.11.11. Console de aquisição dedicado do fabricante.*

Alegação do licitante:

Serão aceitos soluções em que o console seja fornecido, homologado e integrado pelo fabricante do sistema, ainda que seus componentes (como CPU, monitor e periféricos) sejam de terceiros?

Julgamento: ***NÃO ACEITO.***

Análise Técnica:

Aceitar a solicitação contraria a especificação do produto.

Conclusão: *As especificações técnicas do edital estão fundamentadas em necessidades operacionais reais da instituição.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação* ***MANTÉM-SE INALTERADA em console de aquisição dedicado do fabricante.***

ITEM 2: APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL MÓVEL:

Características Técnicas:

- *1.1.6. Interface em português, com tela sensível ao toque (touchscreen).*
- *1.1.14. Autonomia do aparelho maior ou igual a 3 h ou 150 exposições com bateria totalmente carregada.*
- *1.7.5. Caso o detector possua bateria externa, deve ser fornecido 02 (duas) baterias sobressalentes, além das que estiverem em uso.*
- *1.8.1. Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior.*
- *1.8.3. Disco rígido maior ou igual a 1 TB.*
- *1.8.6. Unidade leitora e gravadora de CD/DVD ou equivalente superior.*
- *1.8.7.3. Junção automática ou manual de exames panorâmicos obrigatória.*
- *1.8.7.4. Exportação JPEG para CD/DVD/USB.*

Alegações do licitante:

Solicitação de alteração dos seguintes itens para:

- *Item 1.1.6.: Interface em português e inglês, com tela sensível ao toque (touchscreen).*
- *Item 1.1.14.: Autonomia do aparelho maior ou igual a 3 h, 150 exposições ou 50 ciclos com bateria totalmente carregada.*
- *Item 1.7.5.: Caso o detector possua bateria externa, deve ser fornecido 01 (uma) bateria sobressalente, além das que estiverem em uso.*
- *Item 1.8.1.: Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 1,3 megapixels de resolução, ou superior.*
- *Item 1.8.3.: Disco rígido de 240GB ou maior.*
- *Item 1.8.6.: Unidade leitora e gravadora de Pendrive ou equivalente superior.*
- *Item 1.8.7.3.: Junção automatizada ou manual de exames panorâmicos obrigatória;*
- *Item 1.8.7.4.: Exportação JPEG para Pendrive/USB.*

Julgamento: ***NÃO ACEITO.***

Análise Técnica:

Os argumentos de sustentação dos pedidos não consideram as especificidades do hospital e, ainda, permitem a aquisição de tecnologias inferiores.

Conclusão: *As especificações técnicas do edital estão fundamentadas em necessidades operacionais reais da instituição.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. As especificações* ***MANTÉM-SE INALTERADAS em:***

- *Item 1.1.6. -* ***Interface em português, com tela sensível ao toque (touchscreen).***
- *Item 1.1.14. -* ***Autonomia do aparelho maior ou igual a 3 h ou 150 exposições com bateria totalmente carregada.***
- ***Item*** *1.7.5. -* ***Caso o detector possua bateria externa, deve ser fornecido 02 (duas) baterias sobressalentes, além das que estiverem em uso.***
- *Item 1.8.1. -* ***Monitor LCD maior ou igual a 19 polegadas, com 2 megapixels de resolução, ou superior.***
- *Item 1.8.3. -* ***Disco rígido maior ou igual a 1 TB.***
- *Item 1.8.6. -* ***Unidade leitora e gravadora de CD/DVD ou equivalente superior.***
- *Item 1.8.7.3. -* ***Junção automática ou manual de exames panorâmicos obrigatória.***
- *Item 1.8.7.4. -* ***Exportação JPEG para CD/DVD/USB.***

Característica Técnica:

- *1.6.5. Raio de giro menor ou igual a 1 m para manobra em leitos e corredores.*

Alegação: Solicitação de alteração para: 1.6.5. Capacidade de giro e manobra que permita fácil deslocamento em leitos e corredores

Julgamento: ***ACEITO PARCIALMENTE.***

Análise Técnica:

Os argumentos que fundamentam o item não consideram as especificidades do hospital.

Conclusão: *A especificação técnica foi alterada e atenderá à necessidade operacional real da instituição sem prejuízos aos tipos de exames que serão realizados.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação foi* ***ALTERADA para: raio de giro menor ou igual a 2 m para manobra em leitos e corredores.***

Característica Técnica:

- *1.8.5. Conjunto de mouse e teclado.*

Alegação: Solicitação de remoção do item.

Julgamento: ***NÃO ACEITO.***

Análise Técnica:

O argumento de sustentação do pedido não considerou as especificidades do hospital. No entanto, foi reformulado o item no intuito de manter a objetividade e a clareza da exigência.

Conclusão: *A especificação técnica foi alterada e atenderá à necessidade operacional real da instituição sem prejuízos aos tipos de exames que serão realizados.* ***PEDIDO INTEMPESTIVO ESCLARECIDO****. A especificação foi* ***ALTERADA para: Conjunto de mouse e teclado ou recurso integrado em tela touchscreen.***

DA ANÁLISE GERAL:

De acordo com o Edital nº 17/2026, o descumprimento de prazo editalício é causa de inadmissibilidade formal da impugnação e esclarecimentos.

O prazo de 03 (três) dias úteis (16 a 18/03/2026) é peremptório — não se suspende, nem se interrompe. A apresentação em 24/03/2026 configura intempestividade manifesta (atraso de 6 dias em relação ao prazo final).

DO JULGAMENTO FINAL:

Nos termos do Edital nº 17/2026, pedido de esclarecimento e impugnações apresentadas fora do prazo são inadmissíveis e não geram direito a análise técnica ou administrativa.

*Portanto: **PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO INTEMPESTIVOS ESCLARECIDOS**.*

Reforça-se que esta Gerência de Engenharia Clínica realiza a análise técnica dos itens apresentados, ainda que a solicitação não atenda aos requisitos formais e prazos estabelecidos. Portanto, caberá ao setor competente a avaliação quanto ao reconhecimento e aos efeitos da eventual intempestividade do pedido.

Diante disso, o processo passará por ajustes, com a elaboração de novo Elemento Técnico.

Agradecemos a contribuição e o interesse no certame.

Atenciosamente,

Kellen França
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 ramal 9128 ☎ 61 98359-8423 (Wpp)
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

De: KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Enviado: segunda-feira, 30 de março de 2026 11:56
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>
Cc: Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>; Helder TIRADENTES/MT <vendascba2@tiradentessaude.com.br>; Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>; 'Licitacoes' <licitacoes@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>
Assunto: RE: Pedido de Revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega - Edital Nº 17/2026 - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF

Prezado Fornecedor.

Informamos que o prazo foi prorrogado até o dia **06/04**, para análise dos esclarecimentos apresentados.

Para demais informações e atualizações referentes ao processo, solicitamos o acompanhamento pelo link: SOLICITAÇÃO Nº 17/2026 – AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X FIXO E MÓVEL

Atenciosamente,

Kellen França
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
✉ emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 ramal 9128 ☎ 61 98359-8423 (Wpp)
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal

De: Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>
Enviado: sexta-feira, 27 de março de 2026 09:09
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Cc: Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>; Helder TIRADENTES/MT <vendascba2@tiradentessaude.com.br>; Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>; 'Licitacoes' <licitacoes@tiradentessaude.com.br>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>; KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Assunto: RES: Pedido de Revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega - Edital Nº 17/2026 - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF

Uso Público

Bom dia a todos!

@CX - Emendas Parlamentares e Propostas

Gentileza informar se já há parecer acerca do pedido encaminhado em anexo.

Ressaltamos que o processo está previsto para ocorrer no dia **27/03/2026** e, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência e da razoabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021, necessitamos de prazo hábil para a adequada preparação da documentação técnica e da proposta comercial.

Solicitamos, por gentileza, que a manifestação seja encaminhada, seja ela positiva ou negativa, com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar a adoção das providências cabíveis e evitar prejuízos ao regular andamento do procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Rosangela Sodré
Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação
Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120
P (55 11) 4134-0135 | **(**55 11) 98389-4801
E licitacao@br.medical.canon **/** rosangela.sodre@br.medical.canon | **W** br.medical.canon
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. Made For life

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2026 11:41
Para: Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>; Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>
Cc: Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>; Helder TIRADENTES/MT

<vendascba2@tiradentessaude.com.br>; Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>; 'Licitacoes' <licitacoes@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>; KELLEN CORDEIRO LIMA FRANCA <kellen.franca@igesdf.org.br>
Assunto: RE: Pedido de Revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega - Edital Nº 17/2026 - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
Prioridade: Alta

Prezado Fornecedor,
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.
Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

Equipe de Aquisições - Emendas Parlamentares
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
Gerência de Compras de Equipamentos e Imobilizado - GECEI
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
emendas.propostas@igesdf.org.br
☎ (61) 3550-8900 R

De: Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>
Enviado: terça-feira, 24 de março de 2026 10:34
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Cc: Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon>; Renato Nunes <renato.nunes@br.medical.canon>; Helder TIRADENTES/MT <vendascba2@tiradentessaude.com.br>; Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>; 'Licitacoes' <licitacoes@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>; 'vendascba' <vendascba@tiradentessaude.com.br>
Assunto: Pedido de Revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega - Edital Nº 17/2026 - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF

Uso Público

Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal – IGESDF
Brasília-DF

Edital Nº 17/2026
Processo de compra/contratação
Elemento Técnico Nº 40/2026 - IGESDF/DILOG/SUENG/GGENG/GECLI
COTAÇÃO Nº1477209
www.apoiocotacoes.com.br

Ref.: Pedido de Revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega

Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão de Licitação,

A empresa **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **46.563.938/0014-35**, vem, respeitosamente, à presença desta Comissão, com fundamento no **art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021**, apresentar pedido de **revisão, esclarecimento e prorrogação do prazo de entrega** acerca do **Anexo I - Descritivo Do Equipamento no MV- Item 01: Aparelho de Raio X Digital Fixo e Item 02: Aparelho de Raio X Digital Móvel,** pelos fundamentos técnicos e jurídicos a seguir expostos no documento em anexo.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento deste e-mail e de seu anexo.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Rosangela Sodré
Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação
Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120
P (55 11) 4134-0135 | **(**55 11) 98389-4801
E licitacao@br.medical.canon **/** rosangela.sodre@br.medical.canon | **W** br.medical.canon

