Outlook

RE: Pedido de Esclarecimento Cotação nº 1472477 Edital nº 15/2026

De PEDRO HENRIQUE MENDES NOGUEIRA <pedro.nogueira@igesdf.org.br>
Data Qui, 09/04/2026 15:05
Para licitacao licitacao <licitacao@nexcope.com.br>

Prezados(a), em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa no âmbito do Edital nº 15/2026, referente à Aquisição de Equipamentos de Anatomia Patológica, conforme especificações constantes no Elemento Técnico nº 41.

No âmbito estritamente técnico, esta área apresenta os seguintes esclarecimentos:

Quanto ao primeiro questionamento, referente ao tubo de observação do microscópio, esclarece-se que o Elemento Técnico nº 41/2026 não estabelece exigência expressa de configuração exclusivamente binocular ou trinocular. O descritivo técnico prevê tubo de observação com inclinação ergonômica de até 30°, bem como compatibilidade com acoplamento de câmera para documentação de imagens, esta última prevista como preferência, e não como requisito obrigatório ou excludente. Dessa forma, serão aceitas configurações que atendam às demais especificações técnicas do equipamento, não havendo exigência restritiva quanto à adoção exclusiva de tubo binocular ou trinocular.

Quanto ao segundo questionamento, referente à capacidade do revólver porta-objetivas, esclarece-se que o escopo mínimo do objeto foi estruturado em consonância com o parâmetro adotado no planejamento da aquisição, razão pela qual o descritivo técnico não deve dele se afastar em seus requisitos mínimos essenciais. Nessa perspectiva, mantém-se a exigência de revólver porta-objetivas com capacidade mínima para 4 objetivas, conforme previsto no Elemento Técnico.

Registra-se, contudo, que o próprio Elemento Técnico admite a aceitação de alternativas com características similares, equivalentes ou de qualidade e desempenho superiores, desde que devidamente justificadas por documentação técnica. Assim, caso o fornecedor opte por ofertar equipamento com revólver porta-objetivas com 5 posições, tal configuração será aceita como característica superior, sem qualquer óbice técnico, desde que comprovado o atendimento aos demais requisitos exigidos.

Ainda quanto ao segundo questionamento, esclarece-se que também será considerado atendido o equipamento ofertado com revólver porta-objetivas com 4 posições, desde que seja fornecido com o conjunto completo das 5 objetivas especificadas no descritivo técnico, admitindo-se a substituição manual da objetiva não instalada, procedimento usual em microscópios laboratoriais, sem prejuízo da funcionalidade esperada para a rotina do serviço. Tal entendimento preserva o escopo técnico mínimo originalmente estabelecido, sem restringir indevidamente a competitividade do certame, desde que mantida a entrega integral do conjunto óptico requerido.

Atenciosamente,

IGESDF
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Pedro Henrique M. Nogueira
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
Gerência de Compras Equipamentos e Imobilizado- GECEI
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 ramal 9128

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2026 14:38
Para: licitacao licitacao <licitacao@nexcope.com.br>
Assunto: RE: Pedido de Esclarecimento Cotação nº 1472477 Edital nº 15/2026

Prezados(as),
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.
Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

Pedro Henrique M. Nogueira
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
Gerência de Compras Equipamentos e Imobilizado-GECEI
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 ramal 9128

De: licitacao licitacao <licitacao@nexcope.com.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2026 11:50
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; Alesson Vendas <vendas@nexcope.com.br>
Assunto: Pedido de Esclarecimento Cotação nº 1472477 Edital nº 15/2026

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia.

Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao item 9 (microscópico) da cotação nº 1472477 do edital nº 15/2026.

Com relação ao tubo, deve ser binocular ou trinocular? Essa característica impacta diretamente no preço bem como também no uso do equipamento que vai permitir ou não ser adaptado para utilização com câmera.

Além disso, é muito importante ressaltar que a especificação publicada solicita 5 objetivas de aumentos diferentes (4X - NA 0,10, 10X - NA 0,25, 20X , NA 0,40 (para análise citológica), 40X - NA 0,65 (retrátil), 60X - NA 0,85) sendo que o revólver porta objetivas permite apenas inserir 4 objetivas; ou seja, 1 fica de fora do equipamento não permitindo seu uso. Desta forma a solicitação recomendada seria de um microscópio com revólver de porta objetivas com capacidade para uso simultâneo de 5 objetivas.

Desde já agradecemos a sua atenção e aguardamos o seu retorno para a formulação correta da cotação que atenda as necessidades do IGESDF.

Atenciosamente,
Equipe de Licitações
Nexcope Importação e Exportação Ltda
CNPJ: 32.902.830/0001-09


Nexcope®