ID:	1486490	**Criado em:**	24/03/2026 14:47
Nº do Processo:	04016-00003386/2024-79		
Status Atual:	encerrada		
Título:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES N° 24/2026 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL E SECADORA DE TRAQUEIA		
Justificativa: (Descrição)	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA E 01 (UMA) SECADORA DE TRAQUEIA. O PRAZO DE ENTREGA É DE ATÉ 90 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, PODENDO SER PRORROGADO A CRITÉRIO DO IGESDF EM CASOS EXCEPCIONAIS. AS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 16H, EM LOCAL A SER DEFINIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR ACOMPANHADA DE CATÁLOGOS ORIGINAIS DO FABRICANTE/FORNECEDOR E MANUAL DO USUÁRIO, PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.		
Observação:	SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO		
Condições:	CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.		

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 17/04/2026 às 14:44

Limite do Acolhimento das Propostas: 22/05/2026 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 22/05/2026 às 23:55

Itens do processo:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	16159	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA	1	0,00
2	16160	SECADORA DE TRAQUEIA	1	0,00

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações

1	BAUMER SA 61.374.161/0001-30 (11) 3670-0015 ortopedia.comercial@baumer.com.br	R$ 429.380,00	90 dias	06/08/2026	30 ddl	CIF	ITEM 01 ESTERILIZADOR A VAPOR Modelo HI VAC II - B0110-370P-BR MarcaFabricante Baumer S.A. Procedência Brasil Registro MF-ANVISA 10345500099 ITEM 02 GABINETE DE SECAGEM Modelo EA-34-03 MarcaFabricante Baumer S.A. Procedência Brasil Registro MF-ANVISA 10345500051
2	MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 57.370.564/0001-33 (32) 99990-7642 qualidade.medtrem@gmail.com	R$ 1.000,00	20 dias	30/09/2026	30 ddl	CIF	
3	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29.689.057/0001-21 (16) 98141-2904 psm.assepsia@gmail.com	R$ 1.000,00	90 dias	10/08/2026	30 ddl	CIF	
4	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 59.233.783/0004-49 (11) 93027-4431 adm_comercial@steris.com	R$ 57.761,00	90 dias	06/08/2026	30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	91
Fornecedores que cadastraram propostas	4
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	2
Fornecedores avisados	6946

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	2
Itens com propostas cadastradas	2
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - Código: 16159

Quantidade: 1.0 UND

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	AH VC 2P-39209	unidade c/ 1			
BAUMER SA	R$ 354.910,00	R$ 354.910,00	BAUMER S.A	caixa c/ 1	HI VAC II - B0110-370P-BR	ITEM 01 ? ESTERILIZADOR A VAPORModelo: HI VAC II - B0110-370P-BRMarca/Fabricante: Baumer S.A. / Procedência: BrasilRegistro MF-ANVISA: 10345500099Os esterilizadores da linha HI VAC II utilizam vapor de água sobre pressão em altas temperaturas como agente esterilizante, em ciclos com remoção de ar por sistema de vácuo pulsante e controle da saturação de vapor através de algoritmo proprietário que impede processos na presença de gases não condensáveisConstruíd os com o melhor das tecnologias aplicáveis, os Esterilizadores HI VAC II foram projetados e são fabricados em conformidade com as Normas EN 285, EN ISO 17665-1, NBR 11816, NR13 e ASME para assegurar processos seguros, precisos, rastreáveis e validáveis.Sua aplicação está na esterilização de materiais ternoresistentes, estes tanto de origem Hospitalar como de outros segmentos onde a esterilização é processo chave, como Laboratórios de Pesquisa Clínica, Controle de Qualidade, R&D (Pesquisa e Desenvolvimento), Indústrias Farmacêuticas, entre outras.Seu uso é adequado para esterilização de material poroso empacotado, instrumentais e utensílios dispostos em Containers de Esterilização ou empacotados (ou não), vidrarias, luvas, seringas e outros materiais em borrachas ou ligas de plásticos resistentes a altas temperaturas, líquidos em frascos de vidro com fechamento ventilado e outros.As principais configurações consideradas na montagem da Esterilizadora a Vapor de Agua Baumer modelo HI VAC II cotada nesta proposta em resumo são:Câmara em Perfil Retangular com volume total de 370 Litros.	
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.	R$ 400.656,00	R$ 400.656,00	STERIS	unidade c/ 1	ME11906		

2	SECADORA DE TRAQUEIA - UND - Código: 16160
Quantidade: 1.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.	R$ 57.761,00	R$ 57.761,00	SANDERS	unidade c/ 1	SMS500TOUCH		
P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 59.000,00	R$ 59.000,00	BRASMEDICAL	pallets c/ 1			
BAUMER SA	R$ 74.470,00	R$ 74.470,00	BAUMER S.A	caixa c/ 1	EA-34-03	ITEM 02 ? GABINETE DE SECAGEMModelo: EA-34-03Marca/Fabricante: Baumer S.A. / Procedência: BrasilRegistro MF-ANVISA: 10345500051Equipamento de secagem para uso pós-lavagem de tubos, mangueiras, instrumentos metálicos, acessórios de Anestesia e Ventilação Mecânica, vidros, borrachas, etc. Capacidade para comportar até 48 traqueias e, de acordo com a configuração das prateleiras e suportes, mais diversos outros itens para secagem.MODELO COTADO ? DIMENSIONAIS E CARACTERÍSTICASO Gabinete de Secagem BAUMER modelo EA-34 cotada nesta Proposta entregará ao seu COMPRADOR um equipamento com as Características Especificas detalhadas a seguir:Câmara de Secagem (Volume): 518 LITROSCâmara de Secagem (Dimensões): L: 595 mm / A: 1415 mm / P: 615 mmCapacidade de Traqueias: 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADESArquitetura (Portas): 01 (UMA) PORTA - ÚNICAEquipamento (Dimensões): L: 870 mm / A: 2030 mm / P: 785 mmCódigo (Referência): EA-34-03 (6012)ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTOCâmara, porta e corpo em aço inoxidável AISI-316 com acabamento escovado. Equipamento construído em dupla parede onde a câmara tem sua parede superior e inferior com aberturas para um perfeito fluxo laminar vertical com a finalidade de circular por cima, por baixo e por dentro dos materiais a serem secos, obtendo perfeita homogeneidade de temperatura e rápido aquecimento.	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	BRASMEDICAL	unidade c/ 1			

As seguintes propostas foram desclassificadas:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - Código: 16159
Quantidade: 1.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	AH VC 2P-39209	unidade c/ 1		Não foi evidenciado o cumprimento das especificações do elemento técnico n. 48/2026. Despacho 210364460. Data: 12/08/2026 08:48 Usuário: Genival	
BAUMER SA	R$ 354.910,00	R$ 354.910,00	BAUMER S.A	caixa c/ 1	HI VAC II - B0110-370P-BR	Após análise da documentação complementar apresentada em diligência, identificou-se não atendimento ao item 1.8.2 do Elemento Técnico. O requisito estabelece garantia de 10 anos para a câmara, enquanto o Termo de Garantia do fabricante estabelece prazo de 5 anos para vasos de pressão, incluindo esterilizadores a vapor. Configura-se, portanto, divergência objetiva entre o prazo mínimo requerido e o prazo formalmente declarado pelo fabricante. Data: 22/09/2026 10:07 Usuário: JULIO	
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.	R$ 400.656,00	R$ 400.656,00	STERIS	unidade c/ 1	ME11906	Não atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Elemento Técnico 48/2026. Diante das inconformidades identificadas, recomenda-se a REPROVAÇÃO da proposta apresentada. Data: 28/08/2026 14:46 Usuário: JULIO	

2	SECADORA DE TRAQUEIA - UND - Código: 16160
Quantidade: 1.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.	R$ 57.761,00	R$ 57.761,00	SANDERS	unidade c/ 1	SMS500TOUCH	Não evidenciado o cumprimento das especificações contidas no Elemento Técnico n 48/2026, conforme Despacho 210364460. Data: 12/08/2026 08:46 Usuário: Genival	
P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 59.000,00	R$ 59.000,00	BRASMEDICAL	pallets c/ 1		REPROVADO. A empresa apresentou proposta comercial e documentos de habilitação, porém não apresentou documentação técnica do equipamento ofertado que permita comprovar o atendimento às especificações do Edital n 24/2026, em desacordo com os itens 7.13 e 9.1/9.2. Dessa forma, resta inviabilizada a análise técnica e a comprovação da conformidade do objeto ofertado. Nos termos do item 23.6, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Data: 28/08/2026 15:21 Usuário: JULIO	
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	BRASMEDICAL	unidade c/ 1		REPROVADO. A empresa não apresentou, dentro do prazo estabelecido no Edital, a proposta comercial e a documentação técnica exigida, em desacordo com os itens 1.7 e 7.13 do Edital n 24/2026, sendo vedada a apresentação intempestiva, conforme item 11.2. Data: 28/08/2026 15:10 Usuário: JULIO	

Justificativa / Motivo

SECADORA DE TRAQUEIA - UND - Código: 16160

STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração
12/08/2026 08:46	Genival Cruz	Não evidenciado o cumprimento das especificações contidas no Elemento Técnico n 48/2026, conforme Despacho 210364460.	Desclassificado

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - Código: 16159

STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração

28/08/2026 14:46	JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO	Não atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Elemento Técnico 48/2026. Diante das inconformidades identificadas, recomenda-se a REPROVAÇÃO da proposta apresentada.	Desclassificado

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - Código: 16159			
BAUMER SA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
22/09/2026 10:07	JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO	Após análise da documentação complementar apresentada em diligência, identificou-se não atendimento ao item 1.8.2 do Elemento Técnico. O requisito estabelece garantia de 10 anos para a câmara, enquanto o Termo de Garantia do fabricante estabelece prazo de 5 anos para vasos de pressão, incluindo esterilizadores a vapor. Configura-se, portanto, divergência objetiva entre o prazo mínimo requerido e o prazo formalmente declarado pelo fabricante.	Desclassificado

SECADORA DE TRAQUEIA - UND - Código: 16160			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
28/08/2026 15:10	JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO	REPROVADO. A empresa não apresentou, dentro do prazo estabelecido no Edital, a proposta comercial e a documentação técnica exigida, em desacordo com os itens 1.7 e 7.13 do Edital n 24/2026, sendo vedada a apresentação intempestiva, conforme item 11.2.	Desclassificado

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - Código: 16159			
MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
12/08/2026 08:48	Genival Cruz	Não foi evidenciado o cumprimento das especificações do elemento técnico n. 48/2026. Despacho 210364460.	Desclassificado

SECADORA DE TRAQUEIA - UND - Código: 16160			
P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
Data de alteração	**Usuario**	**Comentario**	**Alteração**
28/08/2026 15:21	JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO	REPROVADO. A empresa apresentou proposta comercial e documentos de habilitação, porém não apresentou documentação técnica do equipamento ofertado que permita comprovar o atendimento às especificações do Edital n 24/2026, em desacordo com os itens 7.13 e 9.1/9.2. Dessa forma, resta inviabilizada a análise técnica e a comprovação da conformidade do objeto ofertado. Nos termos do item 23.6, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.	Desclassificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:						
Nome do solicitante	**Data envio**	**Observação**	**Nome do técnico**	**Parecer**	**Status**	**Data avaliação**
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

	Produto					Código
01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA					16159
Nome do solicitante	**Data envio**	**Observação**	**Nome do técnico**	**Parecer**	**Status**	**Data avaliação**
JENNIFER SOUSA SANTOS	25/08/2026 15:35	Encaminho para parecer técnico.	JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO		Pendente	

	Produto	Código
02	SECADORA DE TRAQUEIA	16160

Nome do solicitante	Data envio	Observação	Nome do técnico	Parecer	Status	Data avaliação
JENNIFER SOUSA SANTOS	25/08/2026 15:35	Encaminho para parecer técnico.	JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO		Pendente	

Negociações:

BAUMER SA			
Dados do fornecedor			
CNPJ:	61.374.161/0001-30	**I.E.:**	456.056.910.118
Telefone:	(11) 3670-0015	**Email do Fornecedor:**	ortopedia.comercial@baumer.com.br
Responsável:	José Henrique Marques Camargo	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(11) 3670-0043		
Dados da cotação			
Informações ao comprador:	ITEM 01 ESTERILIZADOR A VAPOR Modelo HI VAC II - B0110-370P-BR MarcaFabricante Baumer S.A. Procedência Brasil Registro MF-ANVISA 10345500099 ITEM 02 GABINETE DE SECAGEM Modelo EA-34-03 MarcaFabricante Baumer S.A. Procedência Brasil Registro MF-ANVISA 10345500051		
Validade da proposta:	06/08/2026	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 429.380,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
liberado em 27/05/2026 09:58:42 por: kellenfranca - bloqueado em 27/05/2026 14:58:26 por: kellenfranca			
liberado em 27/05/2026 15:29:34 por: kellenfranca - bloqueado em 29/05/2026 08:50:01 por: script			

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR	
Total	**R$ 0,00 (0,00%)**

TOTAIS (somente itens negociados)	
Total que seria comprado antes da negociação (somente itens negociados)	**R$ 0,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 0,00 (0,00%)**
Total comprado após a negociação de preços (somente itens negociados)	**R$ 0,00**

TOTAIS (todos itens)	
Total que seria comprado antes da negociação (todos itens)	**R$ 0,00**
Total comprado após a negociação de preços (todos itens)	**R$ 0,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 0,00 (0,00%)**
Total comprado	**R$ 0,00**

Conversas Apoio Zapp:

1	BAUMER SA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	61.374.161/0001-30	**I.E.:**	456.056.910.118
	Telefone:	(11) 3670-0015	**Email do Fornecedor:**	ortopedia.comercial@baumer.com.br
	Responsável:	José Henrique Marques Camargo	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(11) 3670-0043		
	Dados da cotação			
	Informações ao comprador:	ITEM 01 ESTERILIZADOR A VAPOR Modelo HI VAC II - B0110-370P-BR MarcaFabricante Baumer S.A. Procedência Brasil Registro MF-ANVISA 10345500099 ITEM 02 GABINETE DE SECAGEM Modelo EA-34-03 MarcaFabricante Baumer S.A. Procedência Brasil Registro MF-ANVISA 10345500051		
	Validade da proposta:	06/08/2026	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 429.380,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), publicamos a abertura de negociação de preços para o objeto: AUTOCLAVE HORIZONTAL E SECADORA DE TRAQUEIA, conforme estabelecido no item 10 do Edital. Prazo até o dia 28/05/2026 às 23h55min. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. O valor de referência encontra-se disponível no site, sob o título Relatório Menor Preço Preliminar, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/	27/05/2026 10:03	27/05/2026 10:37
Angela Ruz Empresa: Baumer CNPJ: 61374161000130	Olá, bom dia! Tudo bem?	27/05/2026 10:42	27/05/2026 15:02
Angela Ruz Empresa: Baumer CNPJ: 61374161000130	Relatório não encontra disponivel	27/05/2026 10:42	27/05/2026 15:02
Angela Ruz Empresa: Baumer CNPJ: 61374161000130	Seria possivel enviar o valor estimado, por gentileza.	27/05/2026 10:50	27/05/2026 15:02
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados(as) Senhores(as), em virtude de um erro sistêmico que impediu a publicação do Relatório Menor Preço Preliminar, anteriormente comunicado, informamos a publicação do Relatório Preliminar Atualizado no Site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/ ,em conformidade com o item 11 do Edital. Prazo para recurso administrativo: até 28/05/2026 às 23h55min.	27/05/2026 15:28	27/05/2026 15:40

JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	DILIGÊNCIA TÉCNICA ITEM 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA Prezados, No âmbito da análise técnica da proposta apresentada para o Item 01 Autoclave Horizontal de Barreira, fica aberta a presente diligência técnica, destinada exclusivamente ao esclarecimento e à comprovação objetiva do atendimento do equipamento ofertado aos requisitos estabelecidos no Elemento Técnico. Solicita-se à empresa a apresentação de esclarecimentos e elementos técnicos comprobatórios referentes ao mesmo equipamento, marca, modelo, configuração e condições originalmente ofertados, de modo a possibilitar a verificação objetiva do atendimento aos seguintes requisitos: 1.1.3 Atendimento integral às normas indicadas, intertravamento/fluxo unidirecional e rastreabilidade automatizada dos ciclos; 1.2.6 Válvula de admissão de vapor pneumática e regulável, com comprovação da mínima variação de temperatura na esterilização; 1.2.10 Conexão hermética dos fluidos do processo ao ponto de dreno do edifício ligado ao sistema de tratamento; 1.6.2 Comprovação integral das funções de abertura/fechamento de portas, abortamento de ciclo, data/hora, cancelamento de alarmes e comando da impressora; 1.6.7.3 Alarme específico de porta aberta; 1.6.7.5 Alarme específico de falha na rede de alimentação elétrica; 1.7.3.1 Proteção contra falha de abastecimento de água; 1.7.3.4 Proteção das resistências por disjuntor diferencial residual; 1.7.4.1 Bloqueio do início do ciclo nas condições de falta de suprimentos/estanqueidade previstas no Elemento Técnico; 1.8.5.5 Espessura de 4 mm da câmara externa; 1.8.5.8 Comprovação de cestos no padrão ISO; 1.8.7.2.3 Comprovação do isolamento térmico do gerador de vapor; 1.9.1 08 cestos ISO de aproximadamente 300 x 150 x 600 mm (10%), considerando que a proposta apresentada identifica os cestos como padrão DIN; 1.9.2 08 cestos ISO de aproximadamente 300 x 300 x 600 mm (10%), considerando que a proposta apresentada identifica os cestos como padrão DIN; 1.9.5.2 Cavalete/rack específico para acomodação do sistema de osmose reversa; 1.9.5.2.4 Válvula de bloqueio e conexões do sistema de osmose reversa; 1.9.5.2.5 Qualidade da água inferior a 10 S/cm e adequação da vazão do sistema de osmose reversa ao esterilizador ofertado; 1.9.6 Relação completa de cabos, conexões e componentes indispensáveis ao funcionamento de todos os recursos; 1.9.7 Comprovação de todos os demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; 1.11.2 Atendimento aos requisitos das RDCs aplicáveis; 1.11.3 Atendimento integral às ABNT NBR ISO 17665-1 e ABNT NBR ISO 17665-2; 1.11.8 Fornecimento de peças e serviços pelo período mínimo de 10 anos. Ressalta-se que a presente diligência possui caráter exclusivamente esclarecedor e comprobatório, não sendo admitida alteração, substituição ou reformulação da proposta apresentada, tampouco a modificação do equipamento, marca, modelo, configuração ou condições originalmente ofertados. Os elementos apresentados deverão, portanto, limitar-se à comprovação das características do objeto já ofertado, não sendo considerados elementos que impliquem alteração material da proposta. O prazo para resposta à presente diligência será de 01 (um) dia útil, encerrando-se em 01/09/2026, às 23h59, observada a regra de contagem estabelecida no art. 11 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, segundo a qual os prazos são contados em dias úteis, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de término. A resposta deverá ser apresentada tempestivamente, dentro do prazo acima estabelecido, sendo considerada, para fins de aferição da tempestividade, a data e o horário de envio registrados na Plataforma Apoio. Respostas apresentadas após o término do prazo serão consideradas intempestivas e não serão aceitas para fins de análise técnica, ainda que a funcionalidade de envio permaneça temporariamente disponível na plataforma. A ausência de manifestação tempestiva, bem como a não comprovação suficiente do atendimento aos requisitos técnicos obrigatórios objeto desta diligência, resultará na desclassificação da proposta para o Item 01 Autoclave Horizontal de Barreira, por não comprovação do atendimento às especificações técnicas estabelecidas no instrumento convocatório.	31/08/2026 08:12	
JULIO ERNESTO COSTA MALDONADO Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 02: SECADORA DE TRAQUEIA - UND - código: 16160	02/09/2026 08:49	

2	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	29.689.057/0001-21	**I.E.:**	797354021113
	Telefone:	(16) 98141-2904	**Email do Fornecedor:**	psm.assepsia@gmail.com
	Responsável:	Paulo Masiero	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(16) 98141-2904		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	10/08/2026	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), publicamos a abertura de negociação de preços para o objeto: AUTOCLAVE HORIZONTAL E SECADORA DE TRAQUEIA, conforme estabelecido no item 10 do Edital. Prazo até o dia 28/05/2026 às 23h55min. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. O valor de referência encontra-se disponível no site, sob o título Relatório Menor Preço Preliminar, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/	27/05/2026 10:03	
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados(as) Senhores(as), em virtude de um erro sistêmico que impediu a publicação do Relatório Menor Preço Preliminar, anteriormente comunicado, informamos a publicação do Relatório Preliminar Atualizado no Site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/ ,em conformidade com o item 11 do Edital. Prazo para recurso administrativo: até 28/05/2026 às 23h55min.	27/05/2026 15:28	

3 — STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	59.233.783/0004-49	**I.E.:**	206586611113
Telefone:	(11) 93027-4431	**Email do Fornecedor:**	adm_comercial@steris.com
Responsável:	Débora Santos	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(11) 4765-4461		

Dados da cotação

Validade da proposta:	06/08/2026	**Prazo de entrega:**	90 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 57.761,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), publicamos a abertura de negociação de preços para o objeto: AUTOCLAVE HORIZONTAL E SECADORA DE TRAQUEIA, conforme estabelecido no item 10 do Edital. Prazo até o dia 28/05/2026 às 23h55min. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. O valor de referência encontra-se disponível no site, sob o título Relatório Menor Preço Preliminar, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/	27/05/2026 10:03	12/06/2026 11:34
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados(as) Senhores(as), em virtude de um erro sistêmico que impediu a publicação do Relatório Menor Preço Preliminar, anteriormente comunicado, informamos a publicação do Relatório Preliminar Atualizado no Site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/ ,em conformidade com o item 11 do Edital. Prazo para recurso administrativo: até 28/05/2026 às 23h55min.	27/05/2026 15:28	12/06/2026 11:34

4 — MEDTREM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	57.370.564/0001-33	**I.E.:**	004998564.00-55
Telefone:	(32) 99990-7642	**Email do Fornecedor:**	qualidade.medtrem@gmail.com
Responsável:	Franciele Valverde	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(32) 9833-8189		

Dados da cotação

Validade da proposta:	30/09/2026	**Prazo de entrega:**	20 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), publicamos a abertura de negociação de preços para o objeto: AUTOCLAVE HORIZONTAL E SECADORA DE TRAQUEIA, conforme estabelecido no item 10 do Edital. Prazo até o dia 28/05/2026 às 23h55min. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. O valor de referência encontra-se disponível no site, sob o título Relatório Menor Preço Preliminar, por meio do link: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/	27/05/2026 10:03	27/05/2026 10:32

JOAO FERNANDO ASSIS CIPRIANI Empresa: MEDTREM CNPJ: 57370564000133	Bom dia!!	27/05/2026 10:35	27/05/2026 13:11
JOAO FERNANDO ASSIS CIPRIANI Empresa: MEDTREM CNPJ: 57370564000133	Não está disponível	27/05/2026 10:35	27/05/2026 13:11
JOAO FERNANDO ASSIS CIPRIANI Empresa: MEDTREM CNPJ: 57370564000133	Não localizei o relatório com o menor preço	27/05/2026 10:36	27/05/2026 13:11
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - código: 16159	27/05/2026 13:11	27/05/2026 13:18
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezados(as) Senhores(as), em virtude de um erro sistêmico que impediu a publicação do Relatório Menor Preço Preliminar, anteriormente comunicado, informamos a publicação do Relatório Preliminar Atualizado no Site do IGESDF: https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-n-24-2026-aquisicao-de-autoclave-horizontal-e-secadora-de-traqueia/ ,em conformidade com o item 11 do Edital. Prazo para recurso administrativo: até 28/05/2026 às 23h55min.	27/05/2026 15:28	27/05/2026 15:34
JOAO FERNANDO ASSIS CIPRIANI Empresa: MEDTREM CNPJ: 57370564000133	Bom dia !	29/05/2026 09:14	01/06/2026 10:11
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado Fornecedor, favor anexar, via plataforma, o catálogo do produto.	24/06/2026 12:00	24/06/2026 13:30
KELLEN FRANÇA Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado Fornecedor...Solicito, por gentileza, o envio da proposta comercial e catálogo referente à SELEÇÃO DE FORNECEDORES N° 24/2026 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL E SECADORA DE TRAQUEIA, vinculada à Cotação 1486490. Prazo até 26/06/2026.	24/06/2026 12:05	24/06/2026 13:30
JOAO FERNANDO ASSIS CIPRIANI Empresa: MEDTREM CNPJ: 57370564000133	Boa tarde. Enviado !	24/06/2026 13:31	13/07/2026 14:07

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto		respostas							
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA - UND - Código: 16159	fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
Quantidade: 1.0 UND		Não houve resposta para este produto							
Marcas Padronizadas:									
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA									
Preço Ref.: 0,00									
JUSTIFICATIVA									

2	SECADORA DE TRAQUEIA - UND - Código: 16160
Quantidade: 1.0 UND	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
BAUMER SA	R$ 74.470,00	R$ 74.470,00	BAUMER S.A	caixa c/ 1	EA-34-03	ITEM 02 ? GABINETE DE SECAGEMModelo: EA-34-03Marca/Fabricante: Baumer S.A. / Procedência: BrasilRegistro MF-ANVISA: 10345500051Equipamento de secagem para uso pós-lavagem de tubos, mangueiras, instrumentos metálicos, acessórios de Anestesia e Ventilação Mecânica, vidros, borrachas, etc. Capacidade para comportar até 48 traqueias e, de acordo com a configuração das prateleiras e suportes, mais diversos outros itens para secagem.MODELO COTADO ? DIMENSIONAIS E CARACTERÍSTICASO Gabinete de Secagem BAUMER modelo EA-34 cotada nesta Proposta entregará ao seu COMPRADOR um equipamento com as Características Especificas detalhadas a seguir:Câmara de Secagem (Volume): 518 LITROSCâmara de Secagem (Dimensões): L: 595 mm / A: 1415 mm / P: 615 mmCapacidade de Traqueias: 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADESArquitetura (Portas): 01 (UMA) PORTA - ÚNICAEquipamento (Dimensões): L: 870 mm / A: 2030 mm / P: 785 mmCódigo (Referência): EA-34-03 (6012)ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTOCâmara, porta e corpo em aço inoxidável AISI-316 com acabamento escovado. Equipamento construído em dupla parede onde a câmara tem sua parede superior e inferior com aberturas para um perfeito fluxo laminar vertical com a finalidade de circular por cima, por baixo e por dentro dos materiais a serem secos, obtendo perfeita homogeneidade de temperatura e rápido aquecimento.	

Itens fracassados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	16159	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA	1	0,00

Itens desertos:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens cancelados:

	Código	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.				

Itens selecionados:

	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
Nenhum resultado encontrado.					