Outlook

RE: Pedido de esclarecimento – Solicitação nº 20/2026 – Aquisição de Colposcópio

De PEDRO HENRIQUE MENDES NOGUEIRA <pedro.nogueira@igesdf.org.br>
Data Qua, 15/04/2026 12:02
Para Monisse Silva <licitacao@martecmed.com.br>

Prezados(a), em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa no âmbito do Edital nº 20/2026, referente à Aquisição de Colposcópio, conforme especificações constantes no Elemento Técnico nº 209.

No âmbito estritamente técnico, esta área apresenta os seguintes esclarecimentos:

Justifica-se a necessidade de que a instalação e o treinamento operacional do colposcópio sejam realizados presencialmente, tendo em vista a complexidade técnica do equipamento, a multiplicidade de seus componentes e a necessidade de assegurar sua plena operacionalização, segurança de uso e adequada incorporação à rotina assistencial da unidade.

A instalação presencial é importante porque permite a montagem adequada do equipamento no local de uso, a conferência de todos os itens entregues, a verificação da integridade dos componentes, a compatibilidade entre acessórios, a correta energização, configuração inicial e a realização de testes operacionais imediatos. Essa etapa é essencial para confirmar que o colposcópio foi disponibilizado em perfeitas condições de funcionamento, reduzindo o risco de falhas, inadequações de montagem, danos decorrentes de manuseio incorreto e atrasos na entrada em operação.

Da mesma forma, o treinamento presencial é fundamental para proporcionar capacitação prática e efetiva às equipes assistenciais, especialmente quanto ao posicionamento do equipamento, regulagem de foco e iluminação, uso dos filtros, seleção dos aumentos, ajuste de enquadramento, operação da câmera, captura de imagens e vídeos, utilização do sistema de gravação e manuseio do software para registro e emissão de laudos. Por se tratar de equipamento destinado à realização de exames que demandam precisão diagnóstica e domínio técnico dos recursos ópticos e de imagem, a orientação exclusivamente teórica ou remota mostra-se insuficiente para assegurar a correta utilização de todas as funcionalidades disponíveis.

Além disso, a realização presencial da instalação e do treinamento favorece a identificação imediata de dúvidas, inconsistências, eventuais não conformidades ou necessidades de ajuste, permitindo pronta atuação do representante técnico da empresa vencedora. Tal medida contribui para maior segurança operacional, melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos do equipamento, redução de riscos assistenciais e maior confiabilidade nos procedimentos realizados.

Assim, a exigência de instalação e treinamento presenciais mostra-se tecnicamente necessária e adequada, por assegurar que o colposcópio seja entregue, instalado, testado e utilizado de forma correta, segura e eficiente, garantindo sua plena funcionalidade e o adequado suporte às atividades assistenciais da unidade de saúde.

Atenciosamente,

Pedro Henrique M. Nogueira
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
Gerência de Compras Equipamentos e Imobilizado- GECEI
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 ramal 9128

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2026 10:45
Para: Monisse Silva <licitacao@martecmed.com.br>
Assunto: RE: Pedido de esclarecimento – Solicitação nº 20/2026 – Aquisição de Colposcópio

Prezados(as),
Informamos que o pedido foi recebido e encaminhado à área técnica competente para análise.
Solicitamos, portanto, que aguarde o retorno com as devidas considerações.
Agradecemos o contato.

Atenciosamente,

Pedro Henrique M. Nogueira
Analista de Compras
Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado - NCMOB
Gerência de Compras Equipamentos e Imobilizado- GECEI
emendas.propostas@igesdf.org.br
(61) 3550-8900 ramal 9128

De: Monisse Silva <licitacao@martecmed.com.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de abril de 2026 16:03
Para: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: Pedido de esclarecimento – Solicitação nº 20/2026 – Aquisição de Colposcópio

Prezados, boa tarde!
Temos interesse em participar da Solicitação nº 20/2026 – Aquisição de Colposcópio e, para melhor elaboração de nossa proposta, solicitamos o seguinte esclarecimento:
Será permitida a realização da instalação e dos treinamentos (operacional e técnico) em formato remoto/online ou por meio de vídeos, desde que atendidas integralmente as necessidades da Contratante?
Permanecemos à disposição e agradecemos desde já pela atenção.
Atenciosamente,


MARTEC MED
asor med
MONISSE SILVA
LICITAÇÃO
(16) 2138-5353 - Fixo
(16) 2138-5353
licitacao@martecmed.com.br
www.asormed.com.br
www.martecmed.com.br
Rua Lasar Segall n° 755
Jd. Independência - Ribeirão Preto - SP