Ata de processo

ID:	1548843	**Criado em:**	26/05/2026 09:12
Nº do Processo:	04016-00013488/2026-64	**Nº do Pregão:**	10078
Status Atual:	encerrada		
Título:	SELEÇÃO DE FORNECEDORES - EDITAL N° 10078/2026 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA, com equipamentos em COMODATO		
Justificativa: (Descrição)	SOLICITAÇÃO PARA NOVO CONTRATO		
Observação:	AS ESPECIFICAÇES DO EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO CONSTAM NO ELEMENTO TÉCNICO N 4.OS REAGENTES SERÃO ADQUIRIDOS POR DEMANDA, CONFORME A NECESSIDADE EFETIVA DO IGESDF, NÃO HAVENDO GARANTIA DO CONSUMO DOQUANTITATIVO TOTAL.PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO PELO DETENTOR DA ORDEM DE COMPRA.LOCAL DE ENTREGA DOS REAGENTES: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO IGESDF, LOCALIZADO NO SIA TRECHO 17, RUA 06, LOTE 115, ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ),BRASÍLIA/DF CEP 71.200-216, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 16H, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO POR MEIO DO PORTAL OFICIAL:HTTPS://IGESDF.ORG.BR/FORNECEDOR/ DO IGESDF.		
Condições:	Habilitação Jurídica:Cópia da Cédula de identidade, quando se tratar de Pessoa Física;CNPJ Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;Registro comercial ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e/ou alteração, em se tratando de Sociedades Comerciais, e no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Licença de Funcionamento ou Alvará de Localização;Habilitação Técnica:Licença Sanitária Estadual/Municipal/Distrital, vigente;Apresentação de catálogo ou prospecto do equipamento; Registro ANVISA do equipamento atualizado ou comprovação de isenção de registro/cadastro, quando aplicável;Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos da RDC 16, de 1° de abril de 2014 e atualizações, correspondente ao tipo de produto ofertado. No caso de medicamento ou substância sujeita a controle especial, deverá ser apresentada Autorização Especial (AE). Em todos os casos, a Autorização deverá contemplar atividade de distribuição ou fabricação, pois esta possui a atividade de distribuição como inerente, de acordo com critérios definidos pela ANVISA e publicados por meio de seu Portal na rede mundial de computadores. A AFE ou AE poderá ser apresentada por meio de cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando a empresa - ou por meio de cópia de espelho de consulta disponível no sítio da ANVISA.		

O processo publicado teve os seguintes prazos fixados:

Início do Acolhimento das Propostas: 26/05/2026 às 09:38

Limite do Acolhimento das Propostas: 02/06/2026 às 23:55

Data da Abertura das Propostas: 02/06/2026 às 23:55

Item do processo:

	Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência
1	1679	1	CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS,	284400	13,44

Fornecedores participantes:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 18.271.934/0001-23 (31) 3267-3963 licit@novabiomedical.com.br	R$ 1.000,00	10 dias	30/10/2026	30 ddl	CIF	

Relatório de participação de fornecedores	Total
Fornecedores que acessaram o processo	64
Fornecedores que cadastraram propostas	1
Fornecedores categoria MEI, ME/EPP	0
Fornecedores avisados	9644

Relatório de respostas dos itens	Total
Total de itens do processo	1
Itens com propostas cadastradas	1
Itens desertos	0
Itens cancelados	0

As propostas enviadas tiveram os seguintes preços apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto

Lote: 1

1 **CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS, - TEST - Código: 1679**

Quantidade: 284400.0 TEST

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/05/2026

Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA SA

Fabricante: WONDFO BIOTECH

Preço: 12,00

JUSTIFICATIVA

VALOR ESTIMADO R20,18

respostas

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	R$ 13,90	R$ 3.953.160,00	NOVA BIOMEDICAL	kit c/ 1			

Produtos com justificativa:

Código do Produto	Descrição	Marca	Qtd	Preço unit.	Valor total	Fornecedor	Justificativa
1679	CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS,	NOVA BIOMEDICAL	284400	13,49000	3.836.556,00000	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	Outros (Última alteração em: 01/07/2026 11:31:43 Usuário responsável:THALES HENRIQUE DA SILVA)

Justificativa / Motivo

CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS, - TEST - Código: 1679

NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA

Data de alteração	Usuario	Comentario	Alteração

01/07/2026 11:30	THALES HENRIQUE DA SILVA	Fornecedor reprovado. A proposta da NOVA BIOMEDICAL atende apenas às UPAs, não contemplando as exigências do Elemento Técnico n 4 para o Hospital de Base e o HRSM. O equipamento ofertado não comprovou os parâmetros obrigatórios: COHb, FHHb, MetHb, bilirrubina total (ctBil) e bilirrubina neonatal. Embora os atestados de capacidade técnica estejam conformes, a proposta foi reprovada por descumprimento dos requisitos técnicos mínimos obrigatórios do certame.	Desclassificado
29/07/2026 12:03	THALES HENRIQUE DA SILVA	Informo que, após reanálise técnica, constatou-se que a empresa atende às especificações mínimas estabelecidas no Elemento Técnico n 4, estando, portanto, apta quanto aos requisitos técnicos exigidos.	Classificado

Avaliação técnica:

Lista de avaliações técnicas:						
Nome do solicitante	**Data envio**	**Observação**	**Nome do técnico**	**Parecer**	**Status**	**Data avaliação**
Nenhum registro.						

Alçada técnica por item:

	Produto					Código
01	CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS,					1679
Nome do solicitante	**Data envio**	**Observação**	**Nome do técnico**	**Parecer**	**Status**	**Data avaliação**
JULIANA FAGUNDES	29/07/2026 12:04	Este Núcleo de Compras solicita o parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação, solicitamos a apresentação do motivo técnico da decisão.	THALES HENRIQUE DA SILVA	Favorável, após reanálise técnica, tendo sido verificado que a empresa atende às especificações estabelecidas no Elemento Técnico n 4.	Aprovado	29/07/2026 12:37

JULIANA FAGUNDES	16/06/2026 11:16	Este Núcleo de Compras solicita o parecer técnico dos descritivos das propostas das empresas participantes. Na condição de reprovação, solicitamos a apresentação do motivo técnico da decisão.	THALES HENRIQUE DA SILVA	Não favorável, fornecedor reprovado. Após análise da documentação apresentada pela empresa NOVA BIOMEDICAL, esta área técnica manifesta-se nos seguintes termos:1. Proposta Comercial: A proposta comercial apresentada contempla o atendimento apenas às necessidades das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do IGESDF. Todavia, para atendimento às unidades hospitalares, especificamente ao Hospital de Base e ao Hospital Regional de Santa Maria, o Elemento Técnico n 4 estabelece como requisito técnico obrigatório que o equipamento disponibilize, além dos parâmetros convencionais de gasometria, a mensuração dos seguintes analitos: Carboxihemoglobina (COHb); Desoxihemoglobina (FHHb); - hemoglobina (MetHb); Bilirrubina total (ctBil); e Bilirrubina neonatal. Tais parâmetros constituem requisitos técnicos mínimos e obrigatórios, indispensáveis ao atendimento das demandas assistenciais das referidas unidades hospitalares. 2. Atestados de Capacidade Técnica: Os atestados de capacidade técnica apresentados encontram-se em conformidade com as exigências estabelecidas no processo, não havendo ressalvas quanto ao atendimento deste requisito de qualificação técnica. 3. Análise das Especificações Técnicas do Equipamento: Da análise do folder técnico, das especificações do equipamento STAT PROFILE PRIME CCS e da documentação apresentada pela licitante, verificou-se que o equipamento ofertado não contempla integralmente os	Reprovado	30/06/2026 16:04

				requisitos técnicos previstos no Elemento Técnico n 4, especialmente aqueles exigidos para atendimento ao Hospital de Base e ao Hospital Regional de Santa Maria. Não foi comprovado o atendimento aos seguintes parâmetros obrigatórios: Carboxihemoglobina (COHb); Desoxihemoglobina (FHHb); -hemoglobina (MetHb); Bilirrubina total (ctBil); e Bilirrubina neonatal. Dessa forma, constata-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no instrumento convocatório, caracterizando o descumprimento de requisito técnico obrigatório para fins de habilitação da proposta. Conclusão: Considerando que a proposta comercial e o equipamento ofertado pela empresa NOVA BIOMEDICAL não atendem integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Elemento Técnico n 4, notadamente quanto à ausência dos parâmetros obrigatórios exigidos para atendimento ao Hospital de Base e ao Hospital Regional de Santa Maria, esta área técnica manifesta-se pela reprovação da proposta comercial e do equipamento ofertado, por descumprimento dos requisitos técnicos obrigatórios previstos no certame. Ressalta-se que a presente manifestação limita-se à análise técnica da documentação apresentada pela licitante, tendo como referência exclusiva os requisitos e especificações mínimas definidos no Elemento Técnico n 4. Assim, a reprovação decorre exclusivamente da constatação objetiva de que a solução ofertada não atende integralmente às exigências do instrumento		

				convocatório, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes, da legalidade e do julgamento objetivo, não cabendo a esta área técnica flexibilizar, relativizar ou admitir o atendimento parcial de requisitos técnicos previamente estabelecidos para a contratação.		

Negociações:

NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA			
Dados do fornecedor			
CNPJ:	18.271.934/0001-23	**I.E.:**	0021634150015
Telefone:	(31) 3267-3963	**Email do Fornecedor:**	licit@novabiomedical.com.br
Responsável:	Claudinei	**Email respondente:**	
Telefone Responsável:	(31) 98472-8262		
Dados da cotação			
Validade da proposta:	30/10/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
liberado em 10/06/2026 08:49:02 por: JULIANA.CASTRO - bloqueado em 12/06/2026 08:45:01 por: script			

CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS, Quantidade: 284400 TESTS - cód: 1679			
Histórico	**Preço unitário**	**Data de alteração**	**Usuário de alteração**
Resposta Original	R$ 13,90	29/05/2026 16:06:30	Claudinei (licit@novabiomedical.com.br)
Alteração 1	R$ 13,49	11/06/2026 13:56:52	Claudinei (licit@novabiomedical.com.br)
	TOTAL NEGOCIADO PRODUTO	**R$ 0,41 (2,95%)**	

TOTAL NEGOCIADO FORNECEDOR	
Total	**R$ 116.604,00 (2,95%)**

TOTAIS (somente itens negociados)	
Total que seria comprado antes da negociação (somente itens negociados)	**R$ 3.953.160,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 116.604,00 (2,95%)**
Total comprado após a negociação de preços (somente itens negociados)	**R$ 3.836.556,00**

TOTAIS (todos itens)	
Total que seria comprado antes da negociação (todos itens)	**R$ 116.604,00**
Total comprado após a negociação de preços (todos itens)	**R$ 0,00**
Total Negociado Pedido de Cotação	**R$ 116.604,00 (100,00%)**
Total comprado	**R$ 0,00**

Conversas Apoio Zapp:

1	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	18.271.934/0001-23	**I.E.:**	0021634150015
	Telefone:	(31) 3267-3963	**Email do Fornecedor:**	licit@novabiomedical.com.br
	Responsável:	Claudinei	**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:	(31) 98472-8262		
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	30/10/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Nome	Mensagem	Data envio	Data visualização
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado fornecedor, informo a publicação do Resultado Preliminar no site do IGESDF (https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-edital-n-10078-2026-aquisicao-de-reagente-para-realizacao-de-exames-de-gasometria-com-equipamentos-em-comodato/) Conforme Edital: 4.1 - Será efetivada a publicação, no sítio institucional do IGESDF, do resultado preliminar do certame, contendo o menor valor para o objeto. 4.2 - Após a publicação do resultado preliminar, será aberto prazo de 01 (um) dia útil para negociação, no qual todas as concorrentes poderão manifestar interesse em reduzir o valor ofertado para patamar inferior ao vencedor provisório, devendo apresentar, no mesmo prazo, a proposta negociada.Nesse sentido, solicito negociação dos preços apresentados. Os preços de referência estão expostos no Resultado Preliminar.	10/06/2026 08:48	11/06/2026 11:34
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para negociação: até 11/06/2026 às 23:55h.	10/06/2026 08:48	11/06/2026 11:34
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Item 01: CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS, - TEST - código: 1679	10/06/2026 11:47	11/06/2026 11:34
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a) Fornecedor (a), este Núcleo de Compras, informa que se encontra aberto prazo para atualização ou complementação da documentação de habilitação, conforme item 3.1.17 do Edital : Encerrada a fase de negociação, estabelecida no item 4, será aberto o prazo de 1 (um) dia útil para que os participantes da Seleção de Fornecedores que registraram propostas possam atualizar ou complementar os documentos de habilitação exigidos neste Edital.Prazo para atualização dos documentos: 15/06/2026 às 23:55h.	12/06/2026 09:39	12/06/2026 10:11
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado Fornecedor, favor inserir Licença Sanitária .	12/06/2026 09:48	12/06/2026 10:11
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prazo para atualização dos documentos: 15/06/2026 às 23:55h.	12/06/2026 09:48	12/06/2026 10:11
Claudinei Pereira de Oliveira Empresa: Nova Biomedical CNPJ: 18271934000123	Bom dia,	12/06/2026 10:13	12/06/2026 10:16
Claudinei Pereira de Oliveira Empresa: Nova Biomedical CNPJ: 18271934000123	Documento colocado na parte técnica dos anexo, poderia confirmar por gentileza o recebimento?	12/06/2026 10:31	16/06/2026 15:18
JULIANA FAGUNDES Empresa: IGESDF CNPJ: 28481233000172	Prezado (a), informo a publicação da Ata final de resumo de Compras no site do IGESDF em conformidade com o item 5 do edital: Será publicada no sítio institucional do IGESDF a Ata Parcial de Resumo de Compras, na qual constará o histórico do processo. Do Resultado final caberá recurso administrativo, a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação da Ata Final de Resumo de Compras. O prazo que, porventura, se encerrar em dia em que não haja expediente na área administrativa do IGESDF será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Os recursos deverão ser enviados para o Núcleo de Compras, por meio do endereço eletrônico: compras.materiais@igesdf.org.br, informando no campo assunto o número da cotação. A falta de manifestação do fornecedor de interpor recurso importará na decadência do direito de sua apelação. Não havendo recurso quanto à declaração de vencedor, o objeto será adjudicado ao concorrente melhor classificado, encaminhando o processo para homologação da autoridade superior. Prazo para recurso administrativo: até 03/07/2026 às 23:59h	01/07/2026 16:15	07/07/2026 09:18

Após negociação, temos como valores finais apresentados:

	Produto	Respostas

descrição do produto	respostas

Lote: 1

1 **CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS, - TEST - Código: 1679**

Quantidade: 284400.0 TEST

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/05/2026

Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA SA

Fabricante: WONDFO BIOTECH

Preço: 12,00

JUSTIFICATIVA

VALOR ESTIMADO R20,18

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário	tipo disputa
NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	R$ 13,49	R$ 3.836.556,00	NOVA BIOMEDICAL	kit c/ 1			

Itens fracassados:

	Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência

Itens desertos:

	Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência

Itens cancelados:

	Código	Lote	Descrição	Qtde.	Preço Referência
Nenhum resultado encontrado.					

Itens selecionados:

	Lote	Código - Descrição	Fornecedor	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
1	1	1679 - CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE GASES, ELETROLITOS,	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	284400 TESTS	R$ 13,49	R$ 3.836.556,00
Subtotal						R$ 3.836.556,00

Total	R$ 3.836.556,00